

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:29:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: 4.5 Metodología Analítica Este tipo de producto es sui generis y tiene Metodología propia del Fabricante, la cual puede ser verificada en los folletos instructivos, catálogos, manuales y también en los Protocolos de Análisis, Certificado de Análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad. El Comité de Selección aceptará la propuesta técnicas con la verificación de las especificaciones técnicas del Kit Completo para Aferesis presentando la información en instructivos, folletos, catálogos, manuales ,carta del fabricante , protocolo de Análisis, Certificado de análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.5 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA TÉCNICA CON LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL KIT COMPLETO para Aferesis presentando la información en instructivos, folletos, catálogos, manuales ,carta del fabricante , protocolo de Análisis, Certificado de análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:29:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita:
accesorios.

realizar los procedimientos de Aferesis.

estos requerimientos por no ser adaptables al equipo de aferesis?

Requerimiento consumibles calibradores controles y
Los equipos de aferesis no requieren de controles para
El Comité de Selección eliminará

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ÁREA USUARIA, SE ELIMINA EL REQUERIMIENTO DE CALIBRADORES, CONTROLES POR NO SER APLICABLES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE ELIMINA EL REQUERIMIENTO DE CALIBRADORES, CONTROLES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:29:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Prcesamiento de datos Externo: Software con interfaz e interconexión operativa al Sistema de Salud del Centro Asistencial tanto para la recepción de solicitudes y envío de resultados con capacidad de manejar toda la información del laboratorio por el periodo de duración del servicio (solicitudes, resultados, resultados históricos, control de calidad, estadística, entre otros). Esta especificación técnica resulta incongruente por varios motivos, como el equipo de aferesis no recibe solicitudes, tampoco realiza control de calidad, tampoco realiza estadística, tampoco almacena resultados históricos y lo más imoportante que se hace referencia al laboratorio cuando el equipo de aferesis se usa en Banco de Sangre y este servicio no tiene el software institucional, por lo tanto se debería eliminar para todos los establecimientos de EsSalud esta característica. El Comité de Selección eliminará de este proceso la necesida del software con interfaz e interconexión por ser incongruente con el equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo indicado por el área usuaria, CONSIDERA OPCIONAL la implementación del software con interfaz e interconexión de acuerdo al equipo ofertado por el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:29:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Procesamiento de datos Hardware de acuerdo al requerimiento del usuario final (computadoras, servidor y cableado) Interconexión a la WEB (intranet y/o Internet) para aplicaciones en el Banco de Sangre si el usuario lo requiere. Esta especificación técnica resulta también incongruente e innecesaria ya que no es posible hacer la conexión del equipo via internet o intranet, además solicitan computadoras, es decir mas de una, cuando se solicitan dos equipos de aferesis, y no se requiere de servidor y menos de cableado. El Comité debería suprimir estas solicitudes. El Comité de Selección eliminará estos requerimientos por no ser adaptables al equipo de aferesis?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, se elimina de este proceso el requerimiento de computadoras, servidor y cableado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, se elimina de este proceso el requerimiento de computadoras, servidor y cableado.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:29:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: 4.9 Presentacion de Muestras

Los usuarios verificaran aspectos fisicos del producto, lo cual implicaria abrir el kit el cual no seria dable puesto que se desperdiciaria el kit por lo que solicitamos se obvie la presentacion de esta. El

Comité de Selección eliminará este punto mencionado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.9 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ELIMINA LA VERIFICACIÓN DEL PRODUCTO, YA QUE ORIGINA ABRIR EL KIT Y ESTO OCASIONA UNA PÉRDIDA DEL MISMO. El cual no exime de las capacitaciones necesarias para el uso del kit completo de plaquetaferesis y recambio plasmatico terapéutico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:29:55

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: 5.2 Condiciones de la Cesión en Uso del Equipo
El Comité especial solicita que la antigüedad del equipo no sea menor a los 4 años de antigüedad.
El Comité de Selección aceptara la propuesta técnicas con un equipo de aferesis con una antigüedad menor a 6 años?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACEPTARÁ LA ANTIGÜEDAD MÁXIMA DE 6 AÑOS. ASEGURANDO EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y/O EN CASO DE FALLAS PROPIAS DEL EQUIPO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SIN PERJUDICAR LA ATENCIÓN DE LOS DONANTES Y PACIENTES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:29:55

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: 5.6 Sistema Informatico de Laboratorio

Esta especificación técnica resulta también incongruente e innecesaria ya que no es posible hacer la conexión del equipo vía internet o intranet y tampoco hay un software institucional por lo tanto se debería suprimir este punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 5.6 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL ÁREA USUARIA, SE CONSIDERA COMO OPCIONAL LA CONEXION CON EL SISTEMA INFORMATICO DE LABORATORIO, DE ACUERDO AL EQUIPO OFERTADO POR EL POSTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:29:55

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El Comité de Selección: B De la experiencia del postor en la especialidad

El Comité especial solicita que se consideren bienes similares a los siguientes: Dispositivos medicos en general , los kits solicitados son dispositivos que son utilizados en banco de sangre por lo que solicitamos se consideren bienes iguales o similares a la convocatoria.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ÁREA USUARIA, Y A FIN DE PROMOVER LA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, SE CONSIDERARÁ BIENES SIMILARES A LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS Y/O DISPOSITIVOS DE BANCO DE SANGRE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Y/O DISPOSITIVOS DE BANCO DE SANGRE

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	29/03/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	17:29:55

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: 10 Control de Calidad: 10.1 Del Control Previo el cual lo realiuzara un Laboratorio de MINSA.

En este requerimiento en especial indicamos que ninguno de los Laboratorios acreditados de la Red de laboratorio de Control de calidad, van a poder realizar ninguna prueba ya que este producto es Sui Generis, los kits de Aferesis vienen completamente sellados y estériles y no es posible ver su interior, además estos laboratorios no cuentan con los equipos de aferesis para realizar las pruebas, por lo tanto es innecesario e incongruente solicitar este tipo de Informe de Ensayo, como si lo es con los demás reactivos de laboratorio y de Banco de sangre, recordemos que los kits de Aferesis NO son reactivos de Laboratorio. El Comité de Selección eliminará el requerimiento de Informe de Ensayo para el item correspondiente al Kit Completo para Aferesis?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 10 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA TÉCNICA CON LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL KIT COMPLETO para Aferesis presentando la información en instructivos, folletos, catálogos, manuales ,carta del fabricante , protocolo de Análisis, Certificado de análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad. El cual no exime de las capacitaciones necesarias para el uso del kit completo de plaquetaferesis y recambio plasmatico terapéutico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20469936164

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : TERUMO BCT PERU S.A.C.

Hora de envío : 19:03:51

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Capítulo III: Requerimiento 3.1 Kit completo para Aféresis. Consulta: Señores comité de selección solicitamos amablemente precisar si los kits se utilizarán sólo para procedimientos de plaquetaféresis o también se realizarán procedimientos de recambio plasmático.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ÁREA USUARIA, LOS KITS SE UTILIZARAN PARA PLAQUETAFÉRESIS Y PARA PROCEDIMIENTOS DE RECAMBIO PLASMÁTICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20469936164

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : TERUMO BCT PERU S.A.C.

Hora de envío : 19:03:51

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Capítulo III: Requerimiento 3.1 Especificaciones Técnicas del Equipo Automatizado para Aféresis Sanguínea: ¿6. Procesamiento de Datos Externo: Software con interfaz¿. Consulta: Señores comité de selección solicitamos amablemente considerar como opcional el procesamiento de datos externo y la implementación del Software con interfaz, si el equipo en cesión en uso se utilizaría también para procedimientos de recambio plasmático por tratarse de un equipo móvil que se trasladaría a diversas áreas de la Institución para realizar los procedimientos terapéuticos con pacientes, así como también todo lo establecido en el Capítulo III sobre el Software con Interfaz.

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 3.1

Literal: 3.1

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL ÁREA USUARIA, SE CONSIDERA OPCIONAL la implementación del software con interfaz e interconexión de acuerdo al equipo ofertado por el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20469936164

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : TERUMO BCT PERU S.A.C.

Hora de envío : 19:03:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

""4.4 El Certificado de Análisis del Dispositivo Médico (Protocolo de Análisis)

Documento en el que se señala los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos..."

Consulta: Señores comité de selección solicitamos que por favor también se considere expresamente como documento técnico al Certificado de Conformidad, el cual es aceptado y forma parte del expediente de registro sanitario aprobado en Digemid."

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 4.4

Literal: 4.4

Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO SEÑALADO PO EL ÁREA USUARIA, SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA TÉCNICA CON LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL KIT COMPLETO para Aferesis presentando la información en instructivos, folletos, catálogos, manuales ,carta del fabricante , protocolo de Análisis, Certificado de análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20469936164

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : TERUMO BCT PERU S.A.C.

Hora de envío : 19:03:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

""4.5 Metodología de Análisis

Cuando la metodología de análisis a las que se acoge el fabricante se encuentra en Normas Técnicas Naciones e Internacionales de Calidad..."

Consulta: Señores comité de selección solicitamos que por favor se tenga en cuenta que muchos de los fabricantes se acogen a normas internacionales, además de remarcar que este requisito no es exigido por la DIGEMID como parte de la información presentada para registro sanitario. Por lo tanto, sugerimos que se considere como sustento la presentación del Certificado de Análisis, Protocolo de Análisis o Certificado de Conformidad con la finalidad de tener mayor pluralidad de participantes."

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.5 **Literal:** 4.5 **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LO SEÑALADO POR EL ÁREA USUARIA, SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA TÉCNICA CON LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL KIT COMPLETO para Aferesis presentando la información en instructivos, folletos, catálogos, manuales ,carta del fabricante , protocolo de Análisis, Certificado de análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA AFERESIS SANGUINEA AUTOMATIZADO CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUANUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código : 20469936164

Fecha de envío : 29/03/2023

Nombre o Razón social : TERUMO BCT PERU S.A.C.

Hora de envío : 19:03:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

""10.1 Del Control previo.

El dispositivo médico estará sujeto al control de calidad previo a su entrega, el costo es asumido por el proveedor¿""

Consulta: Señores comité de selección solicitamos que por favor se aclare si esta evaluación debe realizarlo el proveedor antes de la primera entrega del producto a su representada."

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 10 Literal: 10.1 **Página:** 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA TÉCNICA CON LA VERIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES DEL KIT COMPLETO para Aferesis presentando la información en instructivos, folletos, catálogos, manuales ,carta del fabricante , protocolo de Análisis, Certificado de análisis, Certificado de Producto y/o Certificado de Conformidad. El cual no exime de las capacitaciones necesarias para el uso del kit completo de plaquetaferesis y recambio plasmatico terapeutico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null