

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

Ruc/código : 20614129311

Nombre o Razón social : ARISCAR LAB E.I.R.L.

Fecha de envío : 30/05/2025

Hora de envío : 20:55:01

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Solicitamos al comité de selección y teniendo en cuenta en relación al ítem 3, específicamente en el punto D02, donde se solicita un cable y enchufe de grado médico, se plantea la posibilidad de aceptar, en su reemplazo, la entrega de un cable con enchufe tipo Schuko, de acuerdo con lo establecido en la normativa Ministerial N.º 175-2008-MEM/DM. Esta alternativa permitiría ampliar la participación de postores, considerando que el enchufe de grado médico no se encuentra en uso actualmente en el mercado nacional.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 4      **Página:** 29

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA Y SE ADMITIRA QUE LOS POSTORES PUEDAN PRESENTAR ENCHUFE DE GRADO MEDICO Y/O TIPO SCHUKO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20608554476       | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | EDAL MEDIC S.A.C. | Hora de envío :  | 22:16:27   |

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

ESTIMADO SEÑORES DEL COMITE, PARA QUE VUESTRA ENTIDAD PUEDAD BENEFICIARSE DE ADQUIRIR EQUIPOS CON TECNOLOGÍA VIGENTE Y CERTIFICADA, SOLICITAMOS CONSIDERAR COMO DOCUMENTO DE ADMISIBILIDAD:

\* PRESENTAR CERTIFICADO ISO13485 O ISO9001 DE LOS BIENES OFERTADOS

Acápite de las bases :    Sección: General                    Numeral: 2                    Literal: 2.2.1.                    Página: 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

L COMITÉ DE SELECCIÓN, ACOGE LA OBSERVACIÓN, MODIFICANDO EN LAS BASES INTEGRADAS, DONDE SE SOLICITARAN QUE LOS POSTORES ADJUNTEN CERTIFICADOS DE CALIDAD PARA MEJORAR LA CALIDAD DE PRODUCTOS SOLICITADOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20608554476       | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | EDAL MEDIC S.A.C. | Hora de envío :  | 22:16:27   |

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

ESTIMADOS SEÑORES DEL COMITE, PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES, SOLICITAMOS AMPLIAR EL RANGO DE CAPACIDAD,

A17 CAPACIDAD DE LA CAMARA DE CONSERVACION: CAPACIDAD MINIMA DE 520L +-10%

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 4.2    Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACOGE LA OBSERVACION, Y PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE AMPLIA EL RANGO DE LA CAPACIDAD

A17 CAPACIDAD DE LA CAMARA DE CONSERVACION: CAPACIDAD MINIMA DE 520L +-10%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20608554476       | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | EDAL MEDIC S.A.C. | Hora de envío :  | 22:16:27   |

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

ESTIMADOS SEÑORES DEL COMITE DE SELECCION, SOLICITAMOS MODIFICAR LA MEDIDA DEL AISLAMIENTO YA QUE, AL MENCIONAR COMO MAXIMO, PUEDE INTERPRETARSE QUE EL EQUIPO PODRÁ CONTAR CON AISLAMIENTO DE 10MM HASTA 70MM, Y ESTO NO ASEGURA UNA BUENA CONSERVACION, POR LO MANIFESTADO SOLICITAMOS CONSIDERAR:

A18 AISLAMIENTO DE 80MM COMO MÍNIMO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACOGE LA OBSERVACION DEL POSTOR, Y PARA UNA MEJOR CONSERVACION DE LOS INSUMOS.

A18 AISLAMIENTO DE 80MM COMO MÍNIMO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20608554476       | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | EDAL MEDIC S.A.C. | Hora de envío :  | 22:16:27   |

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

ESTIMADOS SEÑORES DEL COMITE, SOLICITAMOS MEJORAR LA CARACTERISTICA DE LA ILUMINACION, YA QUE NO INDICA QUE TIPO DE ILUMINACION LLEVARA EL EQUIPO.

A16 ILUMINACION INTERNA TIPO LED, CON AHORRO DE 70% COMO MINIMO.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4.2    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACOGE LA OBSERVACION DEL POSTOR, Y DEBERÁN PRESENTAR ILUMINACION DE ULTIMA TECNOLOGÍA.

A16 ILUMINACION INTERNA TIPO LED, CON AHORRO DE 70% COMO MINIMO.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20608554476       | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | EDAL MEDIC S.A.C. | Hora de envío :  | 22:16:27   |

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

ESTIMADOS SEÑORES DEL COMITE, SOLICITAMOS CONSIDERAR:  
A04 CAMARA DE CONSERVACION DE ACERO INOX 304,

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4.2    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION.

A04 CAMARA DE CONSERVACION DE ACERO INOX 304 O SUPERIOR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20608554476       | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | EDAL MEDIC S.A.C. | Hora de envío :  | 22:16:27   |

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

ESTIMADO SEÑORES DEL COMITE, SOLICITAMOS CONSIDERAR QUE EL EQUIPO CUENTE CON UNA BATERÍA DE RESPALDO Y QUE ESTA PUEDA DAR EL SOPORTE DE AL MENOS 48 HORAS, ASI GARANTIZAR LA TRAZABILIDAD DEL EQUIPO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 4.2    **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCIÓN, ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, CON LA FINALIDAD DE QUE EL AREA USUARIA PUEDA TENER UN MEJOR CONTROL Y REGISTRO DE LA CONSERVACION, EL EQUIPO SOLICITADO DEBERÁ DE CONTAR CON BATERÍA DE RESPALDO PARA QUE PUEDA GARANTIZAR LA LECTURA O TRAZABILIDAD DEL EQUIPO CON UN TIEMPO MÍNIMO DE 40 HORAS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20608554476       | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | EDAL MEDIC S.A.C. | Hora de envío :  | 22:16:27   |

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

ESTIMADOS SEÑORES DEL COMITE, CREEMOS QUE HAY UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL PUNTO A6, CONSIDERAR:

A6 HASTA SIETE SONDAS O SENSORES DE TEMPERATURA O TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARA UN MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA, O SONDAS PT1000 PARA UN MEJOR PRECISION Y MEDICION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACOGE LA OBSERVACION, Y LOS POSTORES PODRÁN PRESENTAR:

A6 HASTA SIETE SONDAS O SENSORES DE TEMPERATURA O TERMOSTATO DE SEGURIDAD PARA UN MEJOR CONTROL DE TEMPERATURA, O SONDAS PT1000 PARA UNA MEJOR PRECISION Y MEDICION

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20608554476       | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | EDAL MEDIC S.A.C. | Hora de envío :  | 22:16:27   |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ESTIMADOS SEÑORES DEL COMITE DE SELECCION, PARA UN MEJOR BENEFICIO Y ASEGURAR QUE EL PERSONAL SOLICITADO, CUENTE CON PLENO CONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS OFERTADOS, SOLICITAMOS CONSIDERAR QUE EL PERSONAL CLAVE, DEBERÁ CONTAR CON UNA CAPACITACION O ENTRENAMIENTO DE AL MENOS UNO DE LOS BIENES OFERTADOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 7 Literal: C.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCIÓN, ACOGE LA OBSERVACIÓN, Y PARA UNA MEJOR POST VENTA EN TEMA DE MANTENIMIENTOS Y SOPORTE TECNICO, LOS POSTORES DEBERÁN DE PRESENTAR UN PERSONAL CALIFICADO EL CUAL ESTE CAPACITADO POR EL FABRICANTE, SE DEBERÁ DE ADJUNTAR UNA COPIA SIMPLE CON DATOS COMO CORREO, TELEFONO Y PERSONA DE CONTACTO PARA PODER VALIDAR EL DOCUMENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |                   |                  |            |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20608554476       | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | EDAL MEDIC S.A.C. | Hora de envío :  | 22:16:27   |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

ESTIMADOS SEÑORES DEL COMITE, SOLICITAMOS CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DEL CONGELADOR HORIZONTAL DE VACUNAS, PUNTO B, DE ACUERDO A CADA FABRICANTE, YA QUE ESTE LIMITA LA PARTICIPACION DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACOGE LA OBSERVACION, Y CON LA FINALIDAD DE MAYOR PARTICIPACIÓN, LA EETT DE DIMENSIONES SERÁ DE ACUERDO A CADA FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20543306771   | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A. | Hora de envío :  | 22:58:04   |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Capacitación

Al respecto, el perfil del capacitador solicitado limita la participación de postores. Pues el el personal clave requerido puede realizar dicha capacitación sin ningún problema. En aras de fomentar solicitamos que el personal clave requerido se encargue de la capacitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, Y SE SUPRIMIRA EN LA INTEGRACIÓN DE LAS BASES EL PERFIL DEL CAPACITADOR,LOS POSTORES DEBERAN PRESENTAR UNA DECLARACIÓN JURADA EN LA CUAL SE GARANTICE LA CAPACITACION DE LOS BIENES OFERTADOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI

Nomenclatura : AS-SM-28-2025-MDP/CS-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONGELADORA Y REFRIGERADORA DE VACUNAS Y MEDICAMENTOS PARA EQUIPAMIENTO PARA EL PIP: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE NUEVO PROGRESO - VALLE KIMPIRI DEL DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO CON CUI 2506441.

|                         |   |                  |            |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20543306771   | Fecha de envío : | 30/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A. | Hora de envío :  | 22:58:27   |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

f) Carta de compromiso de los profesionales propuestos, describiendo la disponibilidad, para prestar los servicios.

Al respecto, entendemos que esta carta de compromiso será emitido por el postor, mas no por el profesional propuestos. Confirmar, si nuestro entender es correcto?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA Y DA A CONOCER QUE SU APRECIACION ES CORRECTA, Y LA CARTA DE COMPROMISO SERÁ EMITIDA POR EL POSTOR Y FIRMADA POR EL PERSONAL PROPUESTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null