

LICITACION PÚBLICA N° 04-2023-INMP

“ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACION”

ACTA DE EVALUACIÓN, CALIFICACION DE OFERTAS

En Lima, siendo las 10:00 a.m. horas, del día 20 de Setiembre de 2023, en la Oficina de la Jefatura del Departamento de Patología, se reúne el Comité de Selección designado mediante a Resolución Ejecutiva de Administración N° 0106-OEA-INMP-2023, de fecha 7 de Julio de 2023, a efectos de proceder de acuerdo al cronograma con la siguiente agenda:

- Evaluación
- Calificación de Ofertas

De acuerdo al Registro de Participantes en forma Electrónica a través del SEACE hasta el día 13.08.2023 son las siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20108237148	REPRESENTACIONES MEDICAS DEL PERU S.R.L.	17/07/2023	Válido		17/07/2023	20108237148	🔍 📄
2	Proveedor con RUC	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	14/07/2023	Válido		14/07/2023	20155695901	🔍 📄
3	Proveedor con RUC	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	17/07/2023	Válido		17/07/2023	20501887286	🔍 📄
4	Proveedor con RUC	20505110651	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	17/07/2023	Válido		17/07/2023	20505110651	🔍 📄
5	Proveedor con RUC	20524800510	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	15/07/2023	Válido		15/07/2023	20524800510	🔍 📄
6	Proveedor con RUC	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.	14/07/2023	Válido		14/07/2023	20537139120	🔍 📄
7	Proveedor con RUC	20549590951	LABDEALERS MEDICA S.A.C.	17/07/2023	Válido		17/07/2023	20549590951	🔍 📄
8	Proveedor con RUC	20601065691	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	17/07/2023	Válido		17/07/2023	20601065691	🔍 📄
9	Proveedor con RUC	20602922597	VPM PROVEEDORES S.R.L.	31/07/2023	Válido		31/07/2023	20602922597	🔍 📄

9 registros encontrados, mostrando 9 registro(s), de 1 a 9. Página 1 / 1.

En el día y hora señalada en las Bases, los siguientes postores inscritos presento su oferta en forma electrónica a través del Seace:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	19/09/2023	17:58:57	20155695901	19/09/2023	18:07:13	Enviado	Valido		🔍 📄
2	20537139120	DELTALAB PERU S.A.C.	19/09/2023	22:49:08	20537139120	19/09/2023	22:49:30	Enviado	Valido		🔍 📄
3	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	19/09/2023	19:22:01	20501887286	19/09/2023	19:32:06	Enviado	Valido		🔍 📄

3 registros encontrados, mostrando 3 registro(s), de 1 a 3. Página 1 / 1.




Acto seguido se procede a descargar del sistema SEACE, de las Ofertas registradas de los mencionados postores para su revisión a fin de verificar la presentación de las documentaciones requeridas:

DOCUMENTOS PARA LA ADMISION DE LA OFERTA:

➤ **Postor 01: SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.** – Presenta su oferta, se ha procedido a su apertura en el que consta de 226 folios, se encuentra debidamente foliado y rubricado. Asimismo, se anuncia según Anexo 06 el precio total Ofertado para el **Ítem 01** por la suma de **S/. 685,608.00** Soles de conformidad con lo suscrito en el folio 133 de la Oferta. Asimismo, el comité de Selección da a conocer que el Postor ha cumplido con la presentación de documentación de presentación obligatoria – Documentos para la Admisión de la Oferta de la sección específica, por lo que la Oferta es **ADMITIDA**.

➤ **Postor 02: DELTALAB PERU S.A.C.** – Presenta su oferta, se ha procedido a su apertura en el que consta de 176 folios, se encuentra debidamente foliado y rubricado. Asimismo, se anuncia según Anexo 06 el precio total Ofertado para el **Ítem 62** por la suma de **S/. 442,920.00** Soles de conformidad con lo suscrito en el folio 16 de la Oferta. Sin embargo, revisando los documentos de presentación Obligatoria se observa:

- ❖ En el folio 26 de la oferta se presenta una de las características solicitadas del Equipo en Cesión de uso: Performance hasta 110 aproximadamente PT/h. Teniendo en cuenta que la empresa presentó la observación N°33 donde solicitaba que la performance sea igual o mayor a 100 pruebas /hora o 100 TP/Hora, no siendo acogida la observación, se verificó en la página web del fabricante HUMAN la incongruencia del performance del equipo ofertado (HUMACLOT PRO) con la información contenida en la oferta (<https://www.human.de/es/hemostasia/analizador-completamente-automatizado>),



Analizador completamente auto: x +

human.de/es/hemostasia/analizador-completamente-automatizado

Para recibir las próximas actualizaciones de Google Chrome, necesitarás Windows 10 o una versión posterior. Esta computadora usa Windows 7.

Human
Diagnostics Worldwide

EN FR ES Iniciar sesión Contacto término de búsqueda

Sobre HUMAN Products Profesionales de laboratorios Clientes institucionales COVID-19 Servicios Get news Shop

Corelab DX Diabetes DX POC DX Molecular DX Autoimmune DX Catálogos

HUMAN Diagnostics Worldwide > Products > Corelab DX > Hemostasia > Analizador completamente automatizado

- Química clínica
- Evaluación externa de la calidad
- Hematología
- CLIA / PIA
- ELISA
- Hemostasia
 - Reactivos, controles, calibradores
 - Instrumentos semiautomatizados
 - Analizador completamente automatizado
- Pruebas rápidas
- Análisis de orina
- Microscopios
- Líneas de laboratorio

HumaClot Pro

REF15000

Analizador completamente automatizado

Compacto analizador de coagulación completamente automatizado


Para laboratorios de volumen reducido a medio

- Aprox. 100 PT/h
- Apto para técnicas turbidimétrica, inmunológica, cromogénica y de coagulación
- Respetuoso con el medio ambiente gracias al bajo consumo de consumibles líquidos y de cubetas
- Conforme a la filosofía Plug&Run de HUMAN aplicaciones validadas para reactivos multipropósito y para la mayoría de reactivos inmunoturbidimétricos HUMAN preprogramados

HumaClot Pro (PDF, 2 MB)

Voces del mercado (PDF, 786 KB)

Así como la información del performance del equipo HUMACLOT PRO en la página web de la empresa Deltalab PERU SAC (<https://www.deltalabperu.com/producto/humacLOT-pro/>).



Analizador de coagulación automatizado HumaClot Pro

Compacto analizador de coagulación completamente automatizado para laboratorios de volumen reducido a medio.

SOLICITAR COTIZACIÓN

SKU: REF5800

Categorías: Analizadores automatizados, Coagulación

Share: [Facebook](#) [Twitter](#) [LinkedIn](#) [Google+](#)

Descripción	Analizador completamente automatizado
Información adicional	Compacto analizador de coagulación completamente automatizado
Accesorios	Para laboratorios de volumen reducido a medio
Videos	<ul style="list-style-type: none"> • 100 PT/h • Apto para técnicas turbidimétrica, inmunológica, citométrica y de coagulación • Respetuoso con el medio ambiente gracias al bajo consumo de consumibles líquidos y de cubetas • Conforme a la filosofía Plug&Run de HUMAN aplicaciones validadas para reactivos multipropósito y para la mayoría de reactivos inmunoturbidimétricos HUMAN preprogramados • Pantalla táctil y PC integrados • Lector interno de códigos de barras de muestras • 3 posiciones STAT

- ❖ En las bases integradas pág. 23, una de las características a acreditar del Reactivo Dosaje de Tiempo de Protrombina es el ISI igual o menor de 1.2, sin embargo en la oferta, folio 16 para el reactivo **Dosaje de Tiempo de Protrombina** en el equipo ofertado HumaClot Pro presenta un ISI de 1.26 por lo que **NO CUMPLE** con la característica solicitada.
- ❖ En las bases integradas pág. 24, una de las características a acreditar para el Equipo en cesión de uso es con **Lector de códigos de barra para los Reactivos y Tubos Primarios (muestras)** sin embargo en el Folio 28 de la oferta sólo acredita Lector de código de barras para la identificación de muestras y no para los reactivos.
- ❖ En las bases integradas pág. 24, una de las características a acreditar para el Equipo en cesión de uso es el **Módulo de Preanalítica con capacidad de comprobación para el volumen de llenado y detección por niveles de Ictericia, Lipemia y Hemólisis para todas las pruebas**, sin embargo revisada la oferta del folio 26 al folio 35 la empresa no se acredita lo solicitado.
- ❖ En las bases integradas pág.25, para el Equipo en Cesión de uso se pide acreditar el **Control de Calidad Externo**: De periodicidad mensual por un año, para todas las

pruebas del perfil de coagulación solicitados en el proceso y para cada área del Laboratorio (Laboratorio de Hematología y Laboratorio de Emergencia) **que permita la comparación de datos del instrumento con otros del mismo modelo**, u otras maneras de comparación para lo cual deberá acreditar experiencia mínima de 2 años en control de calidad externo con la comparación aceptada en otros centros a nivel nacional, sin embargo revisada la oferta del folio 36 al 37 la empresa no acredita lo solicitado.

- ❖ En los folios del 81 al 85 de la oferta, presenta el Protocolo y/o Certificado de Análisis de los reactivos ofertados donde se verifica que para el Reactivo Fibrinógeno / HEMOSTAT FIBRINOGEN (folio 83) hace referencia a la prueba de funcionamiento del reactivo en el equipo HumaClot DUO y HumaClot Junior; HumaClot Duo Plus, distinto al equipo Ofertado por la empresa: HumaClot Pro (Pag. 26 de la Oferta).
- ❖ En los folios 81 al 85 de la oferta, se presenta los certificados de análisis de los reactivos ofertados sin ninguna firma, por lo que la empresa No cumple con presentar lo señalado en el literal **k)** de las Bases Integradas donde se menciona:

.....el Certificado o protocolo de Análisis en el formato y modelo propio del fabricante **con una o más firmas** del Jefe del Control de Calidad y/o encargado del área de control de calidad **del fabricante** y/o Gerente de Calidad y/o cargo equivalente de acuerdo al formato **del fabricante**.

Por lo que la Oferta **NO ES ADMITIDA**.

- **Postor 03: DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.** – Presenta su oferta, se ha procedido a su apertura en el que consta de 327 folios, se encuentra debidamente foliado y rubricado. Asimismo, se anuncia según Anexo 06 el precio total Ofertado para el **Ítem 01** por la suma de **S/. 689,040.00** Soles de conformidad con lo suscrito en el folio 207 de la Oferta. Asimismo, el comité de Selección da a conocer que el Postor ha cumplido con la presentación de documentación de presentación obligatoria – Documentos para la Admisión de la Oferta de la sección específica, por lo que la Oferta es **ADMITIDA**.

Seguidamente a la propuesta admitida se asignó el puntaje correspondiente conforme a los factores de evaluación de la oferta señalados en las bases, según cuadro de evaluación adjunta:

EVALUACION DE OFERTA

"ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACION"										
ITEM	DENOMINACION DEL ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	N° DE POSTOR	MONTO OFERTADO	PUNTAJE = 100 PUNTOS	TOTAL PUNTAJE FINAL	ESTADO FINAL DEL ITEM	ORDEN DE PRELACION
							TOTAL PUNTAJE			
1	ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACION	1	PAQ.	776,400.00						
	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.				1	685,608.00	100.00	100.00	ADJUDICADO	1°
	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.				3	689,040.00	99.50	99.50		2°

REQUISITOS DE CALIFICACION:

- El Postor **SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.** es el que obtiene el primer lugar por orden de prelación, respecto a los factores de Evaluación de Ofertas para el Ítem 01, por lo se procede a verificar el Cumplimiento de los Requisitos de Calificación solicitados en las Bases. Queda **CALIFICADA.**
- El Postor **DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.** es el que obtiene el segundo lugar por orden de prelación, respecto a los factores de Evaluación de Ofertas para el Ítem 01, por lo se procede a verificar el Cumplimiento de los Requisitos de Calificación solicitados en las Bases. Queda **CALIFICADA.**

REQUISITOS DE CALIFICACION			
ITEM	RAZON SOCIAL	A. CAPACIDAD LEGAL	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
		HABILITACION	
1	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	SI CUMPLE	SI CUMPLE

ACUERDOS:

Cumpliendo con las formalidades del Acto y sin observaciones algunas, los miembros del Comité de Selección acuerdan, dejar listo el expediente para el Otorgamiento de la Buena Pro de acuerdo al cronograma del SEACE, se levanta la sesión y es firmada por los miembros del Comité de Selección en señal de conformidad.


M.C. MIGUEL GIOVANNI PAREDES ASPILCUETA
Presidente


MC. MARIA DEL CARMEN RAMOS CHIRINOS
Miembro


Sra. ROSARIO JANE CORTEZ CENTENO
Miembro

LICITACION PÚBLICA N° 04-2023-INMP

“ADQUISICION ANUAL DE REACTIVOS PARA PERFIL DE COAGULACION”

ACTA DE BUENA PRO

En Lima, siendo las 10:00 a.m. horas, del día 25 de Setiembre de 2023, en la Oficina de la Jefatura del Departamento de Patología, se reúne el Comité de Selección designado mediante a Resolución Ejecutiva de Administración N° 0106-OEA-INMP-2023, de fecha 7 de Julio de 2023, a efectos de proceder de acuerdo al cronograma al otorgamiento de la Buena Pro.

El Comité de Selección luego de proceder según lo establecido en las bases integradas y de acuerdo a la admisión, evaluación y calificación realizada precedentemente, acuerda otorgar la Buena Pro según lo establecido en el siguiente cuadro:

ITEM	RUC	RAZON SOCIAL	MONTO OFERTADO	MONTO OFERTADO EN LETRAS
01	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS S.R.L.	S/.685,608.00	SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON 00/100 SOLES

Acto seguido, se acordó registrar y publicar en el SEACE, el otorgamiento de la Buena Pro, según el cronograma del presente procedimiento de selección.

Firmado en señal de conformidad,


M.C. MIGUEL GIOVANNI PAREDES ASPILCUETA
Presidente


MC. MARIA DEL CARMEN RAMOS CHIRINOS
Miembro


Sra. ROSARIO JANE CORTEZ CENTENO
Miembro