

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HEP-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Ruc/código : 20101337261

Fecha de envío : 09/10/2024

Nombre o Razón social : ROCA S.A.C.

Hora de envío : 10:59:48

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendarios, computados desde el día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación

Se solicita al comité, para fomentar la pluralidad de postores, ampliar el plazo de entrega a 180 días calendario, modificando de la siguiente manera:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de ciento ochenta (180) días calendarios, computados desde el día siguiente de la suscripción del contrato, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico

Numeral: Cap. I

Literal: 1.9

Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la observación por que el plazo requerido este sujeto a la ejecución dentro del año presupuestal; teniendo en cuenta que existe pluralidad de postores de acuerdo con el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HEP-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	10:59:48

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Se solicita al comité, para fomentar la pluralidad de postores, disgregar del plazo de entrega, la entrega del bien, instalación y puesta en funcionamiento, modificando de la siguiente manera:

Plazo de entrega 180 días calendario.
Entrega del bien: 175 días calendario.
Instalación y puesta en funcionamiento: 5 días calendario.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap. I **Literal:** 1.9 **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la observación por que el plazo requerido este sujeto a la ejecución dentro del año presupuestal; teniendo en cuenta que existe pluralidad de postores de acuerdo con el estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HEP-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Ruc/código :	20511549249	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NOVA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:21:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ACLARACIONES O SUGERENCIAS
EQUIPO: INCUBADORA NEONATAL AVANZADA
CAP III: REQUERIMIENTO EETT
LITERAL 33: ¿ PAG: 24

33: Unidad de resucitación y/o reanimación, una (01), compacta (con sistema de aspiración, mezclador de aire /O2 (blender) y manómetro como mínimo, integrados o incorporados en la unidad), con válvula de pieza en T.

SUSTENTO: Al usar el término "COMPACTA" debemos entender que los componentes de la reanimación como resucitador en T, Blender y Aspiración deben estar encapsulados en una sola unidad y además con la finalidad de garantizar que el funcionamiento sea óptimo este debe ser de la misma marca que la incubadora, en ese sentido solicitamos se aclare si nuestra apreciación es correcta, si el sistema de reanimación sea de la misma marca e integrado en una sola unidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 33 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta por tener Ficha Homologada en las EETT. Atenerse a lo que menciona las Bases del proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HEP-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Ruc/código :	20511549249	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NOVA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:21:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ACLARACIONES O SUGERENCIAS
EQUIPO: INCUBADORA NEONATAL AVANZADA
CAP IV: FACTORES DE EVALUCION
LITERAL A: ¿ PAG: 55
FACTORES DE EVALUACION
A: PRECIO

SUSTENTO: Con la finalidad de tener una relación calidad-Precio se sugiere que el puntaje para la calificación económica no sea mayor de 60 puntos, de esta manera se puede compensar las diferencias de precio que puedan existir con equipos de menor calidad y precio, por lo tanto sugerimos que dicha valoración de puntaje económico quede de la siguiente manera:

Puntaje Económico(Al menor precio y al resto inversamente proporcional) 60 PUNTOS

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: A Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta la consulta, el puntaje a considerar será el siguiente:

Puntaje Económico (Al menor precio y al resto inversamente proporcional)
60 PUNTOS

Plazo de entrega
De 40 a 45 días calendario: 10 puntos
De 35 a 39 días calendario: 20 puntos
De 30 a 34 días calendario: 40 puntos

TOTAL 100 PUNTOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HEP-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Ruc/código :	20511549249	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	NOVA MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	22:21:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SUGERENCIAS O ACLARACIONES

EQUIPO: INCUBADORA NEONATAL AVANZADA

CAP IV: FACTORES DE EVALUCION

LITERAL B: ¿ PAG: 55

B: OTROS FACTORES DE EVALUACION

B: PLAZO DE ENTREGA

Evaluación:

Se evaluará en función del plazo de entrega ofertado, cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las EETT:

¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿

De 40 hasta 44 días calendarios ----- 10 PUNTOS

De 35 hasta 39 días calendarios ----- 15 PUNTOS

De 30 hasta 34 días calendarios ----- 30 PUNTOS

ASÍ MISMO SE SUGIERE AGREGAR UN ITEM ¿ ¿C¿ PARA LAS MEJORAS TECNOLÓGICA

C: MEJORA TECNOLÓGICA, RESPECTO A LAS EETT ¿ CON PUNTAJE MAXIMO DE 10 PUNTOS SEGÚN LA LCE 30225, DS114-2019.

Mejora 01

SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE CANOPIA Y/O CUPULA ANTE PRESENCIA DE OBSTÁCULOS

Mejora 01 ----- 05 puntos

Mejora 02

PUERTA ABATIBLE CON SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO Y MATERIAL DEL FILTRO POLIPROPILENO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 0,1 µm NaCl 99%

Mejora 02 ----- 05 puntos

ACREDITACIÓN:

Se acreditará únicamente mediante la presentación de DOCUMENTO ESPECIFICO QUE CONTENGA LAS MEJORAS EL CUAL PUEDE SER CATALOGO, DATA SHEET, MANUAL, ETC (NO SE ACEPTARÁ DECLARACION JURADA).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: B Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART.2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente la consulta en el extremo de que la evaluación será en función al precio y plazo de entrega. Ver respuesta (ítem 4).

No se considerará Mejoras como factores de Evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS
Nomenclatura :	AS-Homologacion-SM-7-2024-HEP-MINSA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HEP-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:07:11

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan:
33: Unidad de resucitación y/o reanimación, una (01), compacta (con sistema de aspiración, mezclador de aire /O2 (blender) y manómetro como mínimo, integrados o incorporados en la unidad), con válvula de pieza en T.

SUSTENTO: Se entiende que las incubadoras neonatales solicitadas deben de contar con un sistema integrado de todos sus componentes, es decir: la Unidad de resucitación y/o reanimación ser lo siguiente - Un (01) unidad compacta integrada el sistema de aspiración, blender y manómetro comprendidos en una sola estructura, sin componentes periféricos
solicitamos al digno comité indicar si es correcta nuestra apreciación.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la consulta por tener Ficha Homologada en las EETT. Atenerse a lo que menciona las Bases del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HEP-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:07:11

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitan:
FACTORES DE EVALUACION
A: PRECIO

SUSTENTO: considerando que la adquisición esta sujeta a una ficha homologada donde la diferencia de precios entre las distintas tecnologías que existen en el mercado nacional tienen una diferencia considerable, solicitamos al digno comité precisar un menor puntaje, ya sea de 50 puntos al precio. Y tener mejor tecnológicas que permitan a la entidad adquirir equipos de última tecnología con vigencia tecnológica según los principios de la ley de contrataciones del estado.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** 4.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 Inciso g) Vigencia Tecnológica

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la Observación.
Ver respuesta (ítem 4).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Nomenclatura : AS-Homologacion-SM-7-2024-HEP-MINSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INCUBADORA NEONATAL ESTANDAR PARA EL HOSPITAL DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS

Ruc/código :	20610572333	Fecha de envío :	09/10/2024
Nombre o Razón social :	DYR MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:07:11

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

SOLICITAN:

B: OTROS FACTORES DE EVALUACION

B: PLAZO DE ENTREGA

Evaluación:

Se evaluará en función del plazo de entrega ofertado, cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las EETT:

De 40 hasta 44 días calendarios ----- 10 PUNTOS

De 35 hasta 39 días calendarios ----- 15 PUNTOS

De 30 hasta 34 días calendarios ----- 30 PUNTOS

DE TAL FORMA ES ADECUADO AGREGAR UN ITEM ¿ ¿C¿ PARA LAS MEJORAS TECNOLÓGICAS SIENDO UN CRITERIO DE BENIFICIO CLINICO SIN COSTO ALGUNO AL PACIENTE Y PERSONAL DE SALUD

C: MEJORA TECNOLÓGICA, RESPECTO A LAS EETT ¿ CON PUNTAJE MAXIMO DE 10 PUNTOS SEGÚN LA LCE 30225, DS114-2019.

Mejora 01

SISTEMA DE DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE CANOPIA Y/O CUPULA ANTE PRESENCIA DE OBSTÁCULOS

Mejora 01 ----- 05 puntos

Mejora 02

PUERTA ABATIBLE CON SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO Y MATERIAL DEL FILTRO POLIPROPILENO CON EFICIENCIA DE FILTRACIÓN 0,1 µm NaCl 99%

Mejora 02 ----- 05 puntos

ACREDITACIÓN:

Se acreditará únicamente mediante la presentación de DOCUMENTO ESPECIFICO QUE CONTENGA LAS MEJORAS EL CUAL PUEDE SER CATALOGO, DATA SHEET, MANUAL, ETC (NO SE ACEPTARÁ DECLARACION JURADA).

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** IV **Literal:** 4.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta la Observación.

Ver respuesta (ítem 4).

No se considerará Mejoras como factores de Evaluación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null