

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EXTRAFAP Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA INTERVENCIONES QUIRURGICAS EXTRAFAP HOSPI PP-0135

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 14:51:12

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.1.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM PAQUETE N° 2: TROCARS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA
1. TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 10mm DESCARTABLE

COMPOSICIÓN: POLIVINIL Y ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, LIBRE DE REBABAS Y ARISTAS CORTANTES, ESTÉRIL, HIPOALERGÉNICO, ATÓXICO, BIOCOMPATIBLE.

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita al comité aceptar la composición en el Material sea de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), Nylon y cuchilla de acero inoxidable, teniendo en cuenta que este material tiene mayor rendimiento y resistencia y es el más utilizado en aplicaciones especializadas en productos sanitarios y el mismo no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.3.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que no se admite la consulta, debido que la composición del trocar está bien definido; y además porque según el expediente de contratación, en la indagación de mercado se determina que existe pluralidad de postores que comercializan los materiales solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EXTRAFAP Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA INTERVENCIONES QUIRURGICAS EXTRAFAP HOSPI PP-0135

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 14:51:12

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.1.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM PAQUETE N° 2: TROCARS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA

1. TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 10mm DESCARTABLE

CALIBRE Y/O DIMENSIONES: 10 mm

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita considerar la presentación de 10 a 11 mm, teniendo en cuenta que ésta última permite un mayor rango de trabajo para el uso de los diferentes instrumentos utilizados durante el acto operatorio, y el mismo no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente. Así mismo, en atención al Principio de Eficiencia y al Principio de Libre Concurrencia y competencia, favoreciendo de esta forma una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.3.2 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Respecto a la presente consulta, el Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que el calibre y/o dimensiones del trocar solicitado es de 10mm, no se aceptan variaciones; por tal motivo los postores deberán ceñirse a lo establecido en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EXTRAFAP Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA INTERVENCIONES QUIRURGICAS EXTRAFAP HOSPI PP-0135

Ruc/código : 20465722119

Nombre o Razón social : GLOBAL SUPPLY S.A.C.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 14:51:12

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CAPITULO III
REQUERIMIENTO
3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
3.1.3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ÍTEM PAQUETE N° 2: TROCARS PARA CIRUGIA LAPAROSCÓPICA

2. TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA 5mm DESCARTABLE

COMPOSICIÓN: POLIVINIL Y ACERO INOXIDABLE QUIRÚRGICO, LIBRE DE REBABAS Y ARISTAS CORTANTES, ESTÉRIL, HIPOALERGÉNICO, ATÓXICO, BIOCOMPATIBLE.

Teniendo en cuenta que cada fabricante utiliza diseños y medidas diferentes que cumplen con normas de manufactura y estándares de calidad internacionales, se solicita al comité aceptar la composición en el Material sea de Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS), Nylon y cuchilla de acero inoxidable, teniendo en cuenta que este material tiene mayor rendimiento y resistencia y es el más utilizado en aplicaciones especializadas en productos sanitarios y el mismo no afecta la funcionabilidad del producto ni pone en riesgo la salud del paciente.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 3.1.3.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que no se admite la consulta, debido que la composición del trocar está bien definido; y además porque según el expediente de contratación, en la indagación de mercado se determina que existe pluralidad de postores que comercializan los materiales solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No existe

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EXTRAFAP Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA INTERVENCIONES QUIRURGICAS EXTRAFAP HOSPI PP-0135

Ruc/código : 20546950396

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 16:52:52

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE PUEDE VER QUE EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SOLICITAN PARA EL ÍTEM PAQUETE N° 1: CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS ¿ SUB ÍTEM N° 2 KIT DE ROPA PARA CIRUJANO (GORRO, MASCARA, BOTA, CHAQUETA Y PANTALON)

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN INDICAR SI EL COMPONENTE: BOTA ES EL CUBRE CALZADO CON AJUSTE POR ELASTICO CON O SIN ANTIDESLIZANTE.

EN VIRTUD DE QUE NO SE GENERE CONFUSIONES AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y ASÍ GARANTIZAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN, PLURALIDAD DE POSTORES Y PROPUESTAS Y ASÍ OBTENER LA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD CONVOCANTE Y NO SE VULNEREN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LITERAL A), B), E) Y J) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 30225).

DE ESTA MANERA SE GARANTIZARÍA LA FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE ES LA DE OBTENER LA PROPUESTA MÁS VENTAJOSA CON EL FIN DE QUE SE SATISFAGA EL INTERÉS PÚBLICO DE LA ENTIDAD CONVOCANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que se precisa que lo que dice BOTA, se refiere al Cubre Calzados con ajuste por elástico con o sin antideslizante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

BOTA o Cubre Calzados con ajuste por elástico con o sin antideslizante.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EXTRAFAP Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA INTERVENCIONES QUIRURGICAS EXTRAFAP HOSPI PP-0135

Ruc/código : 20546950396

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 16:52:52

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE PUEDE VER QUE EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SOLICITAN PARA EL ÍTEM PAQUETE N° 1: CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS ¿ SUB ÍTEM N° 2 KIT DE ROPA PARA CIRUJANO (GORRO, MASCARA, BOTA, CHAQUETA Y PANTALON):

- CARACTERÍSTICAS: Plastificado e Impermeable a microorganismos y líquidos, doblado quirúrgico, no despeluza, resistente al desgarro, suave

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORREGIR LO ANTERIOR MECIONADO YA QUE LA TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO SMS NO ES PLASTIFICADA LO CORRECTOS SERIA:

- . CARACTERÍSTICAS: tela no tejida de Polipropileno SMS e Impermeable a microorganismos y líquidos, doblado quirúrgico, no despeluza, resistente al desgarro, suave

EN VIRTUD DE QUE NO SE GENERE CONFUSIONES AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y ASÍ GARANTIZAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN, PLURALIDAD DE POSTORES Y PROPUESTAS Y ASÍ OBTENER LA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD CONVOCANTE Y NO SE VULNEREN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LITERAL A), B), E) Y J) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 30225).

DE ESTA MANERA SE GARANTIZARÍA LA FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE ES LA DE OBTENER LA PROPUESTA MÁS VENTAJOSA CON EL FIN DE QUE SE SATISFAGA EL INTERÉS PÚBLICO DE LA ENTIDAD CONVOCANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que la descripción correcta de la Característica Técnica del Kit de Ropa para Cirujano es: Tela no tejida de polipropileno SMS e impermeable a microorganismos y líquidos, doblado quirúrgico, no despeluza, resistente al desgarro, suave.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Característica Técnica: Tela no tejida de polipropileno SMS e impermeable a microorganismos y líquidos, doblado quirúrgico, no despeluza, resistente al desgarro, suave.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EXTRAFAP Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA INTERVENCIONES QUIRURGICAS EXTRAFAP HOSPI PP-0135

Ruc/código : 20546950396

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 16:52:52

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SE PUEDE VER QUE EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SOLICITAN PARA EL ÍTEM PAQUETE N° 1: CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS ¿ SUB ÍTEM N° 3 SET DE ROPA DESCARTABLE PARA LAPAROTOMIA:

- CARACTERÍSTICAS: Plastificado e Impermeable a microorganismos y líquidos, no despeluza, resistente al desgarro, suave, fácil de manipular

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN CORREGIR LO ANTERIOR MECIONADO YA QUE LA TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO SMS NO ES PLASTIFICADA LO CORRECTOS SERIA:

- CARACTERÍSTICAS: tela no tejida de Polipropileno SMS e Impermeable a microorganismos y líquidos, no despeluza, resistente al desgarro, suave, fácil de manipular

EN VIRTUD DE QUE NO SE GENERE CONFUSIONES AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y ASÍ GARANTIZAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN, PLURALIDAD DE POSTORES Y PROPUESTAS Y ASÍ OBTENER LA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD CONVOCANTE Y NO SE VULNEREN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LITERAL A), B), E) Y J) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 30225).

DE ESTA MANERA SE GARANTIZARÍA LA FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE ES LA DE OBTENER LA PROPUESTA MÁS VENTAJOSA CON EL FIN DE QUE SE SATISFAGA EL INTERÉS PÚBLICO DE LA ENTIDAD CONVOCANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que la descripción correcta de la Característica del Set de Ropa Descartable para Laparotomía es: Tela no tejida de Polipropileno SMS e Impermeable a microorganismos y líquidos, no despeluza, resistente al desgarro, suave, fácil de manipular.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Característica Técnica: Tela no tejida de Polipropileno SMS e Impermeable a microorganismos y líquidos, no despeluza, resistente al desgarro, suave, fácil de manipular.

Entidad convocante : FUERZA AEREA DEL PERU

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-HOSPI/FAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CONEXOS GENERALES PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS EXTRAFAP Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA INTERVENCIONES QUIRURGICAS EXTRAFAP HOSPI PP-0135

Ruc/código : 20546950396

Nombre o Razón social : GRUPO D Y S S.R.L.

Fecha de envío : 29/03/2023

Hora de envío : 16:52:52

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE PUEDE VER QUE EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN SOLICITAN PARA EL ÍTEM PAQUETE N° 3: DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EXTRAFAP¿ SUB ÍTEM N° 1 CIRCUITO CORRUGADO ADULTO REUSABLE CON TRAMPA DE AGUA PARA VENTILADOR MECÁNICO.

LE INDICAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN QUE EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE LA DESCRIPCIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, YA QUE EN LA DESCRIPCIÓN SOLICITA UN PRODUCTO REUSABLE, Y EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITA CARACTERÍSTICAS DE UN PRODUCTO DESECHABLE, SOLICITAMOS AL COMTE ACLARARA QUE ESTA SOLICITANDO.

EN VIRTUD DE QUE NO SE GENERE CONFUSIONES AL MOMENTO DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y ASÍ GARANTIZAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN, PLURALIDAD DE POSTORES Y PROPUESTAS Y ASÍ OBTENER LA MÁS VENTAJOSA PARA LA ENTIDAD CONVOCANTE Y NO SE VULNEREN LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO (LITERAL A), B), E) Y J) DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY 30225).

DE ESTA MANERA SE GARANTIZARÍA LA FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN QUE ES LA DE OBTENER LA PROPUESTA MÁS VENTAJOSA CON EL FIN DE QUE SE SATISFAGA EL INTERÉS PÚBLICO DE LA ENTIDAD CONVOCANTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección luego de efectuar coordinaciones con el área usuaria, comunica que el requerimiento del Circuito Corrugado Adulto es REUSABLE.

Por tal motivo y con la finalidad de que no exista confusión, se suprime las palabras: aséptico o estéril y (Peel Open)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

COMPOSICIÓN: suprimir: aséptico o esterial

ENVASE INMEDIATO: suprimir: (Peel Open)