

**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

**1 NÚMERO DE ACTA** 001-2023-CS- AS N° 34-2023-GERESA/LL

**2 SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**

En, las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los dieciocho (18) días del mes de octubre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad , a las 14:00 am horas, se reunieron los integrantes del comite designados mediante formato N° 004 AS N° 34-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 34-2023 GERESA/LL , cuyo objeto de convocatoria es "IOARR 2596379: ADQUISICIÓN DE ELECTROBISTURI POTENCIA MEDIA PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA SANCHEZ CARRIÓN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3 SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**

El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ECON. ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING. Oscar Ivan Díaz Arana	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			
Segundo Miembro	Ing. LOURDES DE FATIMA RODRIGUEZ LLICAN	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACION
		Suplente			

**4 DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**

De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SILUPU NAVARRETE JOSE ESGARDO	10104942330
2	ROCA S.A.C.	20101337261
3	BIOIMAGEN S.A.C	20392644556
4	GLOBAL SUPPLY S.A.C.	20465722119
5	SALUD AMAZONICA E.I.R.L.	20494151503
6	VITALTEC S.A.C.	20501645517
7	ENDEL MEDIC S.A.C.	20502551311
8	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
9	NUCLEO DE INGENIERIA TOTAL Y CONSTRUCCION S.A.C. - NITCON	20524816947
10	GRUPO TOVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO TOVAL S.A.C.	20553377308
11	R & M ELECTROMEDICA S.R.L.	20556514004
12	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	20601571065
13	INDUSTRIA TECNOLOGICA PERU E.I.R.L.	20603344341
14	SAINT INDUSTRY E.I.R.L.	20603346344
15	CF DISMED S.A.C.	20603460554
16	TECNO IMAGEN PERU S.A.C.	20604458944
17	GRUPO RG MEDIC S.A.C.	20604732019
18	TECNOLOGÍA, SERVICIOS Y OBRAS E.I.R.L.	20606008024
19	HEALTHCARE TECHNOLOGY MANAGEMENT SOLUCIONES S.A.C.	20606042044

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	ENDEL	12/10/2023	11:03:40
2	ROCA S.A.C.	12/10/2023	18:40:39

6	Acto seguido, se procede con la apertura las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.
---	--

7	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS</b>		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
	1	ENDEL MEDIC S.A.C	NO CUMPLE CON EL ANEXO 04, el cual solicita detallar : i) plazo de entrega, ii) instalación y iii) puesta en funcionamiento-Resolución N° 00701-2021-TCE-S2
	2	ROCA S.A.C	No cumple las especificaciones técnicas, detalle en el anexo de evaluación técnica.

8	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, se DECLARA DESIERTO al no tener ninguna oferta admitida de acorde a los puntos anteriores

15	<b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS</b>		
	 Ecom, Angel Daniel Tejada Nuñez Presidente Titular	 ING. Oscar Ivan Díaz Arana Primer Miembro	 Ing. Lourdes De Fatima Rodriguez Llican Segundo Miembro



AS34-2023-GERESALL

ELECTROBISTURI

2 unid

S/ 140,000.00

MONTO DISPONIBLE

S/ 140,000.00

POSTORES		ENDELMEDIC	ROCA SAC
RUC		20502551311	20101337261
DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTAS ITEM 01			
DECLARACION JURADA DEL POSTOR ANEXO 01	A	CUMPLE	CUMPLE
COPIA CERTIFICADO DE VIGENCIA DE PODER DEL REPRESENTANTE LEGAL O PERSONA NATURAL COPIA DE DNI	B	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA ANEXO 2	C	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ITEM 01	D	CUMPLE	CUMPLE
ACREDITACION DE CARACTERISTICAS TECNICAS	E	CUMPLE -ANEXO EVALUACION TECNICA	NO CUMPLE -ANEXO EVALUACION TECNICA
REGISTRO SANITARIO		CUMPLE	
GARANTIA COMERCIA DEL BIEN ITEM 1	F	CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE POST VENTA ITEM 01		CUMPLE	CUMPLE
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE ENTREGA ANEXO 4 ITEM 01	ANEXO 04	NO CUMPLE - 90 dias	CUMPLE - 90 DIAS
PROMESA DE CONSORCIO	ANEXO 05	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
PRECIO DE LA OFERTA EN SOLES ANEXO 06 ITEM 1	ANEXO 06.	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTACION DE PRESENTACION FACULTATIVA			
BONIFICACION DE MYPE	5%	APLICA	NO APLICA
PUNTAJES			
VALOR OFERTA		S/ 139,800.00	S/ 211,501.28
% DEL VALOR DE OFERTA		99.86%	151.07%
PUNTAJE DE LA OFERTA			
PUNTAJE POR EL PLAZO DE ENTREGA			
TOTAL POR FACTORES DE EVALUACION			
BONIFICACION			
PUNTAJE TOTAL			

DOCUMENTOS PARA ACREDITAR REQUISITOS DE CALIFICACION			
EXPERIENCIA DEL POSTOR ITEM 01			

# AS Nº 034-2023-GERESAL

## ITEM: ELECTROBISTURI POTENCIA MEDIA

### EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

POSTOR 1: ROCA SAC  
POSTOR 2: ENDELMEDIC SAC

A	GENERALES	POSTOR 1	POSTOR 2
A01	EQUIPO ELECTROQUIRURGICO DE ALTA FRECUENCIA PARA ELECTROCIURGIA MONOPOLAR Y BIPOLAR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A02	PANTALLA DIGITAL QUE PERMITA LA VISUALIZACION DE NIVELES DE POTENCIA: CORTE Y COAGULACION MONOPOLAR, CORTE Y COAGULACION BIPOLAR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A03	SISTEMA DE ADAPTACION AUTOMÁTICA DE LA POTENCIA O VOLTAJE DE SALIDA A LAS DISTINTAS IMPEDANCIAS DE LOS TEJIDOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A04	CONTROL DE CONTACTO DEL ELECTRODO NEUTRO DE DOBLE CAMPO CON LA PIEL DEL PACIENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A05	CONTROL DE CONTACTO DEL ELECTRODO NEUTRO DE DOBLE CAMPO CON EL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A06	CON PROTECCION CONTRA INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA SEGÚN IEC 801 (O SIMILAR EQUIVALENTE).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A07	CON PROTECCION DE CORRIENTES DE FUGAS BF Y AF SEGÚN IEC 60601	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A08	CON PROTECCION DE SEGURIDAD ELÉCTRICA TIPO CF, PROTEGIDO CONTRA DESCARGAS DE DESFIBRILACION.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A09	AUTODIAGNOSTICO DEL EQUIPO Y SUS ACCESORIOS CONECTADOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A10	MONITOREO DE ELECTRODO NEUTRAL PARA PREVENCIÓN DE QUEMADURAS, CON SISTEMA DE SEGURIDAD CON ALARMA VISUAL, ACÚSTICA Y APAGADO AUTOMÁTICO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A11	MEMORIA PARA ALMACENAR MINIMO 09 TIPOS DE PROCEDIMIENTOS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>GENERADOR</b>			
A12	UNA (01) SALIDA MONOPOLAR COMO MINIMO, PARA CABLE-CONECTOR ESTÁNDAR DE 03 GUIAS 4 Y 8 MM.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A13	UN (01) SALIDA BIPOLAR UNIVERSAL PARA CABLES CON DIFERENTES MEDIDAS: 22mm, 28 mm, 8/4 mm.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A14	UN (01) SALIDA PARA ELECTRODO NEUTRO PARA EL MENOS DOS DIFERENTES TIPOS DE CONECTOR	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FIEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A15	ACTIVACION MEDIANTE INTERRUPTOR MANUAL (MANGO) Y PEDAL	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A16	COAGULACIÓN BIPOLAR CON INICIO AUTOMÁTICO Y DETENCIÓN AUTOMÁTICA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A17	MAXIMA POTENCIA DE CORTE: 300W O MÁS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A18	MONOPOLAR CORTE PURO O ESTÁNDAR MÁX. 300 W O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A19	MONOPOLAR CORTE PRECISO O SECO: 80W O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A20	MONOPOLAR CORTE CON DESHUMIDIFICACION O SECO: 150W O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A21	MONOPOLAR CORTE EN MEDIO ACUOSO: 250W O MAYOR	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FIEHACIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A22	MONOPOLAR COAGULACION POR CONTACTO (SUAVE O FORZADA): 200W O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A23	MONOPOLAR COAGULACION POR CONTACTO (UNIVERSAL) O MODERADA: 120W O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT



A24	MONOPOLAR COAGULACION POR SPRAY (MODULADA POR IMPULSOS): 100W O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A25	BIPOLAR DE CORTE: 100W O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A26	BIPOLAR COAGULACION O BIPOLAR ESTANDAR: DE 1 A 120 W O MAYOR	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>B</b>	<b>ACCESORIOS</b>		
B01	UN (01) COCHE RODABLE PARA COLOCAR EL EQUIPO DEL MISMO FABRICANTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B02	PEDAL O PEDALES PARA ACTIVAR EL MODO MONOPOLAR DE CORTE/COAGULACION Y EL MODO BIPOLAR DE COAGULACION, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B03	ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO ADULTO DE DOBLE CAMPO (DE CAUCHO, SILICONA, GOMA CONDUCTORA O EQUIVALENTE FLEXIBLE): 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 50 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS (02) CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHAICIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B04	ELECTRODOS NEUTROS TAMAÑO PEDIÁTRICO DE DOBLE CAMPO (DE CAUCHO, SILICONA, GOMA CONDUCTORA O EQUIVALENTE FLEXIBLE): 05 ELECTRODOS REUSABLES CON ACCESORIOS SUJETADORES O 500 ELECTRODOS DESCARTABLES, CON DOS (02) CABLE-CONECTOR AL EQUIPO COMO MINIMO.	NO SUSTENTA EN FORMA COMPLETA Y FEHAICIENTEMENTE CUMPLIMIENTO DE EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B05	CABLE MONOPOLAR CON CONECTOR AL EQUIPO DE 03 GUIAS, CON MANGO INTERRUPTOR DE CORTE-COAGULACION: 05 REUSABLES O 100 DESCARTABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B06	ELECTRODOS MONOPOLARES TAMAÑO CORTO: 06 REUSABLES O 60 DESCARTABLES TIPO CUCHILLA: 06 REUSABLES O 60 DESCARTABLES TIPO AGUJA: 06 REUSABLES O 60 DESCARTABLES TIPO ASA O LAZO O CONIZACION (DE VARIOS DIÁMETROS); 03 REUSABLES O 30 DESCARTABLES TIPO BOLA (DE VARIOS DIÁMETROS).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B07	ELECTRODOS MONOPOLARES REUSABLES TAMAÑO LARGO O CON EXTENSION: 03 REUSABLES O 30 DESCARTABLES TIPO CUCHILLA O LANCETA: 03 REUSABLES O 30 DESCARTABLES TIPO ASA O LAZO O CONIZACION (DE VARIOS DIÁMETROS); 03 REUSABLES O 30 DESCARTABLES TIPO BOLA (DE VARIOS DIÁMETROS).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B08	DOS (02) CABLES-CONECTOR BIPOLAR REUSABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B09	CUATRO (04) ELECTRODOS BIPOLARES REUSABLES TIPO PINZA, CON AISLAMIENTO, DE FORMA Y TAMAÑO DISTINTOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>C</b>	<b>REQUERIMIENTO ELECTRICO:</b>		
C01	TENSION DE ALIMENTACION 220/230 V/AC, O RANGO QUE CONTENGA ESTE VALOR, MONOFASICO. FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
C02	CABLE DE PODER VULCANIZADO, ENCHUFE CON PUESTA A TIERRA Y CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA R.M Nº 175-2008-MEM	SUSTENTA CON OTRO TIPO DE CONECTORNO NO CUMPLE EETT SOLICITADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
<b>D</b>	<b>GARANTIA Y MANTENIMIENTO:</b>		
D01	TRES (03) AÑOS DE GARANTIA COMO MINIMO, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION O FALLAS NO ATRIBUIBILES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
D02	PROGRAMA Y EJECUCION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FRECUENCIA SEMESTRAL, EN EL PERIODO QUE DURE LA GARANTIA SUSTENTADO O INDICADO EN EL MANUAL TECNICO DEL EQUIPO, DONDE SE INCLURÁN ACTIVIDADES DE VERIFICACION Y CALIBRACION DE SER EL CASO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
<b>E</b>	<b>CAPACITACION, MANUALES Y OTROS:</b>		
E01	CAPACITACION DE CUATRO (04) HORAS MINIMO PARA EL PERSONAL USUARIO QUE UTILIZA EL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E02	CAPACITACION DE CUATRO (04) HORAS MINIMO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E03	UN (01) MANUAL DE USUARIO O INSTRUCTIVO DE FÁBRICA EN IDIOMA ESPAÑOL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ

	TRADUCCION.		
E05	PROTOCOLO DE PRUEBAS FIRMADO POR INGENIERO(A) COLEGIADO(A) HÁBIL ESPECIALIZADO Y CAPACITADO(A) EN INSTALACION O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PROPUESTO POR LA EMPRESA PROVEEDORA Y APROBADO POR EL AREA DE EQUIPAMIENTO DE GERESA ANTES DE LA ENTREGA DEL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E06	COLOCACION DE IDENTIFICACION GRABADA EN PLACA METÁLICA, CONSIGNANDO LOS DATOS DE LA EMPRESA, PROCEDIMIENTO DE SELECCION U ORDEN DE COMPRA, FECHA DE INSTALACION Y PERIODO DE GARANTIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E07	ENTREGA Y PROBABO DEL BIEN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BENEFICIARIO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ

POSTOR 1: ROCA SAC	NO CUMPLE, NO SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA
POSTOR 2: ENDELMEDIC SAC	CUMPLE, SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA