

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANALIZADOR DE HIERRO Y MANGANESO Y DE ALUMINIO, INCLUYE REACTIVOS, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	15:31:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El plazo de entrega indican 120 días, sabiendo que estamos próximos a fin de año, en caso la entrega e instalación de los analizadores se prolongue hasta los primeros meses del año entrante el presupuesto destinado al pago se mantendrá y se pagará en el plazo establecido o habrían inconvenientes en ello.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.9 Literal: PDE Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se cuenta con el presupuesto destinado para esta contratación, el cual se asegura realizar el gasto con el pago al contratista si la entrega de los bienes se realizaría en el 2025 por parte del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANALIZADOR DE HIERRO Y MANGANESO Y DE ALUMINIO, INCLUYE REACTIVOS, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	15:31:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En los entregables solicitan Certificado de protocolos de prueba, solicitamos al comité especial indicar si dicho certificado lo puede emitir el proveedor o el certificado debe estar avalado por una entidad que lo certifique.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.4 Literal: GC Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Los protocolos de prueba podrán ser emitidos por el proveedor o por una entidad que lo certifique.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA SA

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-OEC/EPS MOQ. SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION ANALIZADOR DE HIERRO Y MANGANESO Y DE ALUMINIO, INCLUYE REACTIVOS, INSTALACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION

Ruc/código :	20521349353	Fecha de envío :	26/09/2024
Nombre o Razón social :	FULL INGENIERIA S.R.L.	Hora de envío :	15:31:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
Como personal operario solicitan un prevencionista en seguridad y salud en el trabajo con un (01) año de experiencia, solicitamos al comité especial indicar si esa labor también lo podría cumplir el jefe de servicio de instalación y puesta en funcionamiento que cumple con los requisitos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: PO Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Es responsabilidad del postor ofertar al personal operario como prevencionista en seguridad y salud en el trabajo, el cual debe cumplir con la experiencia y el perfil solicitado en las bases; el cual podrá ser el Jefe del servicio siempre y cuando cumpla con lo solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null