

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : LP-SM-9-2024-ESSALUD-RALL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO COMPRA LOCAL ANUAL 2024 ESSALUD- RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

Ruc/código : 20563794101 Fecha de envío : 20/09/2024
Nombre o Razón social : ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C. Hora de envío : 22:27:03

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, en Anexo A, en las CARACTERISTICAS del bien solicitado se señala ¿Funda protectora aislada de ETFE, de grado médico¿.

Señores miembros del comité de selección previa consulta con el área usuaria y a fin que exista mayor participación de postores potenciales solicitamos ampliar la especificación y se acepte ¿Funda protectora aislada de policarbonato, de grado médico¿, dado que la funda protectora no tiene incidencia en el procedimiento o ingreso del dispositivo médico al cuerpo.

Observamos las bases solicitando se acepte Funda protectora aislada de policarbonato, de grado médico

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: anexo a Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) del artículo 2 de la Ley Art 16 del Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, dentro de características se acepta funda protectora aislada de policarbonato, de grado médico debido a que no constituye un cambio significativo en la intervención quirúrgica realizada con el dispositivo médico. Quedando la especificación técnica, redactada: Funda protectora aislada de ETFE, de grado médico y / o policarbonato, de grado médico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : LP-SM-9-2024-ESSALUD-RALL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO COMPRA LOCAL ANUAL 2024 ESSALUD- RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

Ruc/código :	20563794101	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C.	Hora de envío :	22:27:03

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, en Anexo A, en el MATERIAL del bien solicitado se señala ¿Tipo: Cuarzo, silicona y ETFE grado médico¿.

Señores miembros del comité de selección previa consulta con el área usuaria y a fin que exista mayor participación de postores potenciales OBSERVAMOS las especificaciones técnicas solicitando ampliar la especificación y se acepte ¿Tipo: Cuarzo y Policarbonato grado médico¿

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** --- **Literal:** anexo A **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Literal a) del artículo 2 de la Ley Art 16 del Reglamento

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, dentro de material, se acepta policarbonato, de grado médico debido a que no constituye un cambio significativo en la intervención quirúrgica realizada con el dispositivo médico. Quedando la especificación técnica, redactada: Material Tipo: Cuarzo, silicona, ETFE, de grado médico y / o policarbonato, de grado médico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : LP-SM-9-2024-ESSALUD-RALL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO COMPRA LOCAL ANUAL 2024 ESSALUD- RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

Ruc/código :	20563794101	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C.	Hora de envío :	22:27:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, en Anexo A, en el DIMENSIONES del bien solicitado se señala ¿273 u(micras) a 276 u(micras) conector de color verde¿.

Para una pluralidad de postores se consulta si se aceptará ¿273 u(micras) a 276 u(micras) conector de color azul¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: --- Literal: ANEXO A **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, dentro de dimensiones, se acepta conector color azul debido a que no constituye un cambio significativo en la intervención quirúrgica a realizar. Quedando la especificación técnica, redactada: 273 u(micras) a 276 u(micras) conector color verde o azul

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : LP-SM-9-2024-ESSALUD-RALL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO COMPRA LOCAL ANUAL 2024 ESSALUD- RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

Ruc/código :	20563794101	Fecha de envío :	20/09/2024
Nombre o Razón social :	ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C.	Hora de envío :	22:27:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Según bases administrativas, en el Numeral 4.6 correspondiente a los Rotulados de los envases mediato e inmediato del bien solicitado se señala que para la aceptación de la oferta se deben presentar: ¿Rotulado de los envases mediato e inmediato deben encontrarse conforme a lo autorizado en su Registro Sanitario y conforme a lo establecido en el D.S. 016-2011 y modificatorias vigentes¿.

Para una pluralidad de postores se consulta si se aceptará, la ampliación de la presentación de únicamente rotulados inmediatos en caso el material médico solo cuente con este tipo de rotulados. Según lo estipulado en su Registro Sanitario y conforme a lo establecido en el D.S. 016-2011 y modificatorias vigentes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.6 **Literal:** ---- **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el rotulado de los envases mediato e inmediato deben encontrarse conforme a lo autorizado en su Registro Sanitario y conforme a lo establecido en el D.S. 016-2011 y modificatorias vigentes. Si el Registro Sanitario autoriza sólo rotulado en el envase inmediato, será aceptado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura : LP-SM-9-2024-ESSALUD-RALL-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO COMPRA LOCAL ANUAL 2024 ESSALUD- RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD

Ruc/código :	20607531600	Fecha de envío :	24/09/2024
Nombre o Razón social :	BIOCELLS GENOMICS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BIOGENOMICS S.A.C.	Hora de envío :	15:32:27

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El requerimiento indica:

PLAZO DE ENTREGA
CÓDIGO SAP: 20103126

NOTA:

-El código 20104314 EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR EQUIPO EN CESION DE USO PARA LOS HOSPITALES. HVLE(1) HACVP(1)

-El código 20104315 EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERA ENTREGAR EQUIPO EN CESION DE USO PARA LOS HOSPITALES. HVLE(1)

Al respecto, se solicita al Comité de Selección aclarar si para el ITEM 3 CÓDIGO SAP: 20103126 ELECTRODO PARA GENERADOR ELECTROQUIRURGICO DE RAFIOFRECUENCIA BIPOLAR PARA CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, se requiere equipo en cesión de uso para la atención de cirugías, por lo cual se solicita disipar la cantidad y para que redes serían de corresponder.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** 1.9 **Página:** 14
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que para el ítem 020103126 Electrodo para generador electroquirúrgico de radiofrecuencia bipolar para cirugía artroscópica, se requiere que el proveedor adjudicado entregue dos (02) equipos(consolas) en la modalidad de "Cesión en Uso " siendo la entrega en el Servicio de Centro Quirúrgico de los hospitales: Hospital Víctor Lazarte Echegaray (01) y Hospital Alta Complejidad Virgen de la Puerta(01).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se precisa