

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE PIURA-HOSPITAL DE APOYO III SULLANA

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-HAS-CS.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS CON EQUIPO EN SESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL DE APOYO II-2 SULLANA

Ruc/código : 20155695901

Fecha de envío : 17/07/2023

Nombre o Razón social : SISTEMAS ANALITICOS SRL

Hora de envío : 22:48:00

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Considerando que hace más de 1 año vienen trabajando con un equipo de mayor performance; en el requerimiento enviado el equipo solicitado es de menor performance a la que vienen trabajando los cuales les perjudicaría en el proceso diario, es por ellos que solicitamos al comité especial indicar cuál es la especificación técnica a considerar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: capítulo 2 Literal: especifica Página: esp.

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección en coordinación con el área técnica, no acoge su observación, ya que el equipo solicitado en las bases cumple con la cantidad de muestras que se procesa a diario en el hospital, ya que el equipo con lo que se cuenta es para procesar cantidades mayores de muestras por lo que debe regirse a lo que se indica en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null