

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 17/04/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 23:39:16

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Características técnicas

TODOS los Reactivos de bioquímica

Presentación: kit por determinaciones

La presentación comercial de los reactivos de bioquímica se expresan en ML (mililitros), el fabricante expresa el contenido de su kit en mililitros, es en esta unidad de medida que se observa en el rotulado del reactivo pero no se expresa en determinaciones; se puede calcular el rendimiento del kit en determinaciones al revisar el inserto, en la sección correspondiente al procedimiento, se indica la cantidad en ML o en UL (microlitros) que se requiere para correr una determinación, entonces si se requiere un kit por 100 determinaciones, la presentación comercial del kit deberá ser por 100 ml, en el supuesto que el inserto indique que por cada determinación se debe usar 1 ML (o 1000 UL), por ese motivo solicitamos se modifique la presentación solicitada de los reactivos de bioquímica, dice determinaciones, debe decir mililitros (ml) así como consultar al comité si consideran que 1 ml equivale a 1 determinación, independientemente de lo que se indique en el inserto, en la parte del procedimiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: s/l

Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación". Respecto a la consulta u observación realizada, se acoge la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas. Presentación líquida precisando que una determinación = 1mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación líquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:39:16

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Acido úrico enzimático
Kit x 100 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar ácido úrico enzimático kit x 100ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinación; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se está orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo más plural sería indicar el número de mililitros a solicitar y los postores ofertarán el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de ácido úrico enzimático en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitados.

Acápites de las bases : **Sección:** Específico **Numeral:** 3.1 **Literal:** s/l **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación". Respecto a la consulta u observación realizada, se acoge la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

por lo que se integra para las bases integradas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 17/04/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 23:39:16

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Colesterol HDL directo

Kit x 100 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar colesterol HDL directo kit x 100ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinacion; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de colesterol HDL directo en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: s/l

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoje la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas. Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 17/04/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 23:39:16

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Colesterol total enzimático

Kit x 400 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar colesterol total enzimático kit x 400ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinación; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de colesterol total enzimático en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas.

Acápate de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: s/l

Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoje la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas. Presentación líquida precisando que una determinación = 1mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación líquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:39:16

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Creatinina cinetica

Kit x 100 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar creatinina cinetica kit x 100ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinacion; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de creatinina cinetica en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l **Página: 25**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoje la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas. Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:39:16

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Fosfatasa alcalina
Kit x 200 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar fosfatasa alcalina kit x 200ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinación; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de fosfatasa alcalina en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** s/l **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoje la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas. Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 17/04/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 23:39:16

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Glucosa enzimatica

Kit x 1000 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar glucosa enzimática kit x 1000ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinacion; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de glucosa enzimática en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: s/l

Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoge la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código : 20600481593

Fecha de envío : 17/04/2023

Nombre o Razón social : PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.

Hora de envío : 23:39:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Proteína en orina y LCR
Kit x 100 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar proteína en orina y LCR kit x 100ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinación; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de proteína en orina y LCR en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** s/l **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoje la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas. Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:39:16

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Proteína totales y albumina

Kit x 140 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar proteínas totales y albumina x 140ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinación; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de proteínas totales y albumina en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** s/l **Página:** 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoje la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas. Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:39:16

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Urea + ureasa

Kit x 100 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar urea + ureasa x 100ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinación; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de proteína en urea + ureasa en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoje la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas. Presentación líquida precisando que una determinación = 1mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación líquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:39:16

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Transaminasa TGO
Kit x 200 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar transaminasa TGO x 200ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinación; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de proteína en transaminasa TGO en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA), el ítem mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoge la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación líquida precisando que una determinación = 1mL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-R.S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA UNIDAD EJECUTORA RED DE SALUD ABANCAY

Ruc/código :	20600481593	Fecha de envío :	17/04/2023
Nombre o Razón social :	PERUVIAN MEDICAL GROUP S.A.C.	Hora de envío :	23:39:16

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Transaminasa TGP
Kit x 200 determinaciones

Como se ha solicitado en correo anterior, se solicita que los kits se expresen en ML, en este caso se debería indicar transaminasa TGP x 200ml y se debería precisar si es equivalente 1 ml a 1 determinación; así mismo cuando se precisa de tal forma un kit, se esta orientando, sin pretenderlo, hacia una determinada marca comercial, lo mas plural seria indicar el numero de mililitros a solicitar y los postores ofertaran el kit comercial de una determinada marca, es importante señalar que cada fabricante diseña sus kits de acuerdo a su criterio, por ese motivo, es bien difícil que dos marcas diferentes coincidan en este tipo de presentaciones que no son muy comerciales y porque además no todas las empresas que comercializan este tipo de reactivos han sido invitadas al estudio de mercado para este proceso de selección, por ese motivo solicitamos se acepte la oferta de proteína en transaminasa TGP en la presentación comercial autorizada en su registro sanitario y ofertada por el postor y cumpla con entregar el total de mililitros solicitadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: s/l **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observación, mencionando que en el Sistema Integrado de Suministro de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (SISMED) y Sistema Integrado de Gestion Administrativa (SIGA), el item mencionado en su descripción expresa de forma literal el uso de la palabra "determinación" . Respecto a la consulta u observación realizada, se acoje la equivalencia de "1 determinación" a "1 mL", por lo que se integra para las bases integradas. Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Presentación liquida precisando que una determinación = 1mL