

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	13:34:39

### Observación: Nro. 1

#### Consulta/Observación:

En las Bases Administrativas, Literal A05, Página 24, 28, 32, refiere:

'A05 Colchoneta térmica ergonómica.'

#### - OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'A05 Colchoneta térmica ergonómica o según diseño de fabricante.'

**Acápito de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** N/A    **Literal:** A05    **Página:** 24

#### Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

#### Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIA, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

#### Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	13:34:39

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

En las Bases Administrativas, Literal B07, Página 24, 28, 32, refiere:

'B07 Dimensión del empaque 111 x 61.S x 1156 cm.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'B07 Dimensión del empaque 111 x 61.S x 1156 cm o 1190 x 640 x 1800 mm o según fabricante.'

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** N/A      **Literal:** B07      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE: "DIMENSIONES DEL EMPAQUE DE ACUERDO AL FABRICANTE"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	13:34:39

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

En las Bases Administrativas, Literal B08, Página 24, 28, 32, refiere:

'B08 Peso bruto: 60 kg.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'B08 Peso bruto: 115 kg o menos.'

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico        **Numeral:** N/A                      **Literal:** B08                      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "SE AGOGE SU CONSULTA" PESO DE ACUERDO AL FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20603355289	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	13:34:39

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En las Bases Administrativas, Literal C02, Página 24, 28, 32, refiere:

'C02 Calentador infrarrojo de cuarzo.'

- OBSERVACIÓN:

A fin de fomentar mayor participación de postores en el proceso y en aras que la Entidad pueda recibir nuestra oferta, se solicita al Comité de Selección modificar este párrafo, debiendo decir:

'C02 Calentador infrarrojo de cuarzo o ceramico.'

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** N/A    **Literal:** C02    **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Ley de Contrataciones del Estado / Artículo 2 / Literal e) Competencia y f) Eficacia y Eficiencia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIA, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	17:09:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

B07 ¿DIMENSIÓN DEL EMPAQUE 111 X 61.5 X 115 CM.¿

Al respecto, si bien las dimensiones del empaque de nuestro producto exceden las requeridas en los tdr, esto se debe a que el embalaje ha sido diseñado para ofrecer una protección superior durante el transporte, reduciendo significativamente el riesgo de daño en un equipo biomédico de alta sensibilidad. Esta diferencia dimensional aplica exclusivamente al empaque, no al tamaño operativo del equipo, por lo que no afecta su instalación ni su uso dentro del área asistencia, por lo tanto, garantiza que el equipo llegue en condiciones óptimas para su puesta en marcha. Ante ello. Solicitamos al respetable comité de selección, considerar las siguientes medidas (145 x 84 x 131.5 cm). Espero se consideren los argumentos vertidos, con la finalidad de promover mayor participación de postores, pues de no ser así, se evidenciaría claramente que las EETT están dirigidas a un único postor

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 0      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE: "DIMENSIONES DEL EMPAQUE DE ACUERDO AL FABRICANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	17:09:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

B08 ¿Requerimiento: ¿PESO BRUTO: 60 KG.¿  
Solicitamos al respetable comité de selección, considerar un peso bruto no mayor a 180KG; cabe precisar que un mayor peso obedece a una estructura más robusta, con materiales de alta calidad que garantizan una mayor estabilidad, seguridad y vida útil, cabe precisar que, el peso no representa una limitación técnica ni funcional en su operación clínica diaria.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: anexo      Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "SE AGOGE SU CONSULTA" PESO DE ACUERDO AL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20102032871	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	MANUFACTURA MEDICA Y ORTOPEDIA S.A.C.	Hora de envío :	17:09:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Plazo de entrega: 15 días calendario.

Al respecto, solicitamos al respetable comité de selección considerar 45 días para la entrega del equipo por motivo que el mismo conlleva un proceso de importación u otros procedimientos.

Esperamos se considere lo antes expuesto, con la finalidad de promover mayor participación de postores y así no vulnerar el principio de libertad y concurrencia.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: 1      Literal: 6      Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE NO SE ACOGE LA CONSULTA DEBIO A QUE, DE ACUERDO A LA INDAGACION DEL MERCADO, NO SE HAN REALIZADO OBSERVACIÓN CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20512900896	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:39:39

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dice: Plazo de entrega  
DE (05) HASTA (10)días calendario : 20 puntos  
de (11) HASTA (15) días calendario : 10 puntos

Consultamos al Órgano encargado de Contrataciones, Al respecto, solicitar un tiempo de entrega tan corto implica que el equipamiento ya tiene cierto tiempo de fabricación y esto puede afectar negativamente al cliente final. Por ello para regirnos a lo que establece la ley de contratación (Libertad de concurrencia). Las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesaria) y poder entregar a la entidad equipos de última generación, en ese contexto, solicitamos al Comité reformular el numeral en mención, a fin de posibilitar la importación correcta y así poder asegurar equipos con: garantía del fabricante a la fecha, equipos nuevos y tecnológicamente vigentes, la re formulación solicitada seria en los siguientes términos:  
de (40) a (45) días calendario : 20 puntos  
de (46) a (50) días calendario : 10 puntos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE NO SE ACOGE LA CONSULTA DEBIO A QUE, DE ACUERDO A LA INDAGACION DEL MERCADO, NO SE HAN REALIZADO OBSERVACIÓN CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20255316711	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	Hora de envío :	17:48:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al criterio de evaluación relacionado con la ¿Disponibilidad de servicios y repuestos¿ en las localidades de Huánuco y Lima, se solicita se reevalúe la inclusión de este factor como parte del puntaje técnico, en tanto:

- Limita la participación de postores ubicados en otras regiones del país, contraviniendo el principio de pluralidad de postores y libre concurrencia.
- No se trata de un requisito mínimo, sino de un criterio adicional de evaluación que favorece de forma desproporcionada a proveedores con presencia local, sin considerar que muchas empresas pueden garantizar los servicios a través de técnicos móviles, alianzas o respuesta técnica rápida, como es usual en el rubro biomédico.
- En los procesos de contratación pública, el mantenimiento y la provisión de repuestos se aseguran contractualmente mediante carta de compromiso y declaraciones juradas, siendo este un mecanismo válido y suficiente para asegurar el soporte postventa.

Por tanto, solicitamos se considere no asignar puntaje a este factor, y limitar su exigencia como requisito de cumplimiento contractual, lo cual permitiría mayor equidad y competencia en el proceso.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: IV      Literal: E      Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIA, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20255316711	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	Hora de envío :	17:48:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a la exigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario, se solicita se confirme si este requisito aplica únicamente al equipo principal indicado en cada ítem convocado, conforme lo señalado en la descripción de los bienes. Esto, considerando que los accesorios, cables, transductores u otros componentes menores no están sujetos a dicha exigencia de forma expresa en la normativa DIGEMID, ni poseen Registro Sanitario individual en la mayoría de los casos.

En ese sentido, solicitamos se aclare que la presentación del Registro Sanitario es exigible solo para el equipo principal y no para los accesorios o complementos del mismo.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL REGISTRO SANITARIO ES EXIGIBLE SOLO PARA EL EQUIPO PRINCIPAL INCLUIDO LOS ACCESORIOS QUE VIENEN CON EL EQUIPO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20255316711	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	Hora de envío :	17:48:59

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Respecto al compromiso de suministro de componentes, repuestos e insumos por un periodo no menor a cinco (5) años, solicitamos se aclare si es suficiente la presentación de una Declaración Jurada suscrita por el postor, o si debe presentarse obligatoriamente una carta emitida por el fabricante, específicamente para el presente procedimiento, dentro de la propuesta técnica.

Esta precisión permitirá a los postores cumplir adecuadamente con la documentación requerida para acreditar dicho compromiso.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE: SE ACLARA QUE ES LA DECLARACION JURADA DEL POSTOR CON LA CARTA DE RESPALDO EMITIDA POR EL FABRICANTE..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20255316711	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	Hora de envío :	17:48:59

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Con relación a la exigencia de que el bien ofertado sea nuevo, sin uso, no repotenciado ni prototipo, y que cumpla con las condiciones ambientales para su normal funcionamiento, solicitamos se precise si es suficiente la presentación de una Declaración Jurada suscrita por el postor, o si es obligatorio adjuntar una carta adicional como documento específico para acreditar este requisito al momento de la presentación de la oferta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE: SE ACLARA QUE SE DEBE SUSTENTAR CON UNA DECLARACION JURADA SUSCRITA POR EL POSTOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20255316711	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	Hora de envío :	17:48:59

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto al requerimiento del ítem A01 relacionado con la cuna de calor radiante, en la característica que indica ¿estructura resistente y de alto impacto¿, solicitamos se aclare a qué se refiere específicamente el término ¿alto impacto¿. Se requiere conocer si este concepto hace alusión a un estándar técnico particular, tipo de material (por ejemplo, ABS, policarbonato, acero estructural, entre otros) o alguna certificación normativa que garantice dicha resistencia al impacto.

Esta aclaración permitirá a los postores presentar productos alineados con lo solicitado y evitar interpretaciones subjetivas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: A01      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARI, EL OEC ACLARA que el equipo debe tener una estructura metalica y contar con revestimiento ABS y otras de policarbonato como el barandal abatible+

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20255316711	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	Hora de envío :	17:48:59

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Respecto a la especificación técnica del ítem B01, donde se indica que la alimentación eléctrica debe ser de 220-230VAC / 50Hz; 600W, solicitamos se aclare si se pueden aceptar equipos que superen la potencia de 600W, siempre y cuando se mantenga la misma tensión de alimentación y frecuencia, y que el incremento en el consumo no afecte la operatividad, instalación ni condiciones de seguridad eléctrica.

La aclaración permitirá verificar la admisibilidad de equipos con potencias ligeramente superiores que podrían ser técnicamente equivalentes o incluso superiores en desempeño, sin afectar las condiciones técnicas del requerimiento.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARI, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20255316711	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	Hora de envío :	17:48:59

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En relación con el ítem B03 - Rango de control de temperatura (modo bebé): 34°C - 37°C ± 0.5°C, observamos que estos rangos parecen estar dirigidas específicamente a equipos de la marca David. Solicitamos aclarar si se puede aceptar un rango de temperatura mayor al indicado, siempre que el equipo mantenga la precisión y seguridad clínica requerida. Específicamente, solicitamos confirmar si sería posible considerar equipos cuyo rango de temperatura superen ligeramente el valor establecido, pero que sigan garantizando un rendimiento adecuado para el cuidado del bebé, sin comprometer la calidad o seguridad en el proceso de tratamiento.

Esta consulta busca asegurar que se permita la participación de equipos técnicamente equivalentes, que puedan ofrecer un rendimiento igualmente efectivo y seguro en diversas condiciones clínicas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B03 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIA, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "SE AGOGE SU CONSULTA" B03 - Rango de control de temperatura (modo bebé): 34°C - 37°C O RANGO MAYOR SIEMPRE QUE MANTENGA LA PRECISION Y SEGURIDAD CLINICA REQUERIDA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20255316711	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	SERVICIOS MULTIPLES MEDICO EMPRES.SRLTDA	Hora de envío :	17:48:59

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

En relación con el ítem B08 - Peso bruto: 60 kg, solicitamos aclarar si el peso puede ajustarse según las especificaciones de cada fabricante, ya que el peso de los equipos puede variar dependiendo de la marca y modelo, sin afectar su rendimiento o el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos.

Esta solicitud busca asegurar que no haya restricciones innecesarias para los postores, permitiendo que las propuestas se ajusten a las características específicas de cada equipo, respetando siempre los estándares de calidad y funcionalidad requeridos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B08 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "SE AGOGE SU CONSULTA" PESO DE ACUERDO AL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:17:51

**Observación: Nro. 17**

**Consulta/Observación:**

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Solicitar la exigencia de plazo de entrega de 15 días calendario para este requerimiento es muy corto y NO se condice con la realidad de algunos participantes. Estos bienes NO son fabricados en el territorio peruano sino por el contrario habría que importarlos, por lo tanto, el tiempo requerido en las bases es muy corto y se estaría contraviniendo los principios que regulan las contrataciones del estado como son principio de razonabilidad, de libre concurrencia y competencia, trato justo e igualitario, eficacia y eficiencia; toda vez que está fuera de la realidad de muchas empresas que tienen experiencia en estos bienes y los obligaría a desestimar su participación porque con esta exigencia solo se estaría favoreciendo a alguna(s) empresa(s) que ya lo han importado anteriormente y cuentan con stock Lima. Dicho esto, el tiempo de fabricación real según los fabricantes de estos bienes, es de 50 días calendario, el embarque a Perú tomaría 20 días y el desaduanaje, nacionalización y entrega en los almacenes de la entidad tomara 20 días adicionales, es decir, el tiempo real del mercado que se necesita para estos bienes es de 90 días calendarios como mínimo.

Solicitamos al Comité que amplíe el plazo de entrega a 90 días calendarios como mínimo toda vez que es un tiempo real de mercado y a fin de no vulnerar los principios que rigen las contrataciones del Estado como son: El principio de libre concurrencia y competencia, imparcialidad y trato justo e igualitario, razonabilidad, y eficacia y de esa manera promover la mayor pluralidad de postores, y la Entidad obtenga los mejores condiciones de precio y oportunidad evitando que dentro de los costos se incluya innecesariamente la penalidad que graban en contra de los intereses de la entidad y el gasto público del Estado sea eficiente.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: CAP I    Literal: 1.9    Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE NO SE ACOGE LA CONSULTA DEBIO A QUE, DE ACUERDO A LA INDAGACION DEL MERCADO, NO SE HAN REALIZADO OBSERVACIÓN CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:17:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

El Contratista deberá hacer de manifiesto el compromiso de brindar la debida capacitación técnica al personal del C.S POTRACANCHA. C.S APARICIO POMARES Y C.S PERU COREA en las instalaciones de los establecimientos de salud. Estimado comité confirmar cuales son las direcciones de los establecimientos de salud de C.S POTRACANCHA. C.S APARICIO POMARES Y C.S PERU COREA

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: capa Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- \* JR. JUNIN N°S/N CENTRO DE SALUD APARICIO POMARES - DEPARTAMENTO Y PROVICIA DE HUANUCO
- \* C.S. PERU COREA (BQ. MARIA LUISA 0 URB. . MARIA LUISA ) DEPARTAMENTO DE HUANUCO Y DISTRITO DE AMARILIS
- \* ACLAS PILLCOMARCA (JR. SAN DIEGO CRD-2 URB.CAYHUAYNA) PROVINCIA DE HUANUCO DISTRITO DE PILLCOMARCA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:17:51

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO

Capacitación en cuanto al manejo, operación funcional, cuidados y conservación básica del equipo: dirigida a los técnicos involucrados (5 personas) como mínimo en el manejo y uso de los equipos ofertados. Dicha capacitación deberá ser por un periodo mínimo de ocho (8) horas.

Estimado comité por nuestra amplia experiencia en el rubro de equipamiento biomédico, y además por recomendación del fabricante la capacitación en el manejo y uso de la cuna de calor radiante es de 4 horas, solicitamos al comité considerar 4 horas a fin de no generar gastos innecesarios para la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: capa Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE: para capacitación personal usuario se considera como minmo 4 h y tiene un puntaje asignado . Si el postor considera mas horas dedicarle al manejo y operación del equipo tiene otro puntaje y esto no conllevar a que la entidad tendrá un costo adicional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:17:51

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

A05: COLCHONETA TÉRMICA ERGONÓMICA.

En esta especificación técnica se solicita que la cuna de calor radiante sea entregada con una colchoneta térmica ergonómica. Cabe señalar en este punto que, si bien las colchonetas empleadas en estos dispositivos deben poseer características ergonómicas y adaptadas para que contribuyan a la termorregulación del recién nacido, pero en la mayoría de las marcas, estos colchones empleados son de gel que ayudan a dispersar el calor y mantener al recién nacido dentro de una temperatura adecuada. En base a lo expuesto, se solicita amablemente al comité pueda considerarlo, permitiendo así la pluralidad de postores quedando esta especificación técnica de la siguiente manera: A05: COLCHONETA DE GEL ERGONÓMICA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ANEXO 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARI, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:17:51

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

B07: DIMENSIÓN DEL EMPAQUE: 11x61x115 cm.

En esta especificación técnica se solicita que la dimensión del empaque de la cuna de calor radiante sea de 11x61x115 cm. Sin embargo, es conveniente señalar que esta solicitud no es mandatoria para el cumplimiento de las características esenciales para las cuales está diseñada el equipo, siendo además que estas dimensiones varían de una marca a otra, no es considerada como un estándar para las diversas marcas existentes en el mercado actual. En base a ello, solicitamos al comité que pueda considerar esta observación quedando esta especificación técnica de la siguiente manera:

B07: DIMENSIÓN DEL EMPAQUE SEGÚN FABRICANTE (OPCIONAL).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ANEXO 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE: "DIMENSIONES DEL EMPAQUE DE ACUERDO AL FABRICANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:17:51

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE MENOR O IGUAL A 0.3 m/s.

En esta especificación técnica se solicita que la cuna de calor radiante posea una velocidad de flujo de aire menor o igual a 0.3 m/s. En este sentido se hace preciso señalar que esta solicitud, no es aplicable para dispositivos de termorregulación de tipo abiertos, en vista de que, por lo general, se utiliza esta medida o característica para las incubadoras cerradas en vista de que requieren una circulación adecuada y constante y uniforme dentro de la incubadora en aras de preservar el ambiente térmico neutro del recién nacido.

En base a ello, solicitamos amablemente al comité, pueda considerar lo expuesto, permitiendo de esta manera la pluralidad de postores, retirando esta especificación que no hace correlación con la solicitud del equipo principal.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ANEXO 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL COMITÉ DE SELECCIÓN SEÑALA LO SIGUIENTE

"Esto no corresponde a la cuna térmica porque no tiene dispositivo que controle la circulación de aire"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:17:51

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

C02: CALENTADOR INFRARROJO DE CUARZO.

En esta especificación técnica se solicita que la cuna de calor radiante posea calefactor de cuarzo. Cabe mencionar en este sentido, que, de las diferentes marcas existentes en el mercado actual, todas varían en la composición de la estructura de los materiales empleados para el diseño y desarrollo de los componentes de las cunas de calor radiante, siendo que, para estos equipos en particular, la composición puede ser tanto de cuarzo como de cerámica, siendo esta última más moderna y eficiente durante su desempeño en el tiempo de vida media del equipo.

En base a lo expuesto y para permitir la pluralidad de postores, se solicita amablemente al comité pueda manejar esta especificación técnica de la siguiente manera:

C02: CALENTADOR INFRARROJO DE CUARZO O CALENTADOR DE CERÁMICA (SEGÚ TECNOLOGÍA DEL FABRICANTE).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: ANEXO 1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARI, EL COMITÉ DE SELECCIÓN SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20501645517	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	VITALTEC S.A.C.	Hora de envío :	18:17:51

**Observación: Nro. 24**

**Consulta/Observación:**

EL factor de evaluación solicitado para el tiempo de entrega otorgando 20 puntos, no se ajusta a la realidad de los postores, solo cumpliendo un unico postor ya que cuenta con stock, sin embargo para que el proceso sea justo e igualitario solicitamos sean reformuladas los factores de evaluacion

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** CAP IV    **Literal:** B    **Página:** 39

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE NO SE ACOGE LA CONSULTA DEBIO A QUE, DE ACUERDO A LA INDAGACION DEL MERCADO, NO SE HAN REALIZADO OBSERVACIÓN CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:51

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 15 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Con la finalidad de promover la pluralidad de postores, solicitamos al comité que acepte ampliar el plazo de entrega a 60 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA.

Acápíte de las bases : Sección: General      Numeral: CAP. I      Literal: 1.9      Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE NO SE ACOGE LA CONSULTA DEBIO A QUE, DE ACUERDO A LA INDAGACION DEL MERCADO, NO SE HAN REALIZADO OBSERVACIÓN CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:51

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

A03 EL REFLECTOR IRRADIANTE ARTICULABLE PERMITE ACCESO RÁPIDO A LOS EQUIPOS DE RAYOS X

Cada fabricante, de acuerdo con la configuración de sus equipos, permite el acceso rápido a rayos X. Por lo tanto, establecer un requerimiento de articulación limita la participación de diferentes postores. En ese sentido, se solicita al comité evaluador que considere lo mencionado al momento de emitir su evaluación. Considerando modificar la especificación de la siguiente manera:

A03 EL REFLECTOR IRRADIANTE ARTICULABLE O QUE PERMITE ACCESO RÁPIDO A LOS EQUIPOS DE RAYOS X DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: A03 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARI,EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:51

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

B05 Temporizador APGAR: Dará los tonos de sonido cuando la unidad este en 1¿, 5¿, 10¿

La especificación mencionada está dirigida a la marca DAVID; por ello, se solicita al comité evaluador considerar el temporizador APGAR conforme a las especificaciones de cada fabricante. Esta observación tiene como finalidad fomentar la pluralidad y ampliar la participación de postores.

B05 Temporizador APGAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: B05 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARI, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADOo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:51

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

B07 DIMENSION DE EMPAQUE 111x61.5x 115CM

Cada fabricante diseña sus equipos con dimensiones específicas, que varían según el modelo y la tecnología empleada. Por este motivo, establecer medidas fijas puede restringir la participación de marcas que cumplen con las funcionalidades requeridas, pero cuyas dimensiones difieren levemente. En ese sentido, se solicita al comité evaluador que, con el objetivo de garantizar la pluralidad y competitividad entre postores, considere modificar el ítem correspondiente por una especificación que permita un rango dimensional acorde a las características técnicas de cada fabricante.

B07 DIMENSION DEL EQUIPO DE ACUERDO A CADA FABRICANTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: B07 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE: "DIMENSIONES DEL EMPAQUE DE ACUERDO AL FABRICANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:51

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:  
B08 PESO BRUTO: 60KG

Cada fabricante diseña sus equipos con PESO específico, que varían según el modelo y la tecnología empleada. Por este motivo, establecer un peso fijo puede restringir la participación de marcas que cumplen con las funcionalidades requeridas, pero cuyo peso difiere. En ese sentido, se solicita al comité evaluador que, con el objetivo de garantizar la pluralidad y competitividad entre postores, considere modificar la especificación correspondiente por una especificación que permita un rango dimensional acorde a las características técnicas de cada fabricante.

B08 PESO DEL EQUIPO DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICA DE CADA FABRICANTE.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: B08 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "SE AGOGE SU CONSULTA" PESO DE ACUERDO AL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:51

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

B09 CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

Las condiciones normales de operación de un modelo de una cuna de calor radiante en general no incluye humedad y flujo de aire. Dichas características van dirigidas al equipo incubadora neonatal. Por lo que se le pide al comité evaluador aclarar la característica solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: B09 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE ESTA ESPECIFICACION SE REFIERE AL AMBIENTE DONDE VA A OPERAR LA CUNA DE CALOR RADIANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	23:00:51

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

C02 CALENTADOR INFLARROJO DE CUARZO:

La característica en mención hace referencia directa a la marca DAVID, lo que limita la participación de otros fabricantes que, si bien ofrecen productos con prestaciones equivalentes o superiores, no coinciden exactamente con dicha especificación. Esta situación reduce la competitividad del proceso de selección y podría afectar la transparencia y equidad del mismo. Por tal motivo, se solicita al comité evaluador considerar la ampliación de la especificación correspondiente, permitiendo especificaciones técnicas equivalentes que no estén direccionadas a un único fabricante.

C02 CALENTADOR O CALEFACTOR CON POTENCIA 520 W O MAYOR.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: C02 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE NO SE ACOGE LA CONSULTA DEBIDO A QUE, DE ACUERDO A LA INDAGACION DEL MERCADO, DICHA CARACTERISTICA LAS TIENE VARIAS MARCAS EN EL PAIS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20130329471	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:31:10

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

Páginas: 24, 28 , 32

A05 COLCHONETA TERMICA ERGONOMICA

En la especificación técnica del numeral A10, el uso de colchones térmicos en neonatología no es recomendado por el MINSA (Ministerio de Salud) como método principal para mantener la temperatura corporal de los recién nacidos, especialmente en aquellos que requieren atención en un ambiente controlado. Se prefiere el uso de incubadoras o cunas de calor radiante, que ofrecen un control más preciso y seguro de la temperatura, y que se consideran más adecuadas para la termorregulación de los neonatos, especialmente los prematuros y de bajo peso, por lo que se recomienda un colchón con efecto memoria recubierto de funda atóxica. Por lo que se recomienda al comité poder replantear la especificación.

A05 COLCHONETA MEMORIA Y/O ERGONOMICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A05 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO		
Nomenclatura :	AS-SM-9-2025-RSH-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO		

Ruc/código :	20130329471	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:31:10

**Consulta: Nro. 33**  
**Consulta/Observación:**  
CAPITULO III REQUERIMIENTO

Página: 24, 28 , 32

B01 REQUISITO DE ENERGIA:220 -230 VAC/50 HZ; 600W

La gran mayoría de marcas cuenta con los requisitos de energía de 220V y un voltaje superior a los 1k W. En ese sentido, se considera el principio de libre concurrencia y competencia, el principio de eficiencia, el principio de vigencia tecnológica y el principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores, en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado:

B01 REQUISITO DE ENERGIA:220 ¿ 240 V/50 HZ

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico        **Numeral:** CAP III                    **Literal:** B01                    **Página:** 24  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIA, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20130329471	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:31:10

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

Página: 24, 28 , 32

B07 DIMENSION DEL EMPAQUE 111X61.5X115 CM

Cada fabricante cuenta con diferentes presentaciones del producto, por ende, cuentan con diferentes dimensiones en su empaque o caja de presentación. En ese sentido, se considera el principio de libre concurrencia y competencia, el principio de eficiencia, el principio de vigencia tecnológica y el principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores, en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado:

B07 DIMENSION DEL EMPAQUE 111X61.5X115 CM (OPCIONAL)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: B07 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE ACOGE LA CONSULTA PARCIALMENTE: "DIMENSIONES DEL EMPAQUE DE ACUERDO AL FABRICANTE"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20130329471	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:31:10

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

Página: 24, 28 , 32

B08 PESO BRUTO 60 KG

Cada fabricante cuenta con diferentes presentaciones del producto, por ende, cuentan con diferentes pesos brutos en cada presentación. En ese sentido, se considera el principio de libre concurrencia y competencia, el principio de eficiencia, el principio de vigencia tecnológica y el principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores, en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado:

B08 PESO BRUTO 60 KG (OPCIONAL)

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: B08 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARI, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20130329471	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:31:10

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

CAPITULO III REQUERIMIENTO

Página: 24, 28, 32

D01 CUMPLE CON LA DIRECTIVA CE 93/ 42EEC SOBRE DISPOSITIVOS MEDICOS (MDD)

Cada fabricante cuenta con diferentes directivas de dispositivos médicos dependiendo de la procedencia. En ese sentido, se considera el principio de libre concurrencia y competencia, el principio de eficiencia, el principio de vigencia tecnológica y el principio de equidad que fomentan y garantizan la mayor participación de postores, en función de lo señalado, solicitamos modificar el numeral señalado:

D01 CUMPLE CON LA DIRECTIVAS SOBRE DISPOSITIVOS MEDICOS DEPENDIENDO DE LA PROCEDENCIA DE FABRICACION.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: D01 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIA, EL COMITÉ DE SELECCIÓN SEÑALA LO SIGUIENTE : "NO AGOGE SU CONSULTA" CEÑIRSE A LO SOLICITADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD HUANUCO

Nomenclatura : AS-SM-9-2025-RSH-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CUNA CALOR RADIANTE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE HUANUCO

Ruc/código :	20130329471	Fecha de envío :	23/04/2025
Nombre o Razón social :	ALBUJAR MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	23:31:10

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

FACTORES DE EVALUACIÓN

PLAZO DE ENTREGA

CONSULTA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo 15 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación Solicitamos al comité de selección que con la finalidad de promover la pluralidad de postores se amplíe el plazo de entregas a 60 DÍAS CALENDARIO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP IV Literal: B Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE ACUERDO A LA OPINION TECNICA DEL AREA USUARIO, EL OEC SEÑALA LO SIGUIENTE NO SE ACOGE LA CONSULTA DEBIO A QUE, DE ACUERDO A LA INDAGACION DEL MERCADO, NO SE HAN REALIZADO OBSERVACIÓN CON RESPECTO AL PLAZO DE ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null