


CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA PARA ADMISION DE OFERTA

**ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2023-DRS.T/GOB.REG.TACNA
"ADQUISICIÓN DE COCHES DE PARO PARA LOS PUESTOS DE SALUD DE CHILUYO, HIGUERANI, CONCHACHIRI Y ANCOMARCA PARA EL PROGRAMA 0068
"REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRE"**

DOCUMENTOS PARA ADMISION DE OFERTA	OLMPEX PERU S.A.C.	PACIFICO SALUD S.A.C.	MEGATECH PERU S.A.C.	CARDIOMED DEL PERU S.A.C.	BOSON TEC S.A.C
Declaración Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del Artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA	SI PRESENTA
Hoja de presentación del producto (en la cual se deba indicar la marca, modelo, procedencia y año de fabricación del bien ofertado), catálogos, manuales o Datashet o brochure. A fin de acreditar i) Presentación del bien, ii) Descripción, iii) característica general, iv) accesorios o componentes, v) equipamiento básico del bien, con el fin de ver el cumplimiento de las condiciones o características técnicas descritas en las especificaciones técnicas.	SI PRESENTA – No cumple las características técnicas	SI PRESENTA	SI PRESENTA – No cumple las características técnicas	SI PRESENTA – No cumple las características técnicas	SI PRESENTA – No cumple las características técnicas
Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI PRESENTA 12 DIAS	SI PRESENTA 12 DIAS	SI PRESENTA 12 DIAS	SI PRESENTA 10 DIAS	SI PRESENTA 11 DIAS
Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	SI PRESENTA S/ 100,000.00	SI PRESENTA S/ 105,600.00	SI PRESENTA S/ 89,850.00	SI PRESENTA S/ 120,000.00	SI PRESENTA S/ 69,600.00
RESULTADO	NO ADMITIDO	ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO	NO ADMITIDO

1. La oferta del participante **OLMPEX PERU S.A.C.** queda no admitida al no sustentar los accesorios del bien de las especificaciones técnicas del F2 al F14 el postor no acredita sustento técnico siendo requisito indispensable para la admisibilidad de la oferta, solo presenta declaración jurada.
2. La oferta del participante **MEGATECH S.A.C.** queda no admitida al no indicar en la hoja de presentación del producto el año de fabricación y al no sustentar los accesorios del bien de la Especificación Técnica F2. (Sets de tubos nasofaríngeos tipo mayo de diferentes tamaños del 0 al 5) y F4 – (Tubos obturadores esofágico adultos) el postor no acredita sustento técnico, solo presenta declaración jurada.

3. La oferta del participante **CARDIOMED DEL PERU S.A.C.** queda no admitida por cuanto no acredita el año de fabricación, supera el valor referencial y no cumple con las dimensiones aproximadas que se solicita para la adquisición del bien.
4. La oferta del participante **BOSON TEC S.A.C** queda no admitida, con respecto a la Especificación Técnicas **A-18** se verifica que la altura propuesta no cumple con lo solicitado, dado que la altura es de 98 cm.; no cumpliendo con el rango mínimo permitido de 100 a 110 cm. Asimismo en cuanto a la Especificación Técnica **A-19** el peso aproximado se verifica que el postor no acredita el cumplimiento de la especificación conforme a lo solicitado en las bases.
5. El Órgano Encargado de las Contrataciones procederá a evaluar las ofertas admitidas y válidas.



Lic. Adm. FABIO D. IGLESIAS SALAS
Órgano Encargado de las
Contrataciones DIRESA-IACNA