

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO PUBLICO

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-MPFN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UN (01) MUESTREADOR DE ALTO VOLUMEN PARA MATERIAL PARTICULADO PM 2.5 Y PM 10

Ruc/código : 20508666293

Fecha de envío : 01/08/2023

Nombre o Razón social : REPRESENTACIONES TECHLAB SAC

Hora de envío : 13:26:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN A CONTRATAR

Antecedente:

El Muestreador de alto volumen para Material Particulado PM 2.5 y PM 10, y TSP con aprobación US-EPA permitirá el monitoreo y recolección de muestras ambientales, con fines periciales.

Sustento:

Según el antecedente se requiere un "Muestreador de alto volumen para Material Particulado PM2.5 y PM10, y TSP con aprobación US-EPA permitirá el monitoreo y recolección de muestras ambientales, con fines periciales". Precisamos que NO existe Muestreador de ALTO VOLUMEN para Material Particulado PM2.5 ni para TSP con aprobación US-EPA, según el documento "List of Designated Reference and Equivalent Methods, June 15, 2023" emitido por la US-EPA tal como se puede comprobarse en el siguiente link/ruta: https://www.epa.gov/system/files/documents/2023-06/List_of_FRM_FEM_%20June%202023_Final.pdf

Por lo tanto, el equipo Muestreador de Alto Volumen para Material Particulado existente en el mercado cuenta con aprobación US-EPA solamente para PM10, toda vez que NO existen equipos de Alto Volumen para Material Particulado con aprobación US-EPA para PM 2.5 ni para TSP.

Finalmente, precisamos que nuestro equipo cumple con el numeral 6.3 de Características Técnicas, indicados en el punto A - Requerimientos Técnicos Mínimos.

Consulta:

Por lo expuesto el Comité de Selección, ¿aceptará un Muestreador de alto volumen para Material Particulado PM2.5 y PM10, y TSP con aprobación US-EPA solamente para PM 10?, pudiendo quedar este requerimiento como sigue:

6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN A CONTRATAR

El Muestreador de alto volumen para Material Particulado PM 2.5 y PM 10, y TSP, con aprobación US-EPA solamente para PM10, permitirá el monitoreo y recolección de muestras ambientales, con fines periciales.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** Cap III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE, SEGÚN LA BÚSQUEDA REALIZADA EN DIFERENTES PÁGINAS WEB DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS, SE PUEDE EVIDENCIAR QUE EN EL MERCADO SE VIENEN OFRECIENDO EQUIPOS SEGÚN LO SOLICITADO EN EL NUMERAL 6. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL BIEN A CONTRATAR, POR LO QUE, PARA LA EVALUACIÓN TAMBIÉN SE CONSIDERARÁ LO SUGERIDO POR EL POSTOR, EN CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD DE CONCURRENCIA, IGUALDAD DE TRATO Y COMPETENCIA, QUE RIGE LAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null