

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1 NÚMERO DE ACTA	07-AS-81-2024-DIRSAPOL-1
-------------------------	--------------------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
<p>En, Miraflores, a los 01 días del mes de octubre del año 2024, en el local de la Oficina de Abastecimiento, a las, 16:00 horas, se reunieron los miembros del comité de selección designados mediante formato N° 4, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 81-2024-DIRSAPOL-1, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICION DE UN EQUIPO MEDICO "CAMPIMETRO" PARA EL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL PNP AUGUSTO B. LEGUIA, a fin de efectuar la APERTURA DE SOBRES, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p>	

3	SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)				
<p>El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:</p>					
Presidente	MAY SPNP MARITZA ISABEL NIETO ASTETE	Titular	X	Dependencia	DPTO. OFTAL. HOSP. ABL
		Suplente			
Primer Miembro	MAY SPNP RENZO WLADIMIR VARGAS NEYRA	Titular	X	Dependencia	AREGIEM
		Suplente			
Segundo Miembro	JORGE ADRIAN SANTA MARIA PACHECO	Titular	X	Dependencia	Organo Encargado de las Contrataciones - OEC
		Suplente			

4	DETALLE DE LOS PARTICIPANTES	
<p>De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:</p>		
N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	20551771122
2	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	20555048905
3	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DE TITANIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DEIMET S.A.C.	20515677659

5	DETALLE DE LOS POSTORES		
<p>En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas</p>			
N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	27/09/2024	18:10:44
2	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	27/09/2024	21:33:18
3	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DE TITANIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DEIMET S.A.C.	27/09/2024	18:35:49

6	<p>Acto seguido, se procede con la descarga de las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.</p>
----------	--

7	DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS	
<p>De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:</p>		
N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO DE TITANIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - DEIMET S.A.C.	NO CUMPLE, DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL ANEXO N° 01, NO CUMPLE SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDARIZADAS
2		
...		

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

8	DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	1
2	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	1	

9	EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS			
	9.1	DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA		
	N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	199,300.00	95.36%
	2	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	170,000.00	81.34%







10	PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	
		FACTORES	PUNTAJES	
		PRECIO	68.24 puntos	
		PLAZO	20 puntos	
		bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	4.41 puntos	
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	92.65 puntos	
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	
		FACTORES	PUNTAJES	
		PRECIO	80 puntos	
		PLAZO	20 puntos	
		bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	5 puntos	
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	105 puntos	

11	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	N° DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.	105
	2	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.	92.65
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.			

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:
BIENES**

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

12	CALIFICACIÓN						
Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCIÓN determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:							
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.					
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE				
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE				
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE				
12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C.					
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE				
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE				
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE				
13	RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN						
De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:							
N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR						
1	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C.						
14	ACUERDO ADOPTADO						
15	<table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%; text-align:center;">  MAY SPNP RENZO WLADIMIR VARGAS NEYRA Primer Miembro Titular </td> <td style="width:40%; text-align:center;">  MAY SPNP MARITZA ISABEL NIETO ASTETE Presidente Titular de Comité de Selección </td> <td style="width:30%; text-align:center;">  JORGE ADRIAN SANTA MARIA PACHECO Segundo Miembro Titular </td> </tr> </table>				 MAY SPNP RENZO WLADIMIR VARGAS NEYRA Primer Miembro Titular	 MAY SPNP MARITZA ISABEL NIETO ASTETE Presidente Titular de Comité de Selección	 JORGE ADRIAN SANTA MARIA PACHECO Segundo Miembro Titular
 MAY SPNP RENZO WLADIMIR VARGAS NEYRA Primer Miembro Titular	 MAY SPNP MARITZA ISABEL NIETO ASTETE Presidente Titular de Comité de Selección	 JORGE ADRIAN SANTA MARIA PACHECO Segundo Miembro Titular					
NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

ITEM	"ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO MÉDICO CAMPIMETRO PARA EL DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPOL AUGUSTO B. LEGUÍA - POR OPTIMIZACIÓN"	CUMPLE SI/NO (FOLIO)		
		DEIMET SURGICAL SAC	VISUAL TECH	SyST SAC
A	GENERAL			
A01	MEDIDA Y PROCESAMIENTO DE DATOS MEDIANTE SISTEMA COMPUTARIZADO	SI	SI	SI
B	COMPONENTES			
B01	CUPULA Y SISTEMA DE COMPUTO CON DISTANCIA EXACTA DE 30 CM ENTRE EL OJO DEL PACIENTE Y EL CENTRO DE LA SUPERFICIE ESFERICA	SI	SI	SI
B02	INTENSIDAD MAXIMA DEL ESTÍMULO: 10,000 ASB CON RANGO DINAMICO DE 50 DB	SI	SI	SI
B03	MODELO COMPACTO COMPUTARIZADO (Intel, Windows)	SI	SI	SI
B04	SISTEMA COMPUTARIZADO CON ALMACENAMIENTO DE DATOS MEDIANTE DISCO DURO INTERNO DE ALTA CAPACIDAD, INGRESO DE DATOS MEDIANTE TECLADO O PANTALLA TACTIL.	SI	SI	SI
B05	SISTEMA PARA ALMACENAR INFORMACIÓN EN USB EXTERNO Y EXPORTACIÓN POR RED	SI	SI	SI
B06	IMPRESORA COLOR DE INYECCIÓN	SI	SI	SI
B07	SOFTWARE COMPLETO PARA ANALISIS DE EXAMENES DE PERIMETRIA, CAMPO PERIFERICO Y CAMPO CENTRAL	SI	SI	SI
B08	ESTANDARES DE GOLDMAN: TAMAÑO I, II, III, IV y V, CON NIVELES DE INTENSIDAD DE ESTIMULO AL MENOS DE 1A HASTA 4E	SI	SI	SI
B09	DURACION DE ESTIMULO 200 ms Ó VARIABLE	SI	SI	SI
B10	ILUMINACION DE FONDO: AL MENOS ESTANDAR DE GOLDMAN 31.5 ASB	SI	SI	SI
B11	SISTEMA DE CONTROL AUTOMATICO DE ELIACION DE PACIENTE	SI	SI	SI

B23	OPCIÓN DE EXAMENES EN VELOCIDAD ESTANDAR, RAPIDO Y UMBRAL COMPLETO	SI	SI	SI	
B24	SOFTWARE QUE ACTUALICE CONTINUAMENTE LOS CALCULOS DE UMBRAL EN CADA PUNTO EN FUNCION DE LAS RESPUESTAS DEL PACIENTE	NO	SI	SI	
B25	SISTEMA QUE PERMITA REVISAR Y VALIDAR EN TIEMPO REAL LA FIJACIÓN DEL PACIENTE EN CADA ESTIMULO	SI	SI	SI	
EXAMENES					
B25	PARA TODO TIPO DE EXAMENES DE CAMPO VISUAL PERIMETRICO Y CENTRAL (CAMPO: COMPLETO 90°)	SI	SI	SI	
B26	CON SISTEMA DE EXAMEN ES ESTATICOS Y CINETICOS COMPLETOS	SI	SI	SI	
B27	EXAMENES CON INDICADORES PARA DIAGNOSTICOS DE GLAUCOMA, ENFERMEDADES RETINALES, NEUROLOGICOS, DIABETES	SI	SI	SI	
B28	EXAMEN CON INDICADORES PARA DIAGNOSTICO DE MACULOPATIAS Y GLAUCOMA EN PACIENTES JOVENES CON ESTIMULO AZUL - AMARILLO	SI	SI	SI	
B29	ESTRATEGIAS UTILIZADAS PARA EXAMENES RAPIDOS Y EXAMENES COMPLETOS DE UMBRAL	SI	SI	SI	
B30	DATOS ANALIZADOS EN FUNCION DE EDAD, UMBRAL, AREA DE CAMPO VISUAL Y CUANTIFICACION DEL DEFECTO	SI	SI	SI	
B31	CON CAPACIDAD DE MEDIR EL UMBRAL FOVEAL	SI	SI	SI	
SISTEMA DE PRESENTACIÓN DE DATOS					
B32	REPRESENTACION GRAFICA EN ESCALA DE GRIS (MULTINIVEL)	SI	SI	SI	
B33	REPRESENTACION GRAFICA EN DECIBELIOS (dB)	SI	SI	SI	
B34	PARAMETROS: DESVIACION, PORCENTAJES, INDICES GLOBALES Y CORRECCION	SI	SI	SI	
B35	DATOS DEL EXAMEN (TIPO DE PRUEBA) Y DEL PACIENTE (NOMBRE, FECHA DE NACIMIENTO)	SI	SI	SI	
B36	REPORTE DE IMPRESIÓN DE DATOS EN ESCALA DE GRIS CON VALORES DE UMBRAL, DIAGRAMA DE PROBABILIDAD DE DESVIACION TOTAL	SI	SI	SI	
B37	PANTALLA O MONITOR DE VISUALIZACION DE EXAMEN Y OJO DE PACIENTE	SI	SI	SI	
C ACCESORIOS					
C01	UNA (01) SILLA GIRATORIA CON RESPALDAR	SI	SI	SI	
C02	MESA ELECTRICA PORTAEQUIPO DE ALTURA VARIABLE DEL MISMO FABRICANTE DEL PERIMETRO QUE PERMITA EL EXAMEN DE PACIENTES	SI	SI	SI	
C03	FUNDAS PARA PROTECCION DEL EQUIPO	SI	SI	SI	
C04	DOS (02) LAMPARAS DE REPUESTO PARA ILUMINACION DE BLANCO (ESTIMULO)	SI	SI	SI	
C05	DOS (02) PACK PARA FUNCIONAMIENTO Y USO DE IMPRESORA	SI	SI	SI	
D. REQUERIMIENTO DE ENERGIA					
D01	220 VAC / 60 HZ	SI	SI	SI	

@Martiza JA

DOCUMENTOS PARA LA ADICIÓN DE LA OFERTA	VOLIAE (TECNOSOLYS S.A.C. RUC N° 20555068950	OSERACT SURGICAL SAC RUC N° 20515677659	SOLUCIONES Y REPORTES INGENIERIA S.A.C. S Y ST S.A.C. RUC N° 20551771322
Declaración Jurada de acuerdo con el Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Cuenta de Certificados de Vigencia de Medic. (de Resolución Ministerial Leyal)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
Declaración Jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 32 del Reglamento (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<p>Declaración Jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo II de la presente sección. (Anexo N° 3)</p> <p>Apostilladamente deberá presentarse documentación técnica que permita corroborar de manera fehaciente el cumplimiento de las características técnicas solicitadas por el sustento.</p> <p>Ajustar Etiqueta, Catálogos, Instructivo, Manual de uso o parte del fabricante o representante de la marca, se presenten en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presentará la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que pueda ser presentada en el idioma original.</p> <p>Ajustar el Formato N° 01 donde se detallan las características técnicas e instrucciones de uso de cada uno, indicando marca, modelo, año de fabricación, capacidades de Almacenamiento y procedencia de los bienes, documentación selectada para acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas en el capítulo II numeral 3.1 de las bases.</p>	SI CUMPLE, DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL ANEXO N° 01	NO CUMPLE, DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL ANEXO N° 01	SI CUMPLE, DE ACUERDO A LA EVALUACION DEL ANEXO N° 01
Declaración Jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	NO CUMPLE SEGÚN LO SOLICITADO EN LAS BASES ESTANDARIZADAS	SI CUMPLE
Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
El precio de la oferta en Soles. Ajustar conjuntamente el (Anexo N° 6)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<p>Presentación del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (copia simple). Vigente durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual, emitido por el Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas-DIGEMID como Autoridad Nacional de Medicamentos - ANM del Ministerio de Salud (MESA), según legislación y normatividad vigente. En el caso que el Registro Sanitario del Producto ofertado haya vencido, el postor deberá presentar una Declaración Jurada emitida por el Titular del Registro Sanitario o el Titular del Certificado del Registro Sanitario que indique que el producto ofertado se encuentra en proceso de reinscripción.</p> <p>En caso de no corresponder registro sanitario se deberá presentar un certificado de no necesidad de registro sanitario por la DIGEMID o copia simple del estado oficial publicado por DIGEMID de no estar sujeto a otorgamiento de registro sanitario.</p>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<p>Presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Vigente, (copia simple) el CBPM vigente a nombre del fabricante, debe comprender el dispositivo médico ofertado.</p> <p>Dicho Certificado deberá encontrarse vigente a la fecha de presentación de propuestas. De no establecer el certificado fecha de vigencia, se considerará válido si la fecha de su emisión no es mayor a dos (02) años, contados a partir de la presentación de propuestas.</p> <p>Asimismo, de ser el postor fabricante nacional, deberá ser expedido por la DIGEMID y en este caso se considerará que dicho certificado incluye también el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento</p> <p>De ser el fabricante extranjero deberá ser expedido por la autoridad regulatoria del país de origen, en cuyo caso en atención a su diferente denominación, también se podrán aceptar documentos alternativos al CBPM, como el Certificado de Libre Venta (que será válido siempre y cuando indique que se cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura), el Certificado CE de la Comunidad Europea, el Certificado de Cumplimiento de Norma ISO/EN 13485 y la Declaración CE de conformidad del fabricante. También podrán acreditarse con el Certificado expedido por la FDA en el que se consigne el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura, la relación de la planta empuñada y los productos y familias de productos que incluye el certificado.</p>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
<p>Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento. Copia simple, emitido por la Autoridad Nacional de Salud (ANM) o Autoridad Regional de Salud (ARM), según corresponda, a nombre del postor y/o empresa que se hará cargo del almacenamiento de los productos.</p> <p>Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además de presentar el CBPA vigente a nombre del postor, se deberá presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA) vigente de la empresa que presta el servicio de almacenamiento además del CBPA del postor, acompañando para este caso la documentación que acredite el vínculo contractual entre las partes (Documento de arrendamiento que garantice que está haciendo uso de los almacenes).</p> <p>Tratándose de un Laboratorio Nacional, el CBPA se encuentra incluido en la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), en aplicación de la normativa vigente en el territorio peruano.</p> <p>La exigencia de la Certificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento no aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual.</p> <p>En el caso de Consorcios, únicamente, aquellos miembros que, en la promesa de consorcio, se comprometan a realizar actividades reguladas dentro del objeto de la convocatoria, estarán obligados a presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento.</p> <p>Para el BPA vencido también se aceptará la presentación del documento de Intención de renovación ante DIGEMID, siempre y cuando esto se haya realizado con una anticipación no menor de cuarenta y cinco (45) días anteriores a su vencimiento (DS.014-2011-SA).</p>	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FACTORES DE EVALUACION	VISUAL TECHNOLOGY S.A.C. RUC N° 20558048905		SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. S Y ST S.A.C. RUC N° 20551771322
PRECIO (80 PUNTOS)	S/. 170,000.00		S/. 199,300.00
<p>PLAZO DE ENTREGA Evaluación: Se evaluará en función al plazo de entrega ofertado, el cual debe mejorar el plazo de entrega establecido en las Especificaciones Técnicas.</p> <p>Acreditación: Se acreditará mediante la presentación de declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)</p> <p>De 25 hasta 29 días calendario: 05 puntos</p> <p>De 21 hasta 24 días calendario: 10 puntos</p> <p>De 16 hasta 20 días calendario: 20 puntos</p>	20		20
bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa	5		4.412
PUNTAJE	105.00		94.00