

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código : 20110200201

Nombre o Razón social : QUIMTIA S.A.

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 09:31:57

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Con respecto al procesamiento de datos externo, mencionan capacidad de interface bidireccional de resultados directamente a la unidad informática del hospital; además mencionan que la empresa ganadora corre por su cuenta con la conexión de interface al software de gestión del laboratorio (páginas 27 y 32 de las presentes bases), solicitamos gentilmente al Comité en coordinación con el área Usuaría, indique cuál es el Software Interface que actualmente el Laboratorio está empleando y si el postor ganador de la buena pro de este proceso, deberá adquirir ese sistema interface o especificar si la Unidad de informática de la institución cuenta con sistema de gestión propio.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6 **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que nuestra institución cuenta con un software de gestión hospitalaria, el SIGHOS, por tanto, el postor que gane la buena pro, su equipo debe interfasear los datos de resultados y estadísticas al software SIGHOS.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	09:31:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto al PAQUETE N° 1 solicitado en las presentes bases: REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA CON EQUIPAMIENTO, debemos mencionar que en el mercado los postores que pueden ofertar reactivos para Hemocultivo Automatizado, no necesariamente pueden ofertar reactivos para identificación bacteriana y antibiograma con equipamiento, o viceversa, limitando la participación de postores; en tal sentido, solicitamos gentilmente al Comité en coordinación con el área usuaria, separe en dos PAQUETES el requerimiento: PAQUETE 1: REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO y PAQUETE 2: REACTIVOS PARA IDENTIFICACIÓN BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA CON EQUIPAMIENTO, con el fin de promover la pluralidad de postores y mayor participación de estos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA lo solicitado, puesto que la finalidad de solicitar los insumos en un paquete es con el propósito de evitar realizar procedimientos repetitivos como el registro de datos del paciente, en los casos en que resulten positivos los hemocultivos estos se envían por el sistema informático al equipo que se encarga de la identificación y sensibilidad del microorganismo aislado. Esto evita errores en el proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	09:31:57

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Con respecto al MEDIO PARA HEMOCULTIVO PEDIÁTRICO AUTOMATIZADO EN FRASCO (página 14 de las presentes bases), mencionan frasco de 25 a 40ml de medio; teniendo en cuenta que para el medio solicitado es Medio para Hemocultivo PEDIATRICO, debemos señalar que en el mercado existen frascos de hemocultivo pediátrico con volúmenes menores de medio de cultivo, toda vez que estos frascos están destinados para pacientes pediátricos en los que se emplea un menor volumen de muestra (entre 1 a 5ml), por lo tanto el volumen de medio de cultivo de estos frascos es menor; por tal motivo y con el fin de promover la pluralidad de postores; solicitamos gentilmente se acepte también que el medio para hemocultivo pediátrico automatizado en frasco, sea frasco de 20ml de medio, con el fin de promover la pluralidad de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACEPTA su consulta, por lo que se incluirá en la integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Presentación: Frascos con 20 a 40 cc o 20 a 40 ml

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	09:31:57

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Respecto a los ACCESORIOS DEL EQUIPO (EQUIPO DE HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO), mencionan que debe incluir Densitómetro, dispensador de buffer, pipetas automáticas; teniendo en cuenta que estos accesorios no forman parte del procedimiento para el procesamiento de muestras en los frascos de hemocultivo en el analizador automatizado, solicitamos gentilmente al Comité en coordinación con el área usuaria, considere estos accesorios como OPCIONAL toda vez que no son requeridos para el procesamiento de los frascos de hemocultivo en el equipo de hemocultivo automatizado.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3    **Literal:** 3.1    **Página:** 32

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACEPTA su consulta, por lo que se incluirá en la integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Fuente de Energía Emergencia (UPS). De manera OPCIONAL traerá:  
Densitómetro, dispensador de buffer, pipetas automáticas.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	09:31:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

: Con respecto al literal B: EXPERIENCIA DE POSTOR (páginas 36 y 37 de las presentes bases), mencionan que el postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/1,720,000.00 en bienes iguales o similares a REACTIVOS DE MICROBIOLOGÍA, con el fin de promover la libre competencia y pluralidad de postores, solicitamos gentilmente se acepte también la experiencia de postor en bienes iguales o similares a REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA su consulta, teniendo en cuenta que los reactivos de microbiología solicitados son para la realización de pruebas especiales, por lo tanto se requiere que los postores cuenten con experiencia en dicha área.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	09:31:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Con respecto al literal g): copia simple del certificado o Protocolo de Análisis (páginas 21 de las presentes bases), mencionan que, se incluye el certificado de lote donde consta fecha de producción, fecha de vencimiento y controles de calidad pasados; al respecto solicitamos que la fecha de producción se sustente a través de una carta aclaratoria

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: g Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA lo solicitado, ya que los certificados o protocolos de análisis emitidos por el fabricante, de acuerdo a los resultados de su propia metodología, contiene datos necesarios como son la fecha de fabricación, lote y fecha de vencimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	09:31:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Con respecto al Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (páginas 21 de las presentes bases), al respecto solicitamos gentilmente a la Entidad acepte el listado web de DIGEMID donde se acredita que los productos no están sujetos a la emisión de dicho registro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: g Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que para los productos que no requieren Registro Sanitario, deberá adjuntar el documento emitido por DIGEMID en el cual acredite que no requiere dicho documento, con una antigüedad no mayor de cinco (05) años.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	09:31:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con respecto al Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (páginas 21 de las presentes bases), mencionan que debe ser emitido por la Dirección de Medicamento, Insumos y Drogas -DIGEMID del Ministerio de Salud, a nombre del postor o quien este representa o a nombre de terceros (copia simple), debiendo coincidir la descripción del producto ofertado (reactivo), vigente a la presentación de ofertas; al respecto solicitamos gentilmente a la entidad que para aquellos productos no sujetos a otorgamiento de Registro Sanitario se acepte su nombre según listado de DIGEMID o documento emitido por ANM (carta de DIGEMID) en el cual se acredita que no requiere de dicho documento.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.1 Literal: f Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que lo indicado se encuentra descrito en las especificaciones técnicas, así mismo, en caso los reactivos del participante cuenten con otro nombre deberá ser sustentado según listado de DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20110200201	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	QUIMTIA S.A.	Hora de envío :	09:31:57

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Con respecto al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) (páginas 28 de las presentes bases), solicitamos gentilmente a la entidad que acepte al certificado ISO 13485 como documento equivalente al certificado BPM, conforme a lo dispuesto en el DS 016-2011 y sus modificatorias.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.1      **Literal:** h      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que lo solicitado, se encuentra detallado en el literal 5.2 del CAPITULO III las especificaciones técnicas.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega para la primera entrega se indica lo siguiente:

Primera entrega: quince (15) días calendarios después de la notificación de la Orden de Compra.

Al respecto, entendemos que se refieren a que el plazo de entrega será contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 16

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que el plazo de entrega será contabilizado a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, lo cual se incluirá en la integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En el numeral 1.9 en relación con el plazo de entrega para las siguientes entregas se indica lo siguiente:

-Cada entrega se efectuará dentro de un periodo no mayor de cinco (5) días calendarios. Contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra al proveedor.

Al respecto, a fin de garantizar un servicio de calidad para las siguientes entregas, solicitamos al Comité de Selección que establezca que el plazo de entrega para las siguientes entregas sea de SIETE (07) DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACEPTA su consulta y el plazo de entrega para las siguientes entregas será de siete (07) días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra, lo cual se incluirá en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Cada entrega se efectuará dentro de un periodo no mayor de siete (07) días calendarios, contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la orden de compra.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En relación a lo indicado en el cronograma de entregas, solicitamos al Comité de Selección que ACLARE que las entregas se efectuarán de manera bimensual.

Solicitamos amablemente realizar dicha aclaración para conocimiento de todos los postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA su consulta, ya que, existe un cronograma establecido, basado en la capacidad y consumo del almacén del hospital, y los trámites logísticos y/o financieros inherentes al hospital, que demandan tiempo y demora en su ejecución.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**

En el numeral e.1) de la página 19 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

e.1) Hoja de presentación del producto, por cada ítem que conforma cada paquete.

Al respecto, entendemos que esta Hoja de Presentación del producto se podrá adjuntar en formato libre del postor.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** e.1      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA, que se adjuntara el modelo del anexo para la presentación para cada reactivo que conforma el paquete por lo que se incluirá en la integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 14

**Consulta/Observación:**

En el numeral e.2) de la página 19 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

e.2) Hoja de presentación del equipo en cesión de uso.

Al respecto, entendemos que esta hoja de presentación del equipo en cesión de uso se podrá adjuntar en formato libre del postor.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** e.2      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA, que se adjuntara el modelo de presentación para cada reactivo que conforma el paquete por lo que se incluirá en la integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el literal e) de la página 19 de las Bases se indica lo siguiente en relación a la acreditación de las especificaciones técnicas:

-Las características que deberán ser acreditadas con catálogos, insertos o folletería emitidos por el fabricante, fabricante legal o dueño de la marca.

Al respecto, solicitamos al Comité de Selección establecer que se aceptará folletería emitida por el fabricante y/o sucursal a fin de poder acreditar fehacientemente el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e) Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta ya que de acuerdo al literal e) del capítulo II de las bases, la documentación necesaria para la acreditación de las características deberán ser catálogos, insertos o folletería emitidos por el fabricante, fabricante legal o dueño de la marca.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

En el literal g) de la 21 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Copia simple legible del certificado o protocolo de análisis.

Entendemos que el certificado de análisis y/o protocolo de análisis deberá contener el refrendo (nombre, firma y sello) del DIRECTOR TÉCNICO DEL POSTOR.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 2.2.1.1      Literal: g)      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA, que es correcta su apreciación.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**

En el literal g) de la 21 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Copia simple legible del certificado o protocolo de análisis.

Al respecto, entendemos que el formato será bajo la formalidad y alcance del propio fabricante con la información que éstos declaren del producto terminado.

En ese sentido, solicitamos al comité de selección sirva indicar si nuestro entender es correcto.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** g)      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que en las bases dice claramente que el certificado o protocolo de análisis, será en el formato propio o por un laboratorio acreditado por INDECOPI o autorizado por el Ministerio de Salud (siempre y cuando tenga toda la información solicitada en las bases).

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 18

**Consulta/Observación:**

En el literal i) de la página 21 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

i) Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)

Al respecto, entendemos que el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento deberá estar a nombre del postor.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** i)      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que en las bases dice claramente a nombre de quien o quienes debe estar el certificado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

En el literal j) de la página 21 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

j) Copia simple legible del Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte. BPDT.

Al respecto, entendemos que el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte deberá estar a nombre del postor.

Solicitamos amablemente ACLARAR la presente consulta.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** j)      **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que en las bases dice claramente a nombre de quien o quienes debe estar el certificado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

En el numeral 5.2 de la página 27 de las Bases se indica que se debe adjuntar el siguiente documento:

-Copia simple legible del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (vigente a la fecha de presentación de ofertas, con una antigüedad no mayor de cinco (5) años.

Sin embargo, en la página 21 de las BASES se visualiza una incongruencia al indicar que dicho documento deberá contar con una vigencia no mayor de dos (2) años.

En ese sentido, con la finalidad de evitar incongruencias para la presentación de ofertas, solicitamos al Comité de Selección que establezca para las Bases Integradas que este documento deberá contar con una antigüedad no mayor de cinco (5) años.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 5.2      **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACEPTA su consulta, la antigüedad para el registro sanitario es no mayor de cinco (5) años, lo cual se modificará en la integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En caso algún insumo no requiera de registro deberá adjuntar el documento emitido por DIGEMID en el cual acredite que no requiere dicho documento, con un antigüedad no mayor de cinco (5) años.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 21

**Consulta/Observación:**

ITEM 1- MEDIO PARA HEMOCULTIVO PEDIATRICO AUTOMATIZADO EN FRASCO.

SOLICITAN: ¿CON SENSOR COLORIMETRICO¿.

En referencia a ello, en el mercado nacional podemos encontrar la tecnología por fluorescencia, la cual brinda mayor sensibilidad y menor tiempo de detección de patógenos presentes en las muestras clínicas (sangre o líquidos biológicos). En tal sentido, solicitamos gentilmente al comité ampliar a SENSOR COLORIMETRICO O FLUORIMETRICO, a fin de incentivar la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia).

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 19 y 25)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.2      Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA su consulta, ya que el utilizar frascos con sensor colorimétrico en el fondo de la botella permite su uso en forma manual, cuando el frasco es positivo el color del sensor presente en el fondo de la botella, cambia de un color verde a un color amarillo lo que determina que el frasco de hemocultivo es positiva. Lo que no sucede con la fluorometría, en que necesariamente se necesita del equipo para determinar si la muestra es positiva.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 22

**Consulta/Observación:**

ITEM 2- MEDIO PARA HEMOCULTIVO ADULTO AUTOMATIZADO EN FRASCO.

SOLICITAN: ¿CON SENSOR COLORIMETRICO¿.

En referencia a ello, en el mercado nacional podemos encontrar la tecnología por fluorescencia, la cual brinda mayor sensibilidad y menor tiempo de detección de patógenos presentes en las muestras clínicas (sangre o líquidos biológicos). En tal sentido, solicitamos gentilmente al comité ampliar a SENSOR COLORIMETRICO O FLUORIMETRICO, a fin de incentivar la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia).

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 19 y 27)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.2      Página: 14

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA su consulta, ya que el utilizar frascos con sensor colorimétrico en el fondo de la botella permite su uso en forma manual, cuando el frasco es positivo el color del sensor presente en el fondo de la botella, cambia de un color verde a un color amarillo lo que determina que el frasco de hemocultivo es positiva. Lo que no sucede con la fluorometría, en que necesariamente se necesita del equipo para determinar si la muestra es positiva.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

ITEM 3- TARJETA DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA.

SOLICITAN: ¿DEBE INCLUIR EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA CON SISTEMA DE INOCULACIÓN AUTOMÁTICA?

Al respecto, dicha característica es PROPIA DE UNA MARCA Y DE USO EXCLUSIVO DE UN SISTEMA, lo que hace inviable que haya pluralidad de postores y marcas en el mercado. Por tanto, solicitamos gentilmente al comité que sea OPCIONAL, a fin de permitir la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia).

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 27)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.2      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta, el contar con un sistema de inoculación automática, evita errores en el proceso y ahorro de tiempo en el procesamiento de las muestras lo cual nos lleva a una manera más eficaz al momento de la detección de los mecanismos de resistencia de los pacientes; y se considera una característica de innovación tecnológica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

ITEM 4- TARJETA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA.

SOLICITAN: ¿DEBE INCLUIR EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA CON SISTEMA DE INOCULACIÓN AUTOMATICA¿

Al respecto, dicha característica es PROPIA DE UNA MARCA Y DE USO EXCLUSIVO DE UN SISTEMA, lo que hace inviable que haya pluralidad de postores y marcas en el mercado. Por tanto, solicitamos gentilmente al comité que sea OPCIONAL, a fin de permitir la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia).

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 27)

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: I      Literal: 1.2      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta, el contar con un sistema de inoculación automática, evita errores en el proceso y ahorro de tiempo en el procesamiento de las muestras lo cual nos lleva a una manera más eficaz al momento de la detección de los mecanismos de resistencia de los pacientes; y se considera una característica de innovación tecnológica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

ITEM 4- TARJETA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA.

SOLICITAN: Tarjeta de sensibilidad para Bacterias Gram (+), y Gram (-), sensibilidad de Levaduras.

Referente a la SENSIBILIDAD DE LEVADURAS, debemos indicar que SOLO HAY UN POSTOR que cumple con una metodología por sistema automatizado. En atención a ello, solicitamos gentilmente al comité permitir la participación con tarjetas o microplacas para sensibilidad de levaduras por método automatizado o manual según la presentación del fabricante, en aras de permitir la pluralidad de postores (principio de libre concurrencia y competencia). (Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 27)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.2    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta, actualmente existen manuales como la M27M44S de la CLSI (3° edición), donde existe puntos de corte basados en MIC. El contar con un sistema automatizado, permite el ahorro de tiempo e interpretaciones para los resultados lo cual nos lleva a una manera más eficaz al momento de la detección de resistencia en los pacientes a los antifungicos.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

ITEM 3- TARJETA DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA.

ITEM 4- TARJETA DE SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA

Al respecto, solicitamos gentilmente al comité indicar si nuestro entender es correcto que se permitirá la participación con tarjetas o paneles por separado o juntas (combo: identificación + antibiograma) considerando que así se establece en las especificaciones del equipo (pag. 20) y a fin de permitir la pluralidad de postores y marcas en el mercado (principio de libre concurrencia y competencia).

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 27)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta. Teniendo en cuenta que el uso de tarjetas de identificación y sensibilidad en forma individual permite procesar de este modo la identificación, repetición y confirmación; además permite usar tarjetas de susceptibilidad adicionales en caso de microorganismos que presentan multirresistencia o bacterias con metabolismo lento. Además por medida de bioseguridad es conveniente el uso de tarjetas selladas e individuales porque esto elimina el riesgo potencial de algún tipo de derrames, menos manipulación y/o contaminación del personal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

En el literal e) DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTIVOS:

SOLICITAN: METODOLOGÍA: COLORIMETRICO

En referencia a ello, en el mercado nacional podemos encontrar la tecnología por fluorescencia, la cual brinda mayor sensibilidad y menor tiempo de detección de patógenos presentes en las muestras clínicas (sangre o líquidos biológicos). En tal sentido, solicitamos gentilmente al comité ampliar la METODOLOGÍA a: COLORIMETRICO O FLUORIMETRICO, a fin de incentivar la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia).

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 29 y 32)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta, el utilizar frascos con sensor colorimétrico en el fondo de la botella permite su uso en forma manual , cuando el frasco es positivo el color del sensor presente en el fondo de la botella cambia de un color verde a un color amarillo lo que determina que el frasco de hemocultivo es positiva. Lo que no sucede con la fluorometría, en que necesariamente se necesita del equipo para determinar si la muestra es positiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 28

**Consulta/Observación:**

En el literal e) DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTIVOS:

SOLICITAN: CARACTERÍSTICAS:

6) Calibración de celdas: barras calibradoras u otros instrumentales de calibración.

Al respecto, debemos señalar que esta característica es propia de UNA MARCA, lo cual es parte de la especificación de un equipo sin aportar mejora a la prueba solicitada.

Por tanto, a fin de no limitar la pluralidad de postores y marcas en el mercado solicitamos que sea OPCIONAL y siendo solo solicitada siempre y cuando el equipo ofertado lo requiera.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 29 y 32)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2      **Literal:** e)      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta, debido a que damos la opción que se pueda utilizar barras calibradoras u otros instrumentos de calibración, debiendo hacerse la calibración de manera obligatoria debido al uso cotidiano.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

En el literal e) DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA:

SOLICITAN: METODOLOGÍA: TECNOLOGÍA FOTOMETRICA: COLORIMETRICA Y TRANSMITANCIA (TURBIDIMETRÍA).

En relación con ello, los fabricantes actualizan año a año las metodologías a fin de obtener resultados en el menor tiempo posible y de alta concordancia. Por ello, se pueden encontrar equipos e insumos que trabajen con doble tecnología para identificación bacteriana (Fluorometría y Colorimetría) y doble tecnología para Antibiograma (turbidimetría y oxidorreducción) lo cual brinda mayor sensibilidad y especificidad a la técnica. En atención a ello y en aras de fomentar mayor pluralidad de postores, solicitamos al comité ampliar a TECNOLOGÍA FOTOMÉTRICA: (FLUOMETRÍA Y/O COLORIMETRÍA) Y TRAMITANCIA (TURBIDIMETRÍA) Y/O OXIDO REDUCCIÓN siendo ello una mejora tecnológica al área.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 29 y 32)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: e) Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACEPTA la consulta, para una mayor pluralidad de postores por lo que se incluirá en la integración de bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Tecnología Fotométrica: Colorimetría y Transmitancia (Turbidimetría) y/o Oxido reducción.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 30

**Consulta/Observación:**

En el literal e) DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA:

SOLICITAN: CARÁCTERÍSTICAS:

- 1)REALIZA INOCULACIÓN DE TARJETAS AUTOMATICAMENTE.
- 5) INCLUYE ESTACIÓN DE LLENADO (CAMARA DE INOCULACIÓN) Y ESTACIÓN DE CARGA Y DESCARGA DE CASETE (INCUBACIÓN Y LECTURA DE TARJETAS DE TEST).
- 6)QUE TENGA ESTACIÓN DE RECOGIDA Y RECIPIENTE DE RECOGIDA DE RESIDUOS.

Al respecto, dichas características SON PROPIAS DE UNA MARCA Y DE USO EXCLUSIVO DE UN SISTEMA, lo que hace inviable que haya pluralidad de postores y marcas en el mercado. Por tanto, solicitamos gentilmente al comité que sea OPCIONAL, a fin de permitir la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia).

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 29 y 33)

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2.2      **Literal:** e)      **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta, debido a que por medidas de bioseguridad es conveniente el uso de tarjetas selladas e individuales porque esto elimina el riesgo potencial de algún tipo de derrames, menos manipulación y/o contaminación del personal.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**

En el literal e) DOCUMENTACIÓN PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA:

SOLICITAN: CARÁCTERÍSTICAS:

11) GRAFICAS DEL FENOTIPO DE LA CEPA DE ESTUDIO.

Al respecto, al ser una característica propia de un software (marca), solicitamos gentilmente al comité a fin de no limitar la pluralidad de postores y marcas que sea OPCIONAL dicha característica.

(Considerar la misma solicitud para lo indicado en la página 29 y 33)

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2    **Literal:** e)    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACEPTA la consulta, lo cual se incluirá en la Integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

11) Opcional Gráficas del fenotipo de la cepa de estudio.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

ITEM 3- TARJETA DE IDENTIFICACIÓN BACTERIANA.

SOLICITAN: EN CADA ENTREGA IDENTIFICACIÓN DE NEISSERIA/ HAEMOPHILUS 20 TARJETAS.

En el mercado nacional SOLO HAY UN POSTOR que cumple con esta característica. La razón fundamental es que es las técnicas automatizadas tienen un porcentaje de concordancia menor con respecto a las técnicas manuales; por tal razón, no es conveniente la automatización.

En este sentido, solicitamos gentilmente al comité considerar como OPCIONAL este tipo de tarjeta, a fin de permitir la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.9.4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta, debido a que estas tarjetas son de uso para estos tipos de microorganismos considerados fastidiosos que requieren confirmación con métodos automatizados y sofisticados, muy aparte de los métodos manuales que realizamos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 33

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO.

SOLICITAN: CERTIFICADO QUE ACREDITA AL PERSONAL TECNICO Y CIENTIFICO DEBE SER EMITIDO POR EL FABRICANTE O CASA MATRIZ DEL EQUIPO OFERTADO EN CESIÓN DE USO.

En el mercado nacional existen fabricantes que tienen sedes o sucursales en distintos países de Latinoamérica a fin de descentralizar distintas actividades, entre las cuales se encuentran las capacitaciones al personal técnico e ingeniero de las empresas distribuidoras.

En este sentido solicitamos gentilmente al comité permitir que el CERTIFICADO QUE ACREDITA AL PERSONAL TECNICO Y CIENTIFICO PUEDA SER EMITIDO POR EL FABRICANTE O CASA MATRIZ O SUCURSAL DEL EQUIPO OFERTADO EN CESIÓN DE USO, a fin de permitir la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que se aceptara capacitaciones realizadas por el fabricante, casa matriz y/o sucursal debidamente certificada por el fabricante del equipo, lo cual se encuentra sujeto a una posible fiscalización posterior.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO

SOLICITAN: CONSUMIBLES CONTROLES Y COMPLEMENTOS:

1) CALIBRADORES: ¿el proveedor proporcionará las barras calibradoras¿¿

Al respecto, debemos señalar que dicho consumible es propio de UNA MARCA, lo cual solo es parte de su especificación sin aportar mejora a la prueba solicitada.

Por tanto, a fin de no limitar la pluralidad de postores y marcas en el mercado solicitamos que sea OPCIONAL siempre y cuando el equipo ofertado lo requiera.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA la consulta, debido a que damos la opción que se pueda utilizar barras calibradoras u otros instrumentos de calibración, debiendo hacerse la calibración de manera obligatoria debido al uso cotidiano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20501887286	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Hora de envío :	21:27:34

**Consulta:** Nro. 35

**Consulta/Observación:**

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EQUIPO DE AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICACIÓN Y ANTIBIOGRAMA.

SOLICITAN: CERTIFICADO QUE ACREDITA AL PERSONAL TECNICO Y CIENTIFICO DEBE SER EMITIDO POR EL FABRICANTE O CASA MATRIZ DEL EQUIPO OFERTADO EN CESIÓN DE USO.

En el mercado nacional existen fabricantes que tienen sedes o sucursales en distintos países de Latinoamérica a fin de descentralizar distintas actividades, entre las cuales se encuentran las capacitaciones al personal técnico e ingeniero de las empresas distribuidoras.

En este sentido solicitamos gentilmente al comité permitir que el CERTIFICADO QUE ACREDITA AL PERSONAL TECNICO Y CIENTIFICO PUEDA SER EMITIDO POR EL FABRICANTE O CASA MATRIZ O SUCURSAL DEL EQUIPO OFERTADO EN CESIÓN DE USO, a fin de permitir la participación de postores y marcas (principio de libre concurrencia y competencia).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 6.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria ACLARA que se aceptara capacitaciones realizadas por el fabricante, casa matriz y/o sucursal debidamente certificada por el fabricante del equipo, lo cual se encuentra sujeto a una posible fiscalización posterior.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-1-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA HEMOCULTIVO AUTOMATIZADO Y PARA IDENTIFICACION BACTERIANA Y ANTIBIOGRAMA, CON EQUIPO EN CESION EN USO PARA EL SERVICIO DE PATOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO SAN BARTOLOME

Ruc/código :	20524800510	Fecha de envío :	22/06/2023
Nombre o Razón social :	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Hora de envío :	23:15:33

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Se solicita al comité que acepte como bienes similares para acreditar la experiencia del postor a: REACTIVOS DE LABORATORIO EN GENERAL (Microbiología, hematología, biología molecular, hemostasia, gases, bioquímica e inmunología).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.2 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con NOTA INFORMATIVA N°0430-2023-SPC-HONADOMANI-SB el área usuaria NO ACEPTA su consulta, teniendo en cuenta que los reactivos de microbiología solicitados son para la realización de pruebas especiales, por lo tanto se requiere que los postores cuenten con experiencia en dicha área.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null