

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	SEGURO SOCIAL DE SALUD
Nomenclatura :	AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAHU-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADO (TIRAS REACTIVAS PARA ORINA) CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	14:34:22

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En cuanto al equipo en cesion en uso dice:
Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH, proteinas, glucosa y eritrocitos como minimo
Se entiende que el reporte cuantitativo de glucosa y proteinas seria un reporte por cruces que en cuanto mayor sea la cantidad de cruces mayor es la presencia de proteinas y glucosa en la muestra
Solicitamos amablemente al comite de seleccion aclarar si nuestra apreciacion es correcta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, en las EE.TT. No se especifica que sería un reporte por cruces, El reporte que se solicita es cuantitativo, tal como se encuentra detallado en las especificaciones tecnicas del requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADO (TIRAS REACTIVAS PARA ORINA) CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	14:34:22

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En cuanto a los documentos de presentación obligatoria dice:
Certificado de analisis
Se entiende que el requerimiento de presentacion de este documento corresponde al reactivo principal no a sus complementos, accesorios ni controles de calidad o calibradores.
Solicitamos al comite indicar si nuestra apreciacion es correcta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Certificado de Analisis unicamente es requerido para el reactivo, por ser el objeto de la contratación

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAHU-1
1
Bien
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADO (TIRAS REACTIVAS PARA ORINA) CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	14:34:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
En cuanto a los documentos de presentación obligatoria se solicita inserto o manual de instrucciones de uso
Se entiende que el requerimiento de presentación de este documento corresponde al reactivo principal no a sus complementos, accesorios ni controles de calidad o calibradores.
Solicitamos al comité indicar si nuestra apreciación es correcta

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se requiere la presentacion del mencionado documento para el reactivo y el equipo en cesión de uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAHU-1
1
Bien
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADO (TIRAS REACTIVAS PARA ORINA) CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:41:47

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:
Solicitamos al comité de selección indicar si se requerirán muestras para la admisión de la oferta

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Ley N°30225 y Reglamento (DS 344-2018-EF)-Libertad de concurrencia, igualdad de trato y competencia

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a lo sealado por el área usuaria, No se solicitan muestras en el presente procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAHU-1
1
Bien
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADO (TIRAS REACTIVAS PARA ORINA) CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20607779695	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	CHAPOMEDIC S.A.C.	Hora de envío :	17:41:47

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

"En el CAPITULO II: DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA, observamos que no están solicitando el Certificado de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte-BPDTA, el cual en base a la Resolución Ministerial N° 833-2018/MINSA, y sus modificatorias según la Resolución Ministerial N° 1000-2016/MINSA; que se encuentra en vigencia desde el 02 de enero del presente año, donde señala lo siguiente:

""Como conjunto de norma mínima obligatoria que establecen los requisitos y procedimiento operativos que deben cumplir los establecimientos que se dedican a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución, dispensación y expendio de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, y productos sanitarios, con el fin de garantizar el mantenimiento de la calidad, integridad, características y condiciones óptimas de los mismos durante el trasnporte de un lugar a otro.""

Según indican en la bases dichos productos van a ser usados en personas, en la cual el área usuaria debe velar por la integridad de las mismas, garantizando de esta manera que los productos lleguen desde los almacenes del postor hasta el almacén de la Entidad convocante, en óptimas condiciones conservando la calidad, integridad, características y condiciones del producto.

Por lo expuesto líneas arriba solicitamos al digno COMITE DE SELECCION, integrar como documento obligatorio el CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE emitido por DIGEMID a nombre del postor, y en caso de consorcio al menos uno de los consorciados debe presentar a su nombre dicha certificación."

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 2.2.1.1 Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley 30225, Art.28 numeral 28.2 Literal a y b

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con el fin de garantizar el mantenimiento de la calidad, integridad, características y condiciones óptimas de los mismos durante el trasnporte de un lugar a otro, se requerirá la presentación del certificaco de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte para la admisión de la oferta. SE ACOGE LA OBSERVACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAHU-1
1
Bien
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADO (TIRAS REACTIVAS PARA ORINA) CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:36:30

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento del Analizador de Tiras de Orina solicitan dentro de las Características: Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH proteínas, Glucosa y eritrocitos como mínimo. Entendemos que el analizador de tiras de orina que los postores debemos ofertar debe contar con la capacidad de identificar, reconocer y cuantificar eritrocitos. Consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, tal como se indica en el requerimiento una de las características del Analizador es : Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH, proteínas, Glucosa y Eritrocitos como mínimo, dicha característica se encuentra establecida de forma clara.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAHU-1
1
Bien
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADO (TIRAS REACTIVAS PARA ORINA) CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:36:30

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento del Analizador de Tiras de Orina solicitan dentro de las Características: Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH proteínas, Glucosa y eritrocitos como mínimo. Teniendo en consideración que dentro de las características del analizador incluyen reporte cuantitativo de eritrocitos es necesario que el equipo cuente con la capacidad de reporte de elementos formes en orina. Consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo señalado por el área usuaria, considerando que dentro de las características del analizador se incluye el reporte cuantitatibo de eritrocitos; Se considera la capacidad de reporte de elementos formes en orina como una mejora tecnologica, ya que permite y facilita un mejor diagnostico del paciente obteniendo resultados mas precisos. Se acepta como mejora tecnologica un analizador que detecte elementos formes de manera cuantitativa por la metodología de microscopia automatizada con lentes de potencia 40x y de baja potencia de 10x

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :
Nomenclatura :
Nro. de convocatoria :
Objeto de contratación :
Descripción del objeto :

SEGURO SOCIAL DE SALUD
AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAHU-1
1
Bien
SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADO (TIRAS REACTIVAS PARA ORINA) CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:36:30

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo al requerimiento del Analizador de Tiras de Orina solicitan dentro de las Características: Reporte cuantitativo de resultados para densidad, pH proteínas, Glucosa y eritrocitos como mínimo. De acuerdo a las características solicitadas, es necesario que se oferte un (01) sólo analizador con la capacidad de reportar todos los parámetros solicitados. Consultamos amablemente al comité si es correcta nuestra apreciación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere un solo analizador que tenga la característica solicitada, como minimo, tal como se detalla en las especificaciones técnicas del requerimiento. Así mismo se aclara a los participantes que de acuerdo a lo indicado en la página 25 el postor ganador debe hacer entrega de los equipos indicados en el parrafo "REQUERIMIENTO DE PROCESAMIENTO DE DATOS"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2024-ESSALUD/RAHU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO AUTOMATIZADO (TIRAS REACTIVAS PARA ORINA) CON EQUIPOS EN CESIÓN DE USO PARA LA RED ASISTENCIAL HUÁNUCO, POR EL PERIODO DE 12 MESES

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	02/07/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	22:48:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

solicitan
4.5 - Metodología Analitica

Consultamos al comité de selección si es posible acreditar la metodología de análisis mediante la presentación de protocolo de análisis u otra documentación emitida por el fabricante,?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A fin de promover la mayor participacion de postores, se aceptara la presentacion del protocolo de analisis en formato propio del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null