

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ESSALUD/RAJAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS - REACTIVOS DE COAGULOMETRIA CON EQUIPO DE CESION EN USO.

Ruc/código : 20505110651

Fecha de envío : 25/08/2023

Nombre o Razón social : W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA

Hora de envío : 18:01:09

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases solicitan:

Plazo de entrega:

Plazo de 10 días calendarios a partir del día siguiente de la firma de contrato y/o emisión de la orden de compra

Observamos, este extremo de las bases, teniendo en consideración que no queda claro desde cuando inicia el cómputo del plazo de entrega por lo que solicitamos al comité de selección que precise si el plazo de entrega inicia desde el día siguiente de la firma del contrato o desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 1

**Literal:** 1.9

**Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO SERA CON LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA. QUE CONTIENE SUS PLAZOS DE ENTREGA SEGUN LAS PROPUESTAS CONSIGNEN QUE LOS PARTICIPANTES.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ESSALUD/RAJAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS - REACTIVOS DE COAGULOMETRIA CON EQUIPO DE CESION EN USO.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:01:09

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

d.6 Metodología analítica, cuando la metodología de análisis a las que se acoge el fabricante se encuentran en normas internaciones de calidad u otras normas técnicas según corresponda.

Solicitamos al comité de selección que acepte la presentación de certificados de análisis, insertos, manuales o documentación técnica emitida por el fabricante para que los postores podamos acreditar la metodología analítica solicitada.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 2.2.1.1    **Literal:** d.6    **Página:** 20

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

LA METODOLOGIA ANALITICA ; debe usada por los fabricantes debe encontrarse en normas internaciones de calidad u otras normas técnicas según corresponda

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ESSALUD/RAJAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS - REACTIVOS DE COAGULOMETRIA CON EQUIPO DE CESION EN USO.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:01:09

**Consulta:** Nro. 3

**Consulta/Observación:**

De acuerdo a bases indican:

Los reactivos, calibradores, controles y diluyentes de la misma marca

Solicitamos al comité de selección que acepte también la oferta de reactivos de diferente marca, pero que éstas marcas pertenezcan a la misma compañía o corporación, y permitir la participación de nuestra representada.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: se      **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

QUE LOS REACTIVOS SEAN COMPATIBLES CON EL EQUIPO DE CESION EN USO QUE OFERTEN Y CON SOFTWARE DE INTERFACE (LOS REACTIVOS, CALIBRADORES, CONTROLES PUEDEN SER DE LA MISMA MARCA O DIFERENTES PERO ESTAS NO DEBERAN DE ALTERAR EL RESULTADO ) CINÑIENDOSE A LAS

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-ESSALUD/RAJAEN-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS - REACTIVOS DE COAGULOMETRIA CON EQUIPO DE CESION EN USO.

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	25/08/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	18:01:09

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

Observamos que no han considerado ninguna mejora técnica que permitirá a los postores ofertar analizadores de ultima generación, por lo que solicitamos que acepten la siguiente mejora técnica:

El equipo ofertado cuenta con la capacidad de cargar de manera simultanea 1,000 cubetas, con la finalidad de evitar retrasos en el procesamiento por cambios continuos de consumibles.....10 puntos.

Acreditados mediante la presentacion del brochure o manual del fabricante

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 4    **Literal:** se    **Página:** 60

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

ES FACULTATIVO