

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Nomenclatura : AS-SM-3-2025-DIRIS-LC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE TRES (03) EQUIPOS DE RAYOS X ESTACIONARIO PARA EL CENTRO DE SALUD SU SANTIDAD JUAN PABLO II, CENTRO DE SALUD SAN COSME Y CENTRO DE SALUD VILLA VICTORIA PORVENIR DE LA DIRECCION DE REDES INTEGRADAS DE SALUD LIMA CENTRO

Ruc/código :	20601765838	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO MEDICAL ECORAY E.I.R.L. - MEDICAL ECORAY	Hora de envío :	18:18:40

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

Según el numeral 3.2, 3.3 y 3.4 de las actividades del mantenimiento a ejecutarse en el TDR solicitan mantenimiento de digitalizador con el detalle de lo que se debe realizar, pero no se menciona la marca ni modelo de ello. Por lo que se requiere detallar los datos completos del digitalizador

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE AGREGARA LA MARCA Y MODELO DE CADA EQUIPO.