

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:27:53

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al distinguido comité aceptar Incubadora con volumen 65 L, ya que no especifica volumen.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

esta observación no pertenece a la centrifuga

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:27:53

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Dice:Cantidad de rejillas internas: 4.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar 4 o más rejillas para una una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

esta observación no pertenece a la centrifuga

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:27:53

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Dice: Carga máxima por rejilla: 20 kg.

Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar 20kg o de acuerdo a fabricante para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

esta observación no pertenece a la centrifuga

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:27:53

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Dice:De mesa con tanque de almacenamiento.
Solicitamos al distinguido comité seleccionador aceptar De mesa, pared o suelo con tanque de almacenamiento. Para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 4.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

esta observación no pertenece a la centrifuga

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20600970951	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BD INSTRUMENTS S.A.C.	Hora de envío :	16:27:53

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Dice: Conectividad con puertos disponibles para USB, Ethernet u otro para transferencia de datos.
Solicitamos al distinguido comite seleccionador aceptar Conectividad con puertos disponibles para USB, Ethernet u otro para transferencia de datos o que cuente con almacenamiento de 40 programas para una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 4.2 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

esta observación no pertenece a la centrifuga

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20601905184	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA BIOMED MEDICAL E.I.R.L. - BIOMED MEDICAL E.I.R.L.	Hora de envío :	17:00:12

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

INCUBADORA, En sus descripción técnica no se puede apreciar la capacidad en litros,

por lo que solicitamos al usuario poder poner capacidad en Litro.

El Usuario en la Ficha Técnica solicita

¿Conectividad con puertos disponibles para USB, ETHERNET u otro para transferencia de Datos¿

Por ser una limitante de participar con otros equipos que no puedan tener las características solicitas se presume que se estaría dirigiendo el producto a una sola marca.

Por lo expuesto solicito puedan eliminar : Conectividad con puertos disponibles para USB, ETHERNET u otro para transferencia de Datos¿

CENTRIFUGA

Por ser una limitante de participar con otros equipos que no puedan tener las características solicitas se presume que se estaría dirigiendo el producto a una sola marca.

Por lo expuesto solicito puedan eliminar : Conectividad con puertos disponibles para USB, ETHERNET u otro para transferencia de Datos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.2 Página: 2326

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ARTICULO 10, DE LA LEY DE CONTRACIONES

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque la incubadora no esta en este proceso, y sobre la centrifuga ahora en la actualidad todos los equipos estan provistos de entradas USB y puerto Ethernet, como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	19:06:42

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

4.2 CARACTERISTICAS TECNICAS

4.2.3 centrifuga

SOLICITAN :

conectividad con puertos disponibles para USB, ethernet u otro para transferencia de datos

CONSULTA :

Solicito que en el proceso de evaluación de ofertas no se considere como requisito la conectividad de la centrífuga de tubos mediante puertos USB, Ethernet u otros medios de transferencia de datos." Las centrífugas de tubos no requieren conectividad Ethernet o USB porque su función principal es separar componentes dentro de una muestra mediante fuerzas centrífugas, no recopilar ni transferir datos digitales. Estas centrífugas son equipos mecánicos que operan de manera autónoma para procesar muestras en entornos como laboratorios clínicos o de investigación, donde la prioridad está en el rendimiento de la separación, la velocidad y la capacidad de carga.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 4.2 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, ahora en la actualidad todos los equipos estan provistos de entradas USB y puerto Ethernet, como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	19:06:42

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

3. Indican : OBJETIVOS DE CONTRATACION
(01) INCUBADORA
(01) DESTILADOR
(03) CENTRIFUGAS

Consulta :

Entendemos que cada equipo será adquirido de forma independiente, y cada empresa, podría postular por un solo ITEM. pedimos al comité pueda confirmar dicha información.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo son las 2 centrifugas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:46:47

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

1.2 OBJETO DE LA CONVOCATORIA

CENTRIFUGA ¿ 02 UNIDADES

CONSULTA:

Se solicita al honorable Comité confirmar si el requerimiento solo serán 2 centrífugas o también se necesitará la incubadora y el destilador.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Solo son las 2 centrifugas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:46:47

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

2.2.1.1 DOCUMENTOS PARA LA ADMISIÓN DE LA OFERTA ¿ PÁG. 16

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección (Anexo N 3)

observación:

Se solicita al honorable Comité confirmar si, además de la Declaración Jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, se deberá presentar ficha técnica del equipo ofertado.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2.2.1.1. **Literal:** d **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B, C

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección Acoge la observacion, que el postor debe de presentar ademas del anexo 03 la ficha tecnica del equipo que oferta para el presente proceso de selección.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20602216609	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Hora de envío :	20:46:47

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran bienes similares a los siguientes: Centrífugas, agitadores y estufas

OBSERVACIÓN:

Al solicitar " CENTRÍFUGAS, AGITADORES Y ESTUFAS", solo se están detallando bienes iguales al objeto de convocatoria, y NO bienes similares, es por ello que, se solicita al honorable comité, muy amablemente detallar y ampliar los bienes similares a ¿EQUIPOS DE LABORATORIO EN GENERAL¿, ya que son equipos que corresponden a la misma rama de equipos relacionados, y pertenecen al rubro según el objeto de la convocatoria.

Asimismo, se permite una mayor participación de postores potenciales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE ART. 2 INCISO A, B ,C

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección no acoge la observacion ya que se esta considerando bienes similares a centrifugas agitadores y estufas,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:51

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitan: Rango de velocidad: 300-6000 rpm

Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. Se considera que el ¿Rango de velocidad¿ es una característica que es determinante para la funcionalidad del equipo, por ende, se debe garantizar una velocidad necesario para una temperatura adecuada. Incluir la característica solicitada restringiría la participación de marcas con mejoras tecnológicas más importantes del equipo como ¿PCBS: Sistema de aceleración y frenado controlable progresivo hasta 175 rampas¿ ¿Rotores y reductores autoclavables, de fácil instalación sin necesidad de herramientas (REI System)¿ ¿100 memorias programables con protección de datos mediante contraseña¿. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité si aceptará la siguiente especificación: Velocidad Máx.16.500 RPM / 26.480 xg o un rango menor

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque las velocidades con que trabaja el laboratorio varían entre estos rangos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:51

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitan: Exactitud de velocidad: +- 20 rpm

La exactitud de la velocidad puede variar de acuerdo a la marca o al fabricante; esto solo limita la libre participación de postores que ofrecen equipos con rangos más amplios, es decir con mejor tecnología. Considerando que la exactitud se puede entender como los pasos de la velocidad programable, siendo esta última ya referenciada como ¿incremento de velocidad¿. Por ello, CONSULTAMOS al comité si aceptaría propuestas con

Exactitud de velocidad: +- 20 rpm OPCIONAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, es lo minimo con lo que el laboratorio trabaja otros fabricantes incluso tienen una menor exactitud

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:51

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitan: Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C

Un rango de temperatura más amplio permitirá que el equipo tenga aplicación en diferentes campos, lo que implica un beneficio para el usuario. Por tal motivo CONSULTAMOS al comité de selección si en pro de recibir mejoras en la solicitud aceptará propuestas con

Regulación de la temperatura de -20°C a 40°C

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica: Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C o mejor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:51

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicita: Debe contar con rotores para tubos PVC 100 ml, 50 ml, 15 ml y 3-7 ml o volúmenes aproximados
Las especificaciones técnicas no contemplan la información exacta para los volúmenes de los tubos. Para garantizar que el área usuaria tenga una centrifuga moderno y de calidad recomendamos equipos que tengan tubos de material resistente de 100 ml, 50 ml, 15 ml 2, y 5 ml para diferentes usos en las aplicaciones. En este sentido OBSERVAMOS que el comité de evaluación, en pro de recibir mejoras en la solicitud, agregue la siguiente especificación:
Debe contar con rotores para tubos de material según el fabricante 100 ml, 50 ml, 15 ml, 2 ml y 5 ml o volúmenes aproximados

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque justamente ponemos que sean aproximados a los volúmenes requeridos por lo que estarían encanjando los volúmenes de este proveedor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:51

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitan: Pantalla de control LCD o LED retroiluminada de fácil lectura

Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. Se considera que el ¿Pantalla de control LCD o LED retroiluminada de fácil lectura¿ es una característica que no limita la funcionalidad del equipo. Incluir la característica solicitada restringiría la participación de marcas con mejoras tecnológicas más importantes del equipo como ¿PCBS: Sistema de aceleración y frenado controlable progresivo hasta 175 rampas¿ ¿Rotores y reductores autoclavables, de fácil instalación sin necesidad de herramientas (REI System)¿ ¿100 memorias programables con protección de datos mediante contraseña¿. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité si aceptará la siguiente especificación: Pantalla de control LCD, LED retroiluminada de fácil lectura o Pantalla TFT táctil a color

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque lo minimo que se pide es pantalla LCD o LED que es lo minimo que cuentan los equipos de laboratorio, los adicionales son mejoras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:25:51

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitan: Conectividad con puertos disponibles para USB, Ethernet u otro para transferir de datos

Conforme a diversos pronunciamientos del OSCE, las especificaciones técnicas deben fomentar la libre competencia y no restringir el universo de postores ni atentar contra los principios de pluralidad, libre participación y transparencia del proceso. Se considera que el ¿Conectividad con puertos disponibles para USB, Ethernet u otro para transferir de datos¿ es una característica que no limita la funcionalidad del equipo. Incluir la característica solicitada restringiría la participación de marcas con mejoras tecnológicas más importantes del equipo como ¿PCBS: Sistema de aceleración y frenado controlable progresivo hasta 175 rampas¿ ¿Rotores y reductores autoclavables, de fácil instalación sin necesidad de herramientas (REI System)¿ ¿100 memorias programables con protección de datos mediante contraseña¿. Por lo tanto, CONSULTAMOS al comité si aceptará la siguiente especificación:

Conectividad con puertos disponibles para USB, Ethernet u otro para transferir de datos OPCIONAL

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, ahora en la actualidad todos los equipos estan provistos de entradas USB y puerto Ethernet, como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20100042500	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	CIMATEC SAC	Hora de envío :	22:33:41

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En la sección REQUISITOS DEL PROVEEDOR solicitan:
Podrán presentarse como postores, individualmente o en consorcio tas personas naturales y/o juridica que oferten los bienes iguales o similares at objeto del presente requerimiento, y no tengan impedimento atguno para contratar con e! Estado, o impedimentos señalados de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225
OBSERVAMOS que no hacen referencia a la especialización de los proveedores. Teniendo en cuenta que existen empresas que comercializan marcas sin la debida autorización y entrenamientos de fábrica, recomendamos a la Entidad que en pro de recibir mejoras tecnológicas agregue lo siguiente:
Contar con certificado oficial de distribución del fabricante para demostrar que ha sido debidamente autorizado por el fabricante o productor de los Bienes para distribuir sus equipos, accesorios y consumibles en el País

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoge la observacion el cual se considerar en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:27:33

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Dentro de las características no se especifica cual es el volume minimo de la centrifuga, que puede ser por dar un ejemplo de 4x100ml o 4x250ml, etc.

Consulta:

Solicitamos al comite haga la aclaracion sobre esta caracteristica.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.3 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque de acuerdo a los rotores de cada fabricante tambien cantidad de tubos depende de cada proveedor y de sus rotores, a mas volumen menos cantidad de tubos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:27:33

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las epscificaciones se solicita contar con rotores para tubos de PVC de 100ml, 50ml, 15ml, y 3-7ml. No se especifica para cuantos tubos debe de ser cada rotor solicitado. Ademasla capacidad de tubos va a ir relacionado al volumen total de la centrifuga que tampoc a sido indicado en las especificaciones tecnicas.

Consulta:

solicitamos al comite del proceso aclare la capacidad en numero de tubos que debe de tener cada rotor que se esta solicitando.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.3 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque de acuerdo a los rotores de cada fabricante tambien cantidad de tubos depende de cada proveedor y de sus rotores, a mas volumen menos cantidad de tubos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:27:33

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se esta solicitando como característica:

Sistema de seguridad de detener proceso ante desequilibrio de puertas.

Consideramos que por un involuntario error de digitacion se esta colocando "de puertas". El sistema de seguridad o parado automatico de la centrifuga se activa cuando detecta un desequilibrio en el rotor.

Consulta:

Por lo anteriormente escrito, solicitamos al cmite indicar si nuestra interpretacion es correcta y que la característica debería decir: Sistema de seguridad de detener proceso ante desequilibrio de rotor.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.3 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, se esta refiriendo a la tapa, si esta esta mal tapada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:27:33

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita: una temepratura de trabajo de -10 a 40°C. NUestro equipo tiene uan temperatura de trabajo de -20 a 40°C.

Consulta:

¿Aceptaria el comite especial que el rango de temperatura tambien pueda ser de -20 a 40°C, lo cual es una mejora sobre que se a solicitado?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.3 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge observación, se actualiza característica: Temperatura de trabajo: -10°C a 40°C o mejor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:34:40

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Se solicita que la centrifuga deb de ser de rango de 300 a 6000rpm.

Consulta:

Solicitamos al comite, amplie la especificacion tecnica y acepte centrifugas con una velocidad maxima de 5500rpm y asi fomentar una mayora cantidad de postores y de marcas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2.3 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, porque las velocidades con que trabaja el laboratorio varian entre estos rangos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Nomenclatura : AS-SM-25-2024-CSUNASAM-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE DOS EQUIPOS CENTRIFUGAS PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION DEL LAOBORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO COMO PARTE DE LA EJECUCION DE LA IOARR CON CUI N° 2561031 DENOMINADO ¿ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, MOBILIARIO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIMENTACION LABORATORIO DE CALIDAD AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO

Ruc/código :	20155695901	Fecha de envío :	29/10/2024
Nombre o Razón social :	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Hora de envío :	23:44:30

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Se solicita como característica:

"Conectividad por puertos para USB, ethernet u otro para transferencia de datos".

Esta característica la tienen solo determinadas marcas de centrifugas, lo cual limita la participación y por tanto la pluralidad de postores y de marcas. Adicionalmente, en la práctica es muy poco utilizada por los usuarios.

Consulta:

Por lo anteriormente escrito, solicitamos al comité especial que esta característica sea considerada opcional, y así fomentar una mayor pluralidad de postores y de marcas. de esta manera también, entre los adicionales solicitan "cable de conexiones" el cual sería opcional también, en el caso de que la centrifuga contase con la característica de tener un puerto de comunicación.

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: 4.2.3 Literal: 4.2.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta, ahora en la actualidad todos los equipos están provistos de entradas USB y puerto Ethernet, como mínimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null