


477  
C46

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15/05/2023						
1.2 ÁREA USUARIA	SERVICIO DE HEMATOLOGIA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS CON EQUIPO EN CESIÓN DE USO PARA EL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA, HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE DEL HOSPITAL NACIONAL ALBERTO SABOGAL SOLOGUREN PARA UN PERIODO DE DOCE (12) MESES						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	OEI. 02: BRINDAR A LOS ASEGURADOS ACCESO OPORTUNO A PRESTACIONES INTEGRALES Y DE CALIDAD ACORDE A SUS NECESIDADES, AE2.2: ESTANDARES DE CALIDAD DEFINIDOS Y ALINEADOS A LAS NECESIDADES DE LOS ASEGURADOS						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	1814						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 097-OBE-GRPS-ESSALUD-2023			Fecha de recepción	07/02/2023	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	13/07/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la tercera versión	02/11/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la cuarta versión	11/11/2022	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
	Fecha de la quinta versión	07/02/2023	De oficio	X	Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRA PAQUETE(S)	SI	X			NO		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		<i>Los productos en paquete tienen codependencia para la emisión de resultados fidedignos.</i>				
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X		NO			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	10	-		-	10	CORREO ELECTRONICO NOTA	SEGÚN SE INDICA
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;">  <p>06/06/2022 OBSERVACIONES DE: TERUMO BCT</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 30%; text-align: right;"> <p>REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: SOBRE EL CBPDT - Se consulta si solo aplica para los materiales en refrigeración o congelación (ref. última modif. RM.833-2015/MINSA)</p> </div> </div>							

1036  
645

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

08/06/2022

OBSERVACIONES DE: DIAGNOSTICO UAL

- PAGINAS 4,5 - ITEM 1: PRECISIONES SOBRE CONECTOR ESTERIL DE TUBULADORAS.
- PAGINA 22 - Presentación de Registro sanitario o certificado de Registro sanitario tambien corresponde los equipos accesorios del ITEM 1.
- PAGINA 4,6 - REQUERIMIENTO ITEM 3 - Especificar proporción de kits para plaquetas, recambio plasmático y colecta de progenitores. consideraciones en cuanto a los equipos para plaquetaféresis y recambio plasmático.
- PAGINA 2 - Solicitud de retiro de entrega de reactivos para control y calibración por no aplicar en en el ítem paquete 1 y 3.
- PAGINA 7- Precisar si el sellador de tubuladoras será de radiofrecuencia.
- PAGINA 24 - Solicita retiro de indicación sobre posibilidad de incorporar documentación sobre los productos con firma del representante de la empresa.

14/06/2022

OBSERVACIONES DE: DIAGNOSTICA PERUANA SAC

1. Ficha técnica de ITEM 1 se encuentra desfazada según la actualización en IETSI DEL 2021.
2. Accesorio del ITEM 1 sellador de tubuladuras, solicita precisar el tipo de sellador a requerir.
3. Para ITEM 1 característica señala "adicional conector esteril de tubuladora" pero en accesorios no se encuentra descrito su necesidad, solicita aclarar dicho punto.
4. Para ITEM 1 solicita resolver tema de de interfaz: si la interfaz se conectará a sistema propio de la institución o de tercero para preveer posibles costos con terceros.
5. Sugerencia de considerar como accesorio un rotador de plaquetas.
6. Sugerencia de considerar como accesorio una congeladora de plasma de -41 °C.
7. Sobre el certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM) precisar si sólo aplica al objeto convocado (bolsa cuadruple de extracción para sistema Buffy coat) o tambien al equipo en cesión.
8. Solicita confirmar si documento emitido por la casa matriz en Francia (Certificado de conformidad) podrá ser recibido con dicha denominación como documento dentro del literal e) Certificado de analisis de producto terminado (protocolo de análisis).
9. Solicita especificar las características del bien objeto de la convocatoria, aceptación de documentos, folleteria; sugiere acreditar presentación, características y uso.
10. Solicita que se precise requisitos de funcionalidad de soporte: bolsas top/bottom; fraccionador con mecanismo de compresión.
11. Sugiere otorgar puntaje por mejora tecnológica y consideración de la mejora "unidad externa conectada mecánica y electrónicamente ....."
12. solicita precisar que se aceptarán insumos y reactivos para banco de sangre como "experiencia del postor en la especialidad".

10/08/2022

OBSERVACIONES DE: SISTEMAS ANALITICOS

1. Solicitan verificación de su apreciación sobre el equipo de fraccionamiento sanguíneo.
2. Solicitan verificación de su apreciación sobre los detalles de los sillones para donación, de ser el caso confirmar si los detalles serán considerados como mejora tecnológica.
3. Solicitan se precise si la oferta sistema de conexión esteril con cuchillas, señale si será de manera automática y no manual.
4. Solicita consideraciones de los sillones para donación en cuanto a facilidades en el tema de descompensación del donante, o considerarlo como una mejora tecnológica.
5. Solicita aclaración sobre características de hemobásculas si serán consideradas como requerimiento mínimo o mejora tecnológica.
6. Solicita que se sustenten puntos sobre las bolsas colectoras de sangre y el tiempo de expira sea sustentado con declaración jurada por los postores.
7. Solicita que en numeral 4. documentos técnicos, se amplie a "folleteria y/o manuales y/o catálogos y/o insertos y/o brochures para sustentar especificaciones técnicas .

22/08/2022

OBSERVACIONES DE: DIAGNOSTICA PERUANA SAC

1. Precisiones sobre las hemobásculas para donación de sangre.
2. Solicita precisar si los equipos descritos en los accesorios contienen las especificaciones técnicas requeridas.
3. Sugieren se haga la precisión sobre las características de la congeladora para plasma.
4. Solicita precisiones sobre la interfase a conectar con el software del fraccionador.
5. Solicita considerar al accesorio "unidad externa conectada mecánica y electrónicamente por cada fraccionador..." como necesidad del usuario o su incorporación dentro de las bases como mejora tecnológica".

23/09/2022

OBSERVACIONES DE: SISTEMAS ANALITICOS

4. Numeral 4. documentos técnicos - solicitan que se amplie la aceptación de otros documentos provenientes de las corporaciones acreditadas por el fabricante para favorecer la pluralidad de postores.

23/09/2022

OBSERVACIONES DE: AHSECO PERU S.A.

1. Solicita reducción de la capacidad requerida para almacenamiento de datos (de 30 a 10 días)
2. Referente al software de interfaz para equipo de aféresis: solicita eliminar dicha petición en el equipo de aféresis debido a no procesar controles, entre otros detalles adicionales.
3. Señala incongruencia en cuanto a la conexión del equipo vía intranet o internet del equipo de aféresis.
4. Señala el equipo de aféresis no requiere controles para el procedimiento a realizar.



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

03/10/2022  
OBSERVACIONES DE: DIAGNOSTICA PERUANA SAC

1. Realizar precisión de hemobáscula para donaciones y el software que debe incluir.
2. ITEM PAQUETE 1: Descripción confusa, solicita desglosar descripción citada.
3. Sugiere hacer ajustes en cuanto a las especificaciones de la congeladora requerida.
4. Indica que el accesorio "unidad externa conectada mecánica y electrónicamente ..." corresponde a una mejora tecnológica. Sugiere sea como necesidad del usuario o incluido como mejora continua en las bases.

07/11/2022  
OBSERVACIONES DE: SISTEMAS ANALITICOS

1. Solicitud de coordinación entre comité y usuario sobre rotulado de envases.
2. Consulta sobre los plazos de entrega.
3. Consulta sobre el cronograma de entrega y las cantidades señaladas.

14/02/2023  
OBSERVACIONES DE: SISTEMAS ANALITICOS

1. pag. 22 - Se consulta aceptación de controles de primera opinión y/o tercera opinión.

Consignar una síntesis de las observaciones

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	10	-	-	-	10	CORREO ELECTRONICO NOTA	SEGÚN SE INDICA

30/06/2022  
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS  
TERUMO BCT

Se acoge consulta del proveedor. La copia de CBPDT SOLO APLICA A ITEMS QUE REQUIEREN REFRIGERACION O CONGELACION.

30/06/2022  
RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS  
DIAGNOSTICO UAL

- PAGINAS 4,5 - ITEM 1: Se acoge la consulta y se precisa la solicitud.
- PAGINA 22 - Se acoge la consulta y solo se solicita Registro sanitario o certificado de Registro sanitario para bolsas de extracción y equipos de fraccionamiento.
- PAGINA 4,6 - REQUERIMIENTO ITEM 3 - Se acoge consulta de manera parcial: precisa cantidad de kit para aféresis y aclara las especificaciones sobre los equipos.
- PAGINA 2 - Se acoge la consulta y se retira lo indicado.
- PAGINA 7- El área usuaria precisa seguir las especificaciones.
- PAGINA 24 -El área usuaria acoge la consulta de manera parcial y adjunta precisiones para cada ítem del requerimiento.



674  
643

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS AGTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

30/06/2022

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS  
DIAGNOSTICA PERUANA SAC

1. Ficha técnica de ITEM 1. Se acoge consulta sobre ficha técnica y se actualiza según IETSI DEL 2021.
2. Accesorio del ITEM 1. Se acoge la consulta parcialmente, se precisa la necesidad.
3. Para ITEM 1, respecto a los accesorios, el área precisa su requerimiento en relación al conector estéril de tubuladoras.
4. Para ITEM 1. El área acoge parcialmente la consulta, hace la precisión del listado de accesorios.
5. Se acoge consulta y precisa la necesidad de accesorio para plaquetas.
6. El área acoge parcialmente la consulta. y precisa la necesidad de la congeladora con características mínimas.
7. El área usuaria acoge la consulta sobre el certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM) y precisa lo consultado.
8. El área usuaria acoge la consulta y confirma al Certificado de conformidad como equivalente del documento dentro del literal e) Certificado de análisis de producto terminado (protocolo de análisis).
9. Se acoge la consulta y se precisa los documentos que acreditarán las características, condiciones, requisitos funcionales de los equipos y productos, así como la presentación de declaración jurada del cumplimiento de las especificaciones técnicas.
10. No se acoge la consulta; de acuerdo a IETSI no se especifica el tipo de configuración, se aceptará top and bottom u otra.
11. Se acoge parcialmente la consulta. Se acepta como mejora tecnológica; lo referente a puntajes decidirá el comité de Selección.
12. Se acoge la consulta y se precisa lo concerniente a "experiencia del postor en la especialidad".

19/08/2022

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS  
SISTEMAS ANALITICOS

1. No se acoge consulta, requerimiento no considera balanzas incorporadas.
2. No acoge consulta, la mejora indicada la puede mencionar, siempre y cuando cumpla con lo mínimo solicitado.
3. No acoge la consulta. Se aclara detalle del accesorio en cuestión.
4. No acoge la consulta. La mejora indicada la puede mencionar, siempre y cuando cumpla con lo mínimo solicitado.
5. No acoge la consulta. La mejora indicada la puede mencionar, siempre y cuando cumpla con lo mínimo solicitado.
6. Se aclara que el sustento de tiempo de expiración se acredita con declaración jurada sobre cumplimiento de especificaciones técnicas.
7. Para fines de acreditar especificaciones técnicas, se aceptarán todo documento proveniente sólo de fabricante, fabricante legal o dueño de la marca.

13/09/2022

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS  
DIAGNOSTICA PERUANA SAC

1. No se acoge la consulta. Se precisa lo solicitado para el accesorio "hemobáscula"
2. El área usuaria aclara consulta. La presentación de declaración jurada acredita cumplimiento de especificaciones técnicas / así como folleteria.
3. El área usuaria aclara y precisa que se recibirá la congeladora siempre que cumpla lo mínimo solicitado.
4. El área usuaria aclara concerniente a software, interfaz y acceso web del equipo de fraccionamiento.
5. No se acoge la consulta y se precisa que sólo el comité de selección es el facultado para decidir sobre su inclusión como factor en la evaluación.

30/09/2022

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS  
SISTEMAS ANALITICOS

- Numeral 4. documentos técnicos - Se acoge la consulta, se admite documentos que sean emitidos por aliados estratégicos acreditados por el fabricante, fabricante legal y/o dueño de marca.

30/09/2022

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS  
AHSECO PERU S.A.

1. No se acoge la consulta, la capacidad de almacenamiento ha sido establecida en las EETT homologadas del petitorio de patología clínica.
2. El área usuaria no acoge consulta, el procesamiento de datos externos ha sido establecida en las EETT homologadas del petitorio de patología clínica.
3. El área usuaria aclara que es opcional interconexión a la web.
4. El área acoge consulta, numeral 8 de las EETT homologadas del petitorio de patología clínica para la aferesis, no considera controles.

02/11/2022

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS  
DIAGNOSTICA PERUANA SAC

1. No se acoge la consulta. Se señala la característica opcional que puede poseer.
2. ITEM PAQUETE 1: Se acoge parcialmente la consulta y se aclara la descripción citada sobre el hardware a utilizar.
3. Se acoge parcialmente la consulta y se cambia la descripción del accesorio "congeladora" y se añade un accesorio.
4. No se acoge la consulta. El comité de selección decidirá su inclusión como factor de evaluación.



623  
642

**FORMATO  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(BIENES)**


09/11/2022 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS SISTEMAS ANALITICOS  1. Área usuario acoge consulta. Se acepta rotulado solo en envase mediano para garantizar calidad de producto. 2. Se acoge la consulta parcialmente. Se adecua tiempos de entrega con plazo prudencial para la continuidad del servicio. 3. Las cantidades son referenciales, el proveedor con la buena pro adecuará las entregas según unidad mínima de atención sin afectar el servicio.							
21/02/2023 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA: SHHyBS SISTEMAS ANALITICOS  1. Área usuario acoge consulta. Se aceptará controles de primera y/o tercera opinión indistintamente.							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	Se realizó cambio de la cantidad de BOLSA CUADRUPLE DE EXTRACCION DE SANGRE PARA SISTEMA DE BUFFY COAT por la cantidad aprobada para el 2023 de 26400 und. (MEMORANDO Nº 097-OBE-GRPS-ESSALUD-2023)

**3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO**

3.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	02/06/2022	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/02/2023
3.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
DIAGNOSTICO UAL S.A.C., DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C., SISTEMAS ANALITICOS S.R.L., TERUMO BCT PERU S.A.C., AHSECO PERU S.A.				
3.3	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
En el mercado peruano existen diversas marcas para los ítems requeridos.				
3.4	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
3.5	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.				
3.6	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.				

4

  
 Ing. Juan Carlos Martín Castillo Díaz  
 Jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial  
 Gerencia de la Red Prestacional Sabogal

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES**

