

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

BASES INTEGRADAS

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

N°	Símbolo	Descripción		
1	[ABC] / [.....]	La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases.		
2	[ABC] / [.....]	Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.		
3	<table border="1"> <tr> <td>Importante</td> </tr> <tr> <td>• Abc</td> </tr> </table>	Importante	• Abc	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
Importante				
• Abc				
4	<table border="1"> <tr> <td>Advertencia</td> </tr> <tr> <td>• Abc</td> </tr> </table>	Advertencia	• Abc	Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda y por los proveedores.
Advertencia				
• Abc				
5	<table border="1"> <tr> <td>Importante para la Entidad</td> </tr> <tr> <td>• Xyz</td> </tr> </table>	Importante para la Entidad	• Xyz	Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases.
Importante para la Entidad				
• Xyz				

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

N°	Características	Parámetros
1	Márgenes	Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2	Fuente	Arial
3	Estilo de Fuente	Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
4	Color de Fuente	Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)
5	Tamaño de Letra	16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie
6	Alineación	Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos)
7	Interlineado	Sencillo
8	Espaciado	Anterior : 0 Posterior : 0
9	Subrayado	Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombreado.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio y octubre de 2022

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho



BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE BIENES¹

**“ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE REACTIVOS DE
BIOQUIMICA CON DOS (02) EQUIPOS EN
CESIÓN DE USOO Y ACCESORIOS SOLICITADO
POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO AL
DIAGNÓSTICO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE
PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL SAN JUAN
DE LURIGANCHO”**

¹Se utilizarán estas Bases cuando se trate de la contratación de bienes con entrega periódica.



DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.mp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del artículo 72 del Reglamento y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal a) del numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 91.1 del artículo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, otorga la buena pro mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.



CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor estimado total del procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda.

- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según corresponda.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene, salvo en los contratos cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se puede perfeccionar con la recepción de la orden de compra, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases.

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de compra, cuando el valor estimado del ítem corresponda al parámetro establecido en el párrafo anterior.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, debe consignar en la sección específica de las bases la forma en que se perfeccionará el contrato, sea con la suscripción del contrato o la recepción de la orden de compra. En caso la Entidad perfeccione el contrato con la recepción de la orden de compra no debe incluir la proforma del contrato establecida en el Capítulo V de la sección específica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorias, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

Importante

- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no superen el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*
- *En los contratos periódicos de suministro de bienes que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.*

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*
- 2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.*
- 3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.*
- 4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.*

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJM-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

**CAPÍTULO I
GENERALIDADES****1.1. ENTIDAD CONVOCANTE**

Nombre : Unidad Ejecutora Hospital San Juan de Lurigancho
RUC N° : 20512311122
Domicilio legal : PROLOG. AV.CANTO GRANDE NRO. S/N (ALT. DEL PARADERO 11) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO
Teléfono: : (01) 3886513
Correo electrónico: : programacion2@hospitalsjl.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto lo siguiente:

DENOMINACION
Adquisición de Pruebas de Reactivos de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	CANTIDA
PROTEINAS TOTALES AUTOMATIZADA	DETERMINACIONES	10000
PROTEINAS EN ORINA Y LCR	DETERMINACIONES	1200
ADENOSINADEAMINASA (ADA)	DETERMINACIONES	200
LIPASA	DETERMINACIONES	1000
FACTOR REUMATOIDEO MÉTODO TURBIMÉTRICO	DETERMINACIONES	100
DESHIDROGENASA LÁCTICA	DETERMINACIONES	3000
ÁCIDO ÚRICO	DETERMINACIONES	1200
MICROALBUMINURIA	DETERMINACIONES	1200
CK TOTAL AUTOMATIZADA CINÉTICA	DETERMINACIONES	2400
CREATINA QUINASA CK-MB CINÉTICA	DETERMINACIONES	1200
TRIGLICÉRIDOS ENZIMATICO	DETERMINACIONES	15000
COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO	DETERMINACIONES	12000
COLESTEROL HDL	DETERMINACIONES	5000
COLESTEROL LDL	DETERMINACIONES	5000
UREA CINETICA	DETERMINACIONES	24000
CREATINA CINETICA	DETERMINACIONES	24000
BILIRRUBINA TOTAL	DETERMINACIONES	12000
BILIRRUBINA DIRECTA	DETERMINACIONES	12000
TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO)	DETERMINACIONES	12000
TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	DETERMINACIONES	12000
ALBÚMINA	DETERMINACIONES	8000
FOSFATASA ALCALINA	DETERMINACIONES	15000

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

AMILASA	DETERMINACIONES	3000
GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	DETERMINACIONES	6000
GLUCOSA ENZIMATICA	DETERMINACIONES	24000
PROTEÍNA C REACTIVA CUANTITATIVA	DETERMINACIONES	5000
CALCIO SERICO	DETERMINACIONES	300

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante MEMORANDO N° 891-2024-OAD-DE-HSJL-DIRIS LC-MINSA el 04 de Junio de 2024

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (DyT)

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de **SUMA ALZADA**, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

NO APLICA

1.7. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

NO APLICA LA DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 62 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES N°30225.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE ENTREGA

a). Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán según lo siguiente:

05 CINCO DIAS CALENDARIOS DESPUES DE SUSCRITO EL CONTRATO Y COMO PLAZO MÁXIMO PARALA INSTALACIÓN, OPERATIVIDAD E INTERFAZ DE LOS (02) EQUIPOS EN CESIÓN DE USO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

CONDICIONES DE ENTREGA

1er entregable: 05 días calendario contabilizado a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

2do entregable: 120 días calendario o desde la primera entrega

3er entregable: 240 días calendario o desde la primera entrega

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

CRONOGRAMA DE ENTREGA

ITEM	DESCRIPCIÓN	1ER	2DO	3RA	TOTAL
		ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	
1	PROTEINAS TOTALES AUTOMATIZADA	4000	3000	3000	10000
2	PROTEINAS EN ORINA Y LCR	400	400	400	1200
3	ADENOSINADEAMINASA (ADA)	100	0	100	200
4	LIPASA	400	300	300	1000
5	FACTOR REUMATOIDEO MÉTODO TURBIMÉTRICO	100	0	0	100
6	DESHIDROGENASA LÁCTICA	1000	1000	1000	3000
7	ÁCIDO ÚRICO	500	500	200	1200
8	MICROALBUMINURIA	400	400	400	1200
9	CK TOTAL AUTOMATIZADA CINÉTICA	800	800	800	2400
10	CREATINA QUINASA CK-MB CINÉTICA	400	400	400	1200
11	TRIGLICÉRIDOS ENZIMATICO	5000	5000	5000	15000
12	COLESTEROL TOTAL ENZIMATICO	4000	4000	4000	12000
13	COLESTEROL HDL	3000	1000	1000	5000
14	COLESTEROL LDL	3000	1000	1000	5000
15	UREA CINETICA	8000	8000	8000	24000
16	CREATINA CINETICA	8000	8000	8000	24000
17	BILIRRUBINA TOTAL	4000	4000	4000	12000
18	BILIRRUBINA DIRECTA	4000	4000	4000	12000
19	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACETICA (TGO)	4000	4000	4000	12000
20	TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA (TGP)	4000	4000	4000	12000
21	ALBÚMINA	2000	3000	3000	8000
22	FOSFATASA ALCALINA	5000	5000	5000	15000
23	AMILASA	1000	1000	1000	3000
24	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	2000	2000	2000	6000
25	GLUCOSA ENZIMATICA	8000	8000	8000	24000
26	PROTEÍNA C REACTIVA CUANTITATIVA	3000	1000	1000	5000
27	CALCIO SERICO	200	100	0	300

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco con 00/100 soles) el cual será entregado por medio de correo electrónico programacion2@hospitalsjl.gob.pe

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N°082-2019-EF, en adelante la Ley.
- Decreto Supremo N°344-2018-EF – Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por D.S. N°004-2019-JUS.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE³ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

³ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

e) Documentación adicional que servirá para acreditar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas:

- e.1) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario.
- e.2) Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis)
- e.3) Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM).
- e.4) Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA)
- e.5) Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Transporte (BPDT) (Absolucion 39)
- e.6) Formato de presentación de los materiales, reactivos e insumos de laboratorio ofertado y vigencia mínima.
- e.7) Carta de compromiso de canje y/o reposición por defectos o vicios ocultos.
- e.8) Hoja de Presentación de los equipos cedidos en cesión de uso.

CON RELACIÓN A LOS REACTIVOS:

La folleteria / manual de instrucciones de usos (original o copia simple) deberán acreditar las EETT de reactivos del Kit completo de los reactivos, con relación a: presentación, metodología, accesorios (calibradores y controles) y muestra biológica. En relación con el equipo se adjunta las especificaciones técnicas y las indicaciones que deberán ser sustentadas

La folleteria (Brochure, Catálogo, Inserto, carta aclaratoria) debe ser emitida por el Fabricante, Fabricante Legal o Dueño de la Marca.

Presentar Carta de Compromiso de Canje por vencimiento próximo.

No se aceptará con menos de seis (06) meses. (Absolucion45)

CONTROL DE CALIDAD

Se necesita control de calidad interno, control de calidad externo acreditado por ISO 17403, control de calidad interlaboratorial (opcional)

Será implementado desde el inicio y durante todo el periodo de establecido la relación contractual, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en insertos o folleteria presentada).

Conservar el mismo lote como mínimo tres (03) meses.

La implementación de licencias del software de gestión de datos deberá activarse de forma paralela y simultánea al empleo de los materiales de control proporcionados por el ganador del proceso. Se deberá proveer del acceso a la plataforma para el ingreso de los datos de dicho control por parte del área usuaria. Deberá garantizar el soporte de información de los equipos automatizados.

CON RELACIÓN A LOS EQUIPOS:

Folleteria/manual de instrucciones de uso (original o copia simple) deberán acreditar la EETT del Analizador bioquímico, con relación a (1) tipo, (2) metodología, (3) rendimiento, (4) características, (5) muestras, (8) controles y calibradores, (9) soporte técnico, (10) antigüedad.

La Folleteria (Brochure, Catalogo, Inserto, carta aclaratoria) debe ser emitida por el Fabricante, Fabricante Legal o Dueño de la Marca.

Característica 4 El Lector de código de barras para muestras integrado o incorporado o externo puede ser conectado al equipo por vía "USB".

Característica 8 controles internos: se debe proporcionar material de control de acuerdo a la metodología del fabricante por todo el periodo de compra en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en insertos o folleteria presentada).

(Absolucion 45): se debe entender que el contratista no deberá entregar productos con vencimiento menor a lo solicitado y ofertado al perfeccionamiento del contrato.

(Absolucion 39): EL CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE BPDT, DEBEN ESTAR VIGENTES Y A NOMBRE DEL POSTOR

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

Característica 10, se acreditará la antigüedad del equipo con una Declaración Jurada del Postor y al momento de ingresar el equipo se deberá presentar los documentos del fabricante que acrediten dicha antigüedad.

Nota: se deberá acreditar el cumplimiento de las características técnicas, señaladas en las especificaciones técnicas.

- f) Declaración jurada de plazo de entrega. (**Anexo N° 4**)⁴
- g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- h) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad⁵.
- b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y pequeña empresa (**Anexo N°10**).

Advertencia

El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de entrega, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

⁵ Dicho documento se tendrá en consideración en caso de ser presentado, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

- e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁶ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- h) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación⁷ (**Anexo N° 11**).
- i) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado⁸.
- j) Detalle del precio de la oferta de cada uno de los bienes que conforman el paquete¹⁰.

Importante

- *En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- *En los contratos periódicos de suministro de bienes que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 y el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*
- *En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos*

⁶ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

⁷ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

⁸ Incluir solo en caso de la contratación bajo el sistema a suma alzada.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁹.

- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Mesa de partes y/o Mesa de partes virtual (*) del HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, sito en PROLOG. AV.CANTO GRANDE Nro. S/N (ALT. DEL PARADERO 11) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO, en el horario de 08:30 a 16:30 horas.

2.5. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en PAGOS PERIODICOS

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación:

Comprobante de pago.

Guía de remisión firmada y sellada por el jefe del almacén y por el área usuaria.

Fotocopia de la Orden de Compra

Dicha documentación se debe presentar en Unidad de Logística del HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO, sito en PROLOG. AV.CANTO GRANDE NRO. S/N (ALT. DEL PARADERO 11) LIMA - LIMA - SAN JUAN DE LURIGANCHO

(*) Mesa de Partes Virtual : <https://facilita.gob.pe/t/3033>

⁹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Las Especificaciones Tecnicas para
el presente proceso se encuentran
al final de las Bases**

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

A.	CAPACIDAD LEGAL
	HABILITACIÓN <u>Requisitos:</u> Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico. Documento emitido por la ANM o por la Autoridad Regional de Salud (ARS), de acuerdo a lo establecido en el artículo 17° del D.S. 014-2011-SA y su primera disposición Complementaria Transitoria.; debiendo adjuntar las resoluciones de los cambios y/o modificaciones realizadas en el establecimiento Farmacéutico según corresponda. Obligatorio para todas las empresas que se presenten en consorcio, salvo el caso de ser empresa extranjera no instalada en el territorio nacional. Importante De conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado. <u>Acreditación:</u> Copia de Resolución de Autorización Sanitaria de Funcionamiento de Establecimiento Farmacéutico Importante En el caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

B.	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD <u>Requisitos:</u> El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 500,000.00 (Quinientos mil con 00/100 SOLES), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 125,000.00 (Ciento veinte cinco mil con 00/100 SOLES) por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa. Se consideran bienes similares a los siguientes: PRUEBAS DE REACTIVOS DE BIOQUIMICA, REACTIVOS DE DIAGNOSTICO BIOQUÍMICO Y/O SIMILARES. Se considera REACTIVO: HORMONAS, MARCADORES TUMORALES, DOSAJE DE DROGAS Y MEDICAMENTOS (Absolucon 37)
-----------	--



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

Acreditación:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago¹⁰, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de suministro, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el **Anexo N° 9**.

Cuando en los contratos, órdenes de compra o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".

¹⁰ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

"... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehaciencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado"

(...)

"Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término "cancelado" o "pagado"] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia".

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento de algún componente de las características y/o requisitos funcionales. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

**CAPÍTULO IV
FACTORES DE EVALUACIÓN**

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN	PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A. PRECIO	
<p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p>	<p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>i= Oferta P_i= Puntaje de la oferta a evaluar O_i=Precio i O_m= Precio de la oferta más baja PMP=Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">100 puntos</p>

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas ni los requisitos de calificación.



CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del suministro de “**Adquisición de Pruebas de Reactivos de Bioquímica con dos (02) Equipos en cesion de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho.**”, que celebra de una parte U.E Hospital San Juan de Lurigancho, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20512311122, con domicilio legal en Prolog. Av. Canto Grande N° S/N -SJL, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...], Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según corresponda, adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1** para la contratación de Adquisición de Pruebas de Reactivos de Bioquímica con dos (02) Equipos en cesion de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho.a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la Adquisición de Pruebas de Reactivos de Bioquímica con dos (02) Equipos en cesion de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de los bienes, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹¹

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en [INDICAR EL DETALLE DE LOS PAGOS PERIÓDICOS], luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho

¹¹ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO. EN LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

Importante para la Entidad

En el caso de contratación de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS¹²

"Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecución de las prestaciones accesorias es de [.....], el mismo que se computa desde [CONSIGNAR SI ES DEL DÍA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS]."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

¹² De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestación(es) principal(es) y de la(s) prestación(es) accesorias, pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestación.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de suministro de bienes, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

- *“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”*

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- **Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias:** [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.”

Importante

De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente cláusula:

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución acompañada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procederá la solicitud.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO]siguientes a la presentación de la solicitud del contratista."

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda.

CLÁUSULA DÉCIMA: RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN

La recepción y conformidad de la prestación se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La recepción será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA DE ALMACÉN O LA QUE HAGA SUS VECES] y la conformidad será otorgada por [CONSIGNAR EL ÁREA O UNIDAD ORGÁNICA QUE OTORGARÁ LA CONFORMIDAD] en el plazo máximo de [CONSIGNAR SIETE (7) DÍAS O MÁXIMO QUINCE (15) DÍAS, EN CASO SE REQUIERA EFECTUAR PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN] días de producida la recepción.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los bienes manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no efectúa la recepción o no otorga la conformidad, según corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE UN (1) AÑO] año(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

En atención al artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias, se establecen las siguientes penalidades:

DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA PENALIDAD	PROCEDIMIENTO DE VERIFICACION DEL SUPUESTO
1. Demora en la entrega de productos de canje con nuevo lote y fecha de vencimiento a Almacen HSJL después de comunicado el proveedor fuera del plazo establecido. (máximo: 05 días calendario)	1.5% del monto del contractual vigente por cada día calendario de demora después del plazo.	El Departamento de Apoyo al Diagnóstico remite un correo electrónico solicitando el canje por vencimiento otorgando un plazo de 5 días calendarios.
2. No acudir a brindar el mantenimiento correctivo dentro de las 12 horas pactadas después del aviso por parte usuaria.	1.5% del monto del contractual vigente por cada vez que ocurra.	El Departamento de Apoyo al Diagnóstico remite un correo electrónico solicitando el mantenimiento correctivo
3. No brindar mantenimiento preventivo al equipo en cesión de uso y equipo aire acondicionado según cronograma entregado al usuario (para dar conformidad del servicio deberá firmar parte de visita técnica).	2.5% del monto del contractual vigente por cada día de demora después del plazo	Según cronograma
4. No cumplir con la entrega de los insumos necesarios para obtener las pruebas efectivas totales del ítem requerido por el usuario según contrato (ej: material consumible, material de calibración, material de control, reactivos requeridos) en los plazos establecidos.	1.5% del monto del contractual vigente	Según cronograma
5. Entregar producto canjeado con fecha de vencimiento MENOR al 50% del requerimiento inicial de EE.TT. área usuaria (por razones fortuitas)	1.5% del monto del contractual vigente. Y emisión de nueva carta de canje.	Según cronograma
6. No cumplir con EL PLAZO DETERMINADO PARA LA CONEXIÓN E INTERFASE AL SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA (clausulas del equipo en cesión de uso)	1.5% del monto del contractual vigente Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL.	Según cronograma

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho
demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS¹³

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹⁴.

¹³ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

¹⁴ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

ANEXOS



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :			
Domicilio Legal :			
RUC :	Teléfono(s) :		
MYPE ¹⁵		Sí	No
Correo electrónico :			

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.
6. Notificación de la orden de compra¹⁶

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹⁵ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento.

¹⁶ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁷		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁸		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁹		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

¹⁷ Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de suministro de bienes, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁸ Ibídem.

¹⁹ Ibídem.



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
6. Notificación de la orden de compra²⁰

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

²⁰ Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de compra.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA

(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con las Especificaciones Técnicas que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de las especificaciones técnicas, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO], conforme el cronograma de entrega establecido en las bases del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 02-2024-HSJL-2**

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]²¹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]²²

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%²³

²¹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²² Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

²³ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HS JL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TOTAL			

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"*

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

Incluir o eliminar, según corresponda

Importante para la Entidad

En caso de la contratación de bienes bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

CONCEPTO	PRECIO TOTAL
TOTAL	

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del bien a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.*
- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]"

Importante para la Entidad

- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:
"El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos independientes, en los ítems que se presente".*
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:
"El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias".*

Incluir o eliminar, según corresponda

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1- Adquisición de Reactivo de Bioquímica con dos (Dos) equipos en cesión de uso y accesorios solicitado por el Departamento de Apoyo al Diagnostico para la Unidad Funcional de Patología Clínica del Hospital San Juan de Lurigancho

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores
**COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1**

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa²⁴ se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no tiene producción fuera de la Amazonía.²⁵

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

²⁴ En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

²⁵ En caso de empresas de comercialización, no consignar su condición.



HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-HSJL-2- Adquisición de Reactivo para el Dosaje de Gases Arteriales, Electrolitos y Metabolitos Sanguineos Arteriales con un (01) Equipo Analizador de Gases Arteriales en Cesión de Uso para la Unidad de Patología Clínica del Departamento de Hospital San Juan de Lurigancho.

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCION
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1
 Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁶	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁷	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁸ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³¹
1										
2										
3										

²⁶ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁷ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²⁸ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

²⁹ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

³⁰ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Compra o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

³¹ Consignar en la moneda establecida en las bases.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO
 ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-HS-JL-2- Adquisición de Reactivo para el Dosaje de Gases Arteriales, Electrolitos y Metabolitos Sanguíneos Arteriales con un (01) Equipo Analizador de Gases Arteriales en Cesión de Uso para la Unidad de Patología Clínica del Departamento de Apoyo al Diagnóstico del Hospital San Juan de Lurigancho.

N°	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	N° CONTRATO / O/C / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ²⁶	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁷	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²⁸ DE:	MONEDA	IMPORTE ²⁹	TIPO DE CAMBIO VENTA ³⁰	MONTO FACTURADO ACUMULADO ³¹
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
...										
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
 Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-HSJL-2- Adquisición de Reactivo para el Dosaje de Gases Arteriales, Electrolitos y Metabolitos Sanguíneos Arteriales con un (01) Equipo Analizador de Gases Arteriales en Cesión de Uso para la Unidad de Patología Clínica del Departamento de Apoyo al Diagnostico del Hospital San Juan de Lurigancho.

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-HSJL-2- Adquisición de Reactivo para el Dosaje de Gases Arteriales, Electrolitos y Metabolitos Sanguíneos Arteriales con un (01) Equipo Analizador de Gases Arteriales en Cesión de Uso para la Unidad de Patología Clínica del Departamento de Apoyo al Diagnostico del Hospital San Juan de Lurigancho.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 02-2024-HSJL-2- Adquisición de Reactivo para el Dosaje de Gases Arteriales, Electrolitos y Metabolitos Sanguíneos Arteriales con un (01) Equipo Analizador de Gases Arteriales en Cesión de Uso para la Unidad de Patología Clínica del Departamento de Apoyo al Diagnostico del Hospital San Juan de Lurigancho.

ANEXO N° 11

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCION

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 07-2024-HSJL-1

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

**ANEXO 01
 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (BIENES O SUMINISTRO DE BIENES)**

I. ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA:

UNIDAD FUNCIONAL DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNÓSTICO.

II. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN:

ADQUISICIÓN DE PRUEBAS DE REACTIVOS DE BIOQUÍMICA CON DOS (02) EQUIPOS EN CESIÓN DE USO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE APOYO AL DIAGNOSTICO PARA LA UNIDAD FUNCIONAL DE PATOLOGÍA CLÍNICA D DEL HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.

III. FINALIDAD PÚBLICA:

Apoyar al diagnóstico de enfermedades en los pacientes que requieren análisis bioquímico contribuyendo a que se brinde un mejor tratamiento según la patología, contribuyendo a su recuperación.

IV. ANTECEDENTES:

- Realizar los procedimientos bioquímicos, emitir resultados de laboratorio de rutina y emergencia para el diagnóstico de las diversas patologías de los pacientes que acuden al HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO.
- Cumplir con los procedimientos de análisis de bioquímica solicitados para la atención de los pacientes usuarios de las áreas de UCI, TRAUMA SHOCK, EMERGENCIA, PEDIATRÍA Y HOSPITALIZACIÓN.
- Mantener la calidad de atención oportuna, para los pacientes atendidos en los consultorios externos de las diversas especialidades.
- Mantener los estándares de calidad en bioquímica para un laboratorio de un Hospital tipo II-2 según la NTS N°072-MINSA-DGSP.

V. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN

a. Objetivo general:

-Abastecer y suministrar reactivos de diagnóstico bioquímico al Hospital San Juan de Lurigancho para cumplir con las metas del 2024, asegurando que todo paciente tenga su resultado de laboratorio como apoyo al diagnóstico oportuno y dar cumplimiento a las metas e indicadores institucionales.

b. Objetivo específico:

- Cumplir con la atención normal de los usuarios en el laboratorio provienen de las áreas de hospitalización, emergencia y consultorio externo.
- Mantener la calidad de resultados bajo los estándares, contando con reactivos de alta especificidad y sensibilidad diagnóstica acorde con los estándares internacionales.

MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

.....
 Responsable Unidad Patología Clínica
 Dra. Cynthia Lorenzo Guiso
 C.M.P.: 59922 R.R.E.: 41359

-Emitir resultados de pruebas de laboratorio para el apoyo al diagnóstico correspondiente al nivel complejidad II-2.

VI. ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN:

N°	CODIGO SIGA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	REQUERIMIENTO ANUAL
1	351100020518	PROTEÍNAS TOTALES AUTOMATIZADA	DETERMINACIONES	10000
2	351100020617	PROTEÍNAS EN ORINA Y LCR	DETERMINACIONES	1200
3	351100020099	ADENOSINADEAMINASA (ADA)	DETERMINACIONES	200
4	351100020160	LIPASA	DETERMINACIONES	1000
5	358600092174	FACTOR REUMATOIDEO MÉTODO TURBIDIMÉTRICO	DETERMINACIONES	100
6	351100020139	DESHIDROGENASA LÁCTICA	DETERMINACIONES	3000
7	351100020092	ÁCIDO ÚRICO	DETERMINACIONES	1200
8	351100020079	MICROALBUMINURIA	DETERMINACIONES	1200
9	351100020550	CK TOTAL AUTOMATIZADA CINÉTICA	DETERMINACIONES	2400
10	351100020337	CREATINA QUINASA CK-MB CINÉTICA	DETERMINACIONES	1200
11	351100020184	TRIGLICÉRIDOS ENZIMÁTICO	DETERMINACIONES	15000
12	351100020035	COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO	DETERMINACIONES	12000
13	351100020029	COLESTEROL HDL	DETERMINACIONES	5000
14	351100020033	COLESTEROL LDL	DETERMINACIONES	5000
15	351100020258	UREA CINÉTICA	DETERMINACIONES	24000
16	351100020024	CREATININA CINÉTICA	DETERMINACIONES	24000
17	351100020006	BILIRRUBINA TOTAL	DETERMINACIONES	12000
18	351100020009	BILIRRUBINA DIRECTA	DETERMINACIONES	12000
19	351100020420	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACÉTICA(TGO)	DETERMINACIONES	12000
20	351100020419	TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA(TGP)	DETERMINACIONES	12000
21	351100020101	ALBÚMINA	DETERMINACIONES	8000
22	351100020147	FOSFATASA ALCALINA	DETERMINACIONES	15000
23	351100020104	AMILASA	DETERMINACIONES	3000
24	35860090507	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	DETERMINACIONES	6000
25	35110020153	GLUCOSA ENZIMÁTICA	DETERMINACIONES	24000
26	358600091595	PROTEÍNA C REACTIVA CUANTITATIVA	DETERMINACIONES	5000
27	351100020512	CALCIO SERICO	DETERMINACIONES	300

A. Descripción de las características técnicas del bien

1. PROTEÍNAS TOTALES AUTOMATIZADA

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de proteínas totales en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

EQUIPO: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 120g/L o 12gr/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 10000

2. PROTEÍNAS EN ORINA Y LCR

METODOLOGÍA: Método Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.

Reactivo líquido listo para usar. Frascos con cierre hermético, no reenvasado. Envase original. Tiempo de expiración no menor de 06 meses.

Calibradores, controles.

Muestra: Orina y LCR

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 2000 mg/L

CANTIDAD REQUERIDA: 1200

3. ADENOSINA DEAMINASA (ADA)

PRESENTACIÓN: Reactivo listo para usar para determinar cuantitativamente la adenosina deaminasa, en empaque apropiado según registro sanitario. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Colorimétrico o cinético o colorimétrico enzimático.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: suero y/o líquidos biológicos

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 150 U/L

CANTIDAD REQUERIDA: 200

4. LIPASA

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de lipasa en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Enzimático o colorimétrico o colorimétrico enzimático o Espectrofotometría Convencional o Variante.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 250 U/L

CANTIDAD REQUERIDA: 1000

5. FACTOR REUMATOIDEO MÉTODO TURBIDIMÉTRICO

PRESENTACIÓN: Reactivos para la determinación de factor reumatoideo en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: inmunoturbidimetría o nefelometría.

ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyente de muestra, complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 150 UI/ml

CANTIDAD REQUERIDA: 100

6. DESHIDROGENASA LÁCTICA

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de deshidrogenasa láctica en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Enzimático o Colorimétrico o Espectrofotometría Convencional o Variante o cinético.



PERÚ

Ministerio
de Salud

Ministerio
de Promoción y
Seguro en Salud

Hospital
San Juan de Lurigancho

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 1000 U/L

CANTIDAD REQUERIDA: 3000

7. **ÁCIDO ÚRICO**

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de ácido úrico en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Enzimático o Calorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina, orina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 25 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 1200

8. **MICROALBUMINURIA**

Presentación: Reactivos para la determinación de microalbuminuria en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Metodología: inmunoturbidimetría.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

EQUIPO: El equipo(s) será definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.

MUESTRA Biológica: orina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 150 mg/L

CANTIDAD REQUERIDA: 1200

9. **CK TOTAL AUTOMATIZADA CINÉTICA**

Presentación: Reactivos para dosaje de CK Total en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega. Metodología: Método Enzimático o Colorimétrico o Espectrofotometría Convencional o Variante o cinético. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

EQUIPO: El equipo(s) será definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.

MUESTRA Biológica: Suero y/o Plasma.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 1300 U/L

CANTIDAD REQUERIDA: 2400

10. **CREATINA QUINASA CK-MB CINÉTICA**

Presentación: Reactivos para dosaje directo de CK-MB en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Enzimático o Colorimétrico o Espectrofotometría Convencional o Variante o cinético.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Responsable Unidad Patología Clínica

Dra. Cynthia Lorenzo Quito

CMP: 68922 RNE: 41358



PERÚ

Ministerio
de SaludVocaministerio
de Promoción y
Seguros en SaludHospital
San Juan de Lurigancho

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

EQUIPO: El equipo(s) será definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 500 U/L

CANTIDAD REQUERIDA: 1200

11. TRIGLICÉRIDOS

Presentación: Reactivos para dosaje de Triglicéridos en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Enzimático o Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

EQUIPO: El equipo(s) será(n) definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 600 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 15000

12. COLESTEROL TOTAL

Presentación: Reactivos para dosaje de Colesterol Total en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Metodología: Método Enzimático o Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

EQUIPO: El equipo(s) será definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.

MUESTRA Biológica: Suero y/o Plasma con Heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 700 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 12000

13. COLESTEROL HDL

Presentación: Reactivos para dosaje de Colesterol Total en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega. Metodología: Método Enzimático o Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante. ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

EQUIPO: El equipo(s) será definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.

MUESTRA Biológica: Suero y/o Plasma con Heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 150 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 5000

14. COLESTEROL LDL

Presentación: Reactivos para dosaje directo de Colesterol LDL en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Enzimático o Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO


.....
Responsable Unidad Patología Clínica
Dra. Cynthia Lorenzo Quito
CIP: 65922 RNE: 41336



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Promoción y
Aseguramiento en SaludHospital
San Juan de Lurigancho

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

EQUIPO: El equipo(s) será definido(s) por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 500 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 5000

15. UREA CINÉTICA

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de Urea en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método enzimático o colorimétrico. Espectrofotometría convencional o variante.

ACCESORIOS: Calibradores, controles, diluyente de muestra, complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o plasma y orina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 200 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 24000

16. CREATININA

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de Creatinina en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Enzimático por Espectrofotometría Convencional o Variante.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina, Orina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 20 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 24000

17. BILIRRUBINA TOTAL

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de Bilirrubina Total en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 25 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 12000

18. BILIRRUBINA DIRECTA

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de Bilirrubina Directa en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.


METODOLOGÍA: Método Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO


.....
Responsable Unidad Patología Clínica
Dra. Cynthia Lorenzo Quito
CUIP: 69322 RNE: 41358



PERÚ

Ministerio
de SaludMinisterio
de Producción y
Seguridad AlimentariaHospital
San Juan de Lurigancho

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 10 mg/dl
CANTIDAD REQUERIDA: 12000

19. TRANSAMINASA GLUTAMICA(TGO)

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de TGO-AST en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Enzimático o Colorimétrico o Espectrofotometría Convencional o Variante o cinético (IFCC sin activación por fosfato de piridoxal).

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 500 U/L
CANTIDAD REQUERIDA: 12000

20. TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA(TGP)

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de TGP-ALT en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Enzimático o Colorimétrico o Espectrofotometría Convencional o Variante o cinético (IFCC sin activación por fosfato de piridoxal).

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 500 U/L
CANTIDAD REQUERIDA: 12000

21. ALBÚMINA

PRESENTACIÓN: Reactivos para dosaje de Albúmina en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

METODOLOGÍA: Método Colorimétrico, Espectrofotometría Convencional o Variante.

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: El equipo será definido por el usuario final según la Especificaciones Técnicas del Equipo.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 60 g/L o 6gr/dl
CANTIDAD REQUERIDA: 8000

22. FOSFATASA ALCALINA

Presentación: Reactivos para dosaje de Fosfatasa Alcalina en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.


METODOLOGÍA: Método enzimático o colorimétrico o espectrofotometría convencional o variante o cinético (IFCC modificado)

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, y otros que permitan la realización completa de la prueba.

EQUIPO: El equipo(s) será definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.

MUESTRA BIOLÓGICA: Suero y/o Plasma con Heparina.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO


.....
Responsable Unidad Patología Clínica
Dra. Cynthia Lorenzo Quito
CNP: 69922 RNE: 41359

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 800 U/L
 CANTIDAD REQUERIDA: 15000

23. AMILASA

Presentación: Reactivos para dosaje de Amilasa en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Metodología: Método Enzimático o Colorimétrico o Espectrofotometría Convencional o Variante o cinético (IFCC modificado).

ACCESORIOS: Calibradores, Controles, Diluyentes de Muestra, Complementos, Accesorios y otros que permitan la realización completa de la prueba.

EQUIPO: El equipo(s) será definido(s) por el usuario final en tabla adjunta de acuerdo a Especificaciones Técnicas de Equipo de este Petitorio.

MUESTRA Biológica: Suero y/o Plasma con Heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 1200 U/L

CANTIDAD REQUERIDA: 3000

24. GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA

Presentación: Reactivos para dosaje de gamma glutamil transpeptidasa en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Metodología: método enzimático o colorimétrico o espectrofotometría convencional o variante o cinético (método de Szasz/estándar de la IFCC).

ACCESORIOS: calibradores, controles, diluyentes de muestra, complementos y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: el equipo será definido por el usuario final en la tabla adjunta de acuerdo a las especificaciones técnicas del equipo.

Muestra biológica: suero y/o plasma con heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 400 U/L

CANTIDAD REQUERIDA: 6000

25. GLUCOSA ENZIMÁTICA

Presentación: Reactivos para dosaje de glucosa en empaque apropiado, tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Metodología: método enzimático o colorimétrico, espectrofotometría convencional o variante.

Accesorios: calibradores, controles, diluyentes de muestra, complementos y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: el equipo será definido por el usuario final en la tabla de acuerdo a especificaciones técnicas del equipo.

muestra biológica: suero y/o plasma con heparina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 500 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 24000

26. PROTEÍNA C REACTIVA CUANTITATIVA

Presentación: reactivo para la determinación de Proteína C reactiva en empaque adecuado, tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Metodología: inmunoturbidimetría o nefelometría o turbidimetría.

accesorios: calibradores, controles, complementos y otros de acuerdo a la metodología que permita la realización completa de la prueba.

Muestra biológica: suero y/o plasma.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 150 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 5000

27. CALCIO SERICO

Presentación: Reactivo para dosaje de calcio en empaque apropiado. Tiempo de expiración no menor de 06 meses a partir de la fecha de entrega.

Metodología: método colorimétrico, espectrofotometría convencional o variante.

Accesorios: calibradores, controles, diluyentes de muestra, complementos y otros que permitan la realización completa de la prueba.

Equipo: el equipo será definido por el usuario en las especificaciones técnicas del equipo.

Muestra biológica: suero y/o plasma, orina.

LINEALIDAD (INTERVALO DE MEDIDA): IGUAL O MAYOR A 15 mg/dl

CANTIDAD REQUERIDA: 300

Nota:

La folletería*/manual de instrucciones de uso (original o copia simple) deberán acreditar las EETT de reactivos del Kit completo de los reactivos, con relación a: presentación, metodología, accesorios (calibradores y controles) y muestra biológica. En relación con el equipo se adjunta las especificaciones y las indicaciones que deberán ser sustentadas.

*La Folletería (Brochure, Catálogo, Inserto, carta aclaratoria) debe ser emitida por el Fabricante, Fabricante legal o Dueño de la Marca.

presentar Carta de compromiso de canje por vencimiento próximo.

*No se aceptará con menos de seis (06) meses. (

***CONTROL DE CALIDAD:**

Se necesita control de calidad interno, control de calidad externo acreditado por ISO 17403, control de calidad interlaboratorial (opcional).

Será implementado desde el inicio y durante todo el periodo de establecido la relación contractual, en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en insertos o folletería presentada).

Conservar el mismo lote como mínimo tres (03) meses.

La implementación de licencias del software de gestión de datos deberá activarse de forma paralela y simultánea al empleo de los materiales de control proporcionados por el ganador del proceso. Se deberá proveer del acceso a la plataforma para el ingreso de los datos de dicho control por parte del área usuaria. Deberá garantizar el soporte de información de los equipos automatizados.

REQUERIMIENTO ADICIONALES:

*EQUIPO DE REFRIGERACIÓN (refrigerador de laboratorio) (02) (Absolución 12)

* PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO (por el periodo de un año)

*CABLEADO DE RED PARA LA INTERFACE EFICAZ DENTRO DEL LABORATORIO (Garantizando la interface y soporte)

*EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AGUA (02)

* LECTOR DE CODIGO DE BARRAS (02)

*etiquetera: 02

B. EQUIPOS EN CESIÓN DE USO

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	Cantidad
ANALIZADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO	Laboratorio de rutina	1

(Absolución 12) modelo vertical, conservación de reactivos, refrigerante libre de CFC, visualización digital de temperatura, capacidad de 290 litros, dimensiones 1080x530x555 mm (condiciones mínimas)

ANALIZADOR BIOQUÍMICO AUTOMATIZADO	Laboratorio de emergencia	1
------------------------------------	---------------------------	---

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO EN CESIÓN DE USO (02)

ANALIZADOR BIOQUÍMICO (01):

1. **Tipo:** Analizador Random de Acceso Discreto **completamente Automatizado**
2. **Metodología:** Espectrofotometría convencional o variante, Turbidimetría, ISE incorporado.
3. **Rendimiento:** 200 o más pruebas fotométricas por hora.
4. **Características:**
 - Capacidad para contener los reactivos necesarios para ejecutar 25 o más ensayos diferentes en forma simultánea, identificados por Código de Barras o Identificación por Radiofrecuencia (RFID).
 - 25 o más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra.
 - 20 o más Tubos Primarios con Código de Barras.
 - Identificación de Reactivos por Código de Barras o Identificación por Radiofrecuencia (RFID).
 - Identificación de Tubos Primarios de Muestra por Código de Barras.
 - Dilución automática de muestras.

5. **Muestra:**
 - Tubo primario con Código de Barras y Asignación manual que permita la correlación de Datos -Posición de Muestra.
 - Capacidad para procesar directamente y en simultáneo: plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos.

6. **Procesamiento de Datos:**

Interno.

Software y Hardware (propio del analizador) para el manejo de datos del equipo:

- Procesamiento de calibraciones y controles.
- Resultados: con capacidad de archivo de datos de 30 días o más. Computadora e Impresora adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio.

Externo.

Software con interfaz e interconexión operativa al sistema de salud del centro asistencial tanto para la recepción de solicitudes y envío de resultados con capacidad de manejar toda la información del laboratorio por el periodo de duración del servicio (solicitudes, resultados, resultados históricos, control de calidad, estadísticas, entre otros).

El software del sistema debe permitir el almacenamiento de la base de datos del control de calidad (gráfico de levey-jennings estableciendo los parámetros de límites de media y desviación estándar para aplicar las Reglas de Westgard) y de pacientes.

Hardware de acuerdo a requerimiento del usuario final (computadoras, servidor, cableado): Para mayor detalle referirse a las características de sistematización del laboratorio clínico, coordinación con el área de informática del hospital.

El contratista deberá integrarse al LIS de gestión de laboratorio existente en la entidad, asumiendo los costos de licencia respectiva.

Deberá incluir todo lo necesario para realizar al sistema de gestión de laboratorio como son equipo de cómputo (como se indica en accesorios del equipo).

Los resultados emitidos por el analizador deben ser transmisibles al LIS y al sistema de gestión de la información hospitalario(SISGALEN).

7. Accesorios del Equipo:

- Fuente de poder de emergencia(UPS)
- Equipo de Aire acondicionado: El proveedor adjudicado deberá instalar el Equipo de Aire acondicionado en el ambiente donde se ubicará el analizador. Para el funcionamiento adecuado del Equipo de Aire Acondicionado se deberá tener en cuenta factores como: las dimensiones del área, las condiciones ambientales, climáticas y otros equipos que se encuentren en el ambiente que generen calor
- equipo de cómputo (01) e impresora (01) adicionado al sistema para establecer la interface con el sistema hospitalario.
- Equipo de tratamiento de agua si es que el Equipo lo requiere.
- Equipo lector de código de barras
- Cableado para hacer más factible la interface
- etiquetera necesaria para la emisión de códigos de barra.

8. Consumibles, controles y complementos:

-El usuario definirá la frecuencia mensual de procesamiento para cada prueba a realizar, a fin de calcular la cantidad de consumibles a entregar.

-Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios: deberán ser entregados en forma periódica (acompañado a la entrega de reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas más las Pruebas de Calibración y Control (pruebas no efectivas) para el periodo de compra. En cualquier caso, en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata dentro del lapso no menor de 02 días.

Esto en **calidad de obligatoriedad**, además que dichos **controles y calibradores** deben guardar relación al tipo de reactivo a utilizar durante el procesamiento de cada prueba e ingresar al mismo tiempo.

-Calibradores: proporcionar Material de Calibración para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica.

-Controles Internos: proporcionar Material de Control para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente y adecuado de acuerdo al fabricante para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en insertos o folletería presentada) el cual está relacionado con el lote del reactivo.

-Soluciones, Complementos de limpieza y otros: en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas efectivas solicitadas, más las pruebas de calibraciones y control de acuerdo a la metodología de trabajo.

-Capacitación y acompañamiento diario, con personal capacitado de la empresa. El cual debe cubrir al personal profesional del área; cabe señalar que la capacitación debe realizarse con reactivo en calidad de demostración no afectando al ingreso del reactivo por el periodo de compra.

-Se instalará 02 equipos de cómputo más 02 impresora, operativas; con carga de tinta suficiente. El cual permanecerá en la institución hasta el final de la compra.

- Juego de micropipeta nuevas necesarias cantidad total de (02) de 10-200µL y (02) de 100-1000 µL(certificadas).

- Entrega mensual de cantidad suficiente de papel bond A4 de 80 gramos.
 - Instalación pronta, previa verificación del área de ingeniería de la empresa. Una vez instalado el equipo proceder al cableado e interfaz de acuerdo a la necesidad del área usuaria, el cual no debe exceder de los 05(cinco) días de instalado el equipo.
9. **Soporte técnico para equipo en cesión de uso y equipo de aire acondicionado:**
- Mantenimiento preventivo: presentar programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del equipo proporcionado por la empresa fabricante y su respectivo cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el área de mantenimiento de la institución en coordinación de la jefatura del área usuaria.
 - Mantenimiento correctivo: compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las 24 primeras horas. Atención de notificaciones de fallas durante las 24 horas y los 7 días de la semana.
 - Personal capacitado, con experiencia no menos de 6 meses en el equipo.
10. **Antigüedad y otros:** no mayor de 3 años hasta la fecha de entrega a la institución.

ANALIZADOR BIOQUÍMICO (01):

1. **Tipo:** Analizador Random de Acceso Discreto **completamente Automatizado**
2. **Metodología:** Espectrofotometría convencional o variante, Turbidimetría, ISE incorporado. (*)
(*) ISE incorporado opcional (Absolución 40)
3. **Rendimiento:** 400 o más pruebas fotométricas por hora.
4. **Características:**
Capacidad para contener los reactivos necesarios para ejecutar 30 o más ensayos diferentes en forma simultánea, identificados por Código de Barras o Identificación por Radiofrecuencia (RFID).
30 o más pruebas diferentes procesadas en simultáneo por cada muestra.
Identificación de Reactivos por Código de Barras o Identificación por Radiofrecuencia (RFID).
Identificación de Tubos Primarios de Muestra por Código de Barras.
Dilución automática de muestras
5. **Muestra:**
Tubo primario con Código de Barras y Asignación manual que permita la correlación de Datos - Posición de Muestra.
Capacidad para procesar directamente y en simultáneo: plasma, suero, orina y otros fluidos biológicos.
6. **Procesamiento de Datos:**
Interno.
Software y Hardware (propio del analizador) para el manejo de datos del equipo:
 - Procesamiento de calibraciones y controles.
 - Resultados: con capacidad de archivo de datos de 30 días o más. Computadora e Impresora adecuada a la modalidad de trabajo del laboratorio.Externo.
Software con interfaz e interconexión operativa al sistema de salud del centro asistencial tanto para la recepción de solicitudes y envío de resultados con capacidad de manejar toda la información del laboratorio por el periodo de duración del servicio (solicitudes, resultados, resultados históricos, control de calidad, estadísticas, entre otros).
El software del sistema debe permitir el almacenamiento de la base de datos del control de calidad (gráfico de levey-jennings estableciendo los límites de media y desviación estandar para aplicar las Reglas de Westgard) y de pacientes.
Hardware de acuerdo a requerimiento del usuario final (computadoras, servidor, cableado)

Para mayor detalle referirse a las características de sistematización del laboratorio clínico coordinación con el área de informática del hospital.

7. Accesorios del Equipo:

- Fuente de poder de emergencia(UPS)
- Equipo de Aire acondicionado
- Equipo de tratamiento de agua si es que el Equipo lo requiere.
- Equipo lector de código de barras
- Cableado para hacer más factible la interface

8. Consumibles, controles y complementos:

- El usuario definirá la frecuencia mensual de procesamiento para cada prueba a realizar, a fin de calcular la cantidad de consumibles a entregar.
- Todos los Consumibles, Calibradores, Controles, Complementos y Accesorios: deberán ser entregados en forma periódica y obligatoriamente (acompañado a la entrega de reactivos), en cantidad suficiente de acuerdo a los protocolos de cada metodología para permitir la realización completa de las Pruebas Efectivas más las Pruebas de Calibración y Control (pruebas no efectivas) para el periodo de compra. En cualquier caso, en que falte alguno de ellos, el proveedor procederá a su entrega como reposición inmediata dentro del lapso no menor de 02 días.

Esto en calidad de **obligatoriedad**, además que dichos controles y calibradores deben guardar relación al tipo de reactivo a utilizar durante el procesamiento de cada prueba.

- Calibradores: proporcionar Material de Calibración para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas de acuerdo al protocolo de la metodología analítica.

- Controles Internos: proporcionar Material de Control para todo el periodo de compra, en cantidad suficiente y adecuado de acuerdo al fabricante para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en insertos o folletería presentada) el cual está relacionado con el lote del reactivo.

- Soluciones, Complementos de limpieza y otros: en cantidad suficiente que permita la realización total de las pruebas efectivas solicitadas, más las pruebas de calibraciones y control de acuerdo a la metodología de trabajo.

- Capacitación y acompañamiento diario, con personal capacitado de la empresa. El cual debe cubrir al personal profesional del área; cabe señalar que la capacitación debe realizarse con reactivo en calidad de demostración no afectando al ingreso del reactivo por el periodo de compra.

- Instalación pronta, previa verificación del área de ingeniería de la empresa. Una vez instalado el equipo proceder al cableado e interfaz de acuerdo a la necesidad del pronta del área usuaria, el cual no debe exceder de los 05(cinco) días de instalado el equipo.

9. Soporte técnico para el equipo en cesión de uso y equipo de aire acondicionado:

- Mantenimiento preventivo: presentar programa de mantenimiento preventivo de acuerdo al manual del equipo proporcionado por la empresa fabricante y su respectivo cronograma de ejecución, el cual debe ser supervisado por el área de mantenimiento de la institución en coordinación de la jefatura del área usuaria.

- Mantenimiento correctivo: compromiso de corrección de fallas presentadas dentro de las 24 primeras horas. Atención de notificaciones de fallas durante las 24 horas y los 7 días de la semana.

- Personal capacitado, con experiencia no menos de 6 meses en el equipo.

10. Antigüedad y otros: no mayor de 3 años hasta la fecha de entrega a la institución.

Nota:

- Folletería*/manual de instrucciones de uso (original o copia simple) deberán acreditar la EETT de Analizador bioquímico, con relación a (1) tipo, (2) metodología, (3) rendimiento, (4) características, (5) muestra, (8) controles y calibradores, (9) soporte técnico, (10) antigüedad
- *La Folletería (Brochure, Catálogo, Inserto, carta aclaratoria) debe ser emitida por el Fabricante, Fabricante legal o Dueño de la Marca.
- Característica 4 lector de código de barras para muestras integrado o incorporado o externo puede ser conectado al equipo vía "USB".
- Característica 8 controles internos: se debe de proporcionar material de control de acuerdo a la metodología del fabricante para todo el periodo de compra en cantidad suficiente para cumplir con el protocolo de cada metodología (descrita en insertos o folletería presentada).
- Característica 10, se acreditará la antigüedad del equipo con una Declaración Jurada del Postor y al momento de ingresar el equipo se deberá presentar los documentos del fabricante que acrediten dicha antigüedad.

C. CENTRIFUGA DE 24 TUBOS PARA LABORATORIO (02): son accesorios complementarios al equipo de bioquímica solicitadas y entraran en calidad de cesión de uso, mientras dure el tiempo del contrato y será el postor quien se encargará de su mantenimiento preventivo y correctivo.

DENOMINACIÓN	UBICACIÓN	Cantidad
CENTRIFUGA DE 24 TUBOS PARA LABORATORIO	Laboratorio de rutina y Laboratorio de emergencia	2

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES referenciales (incluye la instalación).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
FAMILIA	CENTRÍFUGAS
DENOMINACIÓN ESTANDARIZADA DE EQUIPAMIENTO EN SALUD	CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS
CÓDIGO DEL BIEN	D-561
A. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES	
A.01	CENTRÍFUGA DE MESA CON PANTALLA DIGITAL
A.02	CON CONTROL CON MICROPROCESADOR
A.03	CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO DE GRAN ESPESOR CON RECUBRIMIENTO LIBRE DE RAYONES Y EROSIÓN
A.04	SISTEMA DE DETECCIÓN DE VELOCIDADES Y MAL BALANCEO DE MUESTRAS
A.05	SISTEMA AUTOMÁTICO PARA APERTURA DE LA TAPA
A.06	SISTEMA DE APERTURA DE TAPA EN CASO DE EMERGENCIAS
A.07	PANTALLA LCD QUE MUESTRE LOS VALORES DE VELOCIDAD, TIEMPO
A.08	SISTEMA DE FRENADO DINÁMICO, SEÑAL ACÚSTICA AL TERMINAR
A.09	DEBE CONTAR CON ANILLO DE SEGURIDAD EN EL ROTOR
A.10	VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE TIEMPO Y VELOCIDAD MEDIANTE BOTÓN ROTATORIO O TECLADO EN EL PANEL
A.11	MOTOR DE INDUCCIÓN (LIBRE DE MANTENIMIENTO)
B. PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO	

B.01	CAPACIDAD PARA 24 TUBOS DE 13X100/100 (5/7 mL)
B.02	VELOCIDAD PROGRAMABLE RANGO MENOR 1500 RPM A MAS, RANGO MAYOR DE 5000 A MÁS
B.03	INCREMENTO DE VELOCIDAD CADA 100 RPM
B.04	PRECISIÓN DE VELOCIDAD +/- 20 RPM A VELOCIDAD MÁXIMA
B.05	TIEMPO DE PROGRAMACIÓN HASTA 30 MINUTOS O RANGO MÁS AMPLIO
B.06	INCREMENTO DEL TIEMPO DE PROGRAMACIÓN POR MINUTO
B.07	INDICADORES : TAPA ABIERTA, ROTOR EN MOVIMIENTO, DESBALANCE DEL ROTOR
C. ACCESORIOS E INSUMOS	
C.01	UN (01) ROTOR OSCILANTE DE 24 TUBOS DE 13 X 100/100 (5/7 mL)
C.02	CUARENTA Y OCHO (48) ADAPTADORES PARA TUBO DE 13X100/100 (5/7 mL)
D. REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
D.01	220-230 V- 60 HZ
D.02	CABLE DE PODER CON TOMA A TIERRA Y ENCHUFE DEBE CUMPLIR CON LA R.M. Nº 175-

El postor incluirá dentro de su propuesta, el mantenimiento preventivo y correctivo de dicho equipo mientras dure la etapa de prestación del contrato.

PRESTACIÓN ACCESORIA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

Dos (02) visitas técnicas por año, para mantenimiento preventivo del Equipo – centrifuga de 24 tubos, durante el tiempo de garantía. **Detallar la estructura de las actividades de mantenimiento preventivo, señalando kits de repuestos, componentes, mano de obra de estas intervenciones de mantenimiento programado que se ofertan.**

SOPORTE TÉCNICO:

Comprende; en caso de falla fortuita del equipo, el personal técnico especializado de la empresa deberá apersonarse o brindar asistencia mediante vía telefónica durante el plazo de Garantía, señalando el periodo de respuesta que no sea mayor a las 24 horas de solicitada por área usuaria o de servicios generales.

CAPACITACIÓN Y/O ENTRENAMIENTO:

Brindada al personal de la UPSS – patología clínica (nivel usuario) y al personal de Servicios Generales se le realizará un curso de capacitación de 04 horas teórico-práctico, sobre principios de funcionamiento y operación de la centrifuga de 24 tubos; y un curso de 04 horas teórico-práctico sobre el mantenimiento y reparación de la centrifuga de 24 tubos, entregando una constancia, temario de

la capacitación e incluir un CD o video; estas capacitaciones deben ser brindada a no menor de 15 personas o a disposición del usuario

CLÁUSULAS ESPECIALES:

- a. Obligación del contratista: Cumplimiento de la Normatividad vigente del Código Nacional De Electricidad (CNE) según el Ministerio De Energía y Minas.

ENTREGABLES DOCUMENTARIOS

El contratista que realice el suministro (incluye instalación) de las centrifugas de 24 tubos, deberá hacer entrega de toda la documentación técnica: un formato del protocolo de pruebas, el cual deberá ser firmado por un ingeniero Electronico debidamente titulado y habilitado como representante del contratista; La Garantía del Fabricante; un Manual de Operación y Funcionamiento original en idioma español; Dos Manuales Técnicos con diagramas de bloques de sus tarjetas originales uno en idioma español e inglés. Con destino a la UPSS Patología Clínica.

D. AIRE ACONDICIONADO: cantidad (02)

EQUIPOS EN CESIÓN DE USO	Requerimiento de aire acondicionado
Laboratorio de rutina	Si
Laboratorio de emergencia	Si

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: El proveedor adjudicado deberá instalar el Equipo de Aire acondicionado en el ambiente donde se ubicará el analizador. Para el funcionamiento adecuado del Equipo de Aire Acondicionado se deberá tener en cuenta factores como: las dimensiones del área, las condiciones ambientales, climáticas y otros equipos que se encuentren en el ambiente que generen calor. Entra en calidad de cesión de uso.

Tiempo de antigüedad no mayor de 02 años de fabricación.

CLÁUSULAS PARA EL EQUIPO EN CESIÓN EN USO:

*El equipo en cesión de uso deberá ser instalado antes de la primera entrega de los reactivos al almacén del hospital y permanecerá instalado hasta el consumo total de los reactivos proporcionados por la empresa proveedora.

*La empresa proveedora deberá brindar a los usuarios, manuales del funcionamiento del equipo en cesión de uso traducidos al idioma español de ser necesario, así como la entrega de guías rápidas impresas de funcionamiento y su respectivo certificado de capacitación a los usuarios del hospital refrendado por la casa fabricante matriz en uso y manejo.

*En caso de falla inesperada o mal funcionamiento del equipo en cesión de uso la Empresa proveedora repondrá el total de pruebas utilizadas y pérdidas durante el proceso, así como las usadas en la puesta en uso y de performance del equipo una vez reparada, sin perjuicio económico para la institución. El tiempo máximo de respuesta para todo mantenimiento correctivo es de 24 horas.

*La Instalación y/o Conexión del LIS del equipo cesión en uso, deberá estar DESARROLLADO BAJO EL ENTORNO WEB, QUE GENERE LOS CÓDIGOS DE BARRA, QUE PERMITA VALIDAR LOS RESULTADOS DE MANERA RÁPIDA; INTERFASE CON TERMINAL WEB, EL CUAL DEBE DE SER COMPATIBLE CON EL UTILIZADO EN LA ENTIDAD (EGALENS) PARA LA ESTACIÓN DE TRABAJO (PC) con MONITOR LED DE 24 PULGADAS (o en su defecto equipo de cómputo o laptop en tamaño adecuado y con velocidad adecuado que cuente con los programas necesario para llevar a cabo una buena interface, así como programas antivirus y office) PARA LA VISUALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS, QUE LA CONECTIVIDAD DE LOS EQUIPOS SEA BAJO UNA RED INDEPENDIENTE CATEGORÍA (EQUIPOS, CABLES, INTEGRACIÓN AL SISTEMA Y ACCESORIOS POR PARTE DEL PROVEEDOR); SOPORTE INFORMÁTICO 24 HORAS. SIN COSTO PARA LA ENTIDAD. El sistema informático del hospital consta con el área de toma de muestra, el área de análisis y el área de entrega de resultados, incluyendo hardware necesario suministradas por la Empresa proveedora sin perjuicio económico para la Institución. La coordinación previa con el área de informática para los puntos de red necesarios. **EL PLAZO DETERMINADO PARA COMPLETAR LA INTERFACE Y POSTERIOR CONEXIÓN AL SISTEMA LIS DEL HOSPITAL SERÁ EN UN LAPSO NO MAYOR DE 05 DÍAS (el laboratorio atiende las 24 horas los 07 días a la semana) damos soporte áreas críticas del hospital.**

Adecuación de condiciones de instalación de equipos sin costo alguno para la institución (conexiones eléctricas, tuberías, pozo de agua, pozo a tierra, estantería, ambientes, etc.) para garantizar operatividad de los equipos analizadores bioquímicos al 100% (05 días calendario plazo máximo para instalación en laboratorio)

*La impresora y/o etiquetera para código de barras será de alta velocidad, cableado de red, usará solo rollos con etiquetas papel térmicas sin accesorios como cartuchos de tinta, tóner, cintas de transferencia térmica, etc., Las etiquetas brindadas en cantidad suficiente para usar con código de barras son autoadhesivas resistentes al agua; las cuales serán suministradas por la Empresa proveedora sin perjuicio económica para la Institución.

*La empresa proveedora brindará un Sistema de comunicación telefónica permanente con el usuario directo del equipo en cesión de uso, sin perjuicio económico para la institución. El usuario definirá la frecuencia de procesamiento para cada prueba a realizar a fin de calcular la cantidad total de consumibles y reactivos a entregar. El control de las pruebas efectivas será definido por el usuario, son consideradas pruebas no efectivas, la cantidad y los niveles son determinados por el fabricante. En caso que el reactivo tenga fecha de vencimiento próxima y teniendo en cuenta que la utilización no se culminará en el tiempo previsto; la empresa deberá presentar carta de canje.

CAPACITACIONES Y ACOMPAÑAMIENTO:

La capacitación inicial deberá ser de acuerdo a los grupos de profesionales del área usuaria; con personal capacitado del proveedor con una experiencia no menor de 12 meses. El cual hará uso de reactivos en calidad de demostración, el cual no estará contabilizado dentro de pruebas efectivas; además deberá acompañar luego de las capacitaciones. Así mismo durante ese tiempo deberá hacer efectivo la conexión lis y/o interface.

Deberá mandar una programación al área usuaria indicando los días y horarios de la capacitación, así como la etapa de acompañamiento a cargo del personal capacitado.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO

Cynthia

Responsible Unidad Patología Clínica
Dra. Cynthia Lorenzo Quiza
CNP: 68922 RNE: 41389

Requisitos legales: reglamentos técnicos, normas sanitarias, reglamentos y demás normas que correspondan según el objeto de la contratación

Certificación: ISO 9001 o certificación CE o aprobación de FDA.

Garantía o Vigencia comercial / (según corresponda)

12 MESES AL INGRESAR AL ALMACÉN

Requisitos del proveedor:

- Certificación del fabricante.
- Autorización sanitaria de funcionamiento
- Registro sanitario
- Protocolos de análisis del producto por el lote atendido
- Resolución de buenas prácticas de almacenamiento
- Resolución de buenas prácticas de manufactura
- Buenas prácticas de dispensación y transporte
- Folletería del reactivo en idioma original y español.
- Manual de instrucciones del equipo en cesión de uso.
- Cronograma de mantenimiento preventivo del equipo en cesión de uso y el equipo de aire acondicionado.
- Carta de compromiso de canje

REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR:

A. DEL MATERIAL, REACTIVO O INSUMO DEL LABORATORIO: debe acreditar con copia simple.

A.1 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario.

Otorgado por la ANM(DIGEMID), además las resoluciones de modificación o autorización en tanto éstas tengan por finalidad acreditar la correspondencia entre la información registrada antes la ANM y el material, reactivo e insumos de laboratorio ofertado. No Se aceptarán materiales, reactivos e insumos de laboratorio cuyo Registro Sanitario esté suspendido o cancelado.

La exigencia de la vigencia del Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario del producto se aplica para todo el proceso de selección y ejecución contractual.

A.2 Certificado de Análisis del Producto terminado (Protocolo de Análisis)

Es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de control de calidad del laboratorio fabricante, en el que se señalan los análisis realizados en todos sus componentes, los límites y los resultados obtenidos en dicho análisis, con arreglo a las exigencias contempladas en las normas específicas de calidad de reconocimiento internacional. Cuando se hace mención a Protocolo de Análisis se refiere a Certificado de Análisis.

Los certificados de análisis deben consignar la edición de las normas de calidad nacional, internacional y/o propia, a la que se acoge el fabricante, vigente a la fecha de fabricación del material, reactivo e insumo de laboratorio.

~~El certificado de análisis debe consignar cuando menos la siguiente información: nombre del producto, número de lote, fecha de vencimiento, fecha de análisis, las especificaciones técnicas y resultados analíticos obtenidos, forma del o los profesionales responsables del control de calidad y nombre del laboratorio que lo emite.~~ (Absolución 54)

La presentación del certificado de análisis del producto que se oferte, es obligatoria, independientemente cuente o no con registro sanitario, se aceptará el certificado de Análisis de reactivos (Protocolo de análisis) emitido por el fabricante, de acuerdo a su propia metodología y en un formato propio.

El certificado de Análisis, por ser un documento técnico deberá ser refrendado (nombre, firma y sello) por el responsable de la empresa postora, vigente a la presentación de propuesta.

Se aceptarán los Certificados de análisis con firma electrónica, siempre que dicha firma esté registrada y/o acreditada por un documento emitido por la autoridad administrativa competente del país de origen.

B. DEL POSTOR: los cuales se deben acreditar con copia simple.

B.1 Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM), según corresponda.

La certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (CBPM) vigente, a nombre del laboratorio fabricante, debe comprender el área de fabricación, tipo de producto o familia del material, reactivo e insumos de laboratorio ofertado. En caso de producción por etapas, cada uno de los laboratorios que participan en el proceso deben presentar la certificación de BPM.

PARA MATERIALES, REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO NACIONAL: emitido por la ANM.

PARA MATERIALES, REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO IMPORTADOS: contar con la Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) vigente, emitido por la Autoridad o entidad competente del país de origen. También se aceptará otros documentos como Certificado CE de la Comunidad Europea, Norma ISO 13485 vigente, FDA u otros de acuerdo al nivel de riesgo emitido por la autoridad o entidad competente del país de origen. En caso de producción por etapas, para cada uno de los laboratorios se debe presentar el CBPM u otro documento que acredite el cumplimiento de Normas de Calidad vigente según lo antes señalado: en concordancia con los artículos 124º, 125º, 126º y 127º del Decreto Supremo Nº016-2011-SA.

Para los productos provenientes de países donde no se emiten CBPM ni Certificado CE, podrán presentar el Certificado de Libre Venta o el Certificado de Libre Comercialización, en los que deberán señalar que la empresa fabricante cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura o de fabricación.

El Certificado de Libre Venta o Libre Comercialización, se considera como un documento alternativo al Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura, siempre que el Certificado de Libre Venta o Libre Comercialización haga referencia al cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura.

La exigencia de la Certificación de BPM vigente se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual de materiales, reactivos e insumos de laboratorio nacional e importados.

Para el caso de los certificados emitidos en el extranjero que no consigne fecha de vigencia, éstos deben tener una antigüedad no mayor de dos (2) años contados a partir de la fecha de emisión.

B.2 Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (CBPA); según corresponda

A nombre del postor, emitidos por la ANM de acuerdo al D.S N°014-2011-SA.

Toda empresa deberá contar con Buenas Prácticas de Almacenamiento. Por lo tanto, el postor está obligado a presentar el Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento, indistintamente oferte los reactivos e insumos de laboratorio con o sin registro sanitario.

Para el caso que el postor contrate el servicio de almacenamiento con un tercero, además deberá presentar el Certificado BPA de la empresa que presta el servicio de almacenamiento, acompañado de la documentación que acredite el vínculo contractual entre ambas partes (documento de arrendamiento que garantice que está haciendo uso de los almacenes).

Asimismo, cuando se presentan en consorcio, están obligados a presentar dicho documento todas las empresas consorciadas; salvo que se trate de una empresa extranjera no instalada en el territorio nacional.

Tratándose de un Laboratorio Nacional el Certificado de BPA se encuentra incluido en las Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura(BPM), en aplicación de la normativa vigente en el territorio peruano.

La exigencia de la Certificación de BPA vigente, se aplica durante todo el procedimiento de selección y ejecución contractual para los materiales, reactivos e insumos de laboratorio nacional e importados.

B.3 Certificado de Buenas Prácticas de Distribución de Transporte (BPDT), según corresponda

El postor deberá presentar el certificado BPDT, en cumplimiento al alcance del Manual de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios aprobado mediante Resolución Ministerial N°833-2015/MINSA y modificada por Resolución Ministerial N°1000-2016 MINSA y en conformidad al artículo 22 de la ley N°29459 Ley de productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, así como lo establece en los artículos 70, 71 y 110 del Reglamento de Establecimientos.

Es de cumplimiento obligatorio para las droguerías y almacenes especializados que participan a nivel nacional en el proceso de distribución y transporte de productos farmacéuticos, así como de dispositivos médicos que requieren condiciones de temperatura refrigerada y temperatura congelada.

Se entiende que una droguería, por su propia condición que le permite comercializar y distribuir los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, se encuentra obligada a cumplir con las buenas prácticas de distribución y transporte (BPDyT), pudiendo encargar a un tercero que cuente con dicha certificación.

En el caso de consorcios, deben presentar todos los consorciados.

B.4 Formato de presentación de los materiales, reactivos e insumos de laboratorio ofertado y vigencia mínima.

En este documento se debe consignar toda la información relacionada con el producto que se está ofertando, la cual debe corresponder al producto requerido.

B.5 Folletería/Manual de Instrucciones de Uso o Inserto (original o copia simple)

La folletería contiene literatura y/o gráficos relacionados con los materiales, reactivos e insumos de laboratorio, y el manual de instrucciones de uso contiene las explicaciones, paso a paso del uso del equipo.

La folletería de los reactivos, insumos y consumibles (brochure, catálogo, inserto, carta aclaratoria) debe ser emitida por el fabricante, fabricante legal o dueño de la marca.

Folletería/manual de instrucciones de uso (original o copia simple) deberá acreditar las especificaciones técnicas de analizador de gases, electrolitos y metabolitos con relación a tipo, metodología, rendimiento, características, muestra, controles y calibradores, soporte técnico.

B.5 Carta de compromiso de canje y/o reposición por defectuoso Vicios ocultos.

B.6 Hoja de presentación de los equipos cedidos en cesión de uso.

VII. PLAZO DE ENTREGA:

PRIMERA ENTREGA A LOS CINCO (05) DÍAS CALENDARIO DESPUES DE SUSCRITO EL CONTRATO y COMO PLAZO MÁXIMO PARA LA INSTALACIÓN, OPERATIVIDAD E INTERFAZ DE LOS (02) EQUIPOS EN CESIÓN DE USO(determinado en cláusula del equipo en cesión de uso)

VIII. CONDICIONES DE ENTREGA Y/O CRONOGRAMA EN CASO DE SUMINISTRO DE BIENES

1er entregable: 05 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato.

2do entregable: 120 días calendarios o desde la primera entrega.

3er entregable: 240 días calendarios o desde la primera entrega.

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	1ER ENTREGABLE	2DO ENTREGABLE	3ER ENTREGABLE	TOTAL
1	PROTEÍNAS TOTALES AUTOMATIZADA	DETERMINACIONES	4000	3000	3000	10000
2	PROTEÍNAS EN ORINA	DETERMINACIONES	400	400	400	1200
3	ADENOSINADEAMINASA (ADA)	DETERMINACIONES	100	0	100	200
4	LIPASA	DETERMINACIONES	400	300	300	1000
5	FACTOR REUMATOIDEO MÉTODO TURBIDIMÉTRICO	DETERMINACIONES	100	0	0	100
6	DESHIDROGENASA LÁCTICA	DETERMINACIONES	1000	1000	1000	3000
7	ÁCIDO ÚRICO	DETERMINACIONES	500	500	200	1200
8	MICROALBUMINURIA	DETERMINACIONES	400	400	400	1200
9	CK TOTAL AUTOMATIZADA CINÉTICA	DETERMINACIONES	800	800	800	2400
10	CREATINA QUINASA CK-MB CINÉTICA	DETERMINACIONES	400	400	400	1200
11	TRIGLICÉRIDOS ENZIMÁTICO	DETERMINACIONES	5000	5000	5000	15000
12	COLESTEROL TOTAL ENZIMÁTICO	DETERMINACIONES	4000	4000	4000	12000
13	COLESTEROL HDL	DETERMINACIONES	3000	1000	1000	5000
14	COLESTEROL LDL	DETERMINACIONES	3000	1000	1000	5000
15	UREA CINÉTICA	DETERMINACIONES	8000	8000	8000	24000
16	CREATININA CINÉTICA	DETERMINACIONES	8000	8000	8000	24000
17	BILIRRUBINA TOTAL	DETERMINACIONES	4000	4000	4000	12000
18	BILIRRUBINA DIRECTA	DETERMINACIONES	4000	4000	4000	12000
19	TRANSAMINASA GLUTAMICA OXALACÉTICA(TGO)	DETERMINACIONES	4000	4000	4000	12000
20	TRANSAMINASA GLUTAMICO PIRUVICA(TGP)	DETERMINACIONES	4000	4000	4000	12000
21	ALBÚMINA	DETERMINACIONES	2000	3000	3000	8000
22	FOSFATASA ALCALINA	DETERMINACIONES	5000	5000	5000	15000
23	AMILASA	DETERMINACIONES	1000	1000	1000	3000
24	GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA (GGT)	DETERMINACIONES	2000	2000	2000	6000

25	GLUCOSA ENZIMATICA	DETERMINACIONES	8000	8000	8000	24000
26	PROTEÍNA C REACTIVA CUANTITATIVA	DETERMINACIONES	3000	1000	1000	5000
27	CALCIO SERICO	DETERMINACIONES	200	100	0	300

IX. PENALIDADES:

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación (Art.162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF):

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto de contrato, la entidad le aplica automáticamente una penalidad por Mora por cada día de retraso. la penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- Para plazos menores o iguales a 60 días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras; F= 0.40.
- Para plazos mayores a 60 días:
 - Para bienes, servicios y consultoría: F = 0.25.

Tanto el monto como el plazo se refiere, según corresponda, a la ejecución total del servicio o a la obligación parcial, de ser el caso, que fuera materia de retraso.

Se considera justificado el retraso, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable.

Esta calificación de retraso como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún tipo.

De acuerdo a lo que dicta el numeral 171 del Artículo 29° del RLCE (Ley 30225), aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF, aplicable supletoriamente a la letra dice “

PENALIDADES		
DESCRIPCIÓN	MONTO DE LA PENALIDAD	PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DEL SUPUESTO
1. Demora en la Entrega de productos de canje con nuevo lote y fecha vencimiento a almacén HSJL después de comunicado el proveedor fuera del plazo establecido. (máximo : 05 días calendario)	1.5% del monto contractual vigente por cada día calendario de demora después del plazo.	El departamento de Apoyo al Diagnóstico remite un correo electrónico solicitando el canje por vencimiento otorgando un plazo de 5 días calendarios.
2. No acudir a brindar mantenimiento correctivo dentro de las 12 horas pactadas después del aviso por parte usuaria.	1.5% del monto contractual vigente por cada vez que ocurra.	El departamento de Apoyo al Diagnóstico remite un correo electrónico solicitando el mantenimiento correctivo
3. No brindar mantenimiento preventivo al equipo cesión de uso y equipo aire acondicionado según cronograma entregado al usuario (para dar conformidad de servicio deberá firmar parte de visita técnica)	2.5% del monto contractual vigente por cada día de demora después del plazo	según cronograma
4. No cumplir con la entrega de los insumos necesarios para obtener las pruebas efectivas totales del ítem requerido por el usuario según contrato (ej. : material consumible, material de calibración .material de control, reactivos requeridos) en los plazos establecidos	1.5% del monto contractual vigente	según cronograma
5. Entregar producto canjeado con fecha de vencimiento MENOR al 50% del requerimiento inicial de EE.TT área usuaria (por razones fortuitas)	1.5% del monto contractual vigente. Y emisión de nueva carta de canje.	según cronograma

6. No cumplir con EL PLAZO DETERMINADO PARA LA CONEXIÓN E INTERFASE AL SISTEMA DE GESTIÓN HOSPITALARIA(cláusulas del equipo en cesión de uso)	1.5% del monto contractual vigente Y RESOLUCIÓN CONTRACTUAL	según cronograma
---	---	------------------

X. CONFORMIDAD:

EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE PATOLOGIA CLINICA

XI. FORMA DE PAGO:

La entidad realizara el pago de la contraprestación pactada a favor del proveedor en doce pagos de acuerdo a cada entrega realizada.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el proveedor, la entidad debe contar con la siguiente documentación:

- comprobante de pago
- guía de remisión firmada y sellada por el jefe del almacén y por área usuaria
- fotocopia de la Orden de Compra

Dicha documentación se debe presentar en la Unidad de Logística del Hospital San Juan de Lurigancho, sito en Prolog. Av. Canto Grande Nro S/N (Altura del Paradero 11) Lima-Lima -San Juan de Lurigancho.

De acuerdo a lo que dicta el numeral 171 del Artículo 29° del RLCE (Ley 30225), aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF, aplicable supletoriamente a la letra dice “La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.”

(*) Numeral modificado por la Primera Disposición Complementaria Modificatoria del Decreto Supremo N° 168-2020-EF, publicado el 30 de junio de 2020

171.2. En caso Adelantos: - SOLO SI SE REQUIERE SE COMUNICARÁ VÍA TELEFÓNICA Y/O CORREO ELECTRÓNICO

RESPONSABILIDAD DE CONTRATISTA:

Responsabilidad del Contratista (Art.40 de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF)

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado por un plazo no menor de un año, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL SAN JUAN DE LURIGANCHO



.....
 Responsable Unidad Patología Clínica
 Dra. Cynthia Lorenzo Quite
 CNEP: 68322 RHE: 41358