

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Deshidrogenasa Láctica con Metodología: Colorimétrica con soporte individualizado por prueba.

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también Metodología: Colorimétrica con soporte individualizado por prueba y/o Enzimática.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Adenosina Deaminasa Enzimático con Tipo de Muestra: Suero y otros líquidos biológicos.

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también Tipo de muestra: Suero y/u otros líquidos biológicos entendiendo que cada fabricante tiene su propia metodología y valores asignados de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Microalbumina con Metodología: GPO-PAD / LIQUIDA. En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también Metodología: GPO-PAD/LIQUIDA y/o Inmunoturbidimetría entendiendo que cada fabricante tiene su propia metodología y valores asignados de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Microalbumina con Tipo de muestra: Suero, plasma heparinizado o con EDTA. Entendemos que la prueba de Microalbumina se utiliza para detectar la etapa más temprana de una nefropatía así como también es un indicador del deterioro de la función renal en sujetos diabéticos, por ello el dosaje debe realizarse en muestras con concentraciones mínimas de albumina las cuales se ubican en las muestras de orina.

Consultamos amablemente al comité precisen que el Tipo de muestra a utilizar será Orina.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura :AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Consulta:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Magnesio con Metodología: GPO-PAD / LIQUIDA.

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también Metodología: GPO-PAD/LIQUIDA y/o Colorimétrico entendiendo que cada fabricante tiene su propia metodología y valores asignados de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 22

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Fósforo con Metodología: GPO-PAD / LIQUIDA.

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también Metodología: GPO-PAD/LIQUIDA y/o Colorimétrico entendiendo que cada fabricante tiene su propia metodología y valores asignados de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Creatinina Cinética con Metodología: Picrato alcalino sin desproteinización - JAFFE/LIQUIDA.

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también Metodología: Picrato alcalino sin desproteinización - JAFFE/LIQUIDA y/o Enzimático entendiendo que cada fabricante tiene su propia metodología y valores asignados de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Creatinina Quinasa CK-MB Cinética con Metodología: Colorimétrica con soporte individualizado por prueba /LIQUIDA.

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también Metodología: Colorimétrica con soporte individualizado por prueba /LIQUIDA y/o IFCC entendiendo que cada fabricante tiene su propia metodología y valores asignados de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de CK Total con Metodología: Colorimétrica con soporte individualizado por prueba.

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también Metodología: Colorimétrica con soporte individualizado por prueba y/o IFCC entendiendo que cada fabricante tiene su propia metodología y valores asignados de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Reactivo de Glucosa con Metodología: GOD-PAP

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité precisar si se refieren a la Metodología: GOD-POD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es correcta su apreciación. La metodología solicitada para el Reactivo de Glucosa es GOD-POD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Potasio con Metodología: GOD-PAD.

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también Metodología: GOD-PAD y/o electrodo selectivo de iones entendiendo que cada fabricante tiene su propia metodología y valores asignados de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge su consulta. Lo requerido es la necesidad del área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DE JUNIN - RED DE SALUD - TARMA

Nomenclatura : AS-SM-7-2024-CS/RIST-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVOS PARA ATENCION DE PACIENTES SIS (INCLUYE EQUIPO EN COMODATO)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	18/06/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:14:57

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

De acuerdo al presente requerimiento, solicitan Equipo en Cesión en Uso con Volumen de muestra: 2-50ul

En virtud al principio de libertad de concurrencia y para una mayor pluralidad de postores solicitamos amablemente al comité puedan aceptar también un Volumen de muestra: 2-35ul entendiendo que cada fabricante tiene su propia metodología y valores asignados de trabajo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aceptará las ofertas de los postores que se encuentren dentro del rango de 2-50 ul para el volumen de muestra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null