

**FORMATO N° 11**  
**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:**

**1**      **NÚMERO DE ACTA**      001-2023-CS-AS N° 24-2023-GERESA/LL

**2**      **SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL**  
En las instalaciones de la oficina de UTF -ABASTECIMIENTO, a los 03 días del mes de octubre del año 2023, en el local del Gerencia Regional de Salud de la Libertad, a las 10:00 am horas, se reunieron los integrantes del comité designados mediante formato N° 004 AS N° 24-2023 GERESA/LL, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección AS N° 24-2023 GERESA/LL, cuyo objeto de convocatoria es "ADQUISICIÓN DE DOS (02) DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALTEAS PARA HOSPITAL DE APOYO LEONCIO PRADO DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD", IOARR 2596379 a fin de efectuar la APERTURA DE LAS OFERTAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.

**3**      **SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)**  
El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:

Presidente	ANGEL DANIEL TEJADA NUÑEZ	Titular	X	Dependencia:	UTF-ABASTECIMIENTO
		Suplente			
Primer Miembro	ING. OSCAR IVAN DIAZ ARANA	Titular	X	Dependencia:	OFICINA DE PLANIFICACIÓN
		Suplente			
Segundo Miembro	LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA	Titular	X	Dependencia:	HOSPITAL LEONCIO PRADO
		Suplente			

**4**      **DETALLE DE LOS PARTICIPANTES**  
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:

N°	Nombre o razón social del participante	RUC
1	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	20102032951
2	AMEZAGA ARELLANO S.A.C.INGENIEROS	20131308095
3	DISEÑOS FLORES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20189254602
4	MEDELCO SRL	20208310730
5	TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	20340118055
6	MEGATECH PERU S.A.C.	20454256141
7	INVERSIONES S'LO STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20490599224
8	VITALTEC S.A.C.	20501645517
9	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20503650188
10	HC MEDICAL SAC	20505423942
11	CARDIOMED DEL PERU SAC	20520987186
12	OLIMPEX PERU S.A.C.	20521180260
13	CORPORACION DACMAR S.A.C.	20529457554
14	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	20545804795
15	SOLUCIONES MEDICAS Y SERVICIOS E.I.R.L.	20548839433
16	IMPORTADORA LATINA MEDICA S.R.L.	20553715394
17	IMPORTACIONES VASMED S.A.C.	20585935881
18	JK MEDICAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - JK MEDICAL E.I.R.L.	20601571085
19	TECHMED IMPORT S.A.C.	20601903637
20	HEALTH NATURE & SCIENCE LAB SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HNS LAB S.A.C.	20602187785
21	ADVANCED MEDICAL INC E.I.R.L.	20602703003
22	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	20603355289
23	NOVAMED PERU S.A.C.	20604537372
24	DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	20604687137
25	TML TRADING S.A.C.	20606159031
26	INVERSIONES MITHIALI MEDIC S.A.C.	20606919368

**5**      **DETALLE DE LOS POSTORES**  
En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas en la plataforma digital del SEACE :

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	NOVAMED PERU S.A.C.	26/09/2023	20:11:22

**6**      Acto seguido, se procede con la apertura las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7**      **DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

1	FUERON ADMITIDAS TODAS LAS EMPRESAS
---	-------------------------------------

8	<b>DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	ITEM 1

9	<b>EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS</b>			
	9.1	<b>DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA</b>		
	Nº	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	67,000.00	100.00%
	9.2	<b>DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS EN CONCORDANCIA CON LOS FACTORES DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS EN LAS</b>		
		La evaluación de las ofertas se detalla en el cuadro de Evaluación de Ofertas, según Anexo 01 que forma parte de la presente Acta.		

10	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>			
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR			
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR Nº 1 NOVAMED PERU S.A.C.		
		FACTORES	PUNTAJES	
		PRECIO	100.00 PUNTOS	
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100.00 PUNTOS	

11	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>		
	De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:		
	Nº DE ORDEN DE PRELACIÓN	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	100 PUNTOS
	Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.		

12	CALIFICACIÓN					
	Luego de culminada la evaluación, el Comité de selección determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:					
	12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1		NOVAMED PERU S.A.C.		
		REQUISITOS DE CALIFICACIÓN			CUMPLE	NO CUMPLE
		A	EXPERIENCIA DEL POSTOR		X	
		A.2	FATURACION		X	
		RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN				
	SI NINGUNO DE LOS DOS POSTORES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, EL COMITÉ DE SELECCIÓN O EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE VERIFICAR LOS REQUISITOS DE CALIFICACIÓN DE LOS POSTORES ADMITIDOS, SEGÚN EL ORDEN DE PRELACIÓN OBTENIDO EN LA EVALUACIÓN.					

13	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b>		
	De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo la buena pro, cumple con los requisitos de calificación establecidos en las bases:		
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	
	1	NOVAMED PERU S.A.C.	
	DE SER EL CASO INCLUIR:		
	Asimismo, los siguientes postores fueron descalificados por no cumplir los requisitos de calificación especificados en las bases:		
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	CONSIGNAR LAS RAZONES DE SU DESCALIFICACIÓN
1	xxxxxxxxxx	xxxxxxxxxx	

14	<b>ACUERDO ADOPTADO</b>		
	Los integrantes del comité de selección por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado		

15	<b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>		
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">   Econ. Angel Daniel Tejada Nuñez  Presidente Titular </div> <div style="text-align: center;">   ING. OSCAR VANDÍAZ ARANA  Primer Miembro </div> <div style="text-align: center;">   LIC. ENMA DEYSY PAREDES ARTEAGA  Segundo Miembro </div> </div>		



# AS N° 024-2023-GERESALL

## EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

### ITEM: DESFIBRILADOR CON MONITOR Y PALETAS EXTERNAS

#### POSTOR 1: NOVAMED PERU SAC

A	GENERALES	POSTOR 1
A01	EQUIPO COMPACTO Y PORTÁTIL, PESO TOTAL MENOR O IGUAL A 7.2 KG. INCLUIDA LA BATERÍA Y LAS PALAS. PARA PACIENTES ADULTOS Y LACTANTES Y/O NIÑOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A02	SELECTOR DE CARGA EN EL PANEL DEL EQUIPO PARA ONDA BIFÁSICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A03	DETECCION DE LATIGUILLOS DE TRES DERIVADAS Y/O 5 O 6 LATIGUILLOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A04	CON ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A05	CON INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERIA Y INDICADOR DEL ESTADO DEL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A06	ESTIMULACION DE MARCAPASOS NO INVASIVA Y DESFIBRILACION A MANOS LIBRES	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
	<b>PANTALLA</b>	
A07	TECNOLOGÍA LCD - TFT A COLOR.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A08	DE 6.5" DE AREA DE VISUALIZACION DIAGONAL COMO MINIMO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A09	GRÁFICA DE DOS (02) ONDAS SIMULTÁNEAS COMO MÍNIMO O MAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A10	RESOLUCIÓN DE 640X480 PÍXELES O MAYOR RESOLUCION	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A11	TIEMPO DE VISUALIZACION DE ONDA DE 6.5 SEG. DESPUES DE LA DESFIBRILACION (DEA)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
	<b>DESFIBRILACIÓN/CARDIOVERSION</b>	
A12	ONDA BIFASICA CON CAPACIDAD 270 JOULES O MAS, CON OCHO (08) O MAS VALORES DE SELECCION	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A13	TIEMPO DE CARGA MENOR O IGUAL A 5 SEGUNDOS HASTA EL NIVEL DE ENERGIA SELECCIONADO (HASTA 200 JOULES) CON BATERIA NUEVA Y TOTALMENTE CARGADA INSTALADA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A14	TIEMPO DE CARGA MENOR O IGUAL A 5 SEGUNDOS HASTA EL NIVEL DE ENERGIA RECOMENDADA PARA ADULTO (150 JOULES O 270 JOULES) CON BATERIA NUEVA Y TOTALMENTE CARGADA INSTALADA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A15	CON UN PAR DE PALETAS EXTERNAS DESLIZABLES ENTRE ELLAS, PARA ADULTO Y LACTANTE/NIÑO (PEDIATRICO)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A16	CONTROL DE CARGA DESDE PALETA EXTERNA Y PANEL DEL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A17	SINCRONISMO PARA CARDIOVERSION Y MARCAPASO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
	<b>ECG/ARRITMIAS</b>	
A18	ADQUISICION DE ECG A TRAVEZ DE LAS PALETAS DE DESFIBRILACION Y/O ELECTRODOS DEL PACIENTE DE ECG DE TRES RAMALES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A19	ADQUISICION 3 DERIVADAS DE ECG. (OPCIONAL HASTA 7 DERIVADAS I, II, III, AVR, AVL, AVF Y V CON CABLE ECG DE 5 O 6 LEADS ).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A20	LECTURA DIGITAL DE LA FRECUENCIA CARDIACA EN PANTALLA DE 16 A 300 LPM PARA ADULTO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A21	ALARMAS PARA FC Y ARRITMIAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A22	AMPLITUD O SENSIBILIDAD DEL ECG DE 1/4X, 1/2X, 1X, 2X, 4X, O GANANCIA AUTOMATICA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
	<b>DESFIBRILACION AUTOMATICA EXTERNA (DEA O AED)</b>	
A23	AVISO DE SHOCK ADMINISTRADO AUDIBLE O ANUNCIO DE VOZ DE LAS INDICACIONES	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A24	CON BOTON DE SELECCIÓN PARA ADULTO O LACTANTE/NIÑO (PEDIATRICO).	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A25	CON CONTROLES O SELECTOR DE ENCENDIDO/APAGADO, CARGA Y CHOQUE Y/O DESCARGA	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A26	CON EVALUACION DE ECG Y LA CALIDAD DE SEÑAL PARA DETERMINAR SI ES APROPIADO EFECTUAR UN CHOQUE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A27	CON EVALUACION DE LA IMPEDANCIA DE CONEXIÓN DE CONTACTO ENTRE LOS ELECTRODOS DE DESFIBRILACION Y LA PIEL DEL PACIENTE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
	<b>REGISTRADOR</b>	
A28	INTEGRADO EN EL EQUIPO, IMPRESIÓN DE ONDA DE DERIVACION PRINCIPAL DE ECG Y OTRA ONDA CON MEDICIONES Y SUCESOS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A29	ANCHO DE PAPEL DE 50 MM Y VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 25 MM/S, 50 MM/S	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
A30	TIPO DE REGISTRO POR ARREGLO TÉRMICO INCORPORADO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
	<b>B ACCESORIOS:</b>	
B01	UN (01) CABLE COMPLETO DE ECG DE 03 LATIGUILLOS PARA ADQUIRIR 3 DERIVADAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B02	UN (01) CABLE COMPLETO DE ECG DE 05 O 06 LATIGUILLOS PARA ADQUIRIR 7 DERIVADAS O MAS.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT

B03	CINCO (05) PAR DE PARCHES PARA ADULTO/PEDIATRICO PARA DESFIBRILACION A MANOS LIBRES O MARCA PASO, CON CABLE CONECTOR AL EQUIPO, O SEGÚN CADA FABRICANTE	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
B04	60 ELECTRODOS PARA ECG DESCARTABLES TIPO BROCHE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
B05	DOS (02) FRASCO CON GEL ELECTROCONDUCTOR DE 250 ML	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
B06	DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL TERMO SENSIBLE.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
B07	UN (01) DE PALETAS / ADULTO PEDIATRICO DESMONTABLES.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
<b>C</b>	<b>REQUERIMIENTO ELECTRICO:</b>	
C01	TENSION DE ALIMENTACIÓN 220/230 V/AC, O RANGO QUE CONTenga ESTE VALOR, MONOFASICO. FRECUENCIA 60 HZ.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
C02	CABLE DE PODER VULCANIZADO, ENCHUFE CON PUESTA A TIERRA Y CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN LA R.M N° 175-2008-MEM Y BATERÍA(S) RECARGABLE(S) INCORPORADA(S), CON CARGADOR INCORPORADO AL EQUIPO QUE PERMITA 100 DESCARGAS A CARGA MÁXIMA (270J) O MONITORIZACIÓN CONTINUA MÍNIMA DE 3 HORAS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
<b>D</b>	<b>GARANTIA Y MANTENIMIENTO:</b>	
D01	TRES (03) AÑOS DE GARANTÍA COMO MÍNIMO, CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN O FALLAS NO ATRIBUIBLES AL NORMAL USO DEL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
D02	PROGRAMA Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON FRECUENCIA SEMESTRAL, EN EL PERIODO QUE DURE LA GARANTÍA SUSTENTADO O INDICADO EN EL MANUAL TECNICO DEL EQUIPO, DONDE SE INCLUIRÁN ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACION DE SER EL CASO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON PROPUESTA DE PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
<b>E</b>	<b>CAPACITACIÓN, MANUALES Y OTROS:</b>	
E01	CAPACITACIÓN DE CUATRO (04) HORAS MINIMO PARA EL PERSONAL USUARIO QUE UTILIZA EL EQUIPO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E02	CAPACITACIÓN DE CUATRO (04) HORAS MINIMO PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E03	UN (01) MANUAL DE USUARIO O INSTRUCTIVO DE FÁBRICA EN IDIOMA ESPAÑOL.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E04	UN (01) MANUAL DE SERVICIO TECNICO EN IDIOMA ESPAÑOL U ORIGINAL INLGES CON SU TRADUCCIÓN.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E05	PROTOCOLO DE PRUEBAS FIRMADO POR INGENIERO(A) COLEGIADO(A) HÁBIL ESPECIALIZADO Y CAPACITADO(A) EN INSTALACIÓN O MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, DE LA OPERATIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, PROPUESTO POR LA EMPRESA PROVEDORA Y APROBADO POR EL AREA DE EQUIPAMIENTO DE GERESA ANTES DE LA ENTREGA DEL EQUIPO.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E06	COLOCACION DE IDENTIFICACION GRABADA EN PLACA Metálica, CONSIGANDO LOS DATOS DE LA EMPRESA, PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN U ORDEN DE COMPRA, FECHA DE INSTALACION Y PERIODO DE GARANTIA.	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
E07	ENTREGA Y PROBADO DEL BIEN EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD BENEFICIARIO	CUMPLE Y SUSTENTA EETT CON DJ
	<b>MEJORAS TECNOLOGICAS</b>	
F01	ALGORITMO DE ANÁLISIS DE ARRITMIA PARA REDUCIR LAS FALSAS ALARMAS	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F02	CAPACIDAD DE AGREGAR PARAMETROS COMO LA SATURACION (SPO2) Y LA CAPNOGRAFIA (CO2)	CUMPLE Y SUSTENTA EETT
F03	TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA LÍNEA DE ECG MENOR A 3 SEG	CUMPLE Y SUSTENTA EETT

<b>POSTOR 1: NOVAMED PERU SAC</b>	<b>CUMPLE, SE VALIDA PROPUESTA TECNICA PRESENTADA</b>
-----------------------------------	---