


ACTA DE ADMISION DE OFERTAS
LICITACION PUBLICA N° 001-2024-MINSA-1


ADQUISICIÓN DE ESPIRÓMETRO PARA ATENCIÓN A DISTANCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA TELESALUD

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5
		CARRASCO MEDICAL IMPORT E.I.R.L.	BTL PERU S.A.C.	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	CONSORCIO UTILITARIOS MEDICOS S.A.C - HEMOCARE S.A.C	SPECTRUM INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
a)	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	SI	SI	SI	SI	SI
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	SI	SI	SI	SI	SI
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	SI	SI	SI	SI	SI
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	SI	SI	SI	SI	SI
e)	Deberá adjuntar copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos, ficha técnica del fabricante o dueños de la marca, suscritos por el representante legal, con el fin de acreditar el cumplimiento de las características técnicas. En ese sentido, el postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N° 01 "Hoja de presentación del equipo y sustento de cumplimiento de las características técnicas". Las características técnicas que deberán acreditarse son: del A01 al A12, B01, del C01 al C07 y del D01 al D02. Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, ficha técnica y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características, por un máximo de tres características. Se precisa que, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en el Anexo N°01 Ficha Técnica del equipo biomédico a contratar "Hoja de presentación del equipo y sustento de cumplimiento de las características técnicas" conforman la oferta; debiendo estar firmados por el postor. Los demás documentos deben ser rubricados (visados) por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en caso de persona natural, por éste o su apoderado	NO CUMPLE con sustentar fehacientemente el cumplimiento del literal: "A04. El transductor de medición debe tener un rango de flujo de 0 a 15L/s o más, con una precisión de +/-5% o mejor precisión". "A04. El transductor de medición debe tener un rango de flujo de 0 a 15L/s o más, con una precisión de +/-5% o mejor precisión". Al respecto, el postor oferta una exactitud de 5%; sin embargo no sustenta la precisión de +/- 5 %, lo cual ha sido solicitado en la característica A04 las bases integradas. Cabe señalar que exactitud no es lo mismo que precisión. En ese sentido, la oferta no cumple con la característica A04 de las bases integradas.	SI	NO CUMPLE con sustentar fehacientemente el cumplimiento del literal: "A04. El transductor de medición debe tener un rango de flujo de 0 a 15L/s o más, con una precisión de +/-5% o mejor precisión". Al respecto, el postor oferta una exactitud de 5%; sin embargo no sustenta la precisión de +/- 5 %, lo cual ha sido solicitado en la característica A04 las bases integradas. Cabe señalar que exactitud no es lo mismo que precisión. En ese sentido, la oferta no cumple con la característica A04 de las bases integradas.	SI	SI
e.1)	Copia simple de la Resolución de autorización de registro sanitario del bien ofertado, según lo establecido en el D.S. 016-2011 y sus modificatorias (Reglamento para el Registro, Control y Vigilancia Sanitaria de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios). El postor deberá adjuntar copia simple del REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO VIGENTE a la presentación de la oferta del equipo ofertado de acuerdo a lo establecido por la normativa vigente de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID). Asimismo, el registro sanitario o certificado de registro sanitario del equipo ofertado podrá estar a nombre del postor o de terceros.	SI	SI	SI	SI	SI
f)	Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	SI	SI	SI	SI	SI
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	SI	NO CORRESPONDE
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (02) decimales.	SI	SI	SI	SI	SI
ESTADO		NO ADMITIDA	ADMITIDA	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA

Jesus Maria, 26 de junio de 2024


EMILIO APARCANA ESPINO
Primer Miembro Titular del Comité de Selección


RODOLFO HUARACA YARASCA
Presidente Titular del Comité de Selección


EDWARD CARREIOS GARCIA
Segundo Miembro Titular del Comité de Selección