

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO DE LINEAS DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE UCI PEDIÁTRICA DEL HONADOMANI - SB

Ruc/código : 20608240447

Nombre o Razón social : AMEDIC IMPORT S.A.C.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 18:40:33

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE (CBPDT)

Este Certificado es para productos que se transportan bajo temperaturas controladas y no es necesario para el transporte de los ítems en materia del presente proceso Dispositivos Médicos. Solicitamos se omita este Certificado.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** e.5 **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LO SOLICITADO, POR LO QUE SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARÁ EN EL LITERAL e.5 DEL NUMERAL 2.2.1.1 DEL CAPITULO II DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES, EN EL INCISO 5.3.3 DEL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES Y EN TODO EXTREMO DE LAS MISMAS.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO DE LINEAS DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE UCI PEDIÁTRICA DEL HONADOMANI - SB

Ruc/código : 20608240447

Nombre o Razón social : AMEDIC IMPORT S.A.C.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 18:40:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

COPIA DE CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (BPM) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA) Y CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE (CBPDT)

Este Certificado es para productos que se transportan bajo temperaturas controladas y no es necesario para el transporte de los ítems en materia del presente proceso Dispositivos Médicos. Solicitamos se omita este Certificado.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 5.3 **Literal:** 5.3.3 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LO SOLICITADO, POR LO QUE SE REALIZARA LA MODIFICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARÁ EN EL LITERAL e.5 DEL NUMERAL 2.2.1.1 DEL CAPITULO II DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES, EN EL INCISO 5.3.3 DEL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES Y EN TODO EXTREMO DE LAS MISMAS.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO DE LINEAS DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE UCI PEDIÁTRICA DEL HONADOMANI - SB

Ruc/código : 20608240447

Nombre o Razón social : AMEDIC IMPORT S.A.C.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 18:40:33

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Terminado el Cronograma de entregas de los insumos materia de este proceso, en cuanto tiempo el Hospital devolverá las Bombas de Infusión entregadas en Comodato?

Acápites de las bases : **Sección:** General **Numeral:** CAP III **Literal:** 5.11.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL ACABAR EL TOTAL DE INSUMOS DE ESTE PROCESO SE PROCEDERÁ A RETORNAR LAS BOMBAS EN COMODATO AL POSTOR GANADOR.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO DE LINEAS DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE UCI PEDIÁTRICA DEL HONADOMANI - SB

Ruc/código : 20608240447

Nombre o Razón social : AMEDIC IMPORT S.A.C.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 18:40:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

LINEA DE INFUSION PARA BOMBA DE INFUSION

DIMENSIONES:

Longitud de la línea entre la bomba y el paciente debe ser tal que no dificulte la movilización del paciente; 235 cm largo, 4.1mm de diámetro externo y 3m de diámetro interno y volumen interno 15ml.

Consideramos que puede haber un error de tipeo viendo que el diámetro externo es 4.1mm y el interno es 3m, debería decir 3mm. Por favor confirmar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III

Literal: 3.1

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ÍTEM 1. LINEA DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN

DEBE DECIR: 3 mm. DE DIÁMETRO INTERNO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARÁ EN LA HOJA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS- DIMENSIONES DEL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES Y EN TODO EXTREMO DE LAS MISMAS.

Entidad convocante : HOSPITAL NACIONAL DOCENTE MADRE NIÑO - SAN BARTOLOME

Nomenclatura : LP-SM-3-2023-HONADOMANI-SB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : REQUERIMIENTO DE LINEAS DE INFUSIÓN PARA BOMBA DE INFUSIÓN Y EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON SITIO EN Y PARA BOMBA DE INFUSIÓN PARA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE UCI PEDIÁTRICA DEL HONADOMANI - SB

Ruc/código : 20608240447

Nombre o Razón social : AMEDIC IMPORT S.A.C.

Fecha de envío : 26/07/2023

Hora de envío : 18:40:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON SITIO Y PARA BOMBA DE INFUSIÓN

DIMENSIONES:

Longitud de la línea entre la bomba y el paciente debe ser tal que no dificulte la movilización del paciente; 235 cm largo, 4.1mm de diámetro externo y 3mm de diámetro interno y volumen interno 15ml.

Consideramos que puede haber un error de tipeo viendo que el diámetro externo es 4.1mm y el interno es 3mm, debería decir 3mm. Por favor confirmar.

Acápito de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III

Literal: 3.1

Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ÍTEM 2. EQUIPO PARA ADMINISTRACIÓN DE SOLUCIONES CON SITIO Y PARA BOMBA DE INFUSIÓN
DEBE DECIR: 3 mm. DE DIÁMETRO INTERNO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE PRECISARÁ EN LA HOJA ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - DIMENSIONES DEL NUMERAL 3.1 DEL CAPITULO III DE LA SECCIÓN ESPECÍFICA DE LAS BASES Y EN TODO EXTREMO DE LAS MISMAS.