



CUADRO DE ADMISIÓN, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN  
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 09-2023-ESSALUD/CNSR (2395A00091)  
ADQUISICIÓN DEL DISPOSITIVO MEDICO SET DE LÍNEA ARTERIOVENOSA PARA HEMODIÁLISIS PARA EL CENTRO NACIONAL DE SALUD RENAL, POR UN PERIODO DE DOCE (12) MESES


ITEM	CÓDIGO SAP	DESCRIPCIÓN	UM	CANT.	VALOR ESTIMADO S/.	POSTOR	DOCUMENTOS DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA													EVALUACIÓN				CALIFICACION		RESULTADOS																	
1	020101275	SET DE LÍNEA ARTERIOVENOSAS PARA HEMODIÁLISIS	UN	48,000	574,400.00	UNILENE S.A.C.	D.J. DATOS DE POSTOR (ANEXO Nº 1)	SI	DOCUMENTO ACREDITA REPRESENTACIÓN	SI	D.J. DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO Nº 2)	SI	D.J. CUMPLIMIENTO DE LOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO Nº 3)	SI	REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO REGISTRO SANITARIO	SI	CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO (PROTOCOLO DE ANALISIS)	SI	CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO	SI	CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	SI	METODOLOGIA DE ANALISIS	CATALOGOS / FOLLETERIA / MANUAL DE INSTRUCCIONES O INSERTO	SI	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	SI	D.J. DE PLAZO DE ENTREGA (ANEXO Nº 4)	SI	PROMESA DE CONSORCIO	-	SI	PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO Nº 6)	SI	RESULTADO DE ADMISIÓN	ADMITIDA	489,600.00	100.00	100.00	1	CUMPLE	CUMPLE	ADJUDICADO
						FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.	D.J. DATOS DE POSTOR (ANEXO Nº 1)	SI	DOCUMENTO ACREDITA REPRESENTACIÓN	SI	D.J. DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO Nº 2)	SI	D.J. CUMPLIMIENTO DE LOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO Nº 3)	SI	REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO REGISTRO SANITARIO	SI	CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO (PROTOCOLO DE ANALISIS)	SI	CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO	SI	CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	SI	METODOLOGIA DE ANALISIS	CATALOGOS / FOLLETERIA / MANUAL DE INSTRUCCIONES O INSERTO	SI	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	SI	D.J. DE PLAZO DE ENTREGA (ANEXO Nº 4)	SI	PROMESA DE CONSORCIO	-	SI	PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO Nº 6)	SI	RESULTADO DE ADMISIÓN	NO ADMITIDA							
						NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU	D.J. DATOS DE POSTOR (ANEXO Nº 1)	SI	DOCUMENTO ACREDITA REPRESENTACIÓN	SI	D.J. DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO Nº 2)	SI	D.J. CUMPLIMIENTO DE LOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO Nº 3)	SI	REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO REGISTRO SANITARIO	SI	CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO (PROTOCOLO DE ANALISIS)	SI	CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO	SI	CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	SI	METODOLOGIA DE ANALISIS	CATALOGOS / FOLLETERIA / MANUAL DE INSTRUCCIONES O INSERTO	SI	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	SI	D.J. DE PLAZO DE ENTREGA (ANEXO Nº 4)	SI	PROMESA DE CONSORCIO	-	SI	PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO Nº 6)	SI	RESULTADO DE ADMISIÓN	NO ADMITIDA							
						CONSORCIO REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA S.A.C. - ZMART WORKS HOLDING E.I.R.L.	D.J. DATOS DE POSTOR (ANEXO Nº 1)	SI	DOCUMENTO ACREDITA REPRESENTACIÓN	SI	D.J. DE ACUERDO CON EL LITERAL b) DEL ARTÍCULO 52 DEL REGLAMENTO (ANEXO Nº 2)	SI	D.J. CUMPLIMIENTO DE LOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONTENIDAS EN EL NUMERAL 3.1 DEL CAPÍTULO III (ANEXO Nº 3)	SI	REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO REGISTRO SANITARIO	SI	CERTIFICADO DE ANALISIS DEL PRODUCTO TERMINADO (PROTOCOLO DE ANALISIS)	SI	CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO	SI	CERTIFICADO BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA	SI	METODOLOGIA DE ANALISIS	CATALOGOS / FOLLETERIA / MANUAL DE INSTRUCCIONES O INSERTO	SI	FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO	SI	D.J. DE PLAZO DE ENTREGA (ANEXO Nº 4)	SI	PROMESA DE CONSORCIO	-	SI	PRECIO DE LA OFERTA (ANEXO Nº 6)	SI	RESULTADO DE ADMISIÓN	NO ADMITIDA							

\* MOTIVOS DE NO ADMISIÓN DE LAS OFERTAS :

- FRESENIUS MEDICAL CARE DEL PERU S.A.: Certificado de Análisis no cuenta con fecha de vencimiento (numeral 7.2), Catálogos, folletera, manual de instrucciones de uso e inserto, no demuestran cumplimiento del total de condiciones biológicas (numeral 7.6) y medida declarada en numeral 4.2 de la Ficha Técnica del Producto (Anexo B) no cumple con lo solicitado en Bases Integradas.
- NIPRO MEDICAL CORPORATION SUCURSAL DEL PERU: Catálogos, folletera, manual de instrucciones de uso e inserto, no demuestran cumplimiento del total de condiciones biológicas (numeral 7.6) solicitadas en las Bases Integradas.
- CONSORCIO REPRESENTACIONES QUIMICA EUROPEA S.A.C. - ZMART WORKS HOLDING E.I.R.L.: Existen incongruencia entre las medidas declaradas en el Anexo B Ficha Técnica del Producto y las señaladas en los catálogos y especificaciones técnicas del fabricante, considerando parámetros de (+/- 0.1mm), (+/-0.2mm) y (+/-0.2mm), que no corresponde a lo establecido en las especificaciones técnicas del Capítulo IV de las Bases.

  
LIC. GIOVANNA PEREZ GUEVARA  
PRESIDENTE TITULAR

  
LIC. NANCY GUEVARA CURINAMBRO  
PRIMER MIEMBRO SUPLENTE

  
LIC. ADM. SOZORRO GARCIA CARAMANTIN  
SEGUNDO MIEMBRO TITULAR