

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

Ruc/código : 20523412486

Nombre o Razón social : CESPI PERU S.A.C.

Fecha de envío : 08/08/2023

Hora de envío : 16:40:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

PARA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y PLURALIDAD DE OFERTA: ACEPTARAN UN HORNO CON CAPACIDAD MAXIMA DE 749 LITROS???

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** 4.1.1 **Literal:** b) **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

La cantidad mínima solicitada es de 700 litros mínimo, para grandes capacidades de secado de muestras, por lo tanto si se acepta de mayor capacidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se detalla: El volumen mínimo solicitado es de 700 litros.

Pág. 22

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

Ruc/código :	20523412486	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	CESPI PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:40:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PARA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES Y PLURALIDAD DE OFERTA: ACEPTARAN UN PANTALLA TACTIL CON ICONOS DE INFORMACION DIRECTO COMO MEJORA TECNOLOGICA????

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 4.1.1 **Literal:** b) **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

La UNTRM requiere un equipo donde se pueda manipular las configuración de manera fácil y rápida (para el usuario) No tenemos inconveniente que el panel sea táctil/electrónico/analógico, (siempre que no afecte la producción y fácil operación del usuario)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se detalla: La Entidad requiere un equipo donde se pueda manipular las configuración de manera fácil y rápida (para el usuario). El panel puede ser táctil/electrónico/analógico, (siempre que no afecte la producción y fácil operación para el usuario).

Pág. 22

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	18:49:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

HORNO DE 707 LITROS CONVECCION FORZADA
CON CIRCULACION FORZADA.

SE SOLICITA AL COMITE DETALLAR LA CAPACIDAD EN CABALLOS DEL MOTOR QUE PERMITIRA REALIZAR EL PROCESO DE CIRCULACION. DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DE 707 LITROS SE RECOMIENDA UN MOTOR DE 1.0 HP.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

MEJORAR A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

Que, la información de la capacidad en caballos del motor, es propia de acuerdo al tamaño del equipo y/o fabricante. Siempre que el equipo cumpla con las especificaciones técnicas y funcionamiento de acuerdo a la capacidad del mismo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	18:49:34

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

HORNO DE 707 LITROS CONVECCION FORZADA.

NO SE DETALLA EL MATERIAL DE LA ESTRUCTURA EXTERIOR SE SOLICITA AL COMITE CONSIDERAR QUE ESTE SEA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 TAL CUAL COMO LA CAMARA PRIMARIA. ESTO PERMITE MAYOR DURABILIDAD DEL PRODUCTO AL ESTAR EXPUESTO A LA HUMEDAD.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

MEJORAR A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge:

El horno debe ser de Acero Inoxidable (en todo el recubrimiento interno), y por la parte externa (puede ser Acero Inoxidable ó Acero aluminizado ó similar. Resistente y capaz de soportar el secado y vapores tentativamente/posible corrosivos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se mantiene la parte interna sea en acero inoxidable AISI 304.

Se detalla: La parte externa (puede ser Acero Inoxidable ó Acero aluminizado ó similar. Resistente y capaz de soportar el secado y vapores tentativamente/posible corrosivos.

Pág. 22

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	18:49:34

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

HORNO DE 707 LITROS CONVECCION FORZADA.

TODO EQUIPO DE SECADO PARA MECANICA DE SUELO POR CONVECCION FORZADA REQUIERE UN SISTEMA DE EXTRACCION DE VAPORES CUANDO SE TERMINA EL PROCESO DE SECADO YA QUE ESTO CONCENTRA HUMEDAD. POR ELLO, SE SOLICITA AL COMITE CONSIDERAR UN SISTEMA DE EXTRACCION QUE SE ACTIVE AUTOMATICAMENTE CUANDO SE TERMINA EL CICLO DE SECADO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

MEJORAR A LAS ESPECIFICACIONES TECNICS

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se Acoje:

La UNTRM cuenta con equipos similares con ventilación por convección forzada, las características dependen de las Recomendaciones del Fabricante/Marca. Al ser de tipo de convección forzada debe tener el sistema de activación automática por defecto.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se detalla:

El equipo al ser de tipo de convección forzada debe tener el sistema de activación automática por defecto.

Pág. 23

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

Ruc/código :	20552594704	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	HORNOS Y SERVICIOS FELIX S.A.C.	Hora de envío :	18:49:34

Observación: Nro. 6
Consulta/Observación:
HORNO DE 707 LITROS CONVECCION FORZADA

LOS EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA MECANICA DE SUELOS DEBEN CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIBRACION EMITO POR UNA EMPRESA AUTORIZADA POR INACAL.
SE SOLICITA AL COMITE QUE A LA RECEPCION DEL EQUIPO SE DEBE CONTAR CON DICHO CERTIFICADO PARA SU ENTREGA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se Acoge:
La UNTRM, realiza la contratación de la Calibración, a fin de asegurar que el producto recibido cumple la especificación indicada en el método de ensayo (ASTM D2216-19) 110°C +/- 5°C, esta especificación debe cumplir con carga y en funcionamiento, para asegurar el cumplimiento, la UNTRM contratará a una empresa Acreditada con INACAL DA en Calibración de Hornos para asegurar que el Hornos recibido cumple la especificación solicitada en al menos 10 sectores (internos) del Horno, para garantizar la pluralidad de ofertas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS

Nomenclatura : AS-SM-10-2023-UNTRM/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPOS PARA IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL Y CIENCIAS EXACTAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRIGUEZ DE MENDOZA

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	08/08/2023
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	19:04:09

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

DICE

"4.6 REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL:

DEL PROVEEDOR:

Para equipos de importación.

- Representación oficial en el Perú por parte del fabricante (acreditado con carta de representividad vigente)".

Se solicita al comité de selección retirar este requerimiento, ya que en las especificaciones técnicas de los Items requeridos estan direccionados a ciertas marcas especificas, restringiendo la pluralidad de postores que tengan acceso a esta acreditación, también pueda ser el caso que alguna empresa pueda contar con los equipos más no con la acreditación requerida, es por ello que se solicita al comité de selección retirar este requerimiento.

Gracias por su atención

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara:

Que, la Entidad busca que las empresas que cuentan Representacion Oficial de Marcas reconocidas en la Fabricacion de Hornos, a fin de contar con las garantias (de fabricacion) y facilidades para el soporte tecnico (ante averias) para el caso de requerimiento de piezas, accesorios originales, mantenimiento de personal calificado y/o acreditado, entre otros aspectos necesarios para el mantenimiento de los equipos posterior a la compra. Con el fin de una adecuada operatividad de los equipos que cumplan con los fines de investigación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null