

**PERÚ****Sector Salud****Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas**

**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"**  
**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA**  
**CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

### **ACTA DE ADMISIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**

#### **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 049-2023-INEN**

#### **"ADQUISICIÓN DE CONGELADORA ELÉCTRICA VERTICAL DE 500L"**

En la ciudad de Lima, siendo el día 08 de Marzo de 2024, se reunieron en la Biblioteca del INEN, sito en la Av. Angamos Este N° 2520 Surquillo, los miembros del Comité de Selección, designados mediante Resolución Administrativa N° 310-2023-OGA/INEN, para organizar, conducir y ejecutar el procedimiento de selección de la Adjudicación Simplificada N° 049-2023-INEN para la "Adquisición de Congeladora Eléctrica Vertical de 500L", con la finalidad de proceder con la admisión de ofertas, evaluación y calificación, en concordancia con los Artículos 73°, 74°, 75° y 76° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, los mismos que a continuación se detallan:

#### **Miembros del Comité de Selección que asistieron:**

- ROXANA MARIA DEL CARMEN REGALADO RAFAEL, Presidente Titular
- MARIO ALFONSO GUTIERREZ SANCHEZ, Miembro Titular
- STEPHANIE RODRIGUEZ CURI, Miembro Suplente

Acto seguido el Presidente del Comité de Selección, luego de verificar el quórum respectivo, dio inicio a la sesión informando a los miembros del comité que se han registrado los siguientes participantes con estado Válido, dentro del plazo establecido a través del SEACE:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de registro
1	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Válido	13/12/2023
2	20565911920	ASECO PERU S.A.C.	Válido	13/12/2023
3	10416678125	NIÑO DE GUZMAN BECERRA DANIEL GIOVANI	Válido	13/12/2023
4	20501645517	VITALTEC S.A.C.	Válido	13/12/2023
5	20543306771	CORPORACION CIMMSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIMMSA S.A.	Válido	13/12/2023
6	20447790999	EXPORT PERU GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Válido	13/12/2023
7	20609607123	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	Válido	13/12/2023
8	10164100460	ORTEGA RAZURI NAHUM MARTIN	Válido	13/12/2023
9	10466384947	ORTEGA PEREZ GHESMINNE	Válido	13/12/2023
10	20100329205	H.W.KESSEL S.A.C.	Válido	14/12/2023
11	20524800510	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Válido	14/12/2023
12	20501887286	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	Válido	14/12/2023
13	20604187916	MAYAR MEDICA S.A.C.	Válido	14/12/2023
14	20605876774	A.S. ALLENDE S.A.C.	Válido	14/12/2023
15	20602216609	TECNOLOGIA Y EQUIPAMIENTO KANG S.A.C.	Válido	14/12/2023
16	20602468748	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Válido	15/12/2023
17	20155695901	SISTEMAS ANALITICOS SRL	Válido	15/12/2023
18	20600173881	GRUPO MOZU IMPORT E.I.R.L.	Válido	15/12/2023
19	20477671561	RICAF MEDICAL E.I.R.L	Válido	16/12/2023
20	20609841878	SYSTEM MED S.A.C.	Válido	16/12/2023
21	10158655832	ESPINOZA CASTILLO MIGUEL ANGEL	Válido	18/12/2023
22	20553817804	INTERNATIONAL PROJECT CONSULTING ASSOCIATES S.A.	Válido	18/12/2023
23	20547969783	PROCESAMIENTO ECOLÓGICO SAC - PROECOLO SAC	Válido	18/12/2023
24	20604404291	LARA MEDICAL SOLUTIONS S.A.C.	Válido	23/12/2023
25	10003740582	SANCHEZ FLORES LUIS HUMBERTO	Válido	08/01/2024
26	20566145163	CORPORACION TECNOBIOMEDICA HEALTHCARE DEL PERU S.A.C.	Válido	10/01/2024
27	20460436771	FRIONOX S.A.C.	Válido	12/01/2024
28	20611499591	TVT QONTRATISTAS E.I.R.L.	Válido	23/01/2024
29	20600756932	ALMED DISTRIBUCIONES S.A.C.	Válido	24/01/2024
30	20605753907	INVERSIONES GENERALES LAURA ROCA S.A.C.	Válido	02/02/2024
31	20611260068	MEDILIFE J & B S.A.C.	Válido	09/02/2024
32	20454256141	MEGATECH PERU S.A.C.	Válido	13/02/2024



PERÚ

Sector Salud

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas



**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"**  
**"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA**  
**CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

De los cuales los siguientes participantes presentaron su oferta de manera electrónica a través del SEACE, el día 14 de Febrero de 2024, de acuerdo al reporte de presentación de ofertas del SEACE:

N°	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Estado	Fecha de presentación
1	20524800510	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	Válido	14/02/2024
2	20604187916	MAYAR MEDICA S.A.C.	Válido	14/02/2024
3	20602468748	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	Válido	14/02/2024
4	20600173881	GRUPO MOZU IMPORT E.I.R.L.	Válido	14/02/2024

**ADMISIÓN DE OFERTAS:**

Acto seguido el Comité de Selección informa que, en atención a lo señalado en el Numeral 46.4 del Artículo 46° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual indica que: **"Durante el desempeño de su encargo, el comité de selección está facultado para solicitar el apoyo que requiera de las dependencias o áreas pertinentes de la Entidad, las que están obligadas a brindarlo bajo responsabilidad"**, mediante Memorando N° 004-CS/AS N° 049-2023-INEN, de fecha 15 de Febrero de 2024, se trasladó las ofertas presentadas de manera electrónica en el presente procedimiento de selección por los postores LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C, MAYAR MEDICA S.A.C, PG SCHLUMBOHM S.A.C y GRUPO MOZU IMPORT E.I.R.L, al Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservación y a la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios, para que en su calidad de área usuaria y área técnica respectivamente, evalúen el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos (Especificaciones Técnicas).

En ese sentido, la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios previa coordinación con el Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservación, remitió el Memorando N° 244-2024-OIMS-OGA/INEN adjuntando el Informe N° 091-2024-AGCM-UFIEM-OIMS-OGA/INEN, a través del cual luego de la evaluación realizada, concluyen con lo siguiente:

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA					
Nombre del Procedimiento		"ADQUISICIÓN DE CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL"			
A	PRESENTACIÓN PRINCIPAL	FOLIOS			
		LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C.	MAYAR MEDICA S.A.C.	PG SCHLUMBOHM S.A.C.	GRUPO MOZU IMPORT E.I.R.L.
b	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO				
	DESCRIPCIÓN: CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL SIN L				
	Interior construido en acero inoxidable 304 y exterior de acero inoxidable y/o chapa galvanizada no caliente anticorrosivo y/o hojas de acero laminado en frío con tratamiento anticorrosivo.	15 (no detalla el tipo de acero solicitado)	14 (no detalla el tipo de acero en el interior, solicitado)	17	7 (no detalla el tipo de material exterior del equipo, como se solicita)
	Con gas refrigerante ecológico, libres de CFC y HCFC	14	No detalla en la ficha técnica	17	7
	Aislamiento de pentóxido de esta densidad entre 50mm de espesor como mínimo	14-15	No detalla en la ficha técnica el tipo de material de aislamiento	17	7
	Capacidad: mínimo 500 litros a 900 litros máximo	16	14	18	7
	Puertas o/da de cierre automático con/que juntas magnéticas plegables (faciles de remplazar), cerradura electrónica o llave	15 (no detalla que las puertas cuenten con las juntas magnéticas, como se solicita)	15 (no detalla que las puertas cuenten con las juntas magnéticas, como se solicita)	17	7 (no detalla que las puertas cuenten con las juntas magnéticas, como se solicita)
	Iluminación interior tipo led (opcionales)			20	
	Nivel de ruido: <55 (db)	14	No detalla en la ficha técnica	18	7
	Dimensiones y peso ajustado: 84,0cm. x 103,0cm. x 107,6cm. (alto x ancho x profundidad) y 313kg. (peso).	16	14	18	7
	Alarma de puerta de apertura de 25 min. Apaga	No detalla en la ficha técnica	14	17	No detalla en la ficha técnica
	Sensor de humedad digital	No detalla en la ficha técnica	No detalla en la ficha técnica	18	No detalla en la ficha técnica
	Piedras con fustes frontales o ruedas con bases niveladores	15	14	18	7
	CONTROL				
	Pantalla o display digital, con rango mínimo de 1" para lectura de la temperatura en la cámara interior, gráfico de temperatura en tiempo real en la pantalla	15 (no detalla que el display propuesto muestre un gráfico de temperatura en tiempo real, como se solicita)	15 (no detalla que el display propuesto muestre un gráfico de temperatura en tiempo real, como se solicita)	18-19	7 (no detalla que el display propuesto muestre un gráfico de temperatura en tiempo real, como se solicita)
	Temperatura de trabajo de: -18° a -35° y/o -15° a -35° y/o -15° a -42° y/o -20° a -40° y/o -20° a -42° y/o -20° a -41° C, ajustable con un incremento de 0.1 ° C.	15	No detalla en la ficha técnica	17-18	7
	Control de temperatura variable, con resolución de 0.1 ° C	15	15	18-20	No detalla en la ficha técnica
	Control mediante microprocesador, con dos (02) sensores de temperatura (pt100 y pt100 o NTC) ubicados dentro de la cámara de conservación (ya en evaporación)	No detalla en la ficha técnica	14 (no detalla en la ficha técnica la cantidad ni el tipo de sensores de temperatura, como se solicita)	18-20	7
	Puente de documentación para el envío de datos de registro de temperatura y alarmas ocurridas, con interfaces múltiples, con software para captura de datos del registro y visualización de temperaturas en tiempo real en un ordenador.	15	14	17	No detalla en la ficha técnica
	Puerto usb para descarga de datos	15	14	17-20	7
	Sistema de descongelamiento manual o automático	16	14	17-18	7
	ALARMA				
	Alarma audiovisual para en caso de interrupción de temperatura, falla de energía, sondas defectuosas y/o fallo de sensor y condensador saturado y/o sobrecalentamiento del congelador.	15	14	18-19	7
	Alarma de puerta abierta	15	14	18-19	7
	Subsección de alarmas		No detalla en la ficha técnica	21	7
	Sistema para pruebas de alarmas de temperatura y/o error de comunicación	15	14	16	No detalla en la ficha técnica
	Batería de respaldo por 48 horas, para mostrar la temperatura en la pantalla y para administrar el sistema de alarma en caso de falla de energía	No detalla en la ficha técnica	14	17	7
CONCLUSIÓN		NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE

**PERÚ****Sector Salud****Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas**

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

Es importante señalar que este comité ha revisado de forma integral la documentación presentada por los postores, del cual se ha observado que algunas características técnicas señaladas en la evaluación remitida por el área técnica en coordinación con el área usuaria, difieren con la verificación de este colegiado, de acuerdo al siguiente detalle:

POSTOR	CARACTERÍSTICAS	EVALUACIÓN ÁREA TÉCNICA	VERIFICACIÓN COMITÉ
<b>LAB &amp; HEALTH SUPPLY S.A.C.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batería de respaldo por 48 horas, para mostrar la temperatura en la pantalla y para administrar el sistema de alarma en caso de falla de energía.</li> </ul>	No detalla en la ficha técnica.	Según folio 15 de su oferta, detalla que la batería es más de 24 horas. Sin embargo, no precisa si dicho respaldo será por 48 horas.
<b>MAYAR MEDICA S.A.C.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interior construido en acero inoxidable 304 y exterior de acero inoxidable y/o chapa galvanizada en caliente anticorrosivo y/o hojas de acero laminado en frío con tratamiento anticorrosivo.</li> </ul>	14 (No detalla el tipo de acero en el interior solicitado)	Según folio 16 de su oferta, presenta una carta emitida por el fabricante en la cual detalla que el material interior es de acero AISI 301. Sin embargo, dicha característica no es la solicitada (acero inoxidable 304).
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Con gas refrigerante ecológico, libres de cfc y hcfc</li> </ul>	No detalla en la ficha técnica.	Según folio 16 de su oferta, presenta una carta emitida por el fabricante en la cual acredita dichas características.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aislamiento de poliuretano de alta densidad de 60mm de espesor como mínimo.</li> </ul>	No detalla en la ficha técnica el tipo de material de aislamiento.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puerta sólida de cierre automático con dos juntas magnéticas plegables (fáciles de reemplazar), cerradura electrónica o llave.</li> </ul>	15 (No detalla que las puertas cuenten con las juntas magnéticas como se solicita)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nivel de ruido: &lt; 58 (db).</li> </ul>	No detalla en la ficha técnica.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensor de humedad digital</li> </ul>	No detalla en la ficha técnica.	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control mediante microprocesador, con dos (02) sensores de temperatura (pt1000 ó pt100 o NTC) ubicados dentro de la cámara de conservación (no en evaporador).</li> </ul>	14 (No detalla en la ficha técnica la cantidad ni el tipo de sensores de temperatura como se solicita)	Según folio 14 de su oferta, acredita dicha característica (-20°C a -40°C)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silenciador de alarmas.</li> </ul>	No detalla en la ficha técnica.	
<b>PG SCHLUMBOHM S.A.C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Batería de respaldo por 48 horas, para mostrar la temperatura en la pantalla y para administrar el sistema de alarma en caso de falla de energía.</li> </ul>	Cumple (17)	Según folio 17 de su oferta detalla batería de respaldo, sin embargo, no acredita la cantidad de horas.
<b>GRUPO MOZU IMPORT E.I.R.L</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control de temperatura visible, con resolución de 0.1 °c.</li> </ul>	No detalla en la ficha técnica.	Según folio 7 de su oferta, acredita dicha característica.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Control mediante microprocesador, con dos (02) sensores de temperatura (pt1000 ó pt100 o NTC) ubicados dentro de la cámara de conservación (no en evaporador).</li> </ul>	Cumple (7)	Según folio 7 de su oferta, detalla control mediante microprocesador con dos sensores de temperatura, sin embargo, no indica la ubicación solicitada.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema para pruebas de alarmas de temperatura y/o error de comunicación.</li> </ul>	No detalla en la ficha técnica.	Según folio 7 de su oferta, acredita dicha característica.

Debe advertirse, que “constituye obligación de los postores al amparo de los principios de la normativa de contrataciones, ser diligentes al momento de la presentación de sus ofertas denotando que están sean claras y congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones, es decir que la

**PERÚ****Sector Salud****Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas**

**“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES”  
“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO”**

*información contenida en la(s) oferta(s), deben ser objetiva, clara, precisa y congruente entre sí a fin de posibilitar al comité de selección la verificación directa de lo ofertado por los postores y, de esta forma, corroborar si lo descrito es concordante con lo requerido por la Entidad”.*

Teniendo en cuenta lo señalado resulta obligatorio que el comité de selección que al realizar la evaluación de las ofertas las realice de forma integral o conjunta, lo que implica que efectué el análisis de la totalidad de los documentos que se presentan, lo cuales deben contener información plenamente consistente y congruente; pues caso contrario de observarse información **contradictoria, excluyente o incongruente entre sí**, que no permita tener certeza del alcance de la oferta, corresponderá declarar su no admisión o descalificación<sup>1</sup>, tal como lo ha desarrollado el Tribunal de Contrataciones del Estado en sus diversas Resoluciones.

En virtud del análisis detallado expuesto en el cuadro anterior y el apoyo técnico llevada a cabo por la Oficina de Ingeniería, Mantenimiento y Servicios en coordinación con el Laboratorio de Histocompatibilidad y Criopreservación, cada una en su rol de área técnica y usuaria respectivamente, en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de acuerdo al Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias, este comité concluye lo siguiente:

DOCUMENTOS	POSTORES			
	LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C	MAYAR MEDICA S.A.C	PG SCHLUMBOHM S.A.C	GRUPO MOZU IMPORT E.I.R.L
	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
a) Declaración jurada de datos del postor <b>(Anexo N° 1)</b>	SI	SI	SI	SI
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI	SI	SI	SI
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. <b>(Anexo N° 2)</b>	SI	SI	SI	SI
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. <b>(Anexo N° 3)</b>	SI	SI	SI	SI
e) Folletería y/o instructivos y/o catálogos y/o similares y/o carta emitida por el fabricante en original o copia simple precisando la marca, modelo y capacidad, y que permita demostrar que su equipo y sus accesorios ofertados cumplen con las características técnicas señaladas específicamente en el literal A.1 de las especificaciones técnicas, además se deberá presentar una matriz de cumplimiento identificando el folio, página, párrafo, cuadro, etc, de la folletería y/o instructivos y/o catálogos y/o similares, donde se encuentren las características solicitadas	<b>NO</b> No cumple con acreditar todas las características solicitadas en el Inciso A1	<b>NO</b> No cumple con acreditar todas las características solicitadas en el Inciso A1	<b>NO</b> No cumple con acreditar todas las características solicitadas en el Inciso A1	<b>NO</b> No cumple con acreditar todas las características solicitadas en el Inciso A1
f) Declaración jurada de plazo de entrega. <b>(Anexo N° 4)</b>	SI	SI	SI	SI
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. <b>(Anexo N° 5)</b>	<b>NO</b> CORRESPONDE	<b>NO</b> CORRESPONDE	<b>NO</b> CORRESPONDE	<b>NO</b> CORRESPONDE
h) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el <b>Anexo N° 6</b> .  El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	SI	SI	SI	SI
<b>ESTADO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>

En ese sentido, de acuerdo a la revisión a los documentos de presentación obligatoria y del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Capítulo III, y a todo lo expuesto en los párrafos precedentes este colegiado ha decidido **NO ADMITIR** las ofertas

<sup>1</sup> Resolución N° 0381-2019-TCE-S1 y Resolución N° 01962-2020-TCE-S1

Sumilla: "(...) cabe señalar que cada postor debe ser diligente, y presentar ofertas claras congruentes, de tal manera que el comité de selección pueda evidenciar lo que el postor se encuentra ofertando sin recurrir a interpretaciones".





PERÚ

Sector Salud

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas



**"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"  
"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA  
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"**

presentadas por los postores LAB & HEALTH SUPPLY S.A.C, MAYAR MEDICA S.A.C, PG SCHLUMBOHM S.A.C y GRUPO MOZU IMPORT E.I.R.L.

En consecuencia, de acuerdo a lo expuesto y por los argumentos señalados, y en concordancia a lo establecido en el Artículo 65° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, y conforme a los resultados de la NO ADMISIÓN de las ofertas presentadas por las empresas, el Comité de selección acuerda **DECLARAR DESIERTO**, el presente Procedimiento de Selección de **Adjudicación Simplificada N° 049-2023-INEN** para la "Adquisición de Congeladora Eléctrica Vertical de 500L", por no contar con ninguna oferta válida.

Finalmente, no habiendo observación alguna, los presentes procedieron a suscribirla en señal de conformidad; y no teniendo más que tratar, se dio por finalizada la sesión.

ROXANA MARIA DEL CARMEN REGALADO RAFAEL  
PRESIDENTE TITULAR

MARIO ALFONSO GUTIERREZ SANCHEZ  
MIEMBRO TITULAR

STEPHANIE RODRIGUEZ CURI  
MIEMBRO SUPLENTE