

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CUAL ES LA FECHA DESTINADA PARA LAS VISITAS TÉCNICAS, QUIEN ES LA PERSONA DE CONTACTO PARA REALIZAR DICHAS VISITAS Y PORQUE MEDIO SE SOLICITARAN Y APROBARAN LAS VISITAS.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II-2.2.1.1 Literal: F **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LAS VISITAS TECNICAS ESTAN PROGRAMADAS PARA EL DIA 27 DE SETIEMBRE DEL 2023 DE 8:00 AM A 9:00 AM, PARA LO CUAL DEBERA ACERCARSE A LA OFICINA DE LOGISTICA DEL HNDAC EN DICHO HORARIO, Av. Guardia Chalaca 2176, Bellavista - Callao

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAS VISITAS TECNICAS ESTAN PROGRAMADAS PARA EL DIA 27 DE SETIEMBRE DEL 2023 DE 8:00 AM A 9:00 AM, PARA LO CUAL DEBERA ACERCARSE A LA OFICINA DE LOGISTICA DEL HNDAC EN DICHO HORARIO, Av. Guardia Chalaca 2176, Bellavista - Callao

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PLANTA GENERADORA DE OXIGENO FIJA No 1 - ACTIVIDADES. SEÑALAN: INSPECCIÓN VISUAL DE ESTADO DE COMPONENTES DE TABLERO ELECTRICO MEGADO DE MOTOR, INSPECCION DE ESTADO DE CABLES. CONSULTA: DE ENCONTRASE EL MOTOR ELÉCTRICO EN BAJAS CONDICIONES DE AISLAMIENTO DE FASES CUAL ES EL REQUERIMIENTO A CUMPLIR, CAMBIO DEL EQUIPO REPARACIÓN DEL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Reparacion del Equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:
PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO FIJA NO. 1 - ACTIVIDADES.
DICE: INSPECCIÓN DEL VENTILADOR DEL MOTOR

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Reparación de Accesorio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO FIJA No1 - SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

DICE: RELLENADO O CAMBIO DE ZEOLITA DEL GENERADOR DE OXIGENO.

CONSULTA: PARA PODER VERIFICAR EL ESTADO DE ZEOLITA SE DEBE REALIZAR UNA INSPECCION VISUAL, PARA LA CUAL QUE TANTO ACCESO SE TIENE PERMITIDO AL MOMENTO DE LA INSPECCION O VISITA TECNICA O CUAL ES EL REQUERIMIENTO ESPECIFICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor podra revisar con su equipo tecnico para desarrollar una propuesta optima, interviniendo en los equipos bajo supervicion de personal tecnico de la Oficina de Infraestructura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO FIJA No1-
MANTENIMIENTO GENERAL DEL SECADOR PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
DICE: REVISAR COMPRESOR FRIGORÍFICO
CONSULTA: CUAL ES EL REQUERIMIENTO ESPECIFICO DE ENCONTRARSE CON ALGUNA FALLA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** - **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Reparacion del Equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO FIJA No 1 - CUAL ES EL REQUERIMIENTO ESPECIFICO DE ENCONTRARSE CON ALGUNA FALLA.
DICE: VERIFICACIÓN DE CÓDIGO DE COLORES EN LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
CONSULTA: CUAL ES EL REQUERIMIENTO ESPECIFICO DE ENCONTRARSE CON ALGUNA FALLA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Corrección de código de colores con termo contraible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO FIJA No 1 - MANTENIMIENTO GENERAL DEL SECADOR PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
DICE: VERIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE TÉRMICOS Y CABLES CORRESPONDAN.
CONSULTA: CUAL ES EL REQUERIMIENTO ESPECIFICO DE ENCONTRARSE CON ALGUNA FALLA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cambio de accesorios, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MÓVIL No 6 - MANTENIMIENTO GENERAL DE "COMPRESOR DE AIRE" PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO - ACTIVIDADES A REALIZAR.
DICE: MEGADO DE MOTOR
CONSULTA: CUAL ES EL REQUERIMIENTO ESPECIFICO DE ENCONTRARSE VALORES POR DEBAJO DE LA NORMATIVA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Reparacion del Equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MÓVIL No 6 - MANTENIMIENTO GENERADOR DE OXIGENO PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. DICE:RELLENADO O CAMBIO DE ZEOLITA DE GENERADOR DE OXIGENO. CONSULTA:PARA PODER VERIFICAR EL ESTADO DE ZEOLITA SE DEBE REALIZAR UNA INSPECCIÓN VISUAL, PARA LA CUAL QUE TANTO ACCESO SE TIENE PERMITIDO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA O CUAL ES EL REQUERIMIENTO ESPECIFICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor podrá revisar con su equipo técnico para desarrollar una propuesta optima, interviniendo en los equipos bajo supervisión de personal técnico de la Oficina de Infraestructura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MÓVIL No 6 -
MANTENIMIENTO GENERADOR DE OXIGENO PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
DICE:INSPECCIÓN VISUAL DE ESTADO DE CABLES ELÉCTRICOS (RE SEQUEDAD RUPTURA Y EXPOSICIÓN)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Cambio de accesorios, para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS GEMELAS GENERADORA DE OXIGENO MÓVIL No 3 y No 4 - ACTIVIDADES A REALIZAR.

DICE: MEGADO DE MOTOR

CONSULTA: CUAL ES EL REQUERIMIENTO ESPECIFICO DE ENCONTRARSE VALORES POR DEBAJO DE LA NORMATIVA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Reparacion del Equipo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

PLAN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS GEMELAS GENERADORA DE OXIGENO MÓVIL No 3 y No 4 -MATERIAL DESECANTE DEL GENERADOR DE OXIGENO.
DICE: ZEOLITA DEL GENERADOR DE OXIGENO
CONSULTA:PARA PODER VERIFICAR EL ESTADO DE ZEOLITA SE DEBE REALIZAR UNA INSPECCIÓN VISUAL, PARA LA CUAL QUE TANTO ACCESO SE TIENE PERMITIDO AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN O VISITA TÉCNICA O CUAL ES EL REQUERIMIENTO ESPECIFICO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: - Página: 38-9

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor podrá revisar con su equipo técnico para desarrollar una propuesta optima, interviniendo en los equipos bajo supervisión de personal técnico de la Oficina de Infraestructura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

REQUIEREN PRESENTAR EN LA OFERTA "FICHAS TÉCNICAS DE TODOS LOS COMPONENTES A SUMINISTRAR SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA.

CONSULTA: SÍRVANSE INDICAR ESPECÍFICAMENTE CUALES SON LOS COMPONENTES A SUMINISTRAR O EL NUMERAL /LITERAL EN EL QUE SE ENUMERAN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** II-2.2.1.1 **Literal:** e) **Página:** 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBERA CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES Y EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, PARA LO CUAL DEBERA ADJUNTAR LAS FICHAS TECNICAS DE LOS BIENES A SUMINISTRAR E INSTALAR, LOS CUALES SE ENCUENTRAN ENNUMERADOS EN EL NUMERAL 4.1.2 DE LOS TDR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR- ACTIVIDADES - GENERAL.

En las bases se requiere de forma obligatoria la realización de una visita técnica con el objetivo de contemplar todas las actividades necesarias para la correcta operación de todo el sistema.

CONSULTA: ¿Lo que quiere la entidad es que los postores realicemos un diagnostico de las plantas y definamos las reparaciones a ejecutar y los repuestos y componentes necesarios para su funcionamiento?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III-4.1.1 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La visita previa al envío de las ofertas serán importante para contemplar todo lo necesario para cumplir con el objetivo de la contratación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR- ACTIVIDADES - GENERAL.

En las bases se requiere de forma obligatoria la realización de una visita técnica con el objetivo de contemplar todas las actividades necesarias para la correcta operación de todo el sistema.

CONSULTA:Siendo la contratación a Suma Alzada, sistema de contratación que se aplica cuando las cantidades, magnitudes y calidades se encuentren claramente definidas en las características técnicas de los bienes, servicios u obras que se vayan a adquirir o ejecutar. Es decir, cuando se sabe a ciencia cierta ¿cuánto de qué cosa necesitamos¿, habiéndose realizado una indagación de mercado, solicitamos se sirvan alcanzar los diagnostico de las plantas efectuadas por las empresas que presentaron su cotización y fueros validadas por la Entidad, a fin de que se tengan ofertas homogéneas y comparables entre si en términos de calidad y precio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 4.1.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que el valor estimado del presente procedimiento de selección es reservado, este colegiado precisa que no es posible adjuntar a las bases integradas las cotizaciones obtenidas en la etapa de indagacion de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION

Nomenclatura : AS-SM-21-2023-CS/HNDAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (04) PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL DEL HNDAC

Ruc/código :	20602993532	Fecha de envío :	21/09/2023
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y SERVICIOS GENERALES TRADE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TSG TRADE S.A.C.	Hora de envío :	00:20:04

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO.

Conforme se aprecia de las bases se plantea dar puntaje a las ofertas que mejoren el plazo de prestación del servicio de 45 días calendario.

CONSULTA: Conforme se aprecia de las bases, as visita técnica obligatoria previa a la oferta, tiene por objeto que cada postor realice una diagnostico de las Plantas y defina los componentes y repuestos que requerirá para reparar los equipos, nada de los cual esta definido en los términos de referencia, por lo que resulta excesivo y temerario asignar puntaje a menores plazos de ejecución, cuando no se sabe que actividades y repuestos se requieren para las reparaciones y el tiempo que tome obtenerlos. Por lo que, solicitamos se retire el factor de evaluación Plazo de Prestación del Servicio.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Considerando que los factores de evaluación son facultativos, asimismo teniendo en consideración que la reparación de las plantas de oxigeno son de suma urgencia para el nosocomio, este colegiado decide no acoger la presente observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null