

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM
Nomenclatura :	AS-SM-26-2024-DEVIDA-UE006/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50°C A 150°C, REFRACTOMETRO, TERMOHIGRÓMETRO, BALANZA DE PRECISION, MEDIDOR DE HUMEDAD, PESO Y TEMPERATURA DE GRANOS, PHMETRO MULTIPLE PORTÁTIL, MEDIDOR PORTATIL DE OXÍGENO DISUELTO, TERMÓMETRO DIGITAL, ICTIÓMETRO,BALANZA ELECTRONICA,TERMOMETRO DE CANASTILLA Y LECTOR DE MICROCHIP DE MANO PARA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES, PARA LAS ACTIVIDADES ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM- CULTIVO DE CACAO Y ACUICULTURA-OZ SAN FRANCISCO¿ UE 006-DEVIDA-VRAEM¿

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	18:50:55

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DICE:
1.9. PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 15 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de recibida la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar una ampliación de 45 días calendario dado que los bienes requeridos para las actividades de CACAO y ACUICULTURA, requieren ser fabricados, pasar por pruebas de calidad así como el medidor de oxígeno disuelto, balanzas y phmetro múltiple portátil, requieren de estas pruebas para así poder ser comercializadas además de ello estos ítems deben de pasar por un proceso logístico hasta el Perú y se deberá llevar hasta el Almacén de la UE N°006 DEVIDA VRAEM (Pichari), Provincia de la Convención, Región Cusco. Por lo que un plazo de 15 días calendario no se adecuaría para la cantidad de bienes solicitados en el presente proceso.

1.9. PLAZO DE ENTREGA
Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 45 días calendario, contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato o de recibida la orden de compra, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
De acuerdo a la consulta emitida por el postor CUPRUM METAL TRADING SAC, en la que solicita al comité de selección la ampliación de 45 días calendarios dado que los bienes requeridos para las actividades de cacao y acuicultura, requieren ser fabricados, pasar por pruebas de calidad.... en ese sentido el comité de selección aclara la presente consulta indicando que los bienes a adquirir son bienes comunes y de fácil adquisición comercial, en ese sentido se mantiene el plazo de entrega de 15 días calendarios.
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM
Nomenclatura :	AS-SM-26-2024-DEVIDA-UE006/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50°C A 150°C, REFRACTOMETRO, TERMOHIGRÓMETRO, BALANZA DE PRECISION, MEDIDOR DE HUMEDAD, PESO Y TEMPERATURA DE GRANOS, PHMETRO MULTIPLE PORTÁTIL, MEDIDOR PORTATIL DE OXÍGENO DISUELTO, TERMÓMETRO DIGITAL, ICTIÓMETRO,BALANZA ELECTRONICA,TERMOMETRO DE CANASTILLA Y LECTOR DE MICROCHIP DE MANO PARA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES, PARA LAS ACTIVIDADES ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM- CULTIVO DE CACAO Y ACUICULTURA-OZ SAN FRANCISCO¿ UE 006-DEVIDA-VRAEM¿

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	18:50:55

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DICE:
TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50C A 150°C
Rango de temperatura -50C + 150C (-58°F+302°F)

Se solicita al Comité Evaluador si se puede aceptar mejoras técnicas en cuanto al rango de temperatura solicitado, dado que cada fabricante puede tener mejores especificaciones técnicas, en cuanto al rango de temperatura siendo así valores mejores o valores que contengan el rango requerido.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el postor CUPRUM METAL TRADING SAC, este comité precisa que los rangos de temperatura establecidos se encuentran dentro del común indicador de los cualquier tipo de termómetro con las características solicitadas, por la que se aclara la presente consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM		
Nomenclatura :	AS-SM-26-2024-DEVIDA-UE006/CS-2		
Nro. de convocatoria :	2		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50°C A 150°C, REFRACTOMETRO, TERMOHIGRÓMETRO, BALANZA DE PRECISION, MEDIDOR DE HUMEDAD, PESO Y TEMPERATURA DE GRANOS, PHMETRO MULTIPLE PORTÁTIL, MEDIDOR PORTATIL DE OXÍGENO DISUELTO, TERMÓMETRO DIGITAL, ICTIÓMETRO,BALANZA ELECTRONICA,TERMOMETRO DE CANASTILLA Y LECTOR DE MICROCHIP DE MANO PARA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES, PARA LAS ACTIVIDADES ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM- CULTIVO DE CACAO Y ACUICULTURA-OZ SAN FRANCISCO¿ UE 006-DEVIDA-VRAEM¿		

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	18:50:55

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DICE:
TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50C A 150°C
2. Resolución: 0.1C / 0.1°F
3. precisión: ± 1C/± 1.8°F aprox.
6. Resolución: 0.1C / 0.1°F

Se solicita al Comité de Selección si se pueden aceptar rangos aproximados +/- 1°C y +/- 1°F, para que así pueda haber una pluralidad de postores para el presente proceso, quedando así de la siguiente manera:

TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50C A 150°C
2. Resolución: 0.1C (+/- 1°C) / 0.1°F (+/-1°F) aprox.
3. precisión: ± 1C (+/- 1°C) /± 1.8°F (+/-1°F) aprox.
6. Resolución: 0.1C (+/- 1°C) / 0.1°F (+/-1°F) aprox.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta emitida por el postor CUPRUM METAL TRADING SAC, en la que solicita al Comité de Selección si se pueden aceptar rangos aproximados +/- 1°C y +/- 1°F, para que así pueda haber una pluralidad de postores para el presente proceso, quedando así de la siguiente manera:

TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50C A 150°C
2. Resolución: 0.1C (+/- 1°C) / 0.1°F (+/-1°F) aprox.
3. precisión: ± 1C (+/- 1°C) /± 1.8°F (+/-1°F) aprox.
6. Resolución: 0.1C (+/- 1°C) / 0.1°F (+/-1°F) aprox. En ese sentido el comité de selección admite totalmente la presente consulta y procederá a modificar en las bases estándar de adjudicación en el numeral III, literal 3.1 de la pag. 20.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procedra a incorporar en las Especificaciones tecnica de las Bases Estandar de adjudicacion en el Numeral III ALCANCES Y DESCRIPCIONES DE LOS BIENES A ADQUIRIR, en el literal 3.1 Denominacion, debera consignarse lo siguiente:

1. Rango de temperatura -50°C + 150°C (-58°F + 302°F).
2. Resolución: 0.1°C(+/- 1°C) / 0-1°F (+/-1°F) aprox.
3. Precisión: +1°C (+/- 1°C) / + 1.8°F (+/-1°F) aprox.
4. A prueba de Agua IP67(WATERPROOF).
5. Selección: °C o °F.
6. Resolución: 0.1°C (+/- 1°C) / 0.1 °F (+/- 1°F) aprox.
7. Largo del punzón: 125mm a 145mm.
8. Con estuche protector y Clip.
9. Indicador de energía baja.

Un estuche de protección.

Entidad convocante :	UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM
Nomenclatura :	AS-SM-26-2024-DEVIDA-UE006/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50°C A 150°C, REFRACTOMETRO, TERMOHIGRÓMETRO, BALANZA DE PRECISION, MEDIDOR DE HUMEDAD, PESO Y TEMPERATURA DE GRANOS, PHMETRO MULTIPLE PORTÁTIL, MEDIDOR PORTATIL DE OXÍGENO DISUELTO, TERMÓMETRO DIGITAL, ICTIÓMETRO,BALANZA ELECTRONICA,TERMOMETRO DE CANASTILLA Y LECTOR DE MICROCHIP DE MANO PARA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES, PARA LAS ACTIVIDADES ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM- CULTIVO DE CACAO Y ACUICULTURA-OZ SAN FRANCISCO¿ UE 006-DEVIDA-VRAEM¿

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	18:50:55

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

DICE:
TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50C A 150°C
4. A prueba de agua IP67 (WATERPROOF)

Se solicita al Comité de Selección si se puede aceptar un nivel de protección desde la IP65 o mejor, a fin de promover la participación de proveedores para evitar que el proceso quede desierto y por consiguiente poder tener una mayor apertura de ofertas.

4. A prueba de agua IP65 o mejor

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a la consulta planteada por el postor CUPRUM METAL TRADING SAC, en donde solicita al Comité de Selección si se puede aceptar un nivel de protección desde la IP65 o mejor, a fin de promover la participación de proveedores para evitar que el proceso quede desierto y por consiguiente poder tener una mayor apertura de ofertas, este comité precisa que el bien a adquirir requiere del tipo de protección IP67, debido que el termómetro se emplearan para medir temperaturas en inmercion a mas de 200mm, por la que se aclara la presente consulta y a la ves no se admite.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	UNIDAD DE GESTIÓN DE APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL VRAEM
Nomenclatura :	AS-SM-26-2024-DEVIDA-UE006/CS-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50°C A 150°C, REFRACTOMETRO, TERMOHIGRÓMETRO, BALANZA DE PRECISION, MEDIDOR DE HUMEDAD, PESO Y TEMPERATURA DE GRANOS, PHMETRO MULTIPLE PORTÁTIL, MEDIDOR PORTATIL DE OXÍGENO DISUELTO, TERMÓMETRO DIGITAL, ICTIÓMETRO,BALANZA ELECTRONICA,TERMOMETRO DE CANASTILLA Y LECTOR DE MICROCHIP DE MANO PARA IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES, PARA LAS ACTIVIDADES ¿CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES EN EL ÁMBITO DEL VRAEM- CULTIVO DE CACAO Y ACUICULTURA-OZ SAN FRANCISCO¿ UE 006-DEVIDA-VRAEM¿

Ruc/código :	20518676700	Fecha de envío :	11/10/2024
Nombre o Razón social :	CUPRUM METAL TRADING SAC	Hora de envío :	18:50:55

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

DICE:
TERMOMETRO DIGITAL PUNZON PARA ALIMENTOS DE -50C A 150°C
7. Largo del Punzon: 133mm
Se solicita al Comité de Selección si este requerimiento puede ser según fabricante, con la finalidad de evitar direccionamientos requerimos al Comité de Selección que este requerimiento sea según fabricante para así promover la participación de postores en la apertura de ofertas.
7. Largo del Punzon: 133mm o según fabricante

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con relación a la consulta planteada por el postor CUPRUM METAL TRADING SAC, donde se solicita al Comité de Selección que el Largo del punzón si este requerimiento puede ser según fabricante, con la finalidad de evitar direccionamientos requerimos al Comité de Selección que este requerimiento sea según fabricante para así promover la participación de postores en la apertura de ofertas... en ese sentido el comité de selección con la finalidad de promover la participación de postores, admite parcialmente la presente consulta, donde se va a considerar en las bases estándar de adjudicación un rango de 125mm a 145mm el largo del punzon.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se procedra a incorporar en las Especificaciones tecnica de las Bases Estandar de adjudicacion en el Numeral III ALCANCES Y DESCRIPCIONES DE LOS BIENES A ADQUIRIR, en el literal 3.1 Denominacion, debera consignarse lo siguiente:

1. Rango de temperatura -50°C + 150°C (-58°F + 302°F).
2. Resolución: 0.1°C(+/- 1°C) / 0-1°F (+/-1°F) aprox.
3. Precisión: +1°C (+/- 1°C) / + 1.8°F (+/-1°F) aprox.
4. A prueba de Agua IP67(WATERPROOF).
5. Selección: °C o °F.
6. Resolución: 0.1°C (+/- 1°C) / 0.1 °F (+/- 1°F) aprox.
7. Largo del punzón: 125mm a 145mm.
8. Con estuche protector y Clip.
9. Indicador de energía baja.

Un estuche de protección.