

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SERVIDOR 1: Sobre el procesador del servidor, Dice; Procesador intel , cada servidor debe contar como minimo 2 procesadores instaladores y debe poder escalar 4.

Sírvase confirmar que se aceptará procesadores al menos de generación dos como mínimo para mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Anexo 1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA que los postores deberán ofertar las característica de procesadores solicitados en las bases. Por vigencia tecnología no se aceptaran equipos con mas de una generación de cpu considerando la ultima lanzada al mercado por los fabricantes. (Generacion 3 o Generacion 4)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

SERVIDOR 1: conectividad . Dice Dos (02) puertos LAN de 10GbE autosense, un (01) puerto 10/100/1000 Base-t para administracion, El servidor debe soportar 12 tarjetas PCI como minimo.

Sírvase confirmar si son puertos 10GbE en base-t o fibra óptica

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1

Literal: Anexo 1

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA que los puertos son 10GbE en base-t

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SERVIDOR 1: conectividad . Dice Dos (02) puertos LAN de 10GbE autosense, un (01) puerto 10/100/1000 Base-t para administracion, El servidor debe soportar 12 tarjetas PCI como minimo.

Sírvase confirmar si son puertos 10GbE en base-t o fibra óptica

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: Sistema Op Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA que los puertos son 10GbE en base-t

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SERVIDOR 1: Por favor, indicar que marca, modelo y número de serie (o tag de servicio) de los switches a los que se conectara el servidor para el cableado de los puertos de datos. Si los switches existentes tienen puertos de fibra, es necesario proveer los transceivers?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que los switch serán adquiridos de manera independiente, por lo tanto NO es necesario proveer los transceivers

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SERVIDOR 1: Por favor, indicar que marca, modelo y numero de serie (o tag de servicio) de los switches a los que se conectara el servidor para el cableado del puerto de administración. Si los switches existentes tienen puertos de fibra, es necesario proveer los transceivers?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 1 Literal: Conectividad Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que los switch serán adquiridos de manera independiente, por lo tanto NO es necesario proveer los transceivers

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

SERVIDOR 1: Por favor, indicar la distancia entre los switches de datos y el lugar asignado para la instalación del servidor en el rack.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA que los switches de datos serán adquiridos e instalados dentro del rango contemplado en la propuesta de quien resulte adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SERVIDOR 1: Por favor, indicar la distancia entre el switch de administración y el lugar asignado para la instalación del servidor en el rack.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA que los switches de datos serán adquiridos e instalados dentro del rango contemplado en la propuesta de quien resulte adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SERVIDOR 1: Por favor, indicar si cuentan con dos tomas C13 disponibles para conectar las fuentes de energía del servidor en el rack.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que la entidad contara con dos tomas C13 disponibles para conectar las fuentes de energía del servidor en el racks.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SERVIDOR 1: Sírvase confirmar que en referencia al mantenimiento preventivo el mismo será realizado por ESSALUD, el proveedor solo deberá ofertar la garantía de fabrica del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.13.2 **Literal:** Mantenimie **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, los postores deberán considerar realizar los mantenimientos preventivos de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SERVIDOR 2: Sobre el procesador del servidor, Dice; Procesador intel , cada servidor debe contar como minimo 2 procesadores instaladores y debe poder escalar 4.

Sírvase confirmar que se aceptará procesadores al menos de generación dos como mínimo para mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Anexo 1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que los postores deberán ofertar las característica de procesadores solicitados en las bases. Por vigencia tecnología no se aceptaran equipos con mas de una generación de cpu considerando la ultima lanzada al mercado por los fabricantes. (Generación 3 o Generación 4)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SERVIDOR 2: conectividad . Dice Dos (02) puertos LAN de 10GbE autosense, un (01) puerto 10/100/1000 Base-t para administracion, El servidor debe soportar 12 tarjetas PCI como minimo.

Sírvase confirmar si son puertos 10GbE en base-t o fibra óptica

Acápite de las bases : Sección: Anexos

Numeral: 1

Literal: Anexo 1

Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que los puertos son 10GbE en base-t

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SERVIDOR 2: Sírvasse confirmar que el soporte de la licencia de virtualización y sistema operativo es por el plazo de un año.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Sistema Op **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que el soporte para la licencia de virtualización debe ser por 1 año.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SERVIDOR 2: Por favor, indicar que marca, modelo y número de serie (o tag de servicio) de los switches a los que se conectara el servidor para el cableado de los puertos de datos. Si los switches existentes tienen puertos de fibra, es necesario proveer los transceivers?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que los switch serán adquiridos de manera independiente, por lo tanto NO es necesario proveer los transceivers

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SERVIDOR 2: Por favor, indicar que marca, modelo y numero de serie (o tag de servicio) de los switches a los que se conectara el servidor para el cableado del puerto de administración. Si los switches existentes tienen puertos de fibra, es necesario proveer los transceivers?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que los switch serán adquiridos de manera independiente, por lo tanto NO es necesario proveer los transceivers

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SERVIDOR 2: Por favor, indicar la distancia entre los switches de datos y el lugar asignado para la instalación del servidor en el rack.

Acápites de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA que los switches de datos serán adquiridos e instalados dentro del rango contemplado en la propuesta de quien resulte adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SERVIDOR 2: Por favor, indicar la distancia entre el switch de administración y el lugar asignado para la instalación del servidor en el rack.

Acápíte de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que los switches de datos serán adquiridos e instalados dentro del rango contemplado en la propuesta de quien resulte adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SERVIDOR 2: Por favor, indicar si cuentan con dos tomas C13 disponibles para conectar las fuentes de energía del servidor en el rack.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 1 **Literal:** Conectividad **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA que la entidad contara con dos tomas C13 disponibles para conectar las fuentes de energía del servidor en el racks.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-17-2023-ESSALUD/RAJUNIN-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE SOLUCION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES MEDICAS EN LA RED ASISTENCIAL JUNIN

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20516605104 | Fecha de envío : | 04/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | INTEGRIT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INTEGRIT S.A.C. | Hora de envío : | 18:39:38 |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SERVIDOR 2: Sírvase confirmar que en referencia al mantenimiento preventivo el mismo será realizado por ESSALUD, el proveedor solo deberá ofertar la garantía de fabrica del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: General **Numeral:** 5.13.2 **Literal:** Mantenimie **Página:** 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En relación a la consulta realizada por el participante y teniendo a la vista la carta N° 63-DSI-OA-GRAJ-ESSALUD-2023, SE ACLARA, que el postor deberá considerar realizar los mantenimientos preventivos de acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null