

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:21:35

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Referente al punto donde dice: Se considera bienes similares a los siguientes: EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO.

Para mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes como en el caso de postores acreditados como micro y pequeña empresa, solicitamos aceptar bienes similares también mobiliario y/o productos en general fabricados íntegramente de acero inoxidable, considerando que los productos de la convocatoria son mobiliario mas no equipo médico y no se encuentra en la Relación de productos que a la fecha no están sujetas a otorgamiento de registro sanitario según DIGEMID.

Agradeceremos confirmar.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B    **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta esta se acepta, quedando como bienes similares: EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO EN GENERAL.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Bienes similares: EQUIPOS MEDICOS, MOBILIARIO MEDICO, MOBILIARIO EN GENERAL, PRODUCTOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:25:09

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Referente donde dice: FOLLETERIA O MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO O INSERTO

Considerando que EL MOBILIARIO solicitado no es un equipo médico ni dispositivo médico por el cual, no amerita la presentación de folletería o manual de instrucciones de uso o inserto.

Por lo tanto, en base a los principios que rigen las contrataciones: libertad de concurrencia y transparencia que rigen en la ley de contrataciones del estado y para mayor pluralidad de postores y tener un trato justo para todos los participantes, solicitamos retirar o colocar como opcional este documento ya que no aplica a la convocatoria solicitada.

Agradeceremos acoger la observación.

Acápite de las bases :    Sección: General                    Numeral: 3.2                    Literal: A                    Página: 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la observacion efectuada, esta es aceptada retirando la folleteria o manual de instrucción de uso o inserto.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20548581673	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	GESTION DE INGENIERIA APLICADA AL METAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	13:40:55

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Referente: B. PLAZO DE ENTREGA

dice :

De 1 hasta 5 días calendarios : 20 puntos

De 6 hasta 10 días calendarios : 15 puntos

Se solicita en las bases, en requisitos de calificación, para el mejor puntaje que se entreguen los bienes en menor tiempo, sin embargo las cantidades de los bienes solicitados es alto por lo que resulta difícil por no decir imposible que algún postor cuente con el stock de la totalidad de los bienes debido a al gran volumen y espacio, salvo que hubiera alguna coordinación previa con el proveedor.

Por lo tanto, en base a los principios que rigen las contrataciones: libertad de concurrencia y transparencia que rigen en la ley de contrataciones del estado , solicitamos al comité de selección acoger la observación como plazo de entrega 25 días calendarios, a fin de propiciar mayor participación de postores y para así tener un trato justo para todos los participantes. Igualmente solicitamos también se modifique el factor de evaluación del plazo de entrega.

Acápite de las bases :    Sección: General                      Numeral: IV                      Literal: B                      Página: 48

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con resepcto a la observacion efectuada, esta no es aceptada, quedando como plazo de entrega 10 dias calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:40:27

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

En plazo indica que se entregarán en el plazo de DIEZ (10) DIAS CALENDARIOS.

Solicitamos al comité en selección ampliar en tiempo de entrega ya que la cantidad es bastante y para el tema de producción y traslado el tiempo indicado es corto, es por eso que solicitamos que amplíe el tiempo de entrega en 60 días.

**Acápite de las bases :** Sección: General      Numeral: 1.9      Literal: 1.9      **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con resepecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando como plazo de entrega 10 dias calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	10/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:40:27

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

En Habilitación indica en requisitos dos puntos "Ficha técnica del producto" y "Folletería o manual de instrucciones de uso o inserto".

Solicitamos al comité en selección que integrar uno solo "Ficha técnica y/o folletería y/o manual del producto (original o copia simple).

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A    **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, quedando solo con la presentacion de la Ficha Tecnica del Producto

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Ficha tecnica del Producto

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20551260381	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	GRUPO CARDENAS CORPORATION EIRL	Hora de envío :	09:53:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se pide al Comité de Selección, considerar ampliar el plazo de entrega ya que 10 días calendarios son INSUFICIENTES para la cantidad de bienes requeridos. Esto afectaría la concurrencia de postores a nivel nacional, perjudicando su participación de todos.

Con este pequeño plazo para la fabricación solo se daría la opción de participación a empresas que tiene en stock inmediato para entrega dejando fuera a los demás competidores.

Se recomienda considerar el plazo de 25 días calendarios para poder cumplir con la entidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: S/L Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Con respecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando con el plazo de entrega de 10 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20605872566	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION ESPINAL S.A.C. - CORESPI S.A.C.	Hora de envío :	14:04:51

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

En las bases se solicita un plazo de entrega de 10 días, sin embargo; por la cantidad y al ser un producto para fabricación de acuerdo a las medidas solicitadas por el área usuaria, nos encontramos fuera del alcance de los tiempos de entrega solicitados, dirigiendo el proceso a competidores en específico que ya cuente con los productos en stock, por lo tanto solicitamos poder ampliar el plazo de entrega a 45 días calendario contados del día siguiente de la notificación de la orden de compra, a fin de permitir y promover la mayor participación de postores, y tengan consideración en la integración de empresas MYPE, no limitando su participación.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 1    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con resepecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando como plazo de entrega 10 dias calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:00:02

**Consulta: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

En características técnicas indican el tipo de material que es acero inoxidable AISI 304-2B que se debe usar para la fabricación del Biombo de metal de un cuerpo.

Solicitamos al comité en selección para una libre participación de postores en considerar acero inoxidable AISI 304-L, ambos materiales cumplen con las mismas características de resistencia a la oxidación y oxidación, ambos materiales son usados para mobiliarios hospitalarios.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, considerando el acero inoxadable AISI 304-2B o AISI 304-L

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Acero inoxadable AISI 304-2B o AISI 304-L



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:00:02

**Consulta: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**

En características técnicas indican el tipo de material que es acero inoxidable AISI 304-2B que se debe usar para la fabricación del Biombo de metal de tres cuerpos.

Solicitamos al comité en selección para una libre participación de postores en considerar acero inoxidable AISI 304-L, ambos materiales cumplen con las mismas características de resistencia a la oxidación y oxidación, ambos materiales son usados para mobiliarios hospitalarios.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1 Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, considerando el acero inoxadable AISI 304-2B o AISI 304-L

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Acero inoxadable AISI 304-2B o AISI 304-L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:00:02

**Consulta:** Nro. 10

**Consulta/Observación:**

En características técnicas indican el tipo de material que es acero inoxidable AISI 304 que se debe usar para la fabricación de Escalinata-Gradilla de 3 peldaños.  
Solicitamos al comité en selección para una libre participación de postores en considerar acero inoxidable AISI 304-L, ambos materiales cumplen con las mismas características de resistencia a la oxidación y oxidación, ambos materiales son usados para mobiliarios hospitalarios.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 5.1    **Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, considerando el acero inoxadable AISI 304-2B o AISI 304-L

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Acero inoxadable AISI 304-2B o AISI 304-L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20609406349	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	SERVICIOS Y PRODUCTOS MAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:00:02

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

En características técnicas indican el tipo de material que es acero inoxidable AISI 304 que se debe usar para la fabricación de Escalinata-Gradilla de 2 peldaños.

Solicitamos al comité en selección para una libre participación de postores en considerar acero inoxidable AISI 304-L, ambos materiales cumplen con las mismas características de resistencia a la oxidación y oxidación, ambos materiales son usados para mobiliarios hospitalarios.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 5.1      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con respecto a la consulta efectuada, esta es aceptada, considerando el acero inoxadable AISI 304-2B o AISI 304-L

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Acero inoxadable AISI 304-2B o AISI 304-L

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20601826870	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	EQUIPOS Y MOBILIARIOS MEDICOS DEL PERU E.I.R.L.	Hora de envío :	17:23:31

**Observación: Nro. 12**

**Consulta/Observación:**

Estimados señores del Comité de Selección, en las bases de la AS 051-2023-RPSA-1 primera convocatoria, se observa que el tiempo de entrega de los bienes solicitados es de 10 días calendarios, tiempo por el cual, para realizar la fabricación de las cantidades solicitadas y sobre todo en ese material es demasiado corto por lo que solicitamos muy respetuosamente considerar un tiempo de entrega de 20 días, en aras también de permitir mayor participación de postores.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** I    **Literal:** 1.9    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con resepecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando como plazo de entrega 10 dias calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	18:10:54

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

- 1. Descripción y cantidad de los bienes del Biombo de metal de 1 cuerpo, en las características técnicas, cual es el color y el logo institucional?
- 2. Descripción y cantidad de los bienes del Biombo de metal de 1 cuerpo, en las características técnicas, el material de los bastidores que tubos de acero inoxidable 304 2B, la calidad 304 si existe pero el acabado 2B no existe en tubos, la calidad debe ser AISI 304 y el acabado debe ser en Gritt 600 (acabado sanitario).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- "1. El color es blanco y el logo es del gobierno regional con la inscripcion GRA - Salud Red Periferica
- 2. AISI 304 y el acabado debe ser en Gritt 600 (acabado sanitario)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

GRA ¿ SALUD  
RED PERIFERICA AREQUIPA  
AISI 304 y el acabado debe ser en Gritt 600 (acabado sanitario)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	18:10:54

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

- 1. Descripción y cantidad de los bienes del Biombo de metal de 3 cuerpos, en las características técnicas, cual es el color y el logo institucional?
- 2. Descripción y cantidad de los bienes del Biombo de metal de 3 cuerpo, en las características técnicas, el material de los bastidores que tubos de acero inoxidable 304 2B, la calidad 304 si existe pero el acabado 2B no existe en tubos, la calidad debe ser AISI 304 y el acabado debe ser en Gritt 600 (acabado sanitario).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- "1. El color es blanco y el logo es del gobierno regional con la inscripcion GRA - Salud Red Periferica
- 2. AISI 304 y el acabado debe ser en Gritt 600 (acabado sanitario)."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

GRA ¿ SALUD  
RED PERIFERICA AREQUIPA  
AISI 304 y el acabado debe ser en Gritt 600 (acabado sanitario)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20101312781	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION PROGRESO S.A.C.	Hora de envío :	18:10:54

**Observación: Nro. 15**

**Consulta/Observación:**

Por la amplia experiencia que tiene nuestra empresa en procesos de fabricación de biombos, el plazo de entrega de 10 días calendario es exageradamente corto. Si a eso le agregamos el transporte para ser entregado en Arequipa, nadie podría cumplirlo; salvo que haya tenido información para su fabricación o importación. Solicitamos que se amplíe el plazo a 30 días, para permitir que un número mayor de postores participen. Así los usuarios serán beneficiados con productos manufacturados nacionales, que darán ocupación e ingresos a la mano de obra peruana, en momentos de recesión que vivimos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 6    **Página:** 27

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con resepecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada, quedando como plazo de entrega 10 días calendarios

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA - SALUD RED PERIFERICA AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-RPSA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE BIOMBOS DE METAL Y ESCALINATAS PARA LA RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

Ruc/código :	20604339686	Fecha de envío :	13/11/2023
Nombre o Razón social :	INKACEUTICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - INKACEUTICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:43:22

**Consulta: Nro. 16**

**Consulta/Observación:**

Se observa que lo bienes solicitados son para uso médico, por lo que se solicita al comité para garantizar la calidad de los productos ofertados se solicite lo siguiente y sea agregado en las bases integradas como requisito de calificación

- CERTIFICADO ISO 9001: 2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
  - CERTIFICADO ISO 13485: 2016 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA DISPOSITIVO MEDICO
- Dichos certificados deben estar acreditados a nombre del postor.

**Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: III    Literal: 3.1    Página: 45**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con resepecto a la consulta efectuada, esta no es aceptada.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null