

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Entidad convocante :     | GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA   |
| Nomenclatura :           | AS-SM-1-2024-RSP/CS-1  |
| Nro. de convocatoria :   | 1  |
| Objeto de contratación : | Bien   |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿ |

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20551306128               | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C. | Hora de envío :  | 18:21:03   |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 1 Página: 21

CAPITULO III

CARACTERISTICAS TECNICAS

SOLICITAN

¿ VELOCIDAD DE CUADROS /FRAME RATE 1490 F/S

Se solicita al comité de selección si aceptase que la velocidad de cuadros /frame rate mínima fuese de 1388 F/S logrando así mayor pluralidad y participación de postores quedando reformulada de la siguiente manera:

¿ VELOCIDAD DE CUADROS /FRAME RATE COMO MINIMO 1388 F/S

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITED E SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE A FIN DE ASEGURAR UNA MAYOR FLUIDEZ EN LA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN, LO MÍNIMO QUE SE ACEPTARÁ ES QUE EL ECÓGRAFO UNA VELOCIDAD DE 1490 FPS CÓMO MÍNIMO. SE ENTIENDE TAMBIÉN QUE UNA VELOCIDAD DE 1490 FPS CÓMO MÍNIMO PERMITE CAPTURAR Y MOSTRAR IMÁGENES DE MANERA MÁS CONTINUA Y SIN INTERRUPCIONES, LO QUE ES CRUCIAL PARA ESTUDIOS EN MOVIMIENTO, COMO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CARDÍACA O EL FLUJO SANGUÍNEO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAÓ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20551306128               | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C. | Hora de envío :  | 18:21:03   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 2 Página: 21

CAPITULO

CARACTERISTICAS TECNICAS

SOLICITAN

¿ PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DICOM 3.0 CON LICENCIA ACTIVADA EN STORAGE O STORE, WORKLIST, PRINT, MPPS Y QR LIST

Se solicita al comité de selección si aceptase que el QR LIST sea opcional para obtener así mayor pluralidad y participación de postores quedando reformulada de la siguiente manera:

¿ PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DICOM 3.0 CON LICENCIA ACTIVADA EN STORAGE O STORE, WORKLIST, PRINT, MPPS Y/O QR LIST (OPCIONAL).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA QUE DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE ACEPTARÁ CÓMO MÍNIMO QUE EL ECÓGRAFO CUENTE CON LAS MODALIDADES STORAGE, WORKLIST, PRINT Y MPPS CÓMO MÍNIMO. SE ENTIENDE QUE ESTA AMPLIACIÓN NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL ECÓGRAFO NI SIGNIFICA UNA DESVENTAJA OPERATIVA PARA EL OPERADOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN DICOM 3.0 CON LICENCIA ACTIVADA EN STORAGE O STORE, WORKLIST, PRINT, y MPPS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20551306128               | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C. | Hora de envío :  | 18:21:03   |

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

CONSULTA N° 3 Página: 21

CAPITULO

CARACTERISTICAS TECNICAS

SOLICITAN

¿ PESO NO MAYOR A 75 KG

Se solicita al comité de selección si aceptase que el peso del equipo sea máximo de 109 kg para obtener así mayor pluralidad y participación de postores quedando reformulada de la siguiente manera:

¿ PESO NO MAYOR A 109 KG

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 6    **Literal:** 6.1.1    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE A FIN DE ASEGURAR LA FACILIDAD EN EL TRASLADO YA QUE UN ECÓGRAFO LIGERO ES MÁS FÁCIL DE MOVER ENTRE DIFERENTES SALAS O ÁREAS DEL HOSPITAL, LO QUE MEJORA LA EFICIENCIA EN SITUACIONES DONDE SE REQUIEREN ESTUDIOS EN DISTINTOS LUGARES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20551306128               | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C. | Hora de envío :  | 18:21:03   |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 4 Página: 21

CAPITULO

CARACTERISTICAS TECNICAS

SOLICITAN

¿ MODO 3D EN TIEMPO REAL(4D), 44 VOLUMENES POR MINIMO

Se solicita al comité de selección si aceptase que el modo 3d en tiempo real (4d) sea de 28 volúmenes por segundo para obtener así mayor pluralidad y participación de postores quedando reformulada de la siguiente manera:

¿ MODO 3D EN TIEMPO REAL(4D), 28 VOLUMENES POR SEGUNDO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE A FIN DE ASEGURAR UNA ALTA VELOCIDAD DE CAPTURA LO MÍNIMO QUE SE ACEPTARÁ ES UNA VELOCIDAD DE CAPTURA DE 44 VOLÚMENES POR MINUTO. SE INDICA TAMBIÉN QUE UNA VELOCIDAD DE CAPTURA AYUDA EN LA MEJORA DEL DIAGNÓSTICO YA QUE UNA MAYOR VELOCIDAD DE ADQUISICIÓN DE VOLÚMENES PERMITE VISUALIZAR MEJOR MOVIMIENTOS RÁPIDOS, LO QUE FACILITA LA EVALUACIÓN PRECISA DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN MOVIMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20551306128               | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C. | Hora de envío :  | 18:21:03   |

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 5 Página: 21

CAPITULO

CARACTERISTICAS TECNICAS

SOLICITAN

¿ BATERIA INCORPORADA DE FABRICA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTIOS

Se solicita al comité de selección si aceptase que la autonomía de la batería sea mínima de 60 min para obtener así mayor pluralidad y participación de postores quedando reformulada de la siguiente manera:

¿ BATERIA INCORPORADA DE FABRICA CON AUTONOMIA MINIMA DE 60 MINUTIOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE UNA BATERÍA CON UNA AUTONOMÍA DE AL MENOS 90 MINUTOS GARANTIZA QUE EL ECÓGRAFO SIGA FUNCIONANDO SIN INTERRUPCIONES POR UN PERIODO DE TIEMPO CONSIDERABLE, LO QUE ES CRUCIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. ASÍ MISMO, UNA AUTONOMÍA DE 90 MINUTOS PERMITE MOVER EL ECÓGRAFO DE UN LUGAR A OTRO SIN NECESIDAD DE ESTAR CONECTADO CONSTANTEMENTE A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ESTO ES ESPECIALMENTE ÚTIL EN ENTORNOS DE ATENCIÓN MÉDICA COMO EMERGENCIAS, SALAS DE PARTO O PARA REALIZAR ECOGRAFÍAS EN PACIENTES QUE NO PUEDEN SER TRASLADADOS FÁCILMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20551306128               | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C. | Hora de envío :  | 18:21:03   |

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 6 Página: 22

CAPITULO

CARACTERISTICAS TECNICAS

SOLICITAN

¿ SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES D01, D02 Y D03

Se solicita al comité de selección si aceptase para una mejor sustentación colocar numeración/o letras ya que al indicar D01, D02 Y D03 no se sabe con exactitud a que ítem de transductores se refiere.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE LA ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA MIDE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS TEJIDOS, EN PARTICULAR SU ELASTICIDAD O RIGIDEZ. ESTO TIENE UNA GRAN RELEVANCIA CLÍNICA, YA QUE LA ELASTICIDAD DE LOS TEJIDOS PUEDE SER UN INDICADOR IMPORTANTE DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES O ANORMALIDADES, COMO TUMORES, FIBROSIS O INFLAMACIONES. PARA EL CASO DEL TRANSDUCTOR CONVEXO, LA ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA ES UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA ESTUDIOS ABDOMINALES, COMO HÍGADO, RIÑONES O PÁNCREAS. ASÍ TAMBIÉN PARA EVALUAR LAS MASAS ABDOMINALES YA QUE PERMITE AYUDAR A DIFERENCIAR ENTRE LESIONES BENIGNAS Y MALIGNAS. PARA EL TRANSDUCTOR ENDOCAVOTARIO, ES UTILIZADO PARA ESTUDIOS GINECOLÓGICOS, UROLÓGICOS Y PROSTÁTICOS, DONDE LA ELASTOGRAFÍA PUEDE MEJORAR EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS INTERNAS. PARA EL CASO DE LOS TRANSDUCTORES LINEALES, LA ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA ES TILIZADA PARA EVALUAR ESTRUCTURAS SUPERFICIALES COMO TIROIDES, MAMA, MÚSCULOS, TENDONES Y GANGLIOS LINFÁTICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                           |                  |            |
|-------------------------|---------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20551306128               | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | DIAGNOSTICO MEDICO S.A.C. | Hora de envío :  | 18:21:03   |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

CONSULTA N° 7 Página: 22

CAPITULO

CARACTERISTICAS TECNICAS

SOLICITAN

TRANSDUCTOR MULTIRIFRECUENCIAL O DE BANDA ANCHA. SE ACEPTARÁN RANGOS DE FRECUENCIA CON ANCHO DE BANDA MAYOR A LOS SOLICITADOS Y/O DENTRO DE LA TOLERANCIA DE -0.5 MHZ EN EL LIMITE SUPERIOR Y + 0.5 MHZ EN EL LIMITE INFERIOR PERO NO AMBOS A LA VEZ.

Se solicita al comité de selección si aceptase que la tolerancia sea de -1.0 MHZ en el límite superior y +1.0 MHZ en el límite inferior para obtener así mayor pluralidad y participación de postores quedando reformulada de la siguiente manera:

TRANSDUCTOR MULTIRIFRECUENCIAL O DE BANDA ANCHA. SE ACEPTARÁN RANGOS DE FRECUENCIA CON ANCHO DE BANDA MAYOR A LOS SOLICITADOS Y/O DENTRO DE LA TOLERANCIA DE -1.0 MHZ EN EL LIMITE SUPERIOR Y + 1.0 MHZ EN EL LIMITE INFERIOR PERO NO AMBOS A LA VEZ.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6.1.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SE ACEPTARÁ LA OBSERVACIÓN DEL POSTOR ENTENDIENDO QUE LA AMPLIACIÓN NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL ECÓGRAFO NI AFECTA LA CAPACIDAD DE EXPLORACIÓN DE LOS TRANSDUCTORES SOLICITADOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TRANSDUCTOR MULTIFRECUENCIAL O DE BANDA ANCHA. SE ACEPTARÁN RANGOS DE FRECUENCIA CON ANCHO DE BANDA MAYOR A LOS SOLICITADOS Y/O DENTRO DE LA TOLERANCIA DE -1.0 MHZ EN EL LIMITE SUPERIOR Y + 1.0 MHZ EN EL LIMITE INFERIOR PERO NO AMBOS A LA VEZ.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                                      |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20509997340                          | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | Hora de envío :  | 19:26:53   |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

A11. VELOCIDAD DE CUADROS/FRAME RATE 1490 F/S.  
CON EL FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE MARCAS/POSTORES Y EVITAR DIRECCIONAMIENTOS HACIA UNA MARCA EN ESPECIFICA SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR MODIFICAR EL ITEM A11 DE LA SIGUIENTE MANERA  
DEBE DECIR: A11. VELOCIDAD DE CUADROS/FRAME RATE 800 F/S.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: A11 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELEECION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE A FIN DE ASEGURAR UNA MAYOR FLUIDEZ EN LA VISUALIZACIÓN DE LA IMAGEN, LO MÍNIMO QUE SE ACEPTARÁ ES QUE EL ECÓGRAFO UNA VELOCIDAD DE 1490 FPS CÓMO MÍNIMO. SE ENTIENDE TAMBIÉN QUE UNA VELOCIDAD DE 1490 FPS CÓMO MÍNIMO PERMITE CAPTURAR Y MOSTRAR IMÁGENES DE MANERA MÁS CONTINUA Y SIN INTERRUPCIONES, LO QUE ES CRUCIAL PARA ESTUDIOS EN MOVIMIENTO, COMO EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CARDÍACA O EL FLUJO SANGUÍNEO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                                      |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20509997340                          | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | Hora de envío :  | 19:26:53   |

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

A15. CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG, BMP, TIFF Y VIDEO EN FORMATO WMV Y AVI U OTROS FORMATOS SIMILARES.

A FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE MARCAS/POSTORES Y EVITAR DIRECCIONAMIENTOS A UNA MARCA EN ESPECIFICA SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR MODIFICAR EL ITEM A11 DE LA SIGUIENTE MANERA DEBE DECIR: A15. CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG, BMP, TIFF Y VIDEO EN FORMATO WMV O AVI U OTROS FORMATOS SIMILARES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: A15 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELEECION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SE ACEPTARÁ LA OBSERVACIÓN DEL POSTOR ENTENDIENDO QUE LA AMPLIACIÓN NO AFECTA LA CAPACIDAD DE EXPORTACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS DEL ECÓGRAFO A OTRO MEDIO EXTERNO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPACIDAD DE EXPORTAR IMÁGENES EN FORMATO JPEG, BMP, TIFF Y VIDEO EN FORMATO WMV O AVI U OTROS FORMATOS SIMILARES.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                                      |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20509997340                          | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | Hora de envío :  | 19:26:53   |

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

A17. GRABADOR DE DISCO ÓPTICO (CD-RW O DVD-RW) INCORPORADO DE FÁBRICA. CON EL FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE MARCAS/POSTORES Y EVITAR DIRECCIONAMIENTOS A UNA MARCA EN ESPECIFICA SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR MODIFICAR EL ITEM A11 DE LA SIGUIENTE MANERA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: A17 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE A FIN DE ASEGURAR UN FÁCIL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES EN UN CD/DVD LO MÍNIMO QUE SE ACEPTARÁ ES QUE EL GRABADOR ESTÉ INTEGRADO AL ECÓGRAFO. SE PRECISA QUE UN GRABADOR INTEGRADO ELIMINA LOS PROBLEMAS DE CONEXIÓN ENTRE EL ECÓGRAFO Y EL GRABADOR EXTERNO ASÍ COMO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL GRABADOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA,

|                         |                                      |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20509997340                          | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | Hora de envío :  | 19:26:53   |

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

A25. SALIDA DE VIDEO VGA, RGB, S-VIDEO, DVI Y HDMI INCORPORADO EN EL EQUIPO.  
CON EL FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE MARCAS/POSTORES Y EVITAR DIRECCIONAMIENTOS HACIA UNA MARCA EN ESPECIFICA, SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR MODIFICAR EL ITEM A11 DE LA SIGUIENTE MANERA  
DEBE DECIR: A25. SALIDA DE VIDEO VGA, S-VIDEO Y HDMI INCORPORADO EN EL EQUIPO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: A25 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y GARANTIZAR QUE EL ECÓGRAFO TENGA UNA SALIDA DE VIDEO ANALÓGICA Y UNA SALIDA DE VIDEO EN ALTA DEFINICIÓN LO MÍNIMO QUE SE ACEPTARÁ ES QUE EL ECÓGRAFO CUENTE CON SALIDA DE VIDEO S-VIDEO Y DVI..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SALIDA DE VIDEO: S-VIDEO Y DVI CÓMO MÍNIMO

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                                      |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20509997340                          | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | Hora de envío :  | 19:26:53   |

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:  
B06. DOPPLER CONTINUO (CW)  
CON EL FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE MARCAS/POSTORES Y EVITAR DIRECCIONAMIENTOS A UNA MARCA EN ESPECIFICA, SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR MODIFICAR EL ITEM A11 DE LA SIGUIENTE MANERA

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 6.1.1      Literal: B06      Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):  
Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:  
EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE EL MODO DOPPLER CONTINUO ES CAPAZ DE MEDIR FLUJOS SANGUÍNEOS A VELOCIDADES MUY ALTAS, ALGO CRUCIAL EN SITUACIONES DONDE HAY ESTENOSIS SEVERA (ESTRECHAMIENTO) DE LOS VASOS SANGUÍNEOS, COMO EN LAS VÁLVULAS CARDÍACAS O EN ARTERIAS ESTRECHADAS. ASÍ TAMBIÉN, EL MODO CONTINUO ES PARTICULARMENTE ÚTIL EN CARDIOLOGÍA, DONDE SE UTILIZA PARA EVALUAR LA FUNCIÓN DE LAS VÁLVULAS CARDÍACAS. EL DOPPLER CONTINUO PUEDE MEDIR LA VELOCIDAD DEL FLUJO SANGUÍNEO A TRAVÉS DE LAS VÁLVULAS Y AYUDAR A DETECTAR CONDICIONES COMO ESTENOSIS VALVULAR (ESTRECHAMIENTO DE LAS VÁLVULAS) O INSUFICIENCIA VALVULAR (FUGAS EN LAS VÁLVULAS).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                                      |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20509997340                          | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | Hora de envío :  | 19:26:53   |

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

C08. SOFTWARE DE ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES D01, D02 Y D03.  
A FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE MARCAS/POSTORES Y EVITAR DIRECCIONAMIENTOS HACIA UNA MARCA EN ESPECIFICA, SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR MODIFICAR EL ITEM A11 DE LA SIGUIENTE MANERA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: C08 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA NO ACOGE LA OBSERVACION POR LO QU EL POSTOR DEBE CEÑIRSE A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                                      |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20509997340                          | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | Hora de envío :  | 19:26:53   |

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

D01. UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 1.0 MHZ A 7.0 MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 45 Y 50 MM, CAMPO DE VISIÓN DE 60 GRADOS. CON 128 ELEMENTOS.  
A FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE MARCAS/POSTORES Y EVITAR DIRECCIONAMIENTOS HACIA UNA MARCA EN ESPECIFICA, SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR MODIFICAR EL ITEM A11 DE LA SIGUIENTE MANERA DEBE DECIR: D01. UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 1.0 MHZ A 6.0 MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 45 Y 55 MM, CAMPO DE VISIÓN DE 60 GRADOS. CON 128

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: D01 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE AMPLIARÁ LA ESPECIFICACIÓN OBSERVADA CONSIDERANDO QUE LA AMPLIACIÓN NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL MANEJO PARA EL OPERADOR. ASÍ TAMBIÉN, SE CONSIDERA QUE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 1.0 MHZ A 8.0 MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 45 Y 60 MM, CAMPO DE VISIÓN DE 60 GRADOS A MÁS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAÓ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                                      |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20509997340                          | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | Hora de envío :  | 19:26:53   |

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

D02. UN (01) TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIA DE 4.0 MHZ A 16.0 MHZ, CON UNA LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 38 Y 45 MM, CON 192 ELEMENTOS.  
CON EL FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE MARCAS/POSTORES Y EVITAR DIRECCIONAMIENTOS A UNA MARCA EN ESPECIFICA, SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR MODIFICAR EL ITEM A11 DE LA SIGUIENTE MANERA DEBE DECIR: D02. UN (01) TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIA DE 4.0 MHZ A 13.0 MHZ, CON UNA LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 38 Y 45 MM, CON 128 ELEMENTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: D02 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE AMPLIARÁ LA ESPECIFICACIÓN OBSERVADA CONSIDERANDO QUE LA AMPLIACIÓN NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL MANEJO PARA EL OPERADOR. ASÍ TAMBIÉN, SE CONSIDERA QUE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UN (01) TRANSDUCTOR LINEAL CON RANGO DE FRECUENCIA DE 5.0 MHZ A 13.0 MHZ, CON UNA LONGITUD DE ARREGLO ENTRE 38 Y 45 MM

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA

|                         |                                      |                  |            |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20509997340                          | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | INTERNATIONAL DIAGNOSTIC IMAGING SAC | Hora de envío :  | 19:26:53   |

Observación: Nro. 16

**Consulta/Observación:**  
D03. UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 3.0 A 15.0 MHZ CON ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR A 198° GRADOS Y RADIO DE CURVATURA DE 10MM. CON 192 ELEMENTOS, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA E IMÁGENES 3D.  
CON EL FIN DE FOMENTAR PLURALIDAD DE MARCAS/POSTORES Y EVITAR DIRECCIONAMIENTOS HACIA UNA MARCA EN ESPECIFICA, SOLICITAMOS AL COMITÉ EVALUADOR MODIFICAR EL ITEM A11 DE LA SIGUIENTE MANERA DEBE DECIR: D03. UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 3.0 A 12.0 MHZ CON ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR A 179° GRADOS Y RADIO DE CURVATURA DE 11MM. CON 128 ELEMENTOS, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA E IMÁGENES 3D.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6.1.1 Literal: D03 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Principios que rigen las Contrataciones de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE AMPLIARÁ LA ESPECIFICACIÓN OBSERVADA CONSIDERANDO QUE LA AMPLIACIÓN NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL MANEJO PARA EL OPERADOR. ASÍ TAMBIÉN, SE CONSIDERA QUE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

UN TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 3.0 A 12.0 MHZ CON ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR A 168° GRADOS Y RADIO DE CURVATURA DE 10MM. CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA E IMÁGENES 3D



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                        |                  |            |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20601901065            | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIAMEDICAL PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 22:56:21   |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SOLICITAN

A25 - SALIDA DE VIDEO VGA,RGB, S-VIDEO, DVI Y HDMI INCORPORADO EN EL EQUIPO

TENGAMOS EN CUENTA QUE EL AVANCE DE TECNOLOGIA ES INMINENTE, Y LAS SALIDA DE VIDEO ACTUALMENTE SON DIGITALES, CABE DECIR: SEÑAL DIGITAL (HDMI) ES MEJOR QUE SEÑAL ANALOGICA. (VGA,S-VIDEO, RGB, DVI) Y SEGÚN SU ITEM SE ENTEINDE QUE ESTAN SOLICITANDO 1 ECOGRAFO QUE CONTENGAN TODAS ELLAS A LA VEZ. LO CUAL NO SE EN LA ACTUALIDAD. MAS TODOS LOS EQUIPOS ACTUALES TIENEN ENTRADA HDMI DE SALIDA POR BRINDAR MEJOR CALIDAD DE SALIDA DE VIDEO.

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PARA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES CONSIDERE LO SIGUIENTE:

A25 - SALIDA DE VIDEO HDMI,DOS (2)PUERTOS DE SALIDA DE VIDEO HDMI COMO MINIMO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A25 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES Y GARANTIZAR QUE EL ECÓGRAFO TENGA UNA SALIDA DE VIDEO ANALÓGICA Y UNA SALIDA DE VIDEO EN ALTA DEFINICIÓN LO MÍNIMO QUE SE ACEPTARÁ ES QUE EL ECÓGRAFO CUENTE CON SALIDA DE VIDEO S-VIDEO Y DVI..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SALIDA DE VIDEO: S-VIDEO Y DVI CÓMO MÍNIMO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                        |                  |            |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20601901065            | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIAMEDICAL PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 22:56:21   |

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SOLICITAN  
A26 - BATERIA INCORPORADA DE FABRICA CON AUTONOMIA DE 90 MINUTOS.

YA QUE UN TIEMPO DE ESCANEQ EN AUTONOMIA POR PACIENTE NO DEBE DEMORAR MAS DE 25 MINUTOS ( SIENDO ESTUDIO DE VOLUMETRIA.

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PARA UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES SE SUGIERE LO SIGUIENTE:

A26 - BATERIA INCORPORADA DE FABRICA CON AUTONOMIA DE 70 MINUTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: A26 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE UNA BATERÍA CON UNA AUTONOMÍA DE AL MENOS 90 MINUTOS GARANTIZA QUE EL ECÓGRAFO SIGA FUNCIONANDO SIN INTERRUPCIONES POR UN PERIODO DE TIEMPO CONSIDERABLE, LO QUE ES CRUCIAL EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. ASÍ MISMO, UNA AUTONOMÍA DE 90 MINUTOS PERMITE MOVER EL ECÓGRAFO DE UN LUGAR A OTRO SIN NECESIDAD DE ESTAR CONECTADO CONSTANTEMENTE A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. ESTO ES ESPECIALMENTE ÚTIL EN ENTORNOS DE ATENCIÓN MÉDICA COMO EMERGENCIAS, SALAS DE PARTO O PARA REALIZAR ECOGRAFÍAS EN PACIENTES QUE NO PUEDEN SER TRASLADADOS FÁCILMENTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                        |                  |            |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20601901065            | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIAMEDICAL PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 22:56:21   |

**Consulta:** Nro. 19

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN

B10 - IMAGEN TRAPEZOIDAL HASTA EN DOS NIVELES CONVERTIBLES.

YA QUE LA IMAGEN TRAPEZOIDAL ES UNICA Y QUE EXISTEN HERRAMIENTAS COMO ANCHO DE SECTOR DE LA IMAGEN ECOGRAFICA QUE SE PUEDE VARIAR Y EVITAR EL DIRECCIONAMIENTO A ALGUNAS MARCAS ESPECIFICAS.

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONSIDERE LO SIGUIENTE:

B10 - IMAGEN TRAPEZOIDAL EN EL TRANSDUCTOR LINEAL.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** B10    **Página:** 21

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SE AMPLIARÁ LA ESPECIFICACIÓN OBSERVADA CONSIDERANDO QUE LOS NIVELES DE LA IMAGEN TRAPEZOIDAL DEPENDE DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

IMAGEN TRAPEZOIDAL DE ACUERDO A LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                        |                  |            |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20601901065            | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIAMEDICAL PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 22:56:21   |

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SOLICITAN

C08 - SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES D01,D02 Y D03.

HACIENDO SEGUIMIENTO LOS AVANCES EN ACTUALIZACIONES DE SOFTWARES DE ELASTOGRAFIA, CABE INDICAR QUE LA ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA SIEMPRE TUVO ANALISIS CLINICO EN EL TRANSDUCTOR LINEAL Y ENDOCAVITARIO Y LUEGO POR AVANCE SURGIO EL SHEARWAVE QUE ES LA ELASTOGRAFIA CUANTITATIVA QUE SE MIDE EN KILOPASCALES, LO CUAL YA HAY TABLAS DE REPORTE CON ANALISIS CLINICO, POR CONSIGUIENTE SUGERIMOS LO SIGUIENTE:

C08 - SOFTWARE DE ELASTOGRAFIA SEMICUANTITATIVA DISPONIBLE EN LOS TRANSDUCTORES D02,D03 Y ELASTOGRAFIA SHEARWAVE EN TRANSDUCTOR D01

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: C08 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, NO SE ACOGE. SE PRECISA QUE LA ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA MIDE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE LOS TEJIDOS, EN PARTICULAR SU ELASTICIDAD O RIGIDEZ. ESTO TIENE UNA GRAN RELEVANCIA CLÍNICA, YA QUE LA ELASTICIDAD DE LOS TEJIDOS PUEDE SER UN INDICADOR IMPORTANTE DE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES O ANORMALIDADES, COMO TUMORES, FIBROSIS O INFLAMACIONES. PARA EL CASO DEL TRANSDUCTOR CONVEXO, LA ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA ES UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA ESTUDIOS ABDOMINALES, COMO HÍGADO, RIÑONES O PÁNCREAS. ASÍ TAMBIÉN PARA EVALUAR LAS MASAS ABDOMINALES YA QUE PERMITE AYUDAR A DIFERENCIAR ENTRE LESIONES BENIGNAS Y MALIGNAS. PARA EL TRANSDUCTOR ENDOCAVOTARIO, ES UTILIZADO PARA ESTUDIOS GINECOLÓGICOS, UROLÓGICOS Y PROSTÁTICOS, DONDE LA ELASTOGRAFÍA PUEDE MEJORAR EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍAS INTERNAS. PARA EL CASO DE LOS TRANSDUCTORES LINEALES, LA ELASTOGRAFÍA SEMICUANTITATIVA ES TILIZADA PARA EVALUAR ESTRUCTURAS SUPERFICIALES COMO TIROIDES, MAMA, MÚSCULOS, TENDONES Y GANGLIOS LINFÁTICOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA¿

|                         |                        |                  |            |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20601901065            | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIAMEDICAL PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 22:56:21   |

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SOLICITAN  
D01 - UN(1) TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 1.0 MHZ A 7.0 MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 45 Y 50 MM, CAMPO DE VISION DE 60 GRADOS.CON 128 ELEMENTOS.

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION PARAUNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES SE SUGIERE LO SIGUIENTE QUE EL RADIO DE CURVATURA SEA ENTRE 45 Y 60 MM Y ASI TENDRAN MAYOR ALCANCE DE IMAGEN ECOGRAFICA. EN EL CAMPO DE VISION DE 60 GRADOS O MAS, PARA EVITAR CONFUCIONES Y NO SER ESPECIFICOS EN UN VALOR EXACTO. POR LO TANTO QUEDARIA DE LA SGTE MANERA:

D01 - UN(1) TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 1.0 MHZ A 7.0 MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 45 Y 60 MM, CAMPO DE VISION DE 60 GRADOS A MAS.CON 128 ELEMENTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D01 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE AMPLIARÁ LA ESPECIFICACIÓN OBSERVADA CONSIDERANDO QUE LA AMPLIACIÓN NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL MANEJO PARA EL OPERADOR. ASÍ TAMBIÉN, SE CONSIDERA QUE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 1.0 MHZ A 8.0 MHZ, CON RADIO DE CURVATURA ENTRE 45 Y 60 MM, CAMPO DE VISIÓN DE 60 GRADOS A MÁS.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA

|                         |                        |                  |            |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20601901065            | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIAMEDICAL PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 22:56:21   |

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SOLICITAN

D03 - UN(1) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 3.0 MHZ A 15.0 MHZ, CON ANGULO DE VISUALIZACION NO MENOR A 198 GRADOS Y RADIO DE CURVATURA DE 10MM. CON 192 ELEMENTOS, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFIA E IMÁGENES 3D

TENIENDO EN CUENTA QUE NUESTRA ARQUITECTURA DE TRANSDUCTORES EJERCE COMPONENTES CON ALCANCE DE RESOLUCION OPTIMA.

SE SUGIERE PARA PODER TENER UNA MAYOR PARTICIPACION DE POSTORES LO SIGUIENTE:

D03 - UN(1) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 2.0 MHZ A 11.0 MHZ, CON ANGULO DE VISUALIZACION NO MENOR A 198 GRADOS Y RADIO DE CURVATURA DE 10MM. CON 192 ELEMENTOS, CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFIA E IMÁGENES 3D

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D03 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE AMPLIARÁ LA ESPECIFICACIÓN OBSERVADA CONSIDERANDO QUE LA AMPLIACIÓN NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL MANEJO PARA EL OPERADOR. ASÍ TAMBIÉN, SE CONSIDERA QUE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UN (01) TRANSDUCTOR ENDOCAVITARIO CON RANGO DE FRECUENCIAS DE 3.0 A 12.0 MHZ CON ÁNGULO DE VISUALIZACIÓN NO MENOR A 168° GRADOS Y RADIO DE CURVATURA DE 10MM. CON CAPACIDAD DE REALIZAR ELASTOGRAFÍA E IMÁGENES 3D

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO - RED DE SALUD PACHITEA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-RSP/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO CON DOPLER COLOR 4D PARA EL AREA DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL CENTRO DE SALUD PANAQ DE LA RED DE SALUD PACHITEA,

|                         |                        |                  |            |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20601901065            | Fecha de envío : | 30/07/2024 |
| Nombre o Razón social : | CIAMEDICAL PERU S.A.C. | Hora de envío :  | 22:56:21   |

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

SOLICITAN  
D04 - UN(1) TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 2MHZ A 7MHZ CON UN RADIO DE CURVATURA ENTRE 40 Y 45 MM, CAMPO DE VISION DE 68 GRADOS. CON 128 ELEMENTOS.

SE SOLICITA AL COMITE DE SELECCION CONSIDERE PARA NO TENER PROBLEMAS EN EL SUSTENTO DE LA TECNICA SE SUGIERE LO SGTE:  
D04 - UN(1) TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 2MHZ A 7MHZ CON UN RADIO DE CURVATURA ENTRE 40 Y 45 MM, CAMPO DE VISION DE 68 GRADOS O MAS. CON 128 ELEMENTOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: D04 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA ACLARA DE LA REVISIÓN TÉCNICA, SE ACOGE PARCIALMENTE. SE PRECISA QUE A FIN DE PROMOVER UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES, SE AMPLIARÁ LA ESPECIFICACIÓN OBSERVADA CONSIDERANDO QUE LA AMPLIACIÓN NO AFECTA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO NI PERJUDICA EL MANEJO PARA EL OPERADOR. ASÍ TAMBIÉN, SE CONSIDERA QUE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA TECNOLOGÍA DE CADA FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UN (01) TRANSDUCTOR CONVEXO VOLUMETRICO CON RANGO DE FRECUENCIA DE 2MHZ A 7MHZ CON UN RADIO DE CURVATURA ENTRE 40 Y 45 MM, CAMPO DE VISION DE 68 GRADOS O MAS.