


ACTA DE ADMISION DE OFERTAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA - HOMOLOGACIÓN N° 004-2024-MINSA-1


ADQUISICIÓN, INSTALACION, PRUEBAS, CAPACITACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 11 EQUIPOS DE CRIOSTATO PARA CORTES POR CONGELACION, CON MICROTOMO MANUAL Y MOTORIZADO

DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA		POSTOR 1	POSTOR 2	POSTOR 3	POSTOR 4	POSTOR 5
		AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	NEXUSPLUS SAC	BAIRES SAC	CONSORCIO CENTA PHARMA AGA QUIMICA 2024	HISPANOVEMA SUCURSAL PERÚ
a)	Declaración jurada de datos del postor (Anexo N° 1)	x	x	x	x	x
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	x	x	x	x	x
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento (Anexo N° 2)	x	x	x	x	x
d)	Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3).	x	x	x	x	x
e)	Formato N° 01 - Hoja de Presentación del Equipo /Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas. El postor deberá demostrar fehacientemente que el bien ofertado cumple con las especificaciones técnicas y características técnicas solicitadas por la Entidad, para lo cual deberá presentar el FORMATO N° 01 "Hoja de Presentación del Equipo / Sustento de Cumplimiento de Características Técnicas". La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el Formato N° 01, indicando claramente el número de folio(s) que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales.		El comité de selección determina que el postor NO CUMPLE con acreditar los numerales 1.4, 2.5.9, 3.1.1, 3.1.2 de las bases integradas: "1.4. Característica: Activación de parada de emergencia. Especificación: Interruptor o botón". "2.5.9. Característica: Activación del sistema de corte. Especificación: Mediante pedal y a través del panel de control". 3.1 Pedal de activación "3.1.1. Característica: Cantidad. Especificación: Uno (01)". "3.1.2. Característica: Compatibilidad. Especificación: Propio del fabricante del equipo o compatible con la tecnología de acuerdo a lo indicado por el fabricante del equipo". Al respecto, en el FORMATO N° 01 presentado por el postor indica "No requiere" respecto a los numerales 1.4, 2.5.9, 3.1.1 y 3.1.2 del requerimiento solicitado en las bases integradas; sin embargo las bases integradas señala que la propuesta del postor debe de indicar claramente el número de folio que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas. En ese sentido, la oferta no cumple con el numeral 1.4, 2.5.9, 3.1.1 y 3.1.2 de la ficha de homologación de las bases integradas.	El comité de selección determina que el postor NO CUMPLE con acreditar el numeral 1.5 de la ficha de homologación de las bases integradas: "1.5. Característica: Dispositivo de vacío para eliminación de residuos. Especificación: SI". Al respecto, en el FORMATO N° 01 presentado por el postor se señala que no cumple con el requerimiento solicitado en las bases integradas; asimismo no señala el folio en el cual acredite el numeral 1.5. En ese sentido, la oferta no cumple con el numeral 1.5 de la ficha de homologación de las bases integradas.	El comité de selección determina que el postor NO CUMPLE con acreditar el numeral 1.1 de la ficha de homologación de las bases integradas: "1.1. Característica: Portabilidad. Especificación: Rodable, con frenos o pie de ajuste". Al respecto, la oferta presentada por el postor no acredita que el equipo es "Rodable" de acuerdo a lo indicado en el numeral 1.1 de las bases integradas. En ese sentido, la oferta no cumple con el numeral 1.1 de la ficha de homologación de las bases integradas.	El comité de selección determina que el postor NO CUMPLE con presentar la propuesta, de acuerdo al literal e) numeral 2.2.1.1 de las bases integradas, así como en el numeral 3.1.1.1 de la ficha de homologación de las bases integradas como sigue: "La propuesta del postor debe indicar lo señalado en el Formato N° 01, indicando claramente el número de folio(s) que sustenta el cumplimiento de las especificaciones técnicas, como sustento y respaldo de la información indicada. Para el número de folios no deberá colocarse rangos de números, sino números individuales". Al respecto, el FORMATO N° 01 presentado por el postor no indica el número de folio de las características técnicas a acreditarse. En ese sentido, la oferta no cumple con el FORMATO N° 01 de las bases integradas.
e.2)	Deberá de adjuntar copia de catálogos, manual de uso y operación, manual de servicio técnico, folletos, datasheets o brochure de los fabricantes o dueños de la marca y modelo, suscritos por el representante legal, con el fin de acreditar el cumplimiento de las características técnicas. Las características técnicas que deberán acreditarse son: del 1.1. a 1.6, y de 2.1.1 a 2.5.10. e.1) Para el caso de características técnicas que no se encuentran en manuales, folletos, brochure, data sheets y/o catálogos del fabricante, el postor incluirá la Carta del Fabricante del equipo ofertado para demostrar y/o sustentar dichas características. Se precisa que, las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en la Ficha de Homologación y el Anexo de Ficha de Homologación que conforman la oferta deben estar suscritas por el postor o su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin.	x				
e.2)	Seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio: Certificado IEC 61010-1 o UNE-EN 61010-1. Certificado emitido por una institución competente. Dicho documento acreditará la característica 5.1.	x	x	x	x	NO CUMPLE Se advierte que el contratista no presenta: "Seguridad de equipos eléctricos de medida, control y uso en laboratorio: Certificado IEC 61010-1 o UNE-EN 61010-1", conforme a lo establecido en el numeral 2.2.1.1 del Capítulo II, así como en el numeral 3.1.1.2 de la ficha de homologación de las bases integradas. En ese sentido, la oferta no cumple con el literal e.2) del numeral 2.2.1.1 de las bases integradas.
f)	Declaración jurada de plazo de entrega (Anexo N° 4)	x	x	x	NO CUMPLE	x
g)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE	x	NO CORRESPONDE
h)	El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (02) decimales.	x	x	x	x	x
ESTADO		ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA

Jesus Marín, 28 de junio de 2024


MARÍA EVELYN RODRIGUEZ MINO
Primer Miembro Titular del Comité de Selección


ROCÍO HUARACA YARASCA
Presidente Titular del Comité de Selección


EDWARD CABREJOS GARCÍA
Segundo Miembro Titular del Comité de Selección