

FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES

(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

1	NÚMERO DE ACTA	004-2023-CS-LP-05-HEJCU			
2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL</b> En, Miraflores, a los 23 días del mes de febrero del año 2024, en el local de la Oficina de Logística del Hospital Casimiro Ulloa, a las 08:30 horas, se reunieron los integrantes del comité de selección designados mediante FORMATO N° 04-003-2023-OL-HEJCU, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de LICITACION PUBLICA N° 05-2023-HEJCU-1, cuyo objeto de convocatoria es ADQUISICION DE MATERIAL DE ENFERMERIA HEJCU, a fin de efectuar la ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.				
3	<b>SOBRE EL QUORUM Y LOS MIEMBROS PARTICIPANTES DE LA SESIÓN (DE CORRESPONDER)</b> El quorum necesario que exige la normativa de contrataciones del Estado, se logró con la presencia de los siguientes miembros:				
	Presidente	LIC. ENITH MESIA LOPEZ	Titular	X	Dependencia: DPTO. ENFERMERIA
			Suplente		
	Primer Miembro	LIC. KATHY HURTADO ZARATE	Titular	X	Dependencia: DPTO. ENFERMERIA
			Suplente		
	Segundo Miembro	SR. DANIEL GONZALES	Titular	X	Dependencia: OFICINA DE LOGISTICA
			Suplente		
4	<b>DETALLE DE LOS PARTICIPANTES</b> De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:				
	N°	Nombre o razón social del participante	RUC		
	1	DROCSA E.I.R.L.	20338022850		
	2	RELIMED IMPORTACIONES EIRL	20425018168		
	3	DROFAR E.I.R.L.	20439194236		
	4	FERCO MEDICAL S.A.C.	20501549801		
	5	BARRON VIEYRA INTERNATIONAL PERU S.A.C.	20502790731		
	6	Q-MEDICAL S.A.C	20505719396		
	7	BIOMEDICAL CARE REPRESENTACIONES S.A.C.	20508191597		
	8	MEDICAL TRADER S.A.C.	20513602902		
	9	MEDIC LINE LAB S.R.L.	20515412353		
	10	REPRESENTACIONES GENERALES JHOVAN PERU SAC	20524839645		
	11	TEXTILES HEAWOK S.A.C	20547668317		
	12	CORPORACION ABANTO'S S.A.C. DIVISION LABORATORIO	20555143487		
	13	L & M MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	20555589574		
	14	CONSORCIO HERMANOS UNIDOS PADEB S.A.C.	20600349997		
	15	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DESCARTABLES S.A.C.	20600420063		
	16	DROM S.A.C.	20601393001		
	17	CORPORACION CHEMICALS S.A.C.	20601595436		
	18	M Y G PERU LIFE S.A.C.	20602124534		
	19	WIPCO SOLUCIONES MEDICAS INTEGRALES SAC	20603582129		
	20	CORPORACION JOLUCAVA S.A.C.	20605020497		
	21	KRUPXEN E.I.R.L.	20606214007		
	22	LABMEDIC SAFE EIRL	20606795867		
	23	CHAPOMEDIC S.A.C.	20607779695		
	24	DADOS PROVEEDORES E.I.R.L.	20608450123		
	25	H & L MEDICAL BUSSINES PERU E.I.R.L.	20609211530		



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

**5 DETALLE DE LOS POSTORES**

En el día y horario señalado en las bases, los siguientes postores presentaron sus ofertas:

**ITEM PAQUETE N° 1**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	NO SE PRESENTARON PROPUESTAS	-	-

**ITEM PAQUETE N° 2**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	NO SE PRESENTARON PROPUESTAS	-	-

**ITEM PAQUETE N° 3**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	DROCSA EIRL	9/02/2024	18:55:58
2	L & M MEDICAL SUPPLIES SAC	9/02/2024	20:13:32

**ITEM N° 4**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	RELIMED IMPORTACIONES EIRL	9/02/2024	17:14:21
2	DROCSA EIRL	9/02/2024	18:55:58

**ITEM PAQUETE N° 5**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	Q-MEDICAL SAC	9/02/2024	10:23:02

**ITEM PAQUETE N° 6**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	Q-MEDICAL SAC	9/02/2024	10:23:14

**ITEM PAQUETE N° 7**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	KRUPXEN EIRL	9/02/2024	16:08:04

**ITEM PAQUETE N° 8**

N°	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	NO SE PRESENTARON PROPUESTAS	-	-

- 6** Acto seguido, se procede con la apertura de las ofertas que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

**7 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO FUERON ADMITIDAS**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten, por lo que no se les aplicará los factores de evaluación:

**ITEM PAQUETE N° 3**

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	DROCSA EIRL	<p><b>NO CUMPLE</b> el numeral k) Presentación de muestras (Para el Ítem Paquete N° 2 y N° 3).</p> <p>De la evaluación realizada por el personal calificado de la Central de Esterilización, no cumple lo siguiente:</p> <p>Sub-ítem N° 3.1 Mandil descartable con protector de plástico en mangas y pecho talla L.</p> <p>Sub-ítem N° 3.2 Mandil descartable no esteril tall XL.</p> <p>Sub-ítem N° 3.3 Mandil descartable no esteril talla L.</p> <p>Sub-ítem N° 3.4 Mandil quirúrgico esteril descartable talla XL.</p> <p>Sub-ítem N° 3.5 Mandil quirúrgico esteril descartable talla L.</p> <p>Sub-ítem N° 3.6 Mandil quirúrgico esteril descartable talla m.</p> <p>Sub-ítem N° 3.7 Chaqueta y pantalón descartable L.</p> <p>Sub-ítem N° 3.8 Chaqueta y pantalón descartable XL.</p> <p>Sub-ítem N° 3.9 Chaqueta y pantalón descartable XXL.</p> <p>Como así lo indica el ACTA DE EVALUACION DE MUESTRAS adjunta.</p>



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**

**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

	2	L & M MEDICAL SUPPLIES SAC	<p><b>NO CUMPLE</b> el numeral k) Presentación de muestras (Para el Item Paquete N° 2 y N° 3).</p> <p>De la evaluación realizada por el personal calificado de la Central de Esterilización, no cumple lo siguiente:</p> <p>Sub-item N° 3.4 Mandil quirurgico esteril descartable talla XL.</p> <p>Sub-item N° 3.5 Mandil quirurgico esteril descartable talla L.</p> <p>Sub-item N° 3.6 Mandil quirurgico esteril descartable talla m.</p> <p>Sub-item N° 3.7 Chaqueta y pantalon descartable L.</p> <p>Sub-item N° 3.8 Chaqueta y pantalon descartable XL.</p> <p>Sub-item N° 3.9 Chaqueta y pantalon descartable XXL.</p> <p>Sub-item N° 3.10 Kit de Ropa Descartable para cirugía x 9 piezas</p> <p>Como así lo indica el ACTA DE EVALUACION DE MUESTRAS adjunta.</p>
--	---	----------------------------	---

**8 DETALLE DE LAS OFERTAS ADMITIDAS Y QUE PASAN A EVALUACIÓN**

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas fueron admitidas por lo que se procederá con su evaluación:

**ITEM PAQUETE N° 4**

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	RELIMED IMPORTACIONES EIRL	ITEM PAQUETE N° 4
2	DROCSA EIRL	ITEM PAQUETE N° 4

**ITEM N° 5**

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	Q-MEDICAL SAC	ITEM N° 5

**ITEM PAQUETE N° 6**

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	Q-MEDICAL SAC	ITEM PAQUETE N° 6

**ITEM N° 7**

N°	Nombre o razón social del postor	Item(s) a los que postula
1	KRUPXEN EIRL	ITEM N° 7

**9 EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

**9.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA**

**ITEM N° 4**

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	RELIMED IMPORTACIONES EIRL	189,090.00	98.79%
2	DROCSA EIRL	99,000.00	51.72%

**ITEM N° 5**

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	Q-MEDICAL SAC	247,480.00	100.00%

**ITEM PAQUETE N° 6**

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	Q-MEDICAL SAC	342,619.20	100.00%

**ITEM N° 7**

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	KRUPXEN EIRL	105,000.00	102.94%

*Handwritten signatures and stamps:*



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

<b>10</b>	<b>PUNTAJE DE LAS OFERTAS DE LOS POSTORES</b>		
	COMPLETAR EL DETALLE DE LA EVALUACIÓN DE CADA POSTOR		
	ITEM N° 4		
	10.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	RELIMED IMPORTACIONES EIRL
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	52.36 puntos
		BONIFICACION 5% SOBRE EL PUNTAJE TOTAL POR CONDICION MYPE	2.62
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	54.97 puntos
	10.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	DROCSA EIRL
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	100 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
		ITEM N° 5	
	10.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	Q-MEDICAL SAC
		FACTORES	PUNTAJES
		PRECIO	100 puntos
		SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos
		ITEM PAQUETE N° 6	
	10.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	Q-MEDICAL SAC
		FACTORES	PUNTAJES
PRECIO		100 puntos	
SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES		100 puntos	
ITEM N° 7			
10.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	KRUPXEN EIRL	
	FACTORES	PUNTAJES	
	PRECIO	100 puntos	
	SUMATORIA TOTAL DE PUNTAJES	100 puntos	
	<b>11</b>	<b>RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN</b>	
De acuerdo a la evaluación realizada, el orden de prelación es el siguiente:			
ITEM N° 4			
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1		DROCSA EIRL	100
2		RELIMED IMPORTACIONES EIRL	54.97
ITEM N° 5			
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1		Q-MEDICAL SAC	100
ITEM PAQUETE N° 6			
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1		Q-MEDICAL SAC	100
ITEM N° 7			
N° DE ORDEN DE PRELACIÓN		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR	PUNTAJE TOTAL
1		KRUPXEN EIRL	100
Nota.- En caso de empate consignar la aplicación del criterio de desempate adoptado para establecer el orden de prelación.			



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES  
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

12 CALIFICACIÓN

Luego de culminada la evaluación, el COMITÉ DE SELECCION determinó si el postor que obtuvo el primer y segundo lugar según el orden de prelación cumple con los requisitos de calificación detallados en las bases:

ITEM N° 4

12.1	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	DROCSA EIRL		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.1	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	
12.2	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 2	RELIMED IMPORTACIONES EIRL		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.1	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	

ITEM N° 5

12.3	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	Q-MEDICAL SAC		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.1	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	

ITEM PAQUETE N° 6

12.4	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	Q-MEDICAL SAC		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.1	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	

ITEM N° 7


12.5	NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL POSTOR N° 1	KRUPXEN EIRL		
	REQUISITOS DE CALIFICACIÓN		CUMPLE	NO CUMPLE
	A	CAPACIDAD LEGAL		
	A.1	HABILITACIÓN	X	
	B	EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD		
	B.1	FACTURACIÓN	X	
	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN		CUMPLE	



**FORMATO N° 11**

**ACTA DE APERTURA DE SOBRES, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y CALIFICACIÓN:  
BIENES**


**(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

<b>13</b>	<b>RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN</b> De acuerdo a la calificación realizada, el siguiente postor que obtuvo el PRIMER lugar en orden de prelación, cumple los requisitos de calificación establecidos en las bases:									
	<b>ITEM N° 4</b>									
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR								
	1	DROCSA EIRL								
	<b>ITEM N° 5</b>									
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR								
	1	Q-MEDICAL SAC								
	<b>ITEM PAQUETE N° 6</b>									
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR								
	1	Q-MEDICAL SAC								
	<b>ITEM N° 7</b>									
	N°	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR								
	1	KRUPXEN EIRL								
<b>14</b>	<b>ACUERDO ADOPTADO</b> Los integrantes del COMITE DE SELECCION, por UNANIMIDAD, dan por aprobados los resultados de la evaluación de las ofertas y calificación, de acuerdo con el análisis efectuado y a los cuadros de Evaluación de Ofertas y Calificación adjuntos que forman parte del Acta.									
<b>15</b>	<div style="text-align: center;">  </div> <b>NOMBRES Y FIRMAS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN O DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>									
<b>16</b>	<b>SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS</b> El Comité de Selección durante la admisión, solicitó al postor KRUPXEN EIRL subsanar su oferta dentro del plazo de un (01) día hábil, conforme a la siguiente información: <table style="width:100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:50%;">- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación:</td> <td>Acta de Subsanación del Comité de Selección del 21 de febrero de 2024</td> </tr> <tr> <td>- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:</td> <td>Carta N° 002-2024-KRUPXEN-JR-RL</td> </tr> <tr> <td>- Fecha de presentación ante el SEACE del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:</td> <td>22/02/2024</td> </tr> <tr> <td>- Detallar el documento o error que se subsanó:</td> <td>Vigencia del documento g) Copia Simple del Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM) Vigente a la presentación de propuestas y tambien a la fecha de suscripción del contrato.</td> </tr> </table>		- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación:	Acta de Subsanación del Comité de Selección del 21 de febrero de 2024	- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:	Carta N° 002-2024-KRUPXEN-JR-RL	- Fecha de presentación ante el SEACE del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:	22/02/2024	- Detallar el documento o error que se subsanó:	Vigencia del documento g) Copia Simple del Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM) Vigente a la presentación de propuestas y tambien a la fecha de suscripción del contrato.
- Documento mediante el cual se solicitó la subsanación:	Acta de Subsanación del Comité de Selección del 21 de febrero de 2024									
- Documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:	Carta N° 002-2024-KRUPXEN-JR-RL									
- Fecha de presentación ante el SEACE del documento mediante el cual el postor comunicó la subsanación:	22/02/2024									
- Detallar el documento o error que se subsanó:	Vigencia del documento g) Copia Simple del Certificado de Buenas Practicas de Manufactura (CBPM) Vigente a la presentación de propuestas y tambien a la fecha de suscripción del contrato.									

EVALUACION DE MUESTRAS				
ITEM N ° 3.1 MANDIL DESCARTABLE CON PROTECTOR DE PLASTICO EN MANGAS Y PECHO TALLA L				
ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
Aséptico	Si	-	Si	
Tela no tejida SMS	Si	-	Si	
Respirables	Si	-	Si	
Con refuerzo de plástico liso de color blanco de 4 mm de espesor y con doble costura interna en pecho y mangas	Si	-	Si	
Ajustable al cuello	Si	-	No	No se ajusta a/cuello.
Puños Ribb de 8 cm a 10 cm	Si	-	Si	
Sistema de sujeción dorsal cómodo y seguro, mediante cintas o sistema similar eficaz para utilización durante periodos prolongados de tiempo.	Si	-	NO	Presente amarre cruzado, que no está soportado en las especificaciones Técnicas.
Gramaje: 40 gr	Si	-	Si	
Impermeabilidad ( agua no traspase y moje al usuario)	Si	-	Si	

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:

  
 Lic. Enith Mesa López  
 Jefa de Central de Esterilización

  
 Lic. Kathy Hurtado Zarate  
 Jefa de Sala de Operaciones





EVALUACION DE MUESTRAS				
ITEM N ° 3.2 MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA XL				
ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
Tela no tejida de polipropileno	Si	-	Si	
Biodegradable y que no desprenda pelusa	Si	-	Si	
Puño Ribb de color blanco tejido en algodón	Si	-	Si	
Mangas ranglan	Si	-	Si	
Cuello redondo, gramaje de 40 a 60 grs	Si	-	NO	cuello redondo no se ajusta al cuello.
Largo 130 a 140 cm	Si	-	NO	No cumple medida. 141 cm.
Ancho de mandil mayor a 163 cm tolerancia +/- 5% (154 a 171 cm)	Si	-	NO	No cumple medida. Tiene amarras cosidas. 2.06 metros.
Tamaño de mangas 75 cm de largo x 32 ancho	Si	-	NO	No cumple medida 76 X 30

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:

  
 Lic. Enith/Mesia Lopez  
 Jefa de Central de Esterilización

  
 Lic. Kathy Hurtado Zarate  
 Jefa de Sala de Operaciones






# EVALUACION DE MUESTRAS


## ITEM N ° 3.3 MANDIL DESCARTABLE NO ESTERIL TALLA L

ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
Tela no tejida de polipropileno	Si	-	Si	
Biodegradable y que no desprenda pelusa	Si	-	Si	
Puño Ribb de color blanco tejido en algodón	Si	-	Si	
Mangas ranglan	Si	-	Si	
Cuello redondo, gramaje de 40 a 60 grs	Si	-	No	cuello redondo no se ajusta al cuello
Largo 120 a 140 cm	Si	-	Si	
Ancho de mandil mayor a 163 cm tolerancia +/- 5% (154 a 171 cm)	Si	-	NO	medida 2 metros Tiene amarre cruzado.
Tamaño de mangas 75 cm de largo x 32 ancho	Si	-	No	Medida 76 x 33 No cumple medida

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:

  
Lic. Enith Mesía López

Jefa de Central de Esterilización

  
Lic. Kathy Hurtado Zarate  
Jefa de Sala de Operaciones





# EVALUACION DE MUESTRAS

## ITEM N ° 3.4 MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA XL


ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
Empaque :papel crepado y sobre medico	Si	—	Si	—
Peel open	Si	—	Si	—
Que conserve la técnica aséptica de doblado "estéril con estéril "	NO	No cumple doblado estéril con estéril	NO	No cumple doblado estéril con estéril .
Garantiza la esterilidad e integridad del producto	Si	—	Si	—
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes	Si	—	Si	—
Rotulado	Si	—	Si	—
Empaque primario sobre grado médico y poliéster	Si	—	Si	—
Empaque secundario bolsa	Si	—	Si	—
Embalaje caja de cartón	Si	—	Si	—
Tela no tejida de polipropileno SMS	Si	—	Si	—
Biodegradable, que no desprende pelusa	Si	—	Si	—
Tratamiento antiestático	Si	—	Si	—
Condición biológica: estéril , atoxico ,hipo alergénico (protocolo análisis)	Si	—	Si	—
Propiedades mecánicas: tensil resistente al desgarre y porcentaje de elongación	Si	—	Si	—
Repelente a líquidos y fluidos	Si	—	Si	—
Puños tejidos de algodón (Ribb) ligeras suaves que no guarden calor	Si	—	Si	—
Mangas ranglan largas	Si	—	Si	—
Delantero y espalda en una sola pieza	Si	—	Si	—
Con abertura longitudinal en la espalda totalmente cruzada	Si	—	Si	—
Con dobles amarres interno y externo	Si	—	Si	—
Cuello redondo	Si	—	Si	—

Gramaje de 50 a 60 gr	Si		Si	
Color azul	Si		Si	
Filtración bacteriana igual o superior 94 % emitida por un laboratorio que no sea el mismo fabricante	Si		Si	
Estéril : vapor presurizado (indicador interno y externo )	Si		Si	
Largo de tiras posterior 65 cm	Si		NO	No cumple medido 67 cm .
Puños Ribb 10 cm de largo	NO	No cumple medido 6.5 .	Si	
Traslape de 22 cm (cruce posterior)	Si	—	NO	42 cm
Largo de tira anterior 30 cm	Si	—	NO	31 cm
Tamaño de manga: 75 cm x 34 ancho	Si	—	NO	75 x 31 cm .
Largo: 148 cm, ancho mandil	NO	135 No cumple medido	Si	<del>75</del>
196 cm ( tolerancia +/- 2 cm)	Si	—	NO	240 cm .

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:



Lic. Enith Mesia López  
Jefa de Central de Esterilización



Lic. Kathy Hurtado Zarate  
Jefa de Sala de Operaciones



# EVALUACION DE MUESTRAS

## ITEM N ° 3.5 MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA L

ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
Empaque :papel crepado y sobre medico	Si	—	Si	—
Peel open	Si	—	Si	—
Que conserve la técnica aséptica de doblado “estéril con estéril “	Si	—	NO	no cumple doblado estéril/estéril.
Garantiza la esterilidad e integridad del producto	Si	—	Si	—
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes	Si	—	Si	—
Rotulado	Si	—	Si	—
Empaque primario sobre grado médico y poliéster	Si	—	Si	—
Empaque secundario bolsa	Si	—	Si	—
Embalaje caja de cartón	Si	—	Si	—
Tela no tejida de polipropileno SMS	Si	—	Si	—
Biodegradable, que no desprende pelusa	Si	—	Si	—
Tratamiento antiestático		—		
Condición biológica: estéril , atoxico ,hipo alergénico (protocolo análisis)	Si	—	Si	—
Propiedades mecánicas: tensil resistente al desgarre y porcentaje de elongación	Si	—	Si	—
Repelente a líquidos y fluidos	Si	—	Si	—
Puños tejidos de algodón (Ribb) ligeras suaves que no guarden calor	Si	—	Si	—
Mangas ranglan largas	Si	—	Si	—
Delantero y espalda en una sola pieza	Si	—	Si	—
Con abertura longitudinal en la espalda totalmente cruzada	Si	—	Si	—
Con dobles amarres interno y externo	Si	—	Si	—
Cuello redondo	Si	—	Si	—

Gramaje de 50 a 60 gr	Si	—	Si	—
Color azul	Si	—	Si	—
Filtración bacteriana igual o superior 94 % emitida por un laboratorio que no sea el mismo fabricante	Si	—	Si	—
Estéril : vapor presurizado (indicador interno y externo )	Si	—	Si	—
Largo de tiras posterior 65 cm	Si	—	Si	—
Puños Ribb 10 cm de largo	Si	—	Si	—
Traslape de 22 cm (cruce posterior)	Si	—	No	40 cm.
Largo de tira anterior 30 cm	Si	—	Si	
Tamaño de manga: 75 cm x 33 ancho	Si	—	No	75 cm/31 cm
Largo: 133 cm, ancho mandil	Si	—	No	136 cm
192 cm ( tolerancia +/- 2 cm)	No	195 cm	No	237 cm.

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:



Lic. Enith Mesia López  
Jefa de Central de Esterilización



Lic. Kathy Hurtado Zarate  
Jefa de Sala de Operaciones

# EVALUACION DE MUESTRAS

## ITEM N ° 3.6 MANDIL QUIRURGICO ESTERIL DESCARTABLE TALLA M


ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
Empaque :papel crepado y sobre medico	Si	-	Si	-
Peel open	Si	-	Si	-
Que conserve la técnica aséptica de doblado "estéril con estéril "	Si	-	Si	-
Garantiza la esterilidad e integridad del producto	Si	-	Si	-
Exento de partículas extrañas, rebabas y aristas cortantes	Si	✓	Si	✓
Rotulado	Si	-	Si	-
Empaque primario sobre grado médico y poliéster	Si	-	Si	-
Empaque secundario bolsa	Si	-	Si	✓
Embalaje caja de cartón	Si	-	Si	-
Tela no tejida de polipropileno SMS	Si	-	Si	-
Biodegradable, que no desprende pelusa	Si	-	Si	✓
Tratamiento antiestático				
Condición biológica: estéril , atoxico ,hipo alergénico (protocolo análisis)	Si	-	Si	-
Propiedades mecánicas: tensil resistente al desgarre y porcentaje de elongación	Si	-	Si	-
Repelente a líquidos y fluidos	Si	-	Si	-
Puños tejidos de algodón (Ribb) ligeras suaves que no guarden calor	Si	-	Si	-
Mangas ranglan largas	Si	-	Si	-
Delantero y espalda en una sola pieza	Si	-	Si	-
Con abertura longitudinal en la espalda totalmente cruzada	Si	-	Si	-
Con dobles amarres interno y externo	Si	-	Si	✓
Cuello redondo	Si	-	Si	✓



Gramaje de 50 a 60 gr	Si	-	Si	-
Color azul	Si	-	Si	-
Filtración bacteriana igual o superior 94 % emitida por un laboratorio que no sea el mismo fabricante	Si	-	Si	-
Estéril : vapor presurizado (indicador interno y externo )	Si	-	Si	-
Largo de tiras posterior 65 cm	Si	-	Si	-
Puños Ribb 10 cm de largo	NO	11 cm	Si	-
Traslape de 22 cm (cruce posterior)	Si	-	NO	41 cm
Largo de tira anterior 30 cm	Si	-	Si	-
Tamaño de manga: 68 cm x 32 ancho	Si	-	NO	74 / 30 cm
Largo: 120 cm, ancho mandil 158 cm (tolerancia +/- 5 %)	Si	✓	Si NO	2 mandos.

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:

  
 Lic. Enith Mesia López  
 Jefa de Central de Esterilización

  
 Lic. Kathy Hurtado Zarate  
 Jefa de Sala de Operaciones

# EVALUACION DE MUESTRAS

## ITEM N ° 3.7 CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE L


ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
Empaque individual aséptico	Si	—	Si	—
Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje	Si	—	Si	—
Apertura fácil que permita abrirse manualmente	Si	—	Si	—
Exento de rebabas y aristas cortantes	Si	—	Si	—
Tela no tejida de polipropileno 100 % SMS	Si	—	Si	—
Filtración bacteriana igual o superior al 94 % (protocolo de análisis )	Si	—	Si	—
Repelencia	Si	—	Si	—
Respirable	Si	—	Si	—
Hipo alérgico	Si	—	Si	—
Resistencia al desgarro	Si	—	Si	—
No translúcido ,no deja pasar luz	Si	—	Si	—
Gramaje : 45 a 50 gr	Si	—	Si	—
CHAQUETA : Manga corta, cerrado con cuello V , con dos bolsillos en la parte inferior en ambos lados. Amplio y ligero Largo : 76 cm +/- 5 % (72 cm a 79 cm) Ancho :64 cm +/- 5 % (60 cm a 67 cm) Largo escote : 16 cm +/- 2cm (14cm a 18cm) Ancho de cuello : 20cm +/- 2cm (18 a 22cm)	Si Si Si No No	— — — mide: 21.5 cm mide: 28 cm	Si Si Si No No	— — — mide: 22 cm mide: 25 cm

PANTALON : Amplio y ligero para movimiento natural y cómodo especialmente en el tiro. Con elástico Largo : 120cm +/- 5% (114cm a 126cm) Ancho : 75 cm +/- 5% (71cm a 78cm)	Si Si Si	— — —	Si Si Si	— — —
--	----------------	-------------	----------------	-------------

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:



Lic. Enith Mesía López  
Jefa de Central de Esterilización



Lic. Kathy Hurtado Zarate  
Jefa de Sala de Operaciones




# EVALUACION DE MUESTRAS

## ITEM N ° 3.8 CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE XL

ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
Empaque individual aséptico	Si	—	Si	—
Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje	Si	—	Si	—
Apertura fácil que permita abrirse manualmente	Si	—	Si	—
Exento de rebabas y aristas cortantes	Si	—	Si	—
Tela no tejida de polipropileno 100 % SMS	Si	—	Si	—
Filtración bacteriana igual o superior al 94 % (protocolo de análisis )	Si	—	Si	—
Repelencia	Si	—	Si	—
Respirable	Si	—	Si	—
Hipo alergénico	Si	—	Si	—
Resistencia al desgarro	Si	—	Si	—
No translúcido ,no deja pasar luz	Si	—	Si	—
Gramaje : 45 a 50 gr	Si	—	Si	—
CHAQUETA : Manga corta, cerrado con cuello V, con dos bolsillos en la parte inferior en ambos lados. Amplio y ligero Largo : 78 cm +/- 5 % Ancho :68 cm +/- 5 % Largo escote : 16 cm +/- 2cm (14cm a 18cm) Ancho de cuello : 20cm +/- 2cm (18 a 22cm)	Si Si Si NO Si	— — — wide: 22cm —	Si Si Si NO NO	— — — wide: 22cm wide: 25cm

PANTALON :				
Amplio y ligero para movimiento natural y cómodo especialmente en el tiro.	Si	—	Si	—
Con elástico	Si	—	NO	nudo: 1.39 cm
Largo : 130cm +/- 5%	Si	—	NO	nudo: 91 cm
Ancho : 85 cm +/- 5%	Si	—	NO	nudo: 91 cm

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:



Lic. Enith Mesia López  
Jefa de Central de Esterilización



Lic. Kathy Hurtado Zarate  
Jefa de Sala de Operaciones

**EVALUACION DE MUESTRAS**


**ITEM N ° 3.9 CHAQUETA Y PANTALON DESCARTABLE XXL**

ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
Empaque individual aséptico	Si	✓	Si	✓
Resistente a la manipulación, transporte y almacenaje	Si	✓	Si	✓
Apertura fácil que permita abrirse manualmente	Si	✓	Si	✓
Exento de rebabas y aristas cortantes	Si	✓	Si	✓
Tela no tejida de polipropileno 100 % SMS	Si	✓	Si	✓
Filtración bacteriana igual o superior al 94 % (protocolo de análisis )	Si	✓	Si	✓
Repelencia	Si	✓	Si	✓
Respirable	Si	✓	Si	✓
Hipo alergénico	Si	✓	Si	✓
Resistencia al desgarro	Si	✓	Si	✓
No translúcido ,no deja pasar luz	Si	✓	Si	✓
Gramaje : 45 a 50 gr	Si	✓	Si	✓
CHAQUETA : Manga corta, cerrado con cuello V, con dos bolsillos en la parte inferior en ambos lados. Amplio y ligero Largo : 80 cm +/- 5 % (76 cm a 84 cm) Ancho :70 cm +/- 5 % (66 cm a 73 cm) Largo escote : 17 cm +/- 2cm (15cm a 19cm) Ancho de cuello : 21 cm +/- 2cm (19 a 23cm)	Si Si Si No Si	✓ ✓ ✓ med: 22cm ✓	Si Si Si No No	✓ ✓ ✓ med: 24cm med: 28cm



PANTALON : Amplio y ligero para movimiento natural y cómodo especialmente en el tiro.	Si	—	Si	—
Con elástico	Si	—	Si	—
Largo : 140cm +/- 5% (133 cm a 147 cm)	Si	—	Si	—
Ancho : 90 cm +/- 5% (85 cm a 94 cm)	Si	—	Si	—

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:



Lic. Enith Mesia López  
Jefa de Central de Esterilización



Lic. Kathy Hurtado Zarate  
Jefa de Sala de Operaciones

EVALUACION DE MUESTRAS				
ITEM N ° 3.10 KIT DE ROPA DESCARTABLE PARA CIRUGIA X 9 PIEZAS				
ESPECIFICACIONES	POSTOR: L & M MEDICAL SUPPLIES SAC		POSTOR DROCSA EIRL	
	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION	CUMPLE (SI / NO)	OBSERVACION
01 sabana doble 1.50 x 2.50 mt	Si		Si	—
01 poncho de 1.80 x 2.00 mt	Si		Si	—
02 sabanas de 1.80 x 2.00 mt	Si		Si	—
04 campos de 90 x 90 cm	Si		Si	—
01 funda de mesa de mayo con refuerzo de 1.20 x 80 mt	No	Medida: 1.20 x 76 cm	Si	—
Gramaje de 50 a 60 gr	Si		Si	—

Evaluación por el personal calificado de la Central de Esterilización:

  
 Lic. Enith Mesia López  
 Jefa de Central de Esterilización

  
 Lic. Kathy Hurtado Zarate  
 Jefa de Sala de Operaciones

