

ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35 - 2023- ESSALUD/CEABE-1

ADQUISICION DE AGITADOR DE BOLSAS DE SANGRE Y CONGELADORA, EN EL EESS HOSPITAL II CAJAMARCA – CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO DE INVERSION 2534911

En Jesús María, a los 29 días del mes de diciembre de 2023, en el local de la Sub Gerencia de Adquisición y Ejecución Contractual de la Gerencia de Adquisiciones de Bienes Estratégicos de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos de ESSALUD, sito en Jr. Domingo Cueto N° 120, 5to piso, distrito de Jesús María, se reúnen los miembros del comité de selección, mediante Resolución de Gerencia de la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos N° 452 - CEABE-ESSALUD-2023; encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA 35- 2023- ESSALUD/CEABE-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **ADQUISICION DE AGITADOR DE BOLSAS DE SANGRE Y CONGELADORA, EN EL EESS HOSPITAL II CAJAMARCA – CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO DE INVERSION 2534911** participando los siguientes profesionales:

- **HELGA MIRNA CARDENAS TORRES** (Presidente Titular Suplente)
- **FRANCK JHARLIN CAMPOS SILVA** (Primer Miembro Titular)
- **DANIEL ANTONIO PINEDO HORNA** (Segundo Miembro Suplente)

Este colegiado se reúne a fin de dar inicio a la **APERTURA Y ADMISIÓN DE OFERTAS, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN**, de las propuestas presentadas en el procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA 35- 2023- ESSALUD/CEABE-1**

1. DEL REGISTRO DE PARTICIPANTES

De acuerdo al cronograma, se registraron a través del sistema electrónico de la plataforma del SEACE en las horas y fechas señaladas los siguientes participantes:

N°	Proveedor con RUC	Razón Social	Fecha de Registro	Estado	Fecha de Evaluación	Código de Inversión	Acciones
1	10416678125	NIÑO DE GUZMAN DECERRA DANIEL GIOVANI	31/10/2023	Válido	31/10/2023	10416678125	🔍📄
2	10466304947	ORTEGA PEREZ GHESHEINE	12/07/2023	Válido	12/07/2023	10466304947	🔍📄
3	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	10/07/2023	Válido	10/07/2023	20100162238	🔍📄
4	20155695091	SISTEMAS ANALITICOS SRL	10/07/2023	Válido	10/07/2023	20155695091	🔍📄
5	20160056062	BELOMED S.R.L.	10/07/2023	Válido	10/07/2023	20160056062	🔍📄
6	20430551025	CORPORACION CIENTIFICA S.R.L.	08/07/2023	Válido	08/07/2023	20430551025	🔍📄
7	20473530408	LAD DEPOT S.A.	20/12/2023	Válido	20/12/2023	20473530408	🔍📄
8	20490599224	INVERSIONES S'LO STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	24/10/2023	Válido	24/10/2023	20490599224	🔍📄
9	20501007205	DIAGNOSTICA PERUANA S.A.C.	07/07/2023	Válido	07/07/2023	20501007205	🔍📄
10	20512900896	J.C MEDICAL SUPPLIES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	12/07/2023	Válido	12/07/2023	20512900896	🔍📄

26 registros encontrados. Resultados 16 registros de 1 a 16. Página 1/1

**“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”**

Nº	Proveedor con RUC	RUC	Nombre de la Empresa	Fecha de Emisión	Estado	Fecha de Validación	Nº de Registro	Acciones
11	Proveedor con RUC	20524800510	LAD & HEALTH SUPPLY S.A.C.	07/07/2023	Válido	07/07/2023	20524800510	
12	Proveedor con RUC	20543306771	CORPORACION CIHSA SOCIEDAD ANONIMA - CORPORACION CIHSA S.A.	07/07/2023	Válido	07/07/2023	20543306771	
13	Proveedor con RUC	20552196644	IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A. SUCURSAL DEL PERU	26/10/2023	Válido	26/10/2023	20552196644	
14	Proveedor con RUC	20565911920	ASECO PERU S.A.C.	18/10/2023	Válido	18/10/2023	20565911920	
15	Proveedor con RUC	20600173881	GRUPO H02U IMPORT E.I.R.L.	12/07/2023	Válido	12/07/2023	20600173881	
16	Proveedor con RUC	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	07/07/2023	Válido	07/07/2023	20600930801	
17	Proveedor con RUC	20601270074	CITEC TRUJILLO E.I.R.L.	02/12/2023	Válido	02/12/2023	20601270074	
18	Proveedor con RUC	20601297249	CORPORACION VASOT S.A.C.	27/10/2023	Válido	27/10/2023	20601297249	
19	Proveedor con RUC	20601324815	CORPORACION BAREN S.R.L.	23/11/2023	Válido	23/11/2023	20601324815	
20	Proveedor con RUC	20601325153	VAN REPRESENTACIONES GENERALES E.I.R.L.	10/07/2023	Válido	10/07/2023	20601325153	

20 registros encontrados, mostrando 10 registros, de 11 a 20. Página 213.

Nº	Proveedor con RUC	RUC	Nombre de la Empresa	Fecha de Emisión	Estado	Fecha de Validación	Nº de Registro	Acciones
21	Proveedor con RUC	20601785324	STBIO MEDICAL S.A.C.	07/10/2023	Válido	07/10/2023	20601785324	
22	Proveedor con RUC	20603127987	CENTRO MEDICO BLAU S.A.C.	24/08/2023	Válido	24/08/2023	20603127987	
23	Proveedor con RUC	20606088630	CORPORACION SINAPSIS S.A.C.	10/07/2023	Válido	10/07/2023	20606088630	
24	Proveedor con RUC	20606296992	SCIENTIFIC SUPPLIES LAB E.I.R.L.	10/07/2023	Válido	10/07/2023	20606296992	
25	Proveedor con RUC	20609607123	MANUFACTURA CAPITALMEDIC S.A.C.	11/07/2023	Válido	11/07/2023	20609607123	
26	Proveedor con RUC	20610922016	MULTISERVICIOS RODRIGUEZ S.A.C.	23/10/2023	Válido	23/10/2023	20610922016	

26 registros encontrados, mostrando 6 registros, de 21 a 26. Página 213.

2. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Con fecha 21 de diciembre de 2023, se efectuó la presentación de ofertas del referido procedimiento de selección en la plataforma de SEACE, obteniendo como resultado el registro de dos ofertas que corresponde a los siguientes postores:

Nº	RUC/Emisión	Nombre de la Empresa	Fecha de Registro	Fecha de Validación
1	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	21/12/2023	17:50:49
2	20473538408	LAB DEPOT S.A.	21/12/2023	16:57:16

2 registros encontrados, mostrando 2 registro(s).

Para el ITEM 1 empresa AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.

Para el ITEM 2 empresa LAB. DEPOT S.A.

3. ETAPA LA ADMISIÓN:

Como siguiente acto se efectuó la verificación de las ofertas presentadas, con la finalidad de determinar si cumplen con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas de las bases administrativas y con la totalidad de la documentación de presentación obligatoria, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Según detalle en la evaluación técnica realizada por el comité de selección realizando la verificación de la documentación obligatoria se determinó el siguiente resultado (**Ver ANEXO A**)

3.1 ITEM 02 Empresa: LAB. DEPOT S.A. NO CUMPLE _A03: SE REQUIERE DE UNA CAPACIDAD DE LA CAMARA DE CONGELACIÓN MAYOR O IGUAL A 9 PIES CUBICOS Y MENOR O IGUAL A 16 PIES CÚBICOS; EL POSTOR OFERTA UNA CAPACIDAD DE 18.6 PIES CUBICOS. _A10: SE REQUIERE CAMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA RESISTIR MEJOR LA CORROSIÓN; EL POSTOR OFERTA ACERO PINTADO. NO ACREDITA _B03: NO PRECISA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE LITERAL. NO SE HA SEÑALADO, CON EL NÚMERO DEL LITERAL, EN LA PAGINA DEL SUSTENTO PRESENTADO. _B05: NO PRECISA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE LITERAL. NO SE HA SEÑALADO, CON EL NÚMERO DEL LITERAL, EN LA PAGINA DEL SUSTENTO PRESENTADO. _B14: NO PRECISA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE LITERAL. NO SE HA SEÑALADO, CON EL NÚMERO DEL LITERAL, EN LA PAGINA DEL SUSTENTO PRESENTADO. _B16: SE REQUIERE DE UN COMPENSADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE; ESTA CARATERÍSTICA ESTA REFERIDA A QUE EL EQUIPO DEBERÁ POSEER LA CAPACIDAD DE AUTOREGULAR SU VOLTAJE PARA LOGRAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO, EN LOS VALORES NOMINALES DE ENERGÍA DE 220 V / 60 HZ. EN TAL SENTIDO, CUALQUIER SISTEMA O DISPOSITIVO QUE SE ENCUENTRE INTEGRADO (INTERNO) AL EQUIPO Y QUE REALICE DICHA FUNCIÓN, DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, ES ACEPTADO COMO CUMPLIMIENTO DE ESTA CARACTERÍSTICA. NO SE ACEPTAN DISPOSITIVOS EXTERNOS PARA CUMPLIR CON ESTA CARACTERÍSTICA DEBIDO A QUE ESTOS NO SON PARTE DE LOS COMPONENTES DE LA FICHA TÉCNICA. _D01: SE REQUIERE QUE EL EQUIPO FUNCIONE A 220V / 60Hz; EL POSTOR SI SUSTENTA QUE SU EQUIPO TRABAJA A 220V, SIN EMBARGO, NO SUSTENTA LA FRECUENCIA (Hz) DE LA SEÑAL REQUERIDA. por los motivos expuestos NO ADMITIDO.

4. ETAPA DE EVALUACIÓN:

El Comité de Selección en aplicación del Art. 74º del Reglamento de la LCE, procede a determinar el puntaje alcanzado de cada una de las ofertas admitidas, según los factores de evaluación para el presente procedimiento de selección. **(Ver Anexo B)**

PRECIO (100 puntos).

La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:

$$P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$$

i = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta más baja

PMP = Puntaje máximo del precio

5. ETAPA DE CALIFICACIÓN:

Conforme con lo establecido en las bases integradas el Comité de Selección debe determinar si las ofertas Admitidas y Evaluadas cumplen con los requisitos de calificación previstos en la sección específica de las mismas, por lo que se procede al siguiente detalle de acuerdo con el orden de prelación obtenido en la etapa de evaluación **(Ver Anexo C)**.

Según se muestra el resultado Requisitos de Calificación y conforme lo dispuesto en el numeral 75.2 del Art.º 75 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha cumplido con calificar las ofertas admitidas, las mismas que acreditan el cumplimiento de los requisitos de calificación señalados en el numeral 3.2. del Capítulo III de las bases integradas Definitivas.

6. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Luego de lo detallado líneas precedentes, este comité **OTORGA** la Buena Pro al postor **ADJUDICADO** de acuerdo al siguiente detalle:

ITEM I

CONCEPTO	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	Cantidad	MONTO ADJUDICADO	Orden de Prelación
AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. (ASHECO PERU SA)	1	S/ 59,440.00	1º

ITEM II

CONCEPTO	RUC	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	Cantidad	MONTO ADJUDICADO	Orden de Prelación
CONGELDOR VERTICAL DE - 70°C (9-16 P3)	DESIERTO	DESIERTO	1	DESIERTO	DESIERTO

Sin otro asunto especial que tratar, el mismo día se da por concluida la reunión suscribiéndose la presente acta luego de ser leída y aprobada por unanimidad por los tres miembros del comité de selección asistentes a la sesión.


FRANCK HARLIN CAMPOS SILVA
Primer Miembro Titular


HELGA MIRNA CARDENAS TORRES
Presidente Suplente


DANIEL ANTONIO PINEDO HORNA
Segundo Miembro Suplente


ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-ESSALUD/CEABE-1


ADQUISICIÓN DE AGITADOR DE BOLSAS DE SANGRE Y CONGELADORA, EN EL EE SS HOSPITAL II CAJAMARCA – CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N°2534911

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	N° Postor	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA								Resultado (Admitida / No admitida)	
						Documentación de presentación obligatoria									
						a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Certificado de Seguridad Eléctrica	e) Hoja de presentación de Producto (Según Anexo V)	f) Declaración Jurada de Plazo de Entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	
1	AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA	1	1	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. (AHSECO PERU S.A.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	ADMITIDA
2	CONGELADOR VERTICAL DE – 70°C (9-16 P3)	1	1	20473538408	LAB. DEPOT S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO ADMITIDA

ITEM 02 Empresa: LAB. DEPOT S.A. NO CUMPLE _A03: SE REQUIERE DE UNA CAPACIDAD DE LA CAMARA DE CONGELACIÓN MAYOR O IGUAL A 9 PIES CUBICOS Y MENOR O IGUAL A 16 PIES CUBICOS; EL POSTOR OFERTA UNA CAPACIDAD DE 18.6 PIES CUBICOS. _A10: SE REQUIERE CAMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE, PARA RESISTIR MEJOR LA CORROSIÓN; EL POSTOR OFERTA ACERO PINTADO. NO ACREDITA _B03: NO PRECISA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE LITERAL. NO SE HA SEÑALADO, CON EL NÚMERO DEL LITERAL. EN LA PAGINA DEL SUSTENTO PRESENTADO. _B05: NO PRECISA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE LITERAL. NO SE HA SEÑALADO, CON EL NÚMERO DEL LITERAL. EN LA PAGINA DEL SUSTENTO PRESENTADO. _B14: NO PRECISA EL CUMPLIMIENTO DE ESTE LITERAL. NO SE HA SEÑALADO, CON EL NÚMERO DEL LITERAL. EN LA PAGINA DEL SUSTENTO PRESENTADO. _B16: SE REQUIERE DE UN COMPENSADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE; ESTA CARACTERÍSTICA ESTA REFERIDA A QUE EL EQUIPO DEBERA POSEER LA CAPACIDAD DE AUTOREGULAR SU VOLTAJE PARA LOGRAR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO. EN LOS VALORES NOMINALES DE ENERGÍA DE 220 V / 60 HZ. EN TAL SENTIDO, CUALQUIER SISTEMA O DISPOSITIVO QUE SE ENCUENTRE INTEGRADO (INTERNO) AL EQUIPO Y QUE REALICE DICHA FUNCIÓN, DE ACUERDO AL DISEÑO DE CADA FABRICANTE, ES ACEPTADO COMO CUMPLIMIENTO DE ESTA CARACTERÍSTICA. NO SE ACEPTAN DISPOSITIVOS EXTERNOS PARA CUMPLIR CON ESTA CARACTERÍSTICA DEBIDO A QUE ESTOS NO SON PARTE DE LOS COMPONENTES DE LA FICHA TÉCNICA. _D01: SE REQUIERE QUE EL EQUIPO FUNCIONE A 220V / 60Hz; EL POSTOR SI SUSTENTA QUE SU EQUIPO TRABAJA A 220V/SIN EMBARGO, NO SUSTENTA LA FRECUENCIA (Hz) DE LA SEÑAL REQUERIDA, por los motivos expuestos NO ADMITIDO.


FRANCK J. HARLIN CAMPOS SILVA
 Primer Miembro Titular


HELGA MIRNA CARDENAS TORRES
 Presidente Suplente


DANIEL ANTONIO PINEDO HORNA
 Segundo Miembro Suplente


ANEXO B


ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS


ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-ESSALUD/CEABE-1

ADQUISICIÓN DE AGITADOR DE BOLSAS DE SANGRE Y CONGELADORA, EN EL EE SS HOSPITAL II CAJAMARCA – CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N°2534911

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	N° Postor	RUC	Nombre de Razon Social	Valor Estimado (S/)	Precio Ofertado (S/)	Factores de Evaluación			Orden de Prelación
								Precio (Puntaje máx 100 puntos)	Puntaje adicional por Mype	Puntaje Final	
1	AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA	1	1	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. (AHSECO PERU S.A.)	63,710.00	59,440.00	100.00	0.000	100.000	1


FRANCK HARLIN CAMPOS SILVA
Primer Miembro Titular


HELGA MIRNA CARDENAS TORRES
Presidente Suplente


DANIEL ANTONIO PINEDO HORNA
Segundo Miembro Suplente



ANEXO C

ACTA DE CALIFICACIÓN DE OFERTAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 35-2023-ESSALUD/CEABE-1

ADQUISICIÓN DE AGITADOR DE BOLSAS DE SANGRE Y CONGELADORA, EN EL EE SS HOSPITAL II CAJAMARCA – CAJAMARCA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, CON CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N°2534911

N° de ITEM	Descripción del ITEM	Cantidad	N° Postor	RUC	Nombre de Razon Social	Requisitos de Calificación	Etapas de calificación	Orden de Prelación
1	AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA	1	1	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A. (AHSECO PERU S.A.)	B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	CUMPLE	1°

FRANCK JHAREIN CAMPOS SILVA
Primer Miembro Titular

HELGA MIRNA CARDENAS TORRES
Presidente Suplente

DANIEL ANTONIO PINEDO HORNA
Segundo Miembro Suplente