



ANEXO A  
ACTA DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS  
AS-SIM-10-2024-ESSALUD/CEABE-1-1

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2284956.

N° de ítem	Descripción del ítem	Cant.	N° Postor	RUC	Nombre o Razón Social	ADMISIÓN DE LA OFERTA								Resultado (Admitida / No admitida)
						Documentación de presentación obligatoria								
						a) Declaración jurada de cumplimiento de los datos del postor. (Anexo N° 1)	b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	e) Conforme a lo señalado en el punto 5.3 de las especificaciones técnicas, el postor debe presentar los documentos: 5.3.1 Hoja de presentación del producto 5.3.2 Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario Vigente 5.3.3 Certificado de seguridad eléctrica	f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas (Anexo N° 5)	h) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N° 6)	
1	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO DE ASPIRADOR DE SECRECIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL ESPECIALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL CAJAMARCA-ESSALUD, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA CON CUI 2284956	17	1	20100262291	COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			2	20603355289	CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			3	20524232104	OPEN MEDIC S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			4	20545804795	GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			5	20600930801	MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			6	20601586470	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			7	20553285101	MEDSTEP PERU S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			8	20102032951	A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A	CUMPLE	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA	NO SE VISUALIZA	-	NO SE VISUALIZA	NO ADMITIDA
			9	20100162238	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			10	20524983924	MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			11	20604687137	DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			12	20340116055	TECNI - MED SYSTEM. S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			13	20529457554	CORPORACION DACMAR S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA
			14	20493132416	BIOTECHNOLOGIC IMPORT S.A.C.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	-	CUMPLE	NO ADMITIDA


Observaciones:

COMERC. E IND DENT TARRILLO BARBA S.A.C
NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. EL DOCUMENTO PRESENTADO CORRESPONDE A CERTIFICACIÓN DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA.
CPB MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CPB MEDICAL S.A.C.
SE SOLICITA ACREDITAR: _D01: 220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)*, EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).

OPEN MEDIC S.A.C.	
EXISTE INCONGRUENCIA ENTRE EL MODELO OFERTADO EN LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (RECORD 56) Y CON LO INDICADO EN LA DOCUMENTACIÓN DE ACREDITACIÓN (RECORD 55 DDS), POR LO CUAL, NO CUMPLE EN ACREDITAR LAS ESPECIFICACIONES DE LA FICHA TÉCNICA DEL IETSJ.	
GOLDEN MEDICAL TECH S.A.C	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	
MASTER WORLD MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	
NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B01, B02, B03: EL POSTOR OFERTA LA MARCA "INSPIRAL" MODELO SU60.10". SIN EMBARGO, SUSTENTA B01, B02 Y B03 SOBRE UN CUADRO CON MODELO DIFERENTE AL OFERTADO EN LA HOJA DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO.	
MEDSTEP PERU S.A.C.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	
A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S A	
AL ABRIR EL ARCHIVO (OFERTA DEL POSTOR) DESCARGADO DEL SEACE, NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTOS DE SUSTENTO PARA LOS PUNTOS b), c), d), e), f), g) y h)	
AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
MEDITRONIC CORPORATION S.R.L.	
NO PRESENTA CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
DM SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
TECNI - MED.SYSTEM. S.A.	
NO CUMPLE CON EL PUNTO "h)". EL POSTOR NO CONSIDERA EL MONTO DE PRESTACIÓN ACCESORIA EN EL ANEXO N° 06.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
CORPORACION DACMAR S.A.C.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_B03: "CON BAJO NIVEL DE RUIDO, IGUAL O MENOR A 60 dBA (A 1m.); EL POSTOR NO ACREDITA: "A 1m".	
BIOTECNOLOGIC IMPORT S.A.C.	
SE SOLICITA ACREDITAR:	
_D01: "220V / 60Hz (TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD)"; EN EL SUSTENTO SE APRECIA UNA ANOTACIÓN DEL FABRICANTE SEÑALADO CON (*), EL CUAL INDICA: 230V +/-5%, POR LO CUAL NO CUMPLE CON LA TOLERANCIA REQUERIDA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD (220V +/-5%).	

  
PEDRO AGUIRRE CHAVEZ  
PRESIDENTE TITULAR

  
HECTOR MANUEL GAGO CACERES  
MIEMBRO 1 TITULAR

  
EDUARDO ANTONIO HUNG PITMAN  
MIEMBRO 2 TITULAR