

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:57:42

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.9. PLAZO DE ENTREGA

Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el plazo de 30 DIAS CALENDARIO en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

Nuestra representada es una marca europea reconocida mundialmente. Sin embargo, se requiere de un mayor plazo de entrega para cubrir los tiempos de fabricación e importación. Por lo antes mencionado, solicitamos al comité de selección aceptar un plazo de entrega de 60 días calendario.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP I Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA SE NO SE ACOGE A SUS CONSULTAS, EN DONDE SE MANTIENE EL PLAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS CALENDARIOS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:57:42

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)

El OSCE establece que adicionalmente al Anexo 03, el comité evalúe la inclusión de sustento técnico para acreditar el cumplimiento de las características que el comité determine. Por lo mencionado y siendo el objeto de la convocatoria un equipo médico de uso en quirófano se incluya lo siguiente:

Documentos sustentarios (catálogos, brochures, manuales o cualquier otro documento del fabricante) que se pueda usar para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Del literal A (Características) hasta el literal E (Sistema de seguridad)).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP II Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE A SU CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN DONDE SE INCLUIRA EN LA BASES INTEGRAS DENTRO DE LA DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA:

Documentos sustentarios (catálogos, brochures, manuales o cualquier otro documento del fabricante) que se pueda usar para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas (Del literal A (Características) hasta el literal E (Sistema de seguridad)).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:57:42

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

4.2.3 Los proveedores deberán ofertar equipos, accesorios, insumos que no excedan de 12 meses anteriores a la fecha de presentación.

Solicitamos al comité aceptar equipos con fabricación 2023.

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** 4.2.3 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE A SU CONSULTA Los proveedores deberán ofertar equipos, accesorios, insumos que no excedan de 12 meses anteriores a la fecha de presentación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	15:57:42

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

4.3 Requisitos obligatorios

Entendemos que estos requisitos obligatorios deberán ser incluidos en el capitulo II. Por lo antes mencionado, solicitamos aclarar este punto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 4.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION NO PUEDE ABSOLVER CONSULTAS QUE NO ESTA MUY CLARAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

A04 PANTALLA LCD DE 7 PULGADAS.
La pantalla es una parte crucial de los electrobisturíes modernos, ya que proporciona a los cirujanos la información necesaria para realizar procedimientos con precisión y seguridad. Una pantalla de 9" ofrece mejor visibilidad y funcionalidad avanzada, lo que es especialmente importante en procedimientos complejos. Por lo tanto, para fomentar una mayor pluralidad y participación de postores, y teniendo en cuenta la mejora en la especificación técnica, solicitamos considerar:
A04 PANTALLA LCD DE 9 PULGADAS O MÁS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: A04 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE PARCIALMENTE A SU CONSULTA; EN DONDE EL AREA USUARIA ACEPTARA A04 PANTALLA LCD DE 7 PULGADAS A MAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

C01 CORTE MONOPOLAR PURO (300W) cada fabricante puede utilizar nombres diferentes para distinguir sus productos en el mercado, estos nombres comerciales pueden variar entre fabricantes, pero en esencia se refieren al mismo modo operativo. Por lo que para mayor pluralidad y participación de postores solicitamos aceptar:

C01 CORTE MONOPOLAR PURO O ESTÁNDAR (400W)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: C01 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA NO SE ACOGE A SU CONSULTA SE MANTIENE LO SOLICITADO EL LITERAL C01

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
C02 CORTE MONOPOLAR BLEND (200W). El término "Blend" significa "mezcla" en español, se entiende que se está solicitando un electrobisturí que cuente con modo de corte monopolar que combine corte con coagulación. Esto es equivalente a lo que se describe en el ítem C03 "Corte monopolar con disección con hemostasia". Dado que ambos ítems se refieren a la misma funcionalidad, solicitamos al comité unificar criterios eliminando el ítem C02 y considerando solo el ítem C03. De esta manera, se puede simplificar la especificación técnica y evitar redundancias.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: C02 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA AL AREA USUARIA SE ACOGE A SU CONSULTA SE TOMARAN CUENTA C02 O C03 Y/O AMBAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:
C04 COAGULACIÓN MONOPOLAR FULGÚRATE (120W). La fulguración se refiere a un método donde se aplica corriente eléctrica de alta frecuencia a los tejidos mediante un electrodo sin establecer contacto directo. Este procedimiento resulta en la desecación y destrucción del tejido superficial, o bien, en la coagulación de sangrados superficiales por la dispersión eléctrica.

Se entiende que se está solicitando un electrobisturí que cuente con modo de coagulación de corriente con forma de pulso modulado, se debe tener en cuenta que los ítems C05, C06 y C07 también hacen referencia a este mismo modo, pero bajo nombres comerciales específicos. Esto puede limitar la participación y pluralidad de los postores, como también la falta de unificar criterios para la solicitud de los modos operativos de los equipos. Por lo anterior y para fomentar pluralidad y participación de postores, solicitamos que se acepten funcionalidades similares, incluso si están etiquetadas bajo nombres comerciales diferentes. Como: C04 COAGULACIÓN MONOPOLAR FULGÚRATE O MODERADA (120W).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: C04 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE A SU COSNSULTA SE CONSIDERARA C04 COAGULACIÓN MONOPOLAR FULGÚRATE O MODERADA (120W).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

C05 COAGULACIÓN MONOPOLAR SHARED FULGÚRATE (120W) Se entiende que se está solicitando un electrobisturí con un modo de coagulación y corte compartido, y baja penetración en el tejido. Sin embargo, al solicitar con nombres comerciales específicos limita la participación y pluralidad de postores. Por ello, para fomentar una mayor variedad y participación, sugerimos aceptar funcionalidades similares, incluso si están etiquetadas con nombres comerciales diferentes y considerar: C05 COAGULACIÓN MONOPOLAR SHARED FULGÚRATE O FORZADA MIXTA (120W)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: C05 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE A SU COSNSULTA SE CONSIDERARA C05 COAGULACIÓN MONOPOLAR SHARED FULGÚRATE O FORZADA MIXTA (120W)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura : AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
C07 COAGULACIÓN MONOPOLAR SHARED SPRAY (120W). Al solicitar con nombres comerciales específicos limita la participación y pluralidad de postores. Por ello, para fomentar una mayor variedad y participación, sugerimos aceptar funcionalidades similares, incluso si están etiquetadas con nombres comerciales diferentes y considerar: COAGULACIÓN MONOPOLAR SHARED FULGÚRATE O FORZADA MIXTA (120W)

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP III **Literal:** C07 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE A SU COSNSULTA SE CONSIDERARA C07 COAGULACIÓN MONOPOLAR SHARED FULGÚRATE O FORZADA MIXTA (120W)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
C08 COAGULACIÓN SOFT (120W). El termino SOFT en traducción al español significa SUAVE, por lo que se entiende que se está solicitando un modo de coagulación monopolar suave, teniendo en cuenta que al solicitar con nombres comerciales específicos se limita la participación y pluralidad de postores, infringiendo la ley de contratación pública y , para fomentar una mayor variedad y participación de postores, sugerimos aceptar funcionalidades similares, incluso si están etiquetadas con nombres comerciales diferentes y considerar:

C08 COAGULACIÓN SOFT O FORZADA NO CORTANTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: C08 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE A SU COSNSULTA SE CONSIDERARA C08 COAGULACIÓN SOFT O FORZADA NO CORTANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SALUD UTES HUARAZ HOSPITAL VICTOR RAMOS GUARDIA

Nomenclatura :AS-SM-18-2024-HVRG/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE BIENES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO GENERADOR ELECTRO QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL VÍCTOR RAMOS GUARDIA NIVEL II-2 HUARAZ

Ruc/código :	20101337261	Fecha de envío :	10/06/2024
Nombre o Razón social :	ROCA S.A.C.	Hora de envío :	16:59:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
C09 COAGULACIÓN BIPOLAR PRECISO (70W O MAYOR). Al solicitar con nombres comerciales específicos limita la participación y pluralidad de postores. Por ello, para fomentar una mayor variedad y participación, sugerimos aceptar funcionalidades similares, incluso si están etiquetadas con nombres comerciales diferentes y considerar: C09 COAGULACIÓN BIPOLAR PRECISO O ESTÁNDAR

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: C09 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
EL COMITE DE SELECCION EN CONSULTA CON EL AREA USUARIA SE ACOGE A SU COSNSULTA SE CONSIDERARA C09 COAGULACIÓN BIPOLAR PRECISO O ESTÁNDAR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null