

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA
Nomenclatura :	LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20551300944	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	CRIMINALISTICA SCENE CRIME S.A.	Hora de envío :	14:50:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con relación al ITEM III, en el apartado de CARACTERÍSTICAS DEL BIEN - Especificaciones Técnicas - Señalan como "Características Opcionales" lo siguiente:

- \* Bastidor para armas de fuego de montaje en cañón y soportes para rifles para armas de fuego humeantes.
- \* Sistema de soportes de pasadores para botellas y latas.
- \* Unidad de descontaminación de ADN-UV-C.
- \* Caja de almacenamiento para bastidores y accesorios.

Sin embargo, dichos equipos y accesorios son fundamentales para el óptimo desempeño del equipo a adquirir. Precizando que, la Unidad de descontaminación de ADN-UV-C, contribuirá en la conservación del medio ambiente de los gases tóxicos que pudieran generarse como resultado del uso del equipo; así mismo esta unidad descontamina del ADN, lo que reduce el riesgo de la contaminación cruzada de pruebas. Por lo tanto, se solicita que dichos accesorios sean considerados como parte básica del bien y que en la descripción de la Unidad de descontaminación de ADN-UV-C, se le retire la palabra opcional.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: III Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite de selección en concordancia con el Area Usuaria acepta la consulta y corrige el error material.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20550016428	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C.	Hora de envío :	17:17:03

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 3 ¿ CAMARA DE AHUMADO DE CIANOCRILATO

2. CARACTERISTICAS TECNICAS (Las características corresponden a una determinada marca)

La construcción del marco exterior permite una visualización de 360°.

SOLICITAMOS construcción del marco exterior con visualización de 180°

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 2      Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 1 y 2 de la Ley 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere una vizualización de 360°, toda vez que este tipo de camara es util en un campo de visión sin puntos ciegos, la cual permite la vigilancia y captura de imágenes o videos desde todos los angulos y facilita la limpieza.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20550016428	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C.	Hora de envío :	17:17:03

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 3 ¿ CAMARA DE AHUMADO DE CIANOCRILATO

2. CARACTERISTICAS TECNICAS (Las características corresponden a una determinada marca)

Todas las partes laterales internas están fabricadas con paneles de cristal.

SOLICITAMOS se considera fabricación de paneles laterales de

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 1 y 2 de la Ley 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se requiere que los paneles sean de material altamente resistente para las temperaturas, que sean transparentes, permitiendo la visualización del proceso sin necesidad de abrir la cámara; asimismo, se requiere que la cámara tenga un tamaño adecuado para cubrir las necesidades considerando el tamaño de los objetos procesados (escopetas).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20550016428	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C.	Hora de envío :	17:17:03

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

ITEM 3 ¿ CAMARA DE AHUMADO DE CIANOCRILATO

2. CARACTERISTICAS TECNICAS (Las características corresponden a una determinada marca)

Registrador de datos de proceso USB

SOLICITAMOS sea opcional

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 2    **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo N° 1 y 2 de la Ley 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Si se admite USB y /o otros almacenamiento de informacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20550016428	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C.	Hora de envío :	17:17:03

**Observación: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

ITEM 3 ¿ CAMARA DE AHUMADO DE CIANOCRILATO

2. CARACTERISTICAS TECNICAS (Las características corresponden a una determinada marca)

Enclavamiento de puerta electromecánico con bloqueo electrónico

SOLICITAMOS se admita puerta con bloqueo automático

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 2      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo N° 1 y 2 de la Ley 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Si se admite la puerta de bloqueo automatico, siempre y cuando la puerta cuente con un sistema de bloqueo que se active automaticamente, una vez cerrada para así evitar la apertura accidental durante el proceso o manipulacion.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20550016428	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C.	Hora de envío :	17:17:03

**Observación: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

ITEM 3 ¿ CAMARA DE AHUMADO DE CIANOCRILATO

2. CARACTERISTICAS TECNICAS (Las características corresponden a una determinada marca)

Todas las paredes interiores están hechas de paneles de vidrio.

SOLICITAMOS que también se considere que las puertas interiores estén hechas de propileno

**Acápíte de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** III      **Literal:** 2      **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo N° 1 y 2 de la Ley 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge a que las puertas interiores esten hechas de propileno y/o vidrio, siempre y cuando proporcione una vision clara y sin distorsiones del interior de la camara , lo que seria util para monitorear el proceso de revelados de huellas, sin abrir la camara.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20550016428	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C.	Hora de envío :	17:17:03

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

ITEM 3 ¿ CAMARA DE AHUMADO DE CIANOCRILATO

2. CARACTERISTICAS TECNICAS (Las características corresponden a una determinada marca)

Iluminación integrada

SOLICITAMOS que también se considere luz fluorescente

**Acápíte de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 2    **Página:** 45

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Artículo N° 1 y 2 de la Ley 30225 de la Ley de Contrataciones del Estado

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Es muy necesario la iluminación integrada ya que ofrece una fácil observación y optima visibilidad de la evidencia en su interior.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20550016428	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C.	Hora de envío :	17:17:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 2 MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA

En el numeral 1 - CARACTERISTICAS TECNICAS, ¿OBJETIVOS¿, solicitan un campo visual en ocular de 93 mm a 200 mm o 1.8 mm a 166mm al menos.

SOLICITAMOS se pueda ampliar el rango desde 2.3 ¿ 62 mm, por ser igualmente un campo de visión adecuado y óptimo para el análisis microscópico de muestras balísticas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El campo visual de un monitor de computadora esta en forma optima en 150 mm a mas, por ello seria recomendable que sea de 93 a 200 mm. 62 mm seria inadecuado y obsoleto para futuras generaciones de microscopios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura :LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20550016428	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	LABORATORIO FORENSE SERVICIOS PERICIALES S.A.C. - LAFORSE S.A.C.	Hora de envío :	17:17:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 2 MICROSCOPIO DE COMPARACION BALISTICA

En el numeral 1 - CARACTERISTICAS TECNICAS, ¿OBJETIVOS¿, se solicita un rango de magnificación óptica: 1x como mínimo hasta 135x al menos, pero en el acápite ¿OBJETIVOS¿, solicitan nuevamente un rango de aumento óptico con micro objetivos entre 6x hasta 300x. Se sugiere no considerar este ultimo margen de aumento ya que previamente, se ha solicitado un rango de magnificación óptica como mínimo de 1x a 135x que es adecuado para estudios macro y microscópico.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 2      Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

si es aceptable que se mantenga el rango de magnificación óptica como mínimo de 1x a 240x de ser posible que es adecuado para estudios macro y microscópico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	18:12:56

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:

- \* Macro objetivos de 0.4x como mínimo y micro objetivos de 10x y 20x
- \* Campo visual en ocular de 93 mm o 1.8 mm a 166mm al menos
- \* Oculares: 10x/22x

Las especificaciones son claras respecto a los micro-objetivos pero no menciona nada respecto a los Macro-Objetivos, sin ellos no será posible hacer pericias sobre casquillos y proyectiles..

Consulta:

En ese sentido solicitamos al comité incorporar los objetivos macro a:

¿ Macro Objetivos tipo TELECÉNTRICOS para optimizar la reproducibilidad y precisión en las mediciones.

¿ (01) Pares de objetivos: (05) Macro Objetivos totalmente y Telecentricos:

Plan APOCROMATICOS 0.4x con A.N: 0,014-0,003

Plan APOCROMATICOS 1x con A.N: 0,035-0,006

Plan APOCROMATICOS 2x con A.N: 0,07-0,01

Plan APOCROMATICOS 4x con A.N: 0,14-0,03

Plan APOCROMATICOS 8x con A.N: 0,22-0,03

¿ (02) Pares micro-objetivos:

10x/0,30

20x/0,40

¿ Oculares : PLAN 10x/22.

¿ Movimiento de línea de división del puente de comparación: Motorizado

¿ Ancho de línea de división ajustable de modo motorizado

¿ 04 modos del puente de observación: Dividido, izquierda, derecha y superpuesto

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: IV Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se esta solicitando los Macro objetivos de 0.4x como mínimo y micro objetivos de 10x y 20x, con los alcances que la empresa fabricante estime por conveniente por ello se pide lo mínimo no lo máximo requerido en estos micros y macros, porque al señalar sus rangos se estaría limitando a un solo modelo y marca habiendo diversidad y con características mejores y mayores, el movimiento de línea de división y los modos del puente de observación son características de microscopios estereoscópicos de comparación balística que ya están incluidos en su hardware.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	18:12:56

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:  
Cámara Digital

Cámara digital 4K de Ultra Alta Definición (UHD) deseable ser del mismo fabricante del microscopio o compatible Resolución (10 Mpixeles) como mínimo salida digital a traves de USB 3.0 ( para PC) salida HD digital a traves de HDMI ( para proyector, tv o monitor del tipo LED o 4k)  
(01) cable USB 2.0  
(01) cable HDMI  
software para para gestion de imagenes y captura

Las cámaras digitales están sujetas a obsolescencia tecnológica que deja en desuso algunos componentes tal como interface USB 2.0 (Ahora hay 3.1), mejoras en la resolución y otros.  
CONSULTA  
Se pide al comité has considerado actualizar la tecnología de la cámara y de esa manera hacer que la entidad reciba lo último de la tecnología respecto las siguientes características:

Se propone:

Resolución (12 Mpixeles) ultra HD (4K)  
Salida digital a través de: HDMI, Ethernet, 4 conectores USB 2 tipo B (almacenaje en memoria USB, mouse, teclado, dongle WIFI), USB 3.1 estándar USB tipo C (para conexión a PC)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 01 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita lo mínimo en cámara como lo mas básico pero cada modelo de microscopio viene con una cámara de ultima generación por eso se dice o superior, y se pide que sea de la marca del fabricante para que la garantía sea del mismo fabricante y no de empresas tercerizadas que no están diseñadas para emplearse en microscopios de comparación balística, y ofrecen características de una cámara no adecuada y que el mismo software del microscopio esta enlazado para emplear la cámara y realizar el almacenaje en el cpu u otro medio de almacenamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	18:12:56

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Después de la revisión del ITEM 4.2 en cuanto a las especificaciones técnicas, no menciona o no define que tipo de experiencia requiere para este ítem.

CONSULTA

Solicitamos al comité que precise que tipos de bienes relacionado al objeto de la convocatoria consideraran como bienes similares a la hora de evaluar la experiencia del postor.

En convocatorias similares se han consideran como bienes similares a: microscopios ópticos, microscopios binoculares, trinoculares con cámara, estereomicroscopio, y demás microscopios ópticos en general. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 01 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el comité de selección en concordancia con el área, acepta la consulta por una mayor participación de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

consideran como bienes similares a: microscopios ópticos, microscopios binoculares, trinoculares con cámara, estereomicroscopio, y demás microscopios ópticos en general

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	18:12:56

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se solicita :  
Dimensiones exteriores : 195x68x75 ( Alto x Ancho x Profundidad)  
Dimensiones interiores : 125x58x61cm ( Alto x Ancho x Profundidad

Las dimensiones físicas son únicas y obedecen al diseño propio de cada fabricante, normalmente varían por pocos centímetros entre cada fabricante, esto no afecta la funcionalidad, colocar parámetros específicos no fomenta la participación y la libre competencia.

Consulta :

Consultar al comité si aceptara un equipo con las siguientes dimensiones :

( anch X prof X alt ) : 1025x747x1780mm o en todo caso colocar el término ¿APROX¿ para contemplar estas pequeñas variantes.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 02    Literal: 1.1    Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge a las medidas referenciales Entre 1.78x 68x74 a 195 x1.25x75cm (alto x ancho x profundidad) aprox; siempre y cuando, el equipo logre procesar muestras de diferentes tamaños(armas de puño, escopetas y otros) aprox.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	18:12:56

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita :

Rango de humedad : 60 - 90 ° , humedad relativa

Normalmente es ajustable para permitir adecuarse a las condiciones medioambientales de cada región, la de Lima no es igual a la de Piura y un rango ajustable sería lo más conveniente.

Consulta :

Consultar al comite si el rango que solicita es fijo o deberá ser ajustable.

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 2    Literal: 1.1    Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge a que el rango de humedad sea ajustable, ya que el factor climatologico de la Region Piura varia de acuerdo a las estaciones del año, ya que esto influye en el proceso del revelado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20464408623	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	BAIRES S.A.C.	Hora de envío :	18:12:56

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Después de la revisión del ITEM 1.1 en cuanto a las especificaciones técnicas, no menciona o no define qué tipo de experiencia requiere para este ítem.

CONSULTA

Solicitamos al comité que precise qué tipos de bienes relacionados al objeto de la convocatoria considerarán como bienes similares a la hora de evaluar la experiencia del postor.

En convocatorias similares se han consideran como bienes similares a: Equipos de laboratorio ¿Es correcta nuestra apreciación?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 1.1 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se corrige los bienes similares en concordancia con la consulta 12

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se consideran bienes similares a: microscopios ópticos, microscopios binoculares, trinoculares con cámara, estereomicroscopio, y demás microscopios ópticos en general.

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20545102766	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	NEXUSPLUS S.A.C.	Hora de envío :	22:35:36

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:  
Cámara Digital

- ¿ Cámara digital 4K de Ultra Alta Definición (UHD) deseable ser del mismo fabricante del microscopio o compatible
- ¿ Resolución (10 Mpixeles) como mínimo

CONSULTA

A fin de fomentar la pluralidad de marcas y postores respecto a la cámara digital, aceptará el comité la sgte. propuesta:

- ¿ Una cámara con resolución de 20Mpixeles como mínimo y rango dinámico: 70dB, 3200:1 como mínimo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 1 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita lo mínimo en cámara como lo mas básico pero cada modelo de microscopio viene con una cámara de ultima generación por eso se dice o superior, y se pide que sea de la marca del fabricante para que la garantía sea del mismo fabricante y no de empresas tercerizadas que no están diseñadas para emplearse en microscopios de comparación balística, la pluralidad en un producto que es todo un conjunto de hardware y software tiene desventajas al ser de diferentes fabricantes, no adecuándose el software a los requerimientos y ademas ofrecen características de una cámara no adecuada y que el mismo software del microscopio esta enlazado para emplear la cámara y realizar el almacenaje en el cpu u otro medio de almacenamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20545102766	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	NEXUSPLUS S.A.C.	Hora de envío :	22:35:36

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:

¿ Campo visual en ocular de 93mm a 200mm o 1.8mm a 166mm al menos

CONSULTA :

Por ello, solicitamos al comité ampliar requerimiento a:

¿ Campo visual en ocular de 0.9mm a 169mm al menos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.2      Literal: 2      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El campo visual de un monitor de computadora está en forma óptima en 150 mm a más, por ello sería recomendable que sea de 93 a 200 mm. de 0.9 a 169 mm sería limitar e inadecuado para futuras generaciones de microscopios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura :LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20545102766	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	NEXUSPLUS S.A.C.	Hora de envío :	22:35:36

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:

Rango de aumento óptico con micro objetivos : Entre 6x hasta 300x

CONSULTA

Se pide al comité ampliar requerimiento a:

¿ Rango de aumento óptico con objetivo desde 0.3x hasta 240x.

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 4.2      Literal: 3      Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es aceptable que se mantenga el rango de magnificación óptica como mínimo de 1x a 240x de ser posible, que es adecuado para estudios macro y microscópico. Pero no debe ser menor a ello sino superior de ser posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	22:48:14

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:  
Cámara Digital

¿ Cámara digital 4K de Ultra Alta Definición (UHD) deseable ser del mismo fabricante del microscopio o compatible  
¿ Resolución (10 Mpixeles) como mínimo

CONSULTA

A fin de fomentar la pluralidad de marcas y postores respecto a la cámara digital, aceptará el comité la sgte. propuesta:

¿ Una cámara con resolución de 20Mpixeles como mínimo y rango dinámico: 70dB, 3200:1 como mínimo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 01 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita lo mínimo en cámara como lo mas básico pero cada modelo de microscopio viene con una cámara de ultima generación por eso se dice o superior, y se pide que sea de la marca del fabricante para que la garantía sea del mismo fabricante y no de empresas tercerizadas que no están diseñadas para emplearse en microscopios de comparación balística, la pluralidad en un producto que es todo un conjunto de hardware y software tiene desventajas al ser de diferentes fabricantes, no adecuándose el software a los requerimientos y ademas ofrecen características de una cámara no adecuada y que el mismo software del microscopio esta enlazado para emplear la cámara y realizar el almacenaje en el cpu u otro medio de almacenamiento

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	22:48:14

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:

¿ Campo visual en ocular de 93mm a 200mm o 1.8mm a 166mm al menos

CONSULTA :

Por ello, solicitamos al comité ampliar requerimiento a:

¿ Campo visual en ocular de 0.9mm a 169mm al menos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 02 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El campo visual de un monitor de computadora esta en forma optima en 150 mm a mas, por ello seria recomendable que sea de 93 a 200 mm. , menos seria inadecuado y obsoleto para futuras generaciones de microscopios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - REGIÓN PIURA

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-UE003 REGPOLPIURA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TRES (03) EQUIPOS PARA LA OFICINA DE CRIMINALISTICA (OFICRI) PNP PIURA.

Ruc/código :	20602476449	Fecha de envío :	13/08/2024
Nombre o Razón social :	AGROINDUSTRIAL ESTACIO S.A.C.	Hora de envío :	22:48:14

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SE SOLICITA:

Rango de aumento óptico con micro objetivos : Entre 6x hasta 300x

CONSULTA

Se pide al comité ampliar requerimiento a:

¿ Rango de aumento óptico con objetivo desde 0.3x hasta 240x.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: 03 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Si es aceptable que se mantenga el rango de magnificación óptica como mínimo de 1x a 240x de ser posible, que es adecuado para estudios macro y microscópico. Pero no debe ser menor a ello sino superior de ser posible.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null