

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO

Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20563794101	Fecha de envío :	05/04/2023
Nombre o Razón social :	ENDOMED TECHNOLOGHIES S.A.C.	Hora de envío :	13:54:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

ITEM 1, ASA DE POLIPECTOMIA DE ESTOMAGO Y COLON

Según bases administrativas, a. Características técnicas, ustedes consignan:

a.1. Asa de polipectomía

- Material: malla trenzada semirrígida

- Diámetro de la camisa: 2.5 mm

-Capacidad de ser giratoria

Por lo tanto, para una mayor pluralidad de postores, realizamos la siguiente OBSERVACION:

¿Aceptarán el producto con las siguientes características técnicas:

a.1. Asa de polipectomía

- Material: alambre trenzado

- Diámetro de la camisa: 2.3 mm

-Capacidad de ser fijo o giratoria

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: -- Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN Y EN COORDINACION CON EL AREA USUARIA AGOGE LA OBSERVACION REALIZADA Y SERA TOMADO EN CUENTA EN LAS BASES INTEGRADAS DICHA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HUANCAYO
Nomenclatura : AS-SM-8-2023-HRDCQ-DAC-HYO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSULTA EXTERNA Y HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE CLINICO QUIRURGICO DANIEL ALCIDES CARRION DE HUANCAYO

Ruc/código :	20563794101	Fecha de envío :	05/04/2023
Nombre o Razón social :	ENDOMED TECNOLOGHIES S.A.C.	Hora de envío :	13:54:54

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 3, AGUJA PARA ESCLEROTERAPIA E INFILTRACION PARA COLONOSCOPIO DESCARTABLE N°25 G X 5 MM

Según bases administrativas, a. Características técnicas, ustedes consignan:

a.3. Aguja de escleroterapia

- Longitud de la aguja 4.5 o 6 mm

Por lo tanto, para una mayor pluralidad de postores, realizamos la siguiente consulta:

¿Aceptarán el producto con las siguientes características técnicas:

a.3. Aguja de escleroterapia

- Longitud de la aguja 5 mm

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: -- Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN AGOGE LA OBSERVACION REALIZADA Y SERA TOMADO EN CUENTA EN LAS BASES INTEGRADAS DICHA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null