

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-215-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL COMPLETA E INSTRUMENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. (SEC.FUN. 0348)

Ruc/código : 20516604558

Nombre o Razón social : MEGA ODONTHO E.I.R.L.

Fecha de envío : 03/11/2023

Hora de envío : 23:03:38

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVACION

PAG 16-17

2.2 CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1 Documentos de presentación obligatoria

Observación

al respecto de la UNIDADES DENTALES COMPLETA y el componente COMPENSORA DENTAL Y LOS ACCESORIOS PIEZA DE MANO Y MICROMOTOR DENTAL informamos que LA UNIDAD FUNCIONAL DE DISPOSITIVOS MEDICOS, UFDMP-DDMP-DIGEMID, detalla que los productos antes mencionados están sujetos a otorgamiento de REGISTRO SANITARIO, emitido por la Dirección de Dispositivos médicos y productos Sanitarios DIGEMID de acuerdo la definición establecida en el artículo 4° de la ley 29459 cabe indicar que los productos UNIDAD DENTAL Y EL COMPONENTE COMPENSORA PARA USO ODONTOLOGICO ESTAN CONSIDERADOS EN LA CLASIFICACION I (de bajo Riesgo).ahora para no conculcar con la ley N°25657 ley del Ministerio de Salud Solicitamos incluir en la DOCUMENTACION DE PRESENTACION OBLIGATORIA COPIA DE REGISTRO SANITARIO O CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO (COPIA SIMPLE) con anexos de los equipos y sus componentes. Vigente a la fecha de presentación de oferta EXPEDIDO POR DIGEMID.

Deberá acreditar que el producto ofertado cuente con registro sanitario o certificado de Registro Sanitario, independientemente de quien sea el titular, conforme con lo señalada por la dirección DIGEMID.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1. Literal: - Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en concordancia con el Área Usaria, ACOGE PARCIALMENTE la observación. Por lo que, a fin de garantizar el cumplimiento de lo autorizado por DIGEMID, se solicitara como documento de presentación obligatoria para la admisión de las ofertas el registro sanitario o certificado de registro sanitario para los equipos, componentes, accesorios que lo requieran, en caso no requieran podrán sustentarlo con el listado actualizado vigente de productos que no requieren registros sanitarios emitido por DIGEMID.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregará en el numeral 6.2 de las Especificaciones Técnicas según el siguiente detalle:

- Copia Simple del registro sanitario a certificado de registro sanitario para los equipos, componentes, accesorios que lo requieran, en caso no requieran podrán sustentarlo con el listado actualizado vigente de productos que no requieren registros sanitarios emitido por DIGEMID.

Se agregará en el numeral 2.2.1.1, del capítulo II de la sección específica de las bases:

- Copia Simple del registro sanitario a certificado de registro sanitario para los equipos, componentes, accesorios que lo requieran, en caso no requieran podrán sustentarlo con el listado actualizado vigente de productos que no requieren registros sanitarios emitido por DIGEMID.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-215-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL COMPLETA E INSTRUMENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. (SEC.FUN. 0348)

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:38

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PAG 22

Consulta

PREINSTALACION DE LA UNIDAD DENTAL COMPLETA

CONSULTAMOS AL COMITÉ QUE LA PREINTALACION DE LA UNIDAD DENTAL COMPLETA ESTARA A CARGO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO , CONSULTA QUE REALIZAMOS PARA PODER REALIZAR UN ADECUADO COSTEO EN NUESTRA OFERTA SÍRVASE ACLARAR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 6.4 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en concordancia con el Área Usuaria ACLARA que la Pre Instalación de la Unidad Dental esta a cargo del proveedor adjudicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-215-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL COMPLETA E INSTRUMENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. (SEC.FUN. 0348)

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

PAG 22

Consulta

PREINSTALACION DE LA UNIDAD DENTAL COMPLETA

SE SOLICITA QUE SE REQUIERE SUMINISTRO DE AGUA , DESAGUE , ELECTRICIDAD Y AIRE ACONDICIONADO POR COMPRESOR , SOLICITAMOS SUPRIMIR LA PALABRA ACONDICIONADO , YA QUE AL PARECER HUBO UN ERROR EN LA DIGITACION

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.4 Literal: - Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria aclara qué existe un error tipográfico que se corregirá en las bases integradas quedando: "Requiere suministro de agua, desagüe, electricidad y aire por compresor. Así mismo se indica que la Municipalidad brindara las condiciones necesarias para la preinstalación de la Unidad Dental Completa"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-215-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL COMPLETA E INSTRUMENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. (SEC.FUN. 0348)

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

PAG 29 PRESTACIÓN ACCESORIA CONSULTAMOS SI LA PRESTACIÓN ACCESORIA ES UN COSTO ADICIONAL A LA PRESTACIÓN PRINCIPAL YA QUE SE ESTA SOLICITANDO 02 CONFORMIDADES AL AÑO SI ES ASI SIRVA MODIFICAR ANEXO 6 E INCLUIR PRECIO PARA LA PRESTACIÓN ACCESORIA

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 10 **Literal:** - **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC en concordancia con el Área Usuaría, ACLARA que se modificara la prestación accesoria del numeral 10 de las Especificaciones Técnicas, quedando que los componentes de las prestaciones accesorias formaran parte de la Garantía Comercial.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Nomenclatura : AS-SM-215-2023-MDM/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL COMPLETA E INSTRUMENTAL PARA EL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. (SEC.FUN. 0348)

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	03/11/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	23:03:38

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA
CUBETA
DE ALUMINIO O ACERO INOXIDABLE¿. CONSULTAMOS AL COMITÉ SI SE REFIERE A LAS CUBETAS DE IMPRESIÓN O CUBETAS PARA GUARDAR DE LOS INSTRUMENTOS , TAMBIÉN CONOCIDO COMO CAJA PORTA INSTRUMENTAL

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** C01 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El OEC juntamente con el Área Usuaría aclara que se refiere a la caja o contenedor para esterilizar el instrumental.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null