

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA
Nomenclatura :	AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:06:41

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se le solicita al comité de selección indicar las cantidades para los ítems del número 1 al 25, siendo que no se detallan en el requerimiento ni en las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, indica que SE ACOGE su consulta, se incluirá las cantidades en las especificaciones técnicas primigenias.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

e incluirá las cantidades en las especificaciones técnicas primigenias

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:07:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo III, punto 6 de las especificaciones técnicas de los ítems n° 4 al 25, agradeceremos puedan detallar si los productos solicitados son placas individuales o en sistemas, mismos que pueden incluir (tornillos corticales 3.5 - 4.5, tornillos bloqueados 2.7 - 3.5 - 5.0, esponjosos 4.0 - 6.5, brocas de diferentes medidas, kirschner de diferentes medidas, entre otros materiales que considere necesarios el área usuaria).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección ACLARA, que los materiales solicitados son individuales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:08:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo III, punto 6 de las especificaciones técnicas de los ítems n° 1 al 39, descripción del ítem: doble empaque (sobre individual), se le solicita al comité que la presentación de los productos sea acorde a lo indicado en su Registro Sanitario a fin de permitir mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección ACLARA, que la presentación sera en empaque individual, rotulado y de acuerdo a su registro sanitario, aunque no necesariamente estéril. esto con el fin de dar opción a otros materiales alternativos, de acuerdo a la necesidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:08:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo III, punto 6 de las especificaciones técnicas del ítem n° 1, 2 y 3: clavos kirschner de Ø 1.6 - 1.8 - 2.0, agradecemos al comité pueda aceptar el diámetro de los kirschner x 300 mm, con el fin de tratar distintas fracturas de acuerdo a la necesidad de la institución, aumentando así la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección, indica que SE ACOGE su consulta, la presentación de los clavos KIRSCHNER deben cumplir con los diámetros establecidos de 1.6, 1.8 y 2.0 mm, de longitud mayor que se tenga, como puede ser 300 mm, con la finalidad de contar con pluralidad de proveedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

la presentación de los clavos KIRSCHNER deben cumplir con los diámetros establecidos de 1.6, 1.8 y 2.0 mm, de longitud mayor que se tenga, como puede ser 300 mm.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:09:23

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo III, punto 6 de las especificaciones técnicas de los ítem n° 4 y 5: "PLACA BLOQUEADA DE FÉMUR DISTAL DERECHA Ø 4.5 X 10 AGUJEROS", "PLACA BLOQUEADA DE FÉMUR DISTAL IZQUIERDA Ø 4.5 X 10 AGUJEROS", se le solicita al comité aceptar las placas x 9 y 11 agujeros, aumentando así la pluralidad de los postores, siendo que cada marca maneja diferentes medidas para diferenciar sus productos en el mercado, algunas manejando el numero de agujeros en pares y otras en impares, al ser tan específicos con la cantidad de agujeros , limitan la participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección indica que SE ACOGE, su consulta aceptando equivalentemente a PLACA BLOQUEADA DE FÉMUR DISTAL DERECHA Ø 4.5 X 10 AGUJEROS", "PLACA BLOQUEADA DE FÉMUR DISTAL IZQUIERDA Ø 4.5 X 10 AGUJEROS, una placa de la misma descripción pero de 9, 10 o agujeros. con la finalidad de contar con pluralidad de proveedores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ITEM N° 4: PLACA BLOQUEADA DE FÉMUR DISTAL DERECHA Ø 4.5 X 9, 10 o de 11 AGUJEROS
ITEM N° 5PLACA BLOQUEADA DE FÉMUR DISTAL IZQUIERDA Ø 4.5 X 9, 10 o de 11 AGUJEROS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:12:31

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo III, punto 6 de las especificaciones técnicas de los ítem n° 6 y 7: "PLACA BLOQUEADA DE HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHO Ø 3.5 X 04 AGUJEROS" Y "PLACA BLOQUEADA DE HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDO Ø 3.5 X 04 AGUJEROS", se le solicita al comité aceptar las placas x 5 agujeros, aumentando así la pluralidad de los postores, siendo que cada marca maneja diferentes medidas para diferenciar sus productos en el mercado, algunas manejando el numero de agujeros en pares y otras en impares, al ser tan específicos con la cantidad de agujeros , limitan la participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección, indica que SE ACOGE su consulta, se aceptara equivalente de la misma descripción PLACA BLOQUEADA DE HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHO Ø 3.5 X 04 AGUJEROS" Y "PLACA BLOQUEADA DE HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDO Ø 3.5 X 04 AGUJEROS", se aceptara el equivalente de la misma descripción pero añadiendo 04 y 05 agujeros, finalidad de contar con pluralidad de proveedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Item 6: PLACA BLOQUEADA DE HUMERO DISTAL MEDIAL DERECHO Ø 3.5 X 04 o 05 AGUJEROS
Item 7: "PLACA BLOQUEADA DE HUMERO DISTAL MEDIAL IZQUIERDO Ø 3.5 X 04 o 05 AGUJEROS"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:12:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo III, punto 6 de las especificaciones técnicas de los ítem n° 20 Y 21: "PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L DERECHA 4.5 MM X 7 AGUJEROS" Y "PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L IZQUIERDA 4.5 MM X 7 AGUJEROS", se le solicita al comité aceptar las placas x 8 agujeros, aumentando así la pluralidad de los postores, siendo que cada marca maneja diferentes medidas para diferenciar sus productos en el mercado, algunas manejando el numero de agujeros en pares y otras en impares, al ser tan específicos con la cantidad de agujeros , limitan la participación de postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección, indica que SE ACOGE su consulta, se aceptara equivalente de la misma "PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L DERECHA 4.5 MM X 7 AGUJEROS" Y "PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L IZQUIERDA 4.5 MM X 7 AGUJEROS", se aceptara el equivalente de la misma descripción pero añadiendo 07y 08 agujeros, finalidad de contar con pluralidad de proveedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Item 20: "PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L DERECHA 4.5 MM X 7 AGUJEROS"

Item 21: "PLACA DE TIBIA PROXIMAL LATERAL EN L IZQUIERDA 4.5 MM X 7 AGUJEROS"

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:13:16

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo III, punto 6 de las especificaciones técnicas de los ítem n° 34: "TORNILLO DE BLOQUEO Ø 4.5 X 60 MM", se le solicita al comité también aceptar tornillos de bloqueo Ø 5.0, siendo el sistema que utilizan las placas 4.5 de la marca con la que trabajamos, aumentando así la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección, indica que SE ACOGE su consulta, se aceptara equivalente de la misma " TORNILLO DE BLOQUEO Ø 4.5 X 60 MM", se aceptara el equivalente de la misma descripción pero añadiendo sistemas 4.5 mm o 5.0 mm, finalidad de contar con pluralidad de proveedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ítem n° 34: "TORNILLO DE BLOQUEO Ø 4.5 o de 5.0 X 60 MM"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:13:37

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo III, punto 6 de las especificaciones técnicas del ítem n° 37 "TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL 6.0 MM X 60 MM", se le solicita al comité también aceptar tornillos esponjosos Ø 6.5 siendo el sistema que utilizan las placas 4.5 de la marca con la que trabajamos, además de permitir tratar distintas fracturas de acuerdo a la necesidad de la institución, aumentando así la pluralidad de los postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección, indica que SE ACOGE su consulta, se aceptara equivalente de la misma " " TORNILLO ESPONJOSO ROSCA PARCIAL 6.0 MM X 60 MM", se aceptara el equivalente de la misma descripción pero añadiendo sistemas 4.5 mm o 5.0 mm, finalidad de contar con pluralidad de proveedores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ítem n° 37: "TORNILLO ESPOMJOSO ROSCA PARCIAL DE Ø 4.5 o de 5.0 X 60 MM"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:14:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo III, punto 6 de las especificaciones técnicas de los ítem n° 1 al 39 en la descripción de los ítems: se precisa lo siguiente: "CONDICIÓN BIOLÓGICA. ESTERIL ATÓXICO" Y "EMPAQUE GARANTIZAR AL ESTERILIDAD E INTEGRIDAD DEL PRODUCTO", agradeceremos realizar la consulta al área usuaria y precisar si los materiales requeridos deben ser estériles, siendo que para las operaciones se tienen que internar alternativas de material de acuerdo a la necesidad y alternativas de tornillos para los implantes, solicitamos puedan considerar la presentación de los materiales no estériles, de acuerdo a su registro sanitario.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección ACLARA, que EL Empaque individual (sobre individual/ si corresponde) con rotulado de acuerdo a registro sanitario que garantice la integridad del producto. Con el fin de dar mas opciones a otros materiales alternativos, de acuerdo a la necesidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Empaque individual con rotulado de acuerdo a registro sanitario que garantice la integridad del producto. Con el fin de dar mas opciones a otros materiales alternativos, de acuerdo a la necesidad

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:14:26

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Al comité de selección, de acuerdo a lo establecido por DIGEMID en diversos pronunciamientos no existe la condición biológica de atoxico, por el contrario las condiciones biológicas son "No citotóxico, no tóxico, no irritante, no sensibilizante" conforme lo dispone las normas internacionales ISO 10993-5, ISO 10993-10, ISO 10993-23, ISO 10993-11 y diversas normas internacionales, por lo que observamos las bases solicitando previa consulta con el área usuaria y el área técnica (químicos farmacéuticos) que se corrija las características técnicas de acuerdo al detalle siguiente: CONDICIÓN BIOLÓGICA: ESTERIL: ÓXIDO DE ETILENO (ETO) O AUTOCLAVE (CALOR).

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, el comité de selección ACLARA, que EL Empaque individual con rotulado de acuerdo a registro sanitario que garantice la integridad del producto. Con el fin de dar mas opciones a otros materiales alternativos, de acuerdo a la necesidad

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Empaque individual con rotulado de acuerdo a registro sanitario que garantice la integridad del producto.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:14:47

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo II, punto 6 de las especificaciones técnicas del ítem n°26, no se precisa si el sistema DHS debe incluir las brocas y tornillos corticales, agradeceremos coordinar con el área usuaria a fin de detallar todo lo que consideran debe conformar el sistema.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, indica en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección aclara, el sistema DHS debe considerarse que incluya todas las combinaciones de tornillo DHS, lámina DHS, placa DHS con orificios DCP, placa LCP DHS y placa LCP DHS con collar, broca u otros materiales que implican en el sistema.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:16:17

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Según lo detallado en las bases, capítulo II, punto 6 de las especificaciones técnicas del ítem n° 34 "TORNILLOS DE BLOQUEO 4.5 MM X 50 MM", se le solicita al comité aclarar si es x 50mm o 60mm, ya que en el punto 5, se indica una medida diferente, esto con la finalidad de tenerlo claro evitando confusiones en los postores.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el área usuaria, mediante CARTA N° 112-2024-US-HRP-PUC, indica en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección aclara, se atiende con la actualización de las especificaciones técnicas, en su página 17, numeral 6.29, ÍTEM 34 "TORNILLO DE BLOQUEO 4.5 MM x 60 MM".

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se corregira el ítem 29 a: TORNILLO DE BLOQUEO 4.5 MM x 60 MM

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:16:33

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se le solicita al comité de selección aclarar el plazo de entrega de los bienes materia de la presente convocatoria, dado que existe una incongruencia en las fechas observadas en las bases, en el capítulo I , punto 1.9 de la pág 17 se indica 5 días calendarios y en capítulo III, punto 7 de la pág 41 se indica el plazo de 5 - 10 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la consulta del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección aclara, que el plazo de entrega es de 5 dias calendarios, por error involuntario se considero de 5 - 10 dias calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20519256887	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	MEND.GROUP E.I.R.L.	Hora de envío :	17:16:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se le solicita al comité de selección coordinar con el área usuaria un cronograma de entrega para los materiales solicitados, dicho cronograma servirá para poder facilitar de forma oportuna las alternativas de material e instrumental en préstamo para las operaciones, debido a que no se encuentra detalladas las cantidades de todos los ítems en el requerimiento y pudiendo ser cantidades grandes (más de 20 placas), es necesario contar con un cronograma de entrega, aumentando así la pluralidad de los postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la consulta del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este comite de selección aclara, que el cronograma de entrega quedara establecido de la siguiente manera: Durante el plazo de entrega el contratista deberá suministrar de los materiales de osteosíntesis para la especialidad de traumatología en una sola entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en una sola entrega

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20606717840	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA E IMPORTACIONES FLORI E.I.R.L.	Hora de envío :	20:50:53

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

la suscrita Droguería e importaciones flori con ruc 20606717840 hace la siguiente observación a las bases de la adjudicación simplificada n° 006-2024-gru-hrp-cs-1 en el capítulo iii REQUERIMIENTO en el numeral 5 materiales de osteosíntesis considerados para la especialidad de traumatología de cual se puede ver que contiene 39 items de los cuales del 1 al 25 no indica la cantidad de unidades requeridas, se solicita al comité indicar las unidades.

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: 5Literal: item 1-25Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la consulta del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria se incluirá las cantidades en las Especificaciones Técnicas Primigenias, por lo que este Comité de Selección SI ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

los items 1 al 25 tendran cantidades señaladas

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20606717840	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA E IMPORTACIONES FLORI E.I.R.L.	Hora de envío :	20:50:53

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

Observación 2. De los términos de referencia revisados no se encontró los requisitos que son indispensables para la adquisición de estos materiales quirúrgicos especializados ya que la DIREMID dentro de su normativa exige a las empresas proveedoras cumplir con requisitos fundamentales para el expendio de materiales y dispositivos médicos como son BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA) Y BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE (BPDT) siendo estas certificaciones garantía de que la empresa proveedora cumpla con un buen servicio de almacenamiento y transporte de los dispositivos objeto de la contratación. Se observa que el comité debería considerarlos en las bases integradas.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: cap iii Literal: 3.2 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria se añadira las BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA) Y BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE (BPDT) en las Especificaciones Técnicas, en el numeral 12, Por lo que este Comité de Selección SI ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

añadir las BUENAS PRACTICAS DE ALMACENAMIENTO (BPA) Y BUENAS PRACTICAS DE DISTRIBUCION Y TRANSPORTE (BPDT)

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20606717840	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA E IMPORTACIONES FLORI E.I.R.L.	Hora de envío :	20:50:53

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Observación 3. En el capitulo 3 de requerimiento especificaciones técnicas, numeral 18 requisitos de calificación, en la bases se consideran bienes similares a los siguientes: MATERIALES DE OSTEOSINTESIS EN GENERAL, MATERIALES QUIRURGICOS PARA CIRUGIA TRAUMATOLOGICA.

En la ley de contrataciones del estado ART. 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES INISO A) Libertad de concurrencia, las entidades promueven el libre acceso y participación de los proveedores. Para este caso la entidad debería promover la libre participación a mas postores no sesgando únicamente a materiales de osteosíntesis sino promover también a las empresas que tengan experiencia en venta de dispositivos médicos , por lo tanto se sugiere incluir como BIENES SIMILARES DISPOSITIVOS MEDICOS.

Acápite de las bases :Sección: General

Numeral: cap iii

Literal: 3.2

Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

En la ley de contrataciones del estado ART. 2 PRINCIPIOS QUE RIGEN LAS CONTRATACIONES INCISO A)

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la cobservación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria se se incorpora en el numeral 18 de las Especificaciones Técnicas, como bienes similares, a los siguientes: "MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS EN GENERAL, MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA CIRUGÍAS TRAUMATOLÓGICAS, DISPOSITIVOS MÉDICOS, por lo que este Comité de Selección SI ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS EN GENERAL, MATERIALES QUIRÚRGICOS PARA CIRUGÍAS TRAUMATOLÓGICAS, DISPOSITIVOS MÉDICOS

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 4, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.4 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 5, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.5 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 6, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 7, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.7 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 8, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.8 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 9, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.9 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 10, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.10 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 11, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.11 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 12, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.12 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 13, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 6.13 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de los Ítems 14 y 15, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.14 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de los Ítems 16 y 17, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.15 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 18, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.16 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 19, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.17 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 20, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.18 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 21, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.19 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 22, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.20 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura : AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 23, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.21 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 24, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.22 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 25, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.23 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 26, se requiere que el material de la placa sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.24 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de los Ítems 27, 28 y 29, se requiere que el material del tornillo sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.25 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de los Ítems 30 y 31, se requiere que el material del tornillo sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.26 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 32, se requiere que el material del tornillo sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.27 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 33, se requiere que el material del tornillo sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.28 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 34, se requiere que el material del tornillo sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.29 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 45

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de los Ítems 35 y 36, se requiere que el material del tornillo sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.30 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas del Ítem 37, se requiere que el material del tornillo sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.31 Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20602744907	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	SEBAOT S.A.C.	Hora de envío :	21:41:35

Observación: Nro. 47

Consulta/Observación:

En las Especificaciones Técnicas de los Ítems 38 y 39, se requiere que el material del tornillo sea de acero inoxidable, por lo que se SOLICITA AL COMITÉ nos permita ofertar en Titanio o Aleación de Titanio, con la finalidad de mejora tecnológica; además de ampliar participación y competitividad conforme a la ley de contrataciones que promueve la libre concurrencia de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 6.32 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

El artículo 2, Inciso B de la Ley de Contrataciones del Estado.

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:41:57

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:

ESPECÍFICO.

Se le solicita al comité de selección aclarar si la convocatoria se está considerando por paquete o de manera individual por ítem, ya que se observa una lista donde se encuentran los materiales solicitados separados por ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.7 Literal: 1.7 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Función a la consulta del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria se, este comite de selelecion, aclara que se llevara item paquete unico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:41:57

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:
ESPECÍFICO.
Se le solicita al comité de selección aclarar y/o especificar la cantidad unitaria de cada ítem solicitado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

n Función a la consulta del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria se incluire las cantidades en las Especificaciones Tecnicas Primigenias, Por lo que este Comité de Selección SI ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se pondra cantidad a cada item

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:41:57

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

DE LAS BASES:
ESPECÍFICO.

Se le solicita al comité de selección aclarar y/o especificar el cronograma de entregas por cada ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En función a la consulta del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección aclara, que el cronograma de entrega quedara establecido de la siguiente manera: Durante el plazo de entrega el contratista deberá suministrar de los materiales de osteosíntesis para la especialidad de traumatología en una sola entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI-HOSPITAL DE APOYO DE PUCALLPA

Nomenclatura :AS-SM-6-2024-GRU-HRP-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ESPECIALIDAD DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA

Ruc/código :	20562724886	Fecha de envío :	20/08/2024
Nombre o Razón social :	TRAUMA SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TRAUMA SOLUTIONS S.A.C.	Hora de envío :	22:41:57

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:
DE LAS BASES: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: Aceptarán que el material sea: Acero inoxidable grado quirúrgico y /o aleación de titanio, esto con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 6 Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En función a la observación del participante, y en merito a la respuesta del area usuaria, este Comite de Selección NO ACOGE, toda ves que los materiales solicitados deben ser de composición acero inoxidable grado quirúrgico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null