

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

DENOMINACION: TODOS LOS ITEMS CORRESPONDIENTES AL ANEXO 1 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los fabricantes a nivel mundial manejan diferentes estándares de medida para sus productos, considerando que estas variaciones de medidas no afectan la funcionabilidad u objetivo prestacional del instrumental. En función de lo señalado, la vigencia tecnológica y principio de libre competencia, solicitamos incluir en los requerimientos técnicos para el rubro Instrumental lo siguiente:
EL INSTRUMENTAL PODRA CONSIDERAR UNA TOLERANCIA DE +/- 10% SOBRE LA MEDIDA INDICADA, SIEMPRE Y CUANDO DICHA VARIACION NO AFECTE LA FUNCIONABILIDAD DE LA(S) PIEZA(S).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 1 Literal: EETT Página: 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran
Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

DENOMINACION: TODOS LOS ITEMS CORRESPONDIENTES AL ANEXO 1 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
En las especificaciones técnicas se hace referencia a las cajas contenedoras para esterilización, sin embargo no se indica un estándar de presentación para la colocaciones de los set, como el caso de que contenga perforaciones en tapa y contenedor, cesta para colocar el instrumental, entre otros. En función de lo señalado, la vigencia tecnológica y principio de libre competencia, solicitamos incluir en los requerimientos técnicos para el rubro ¿C¿. ACCESORIOS lo siguiente para cada especificación técnica:
C01. 01 CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE, CON TAPA, ASAS LATERALES CON TOPE DE 90GRADOS. FILTROS REUSABLES O DESCARTABLES PARA 500 CICLOS; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET. CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** ANEXO 1 **Literal:** EETT **Página:** 31
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las cantidades y tipos de filtros son los requeridos por el area usuaria, para esterilizar el instrumental, por lo tanto las cantidades y tipos de filtros se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20611300701	Fecha de envío :	09/09/2024
Nombre o Razón social :	MEDICAL HEALTHCARE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	21:06:56

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

DENOMINACION: SET DE INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Dentro de este set señalado, se encuentra descrito en el numeral C como ¿COMPONENTES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXO 1 Literal: EETT Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Componente es aquello que forma parte de la composición de un todo. Se trata de elementos que, a través de algún tipo de asociación o contigüidad, dan lugar a un conjunto, es decir cada SET DE INSTRUMENTAL, tiene piezas que son sus componentes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	17:39:38

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

"SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA SRES. DEL COMITE; DENTRO DEL SET SOLICITAN PINZA HEISS SEMIRCURVA 23CM (9""), PUNTA GRUESA, PERO EN TODOS LOS CATÁLOGOS DE LAS DIFERENTES MARCAS QUE EXISTEN ACTUALMENTE, ESTA PINZA TIENE PUNTA FINA, POR LO QUE DIVERSOS ESPECIALISTAS UTILIZAN LA PINZA CRAFOORD 24CM O MODELO SAROT 24CM, YA QUE SON PINZAS DE PUNTA MÁS RESISTENTE O GRUESA. CON LA FINALIDAD DE PROPICIAR LA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES Y EVITAR CNOFUCIONES, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCION QUE TENGA A BIEN ACEPTAR: PINZA CRAFOORD 24CM O MODELO SAROT 24CM."

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B24 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para el set instrumental de laparotomia cesarea, característica B24, se aceptara tambien PINZA CRAFOORD 23 CM, manteniendose las cantidades y características iniciales

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el set instrumental de laparotomia cesarea, la característica B24, queda como sigue:

B24: DOS (02) PINZAS HEISS SEMICURVA 23 cm (9"), PUNTA GRUESA, SE ACEPTARA TAMBIEN, PINZA CRAFOORD 23 CM

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20601895103	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	FERTA MEDICA S.A.C.	Hora de envío :	17:39:38

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:
SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA
SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITAN:
" UN CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS FILTROS REUSABLES PARA 500 CICLOS, FILTROS DESCARTABLE; CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET, CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA".
AL RESPECTO DEBEMOS INDICAR QUE AL EMPLEAR ESTOS FILTROS DESCARTABLES QUE REQUIEREN CAMBIO CADA CIERTO NUMERO DE ESTERILIZACIONES, GENERA UN MAYOR GASTO A LA INSTITUCIÓN. Y AL TENER UNA TECNOLOGÍA ANTIGUA OBLIGA USAR DOBLE PERFORACION GENERANDO USO DE DOBLE FILTRO; ASIMISMO LOS CONTENEDORES CON LA ULTIMA TECNOLOGIA PRESENTAN UN SISTEMA AUTOMATICO DE BLOQUEO CUANDO EL PROCESO DE ESTERILIZACION HA CONCLUIDO , CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PRECINTOS CONVENCIONALES.
TODOS ESTOS INCONVENIENTES HAN SIDO MATERIA DE ESTUDIO A NIVEL MUNDIAL Y GRACIAS A LA TECNOLOGÍA ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN VIGENTE CONTENEDORES DE ALUMINO CON SISTEMA LABERINTO O ESPIRAL, QUE LOGRAN EFICIENCIA MAYOR O IGUAL AL 99,99% EN EL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN, ADICIONALMENTE NO REQUIEREN EL USO DE FILTROS DESCARTABLES (UN CICLO), NI TEXTILES (100 CICLOS), NI TEFLON (500 A 1200 CICLOS). ES DECIR SISTEMA DE FILTRACION DE LARGA VIDA ÚTIL, CON LO CUAL NO SE REQUIERE COMPRA DE INSUMOS O FILTROS EN EL TIEMPO.
POR LO ANTES EXPUESTO, PEDIMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITE QUE EXIJAN CONTENEDORES DE ALUMINO (TAPA Y BASE DE ALUMINIO) CON SISTEMA LABERINTO O ESPIRAL DE ALUMINIO, CON EFICIENCIA MAYOR O IGUAL A 99,99% , CON SISTEMA DE BLOQUEO AUTOMATICO QUE NO REQUIERA PRECINTOS NI CAMBIOS DE FILTROS, CON MEDIDAS ADECUADAS PARA ALBERGAR LA TOTALIDAD DE LOS INSTRUMENTALES, CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: III

Literal: C01

Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los contenedores y las cantidades y tipos de filtros son los requeridos por el area usuaria, para esterilizar el instrumental, por lo tanto los contenedores y las cantidades y tipos de filtros se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Podemos visualizar que en el presente proceso de selección se hace mención de forma repetitiva la palabra EQUIPO, siendo este un proceso de adquisición de INSTRUMENTAL QUIRURGICO.

En ese sentido, se solicita al comité de selección suprimir el segundo párrafo inicial de la página 23, del numeral 3.1.8, donde se menciona: ¿instalar¿, ¿uso de adaptadores y/o transformadores para los enchufes¿, entre otros.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.8 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, para el numearal 3.1.8, se anulara la siguiente frase:
El proveedor debe instalar los bienes adecuadamente, no se aceptara el uso de adaptadores y/o transformadores para los enchufes o tomacorriente de los equipos.

Nota: Los tomacorrientes de las instalaciones del hospital son SCHUKO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.8, se anulara la siguiente frase:

El proveedor debe instalar los bienes adecuadamente, no se aceptara el uso de adaptadores y/o transformadores para los enchufes o tomacorriente de los equipos.

Nota: Los tomacorrientes de las instalaciones del hospital son SCHUKO

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Podemos visualizar que en el presente proceso de selección se hace mención de forma repetitiva la palabra EQUIPO, siendo este un proceso de adquisición de INSTRUMENTAL QUIRURGICO.

En ese sentido, se solicita al comité de selección suprimir el numeral 3.1.9.1 ¿ROTULADO¿. Se menciona que los ¿equipos¿ se les deben colocar ¿placas metálicas¿

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.9.1 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2
Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta parcialmente lo solicitado, para el numearal 3.1.9, quedara la siguiente frase:
3.1.9.1 ROTULADO
En la caja de transporte (de carton) de cada set de instrumental, el proveedor adjudicado debe colocar una placa metalica, A7, donde ira grabado en bajo relieve la placa metalica.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Para el numeral 3.1.9, sera de la siguiente manera:
3.1.9.1 ROTULADO
En la caja de transporte (de carton) de cada set de instrumental, el proveedor adjudicado debe colocar una placa metalica, A7, donde ira grabado en bajo relieve la placa metalica.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Podemos visualizar que en el presente proceso de selección se hace mención de forma repetitiva la palabra EQUIPO, siendo este un proceso de adquisición de INSTRUMENTAL QUIRURGICO.
En ese sentido, se solicita al comité de selección modificar en el numeral 3.1.13 la palabra ¿equipos¿ por INSTRUMENTALES:
GARANTIA COMERCIAL: La garantía estará constituida por un ¿Certificado de Garantía, en donde se especifique la vigencia y los alcances, de lo ¿EQUIPOS¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.13 **Página:** 23
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, para el numearal 3.1.13, quedara la siguiente frase:
3.1.13 GARANTIA COMERCIAL:
La garantía de los bienes iniciará a partir de la fecha del acta de conformidad de la prestación (Formato A).
La garantía estará constituida por un ¿Certificado de Garantía¿, en donde se especifique la vigencia y los alcances, de los SET DE INSTRUMENTAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.13, sera de la siguiente manera:
3.1.13 GARANTIA COMERCIAL:
La garantía de los bienes iniciará a partir de la fecha del acta de conformidad de la prestación (Formato A).
La garantía estará constituida por un ¿Certificado de Garantía¿, en donde se especifique la vigencia y los alcances, de los SET DE INSTRUMENTAL.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Podemos visualizar que en el presente proceso de selección se hace mención de forma repetitiva la palabra EQUIPO, siendo este un proceso de adquisición de INSTRUMENTAL QUIRURGICO.
En ese sentido, se solicita al comité de selección modificar en el numeral 3.1.13.1 ¿Los equipos, componentes o periféricos¿ por INSTRUMENTALES, ya que los instrumentales solicitados son piezas individuales, no compuestos, como si pueden ser los EQUIPOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.13.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art .2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, para el numearal 3.1.13.1, quedara la siguiente frase:
3.1.13.1 Alcance de la garantía
Los SET DE INSTRUMENTAL, componentes, tendrán una garantía contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas, ajenos al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.13.1, sera de la siguiente manera:
3.1.13.1 Alcance de la garantía
Los SET DE INSTRUMENTAL, componentes, tendrán una garantía contra defectos de diseño y/o fabricación, averías o fallas, ajenos al uso normal o habitual de los bienes y no detectables al momento que se otorgó la conformidad.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

PERIODO DE GARANTIA

Se menciona que el periodo de garantía se detalla en el CUADRO N° 1. Sin embargo, no se ubica la CUADRO N° 1 entre las paginas de las Bases Administrativas.

Se solicita al comité de selección indicar donde se encuentra el CUADRO N° 2, o en su defecto, AGREGAR el cuadro mencionado.

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: CAP. III

Literal: 3.1.13.3

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el cuadro N°1, se encuentra en las paginas 21 y 22 de las bases administrativas, donde se especifica que la garantía es un (1) año para cada set de instrumental requerido

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

Podemos visualizar que en el presente proceso de selección se hace mención de forma repetitiva la palabra EQUIPO, siendo este un proceso de adquisición de INSTRUMENTAL QUIRURGICO.
En ese sentido, se solicita al comité de selección modificar en el numeral 3.1.13.3, ya que en la tercera y cuarta línea del único párrafo hacen mención ¿¿ del equipo, proporcionando los insumos y repuestos¿. Los instrumentales solicitados son piezas que no utilizan insumos ni de repuestos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.13.3 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art .2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, para el numearal 3.1.13.3, quedara la siguiente frase:
3.1.13.3 Período de garantía:
El período de garantía se detalla en el Cuadro N° 1, contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, ajenos al uso normal o habitual de los bienes, el proveedor tendrá que realizar el cambio del INSTRUMENTAL

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.13.3, sera de la siguiente manera:
3.1.13.3 Período de garantía:
El período de garantía se detalla en el Cuadro N° 1, contra defectos de diseño y/o fabricación, averías, ajenos al uso normal o habitual de los bienes, el proveedor tendrá que realizar el cambio del INSTRUMENTAL

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Podemos visualizar que en el presente proceso de selección se hace mención de forma repetitiva la palabra EQUIPO, siendo este un proceso de adquisición de INSTRUMENTAL QUIRURGICO.

En ese sentido, se solicita al comité de selección suprimir el numeral 3.1.14 ¿DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS Y REPUESTOS¿. Los instrumentales solicitados son piezas que no utilizan insumos ni de repuestos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.14 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art .2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para el numearal 3.1.14, quedara la siguiente frase:

3.1.14 Disponibilidad

El fabricante o el contratista deberá presentar el documento Declaración jurada de Disponibilidad de Accesorios, y/o componentes, de los SET DE INSTRUMENTAL, donde indique y asegure la continuidad de fabricación o comercialización de accesorios y/o componentes por el tiempo que dure la garantía. Dicho documento formará parte de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.14 sera de la siguiente manera:

3.1.14 Disponibilidad

El fabricante o el contratista deberá presentar el documento Declaración jurada de Disponibilidad de Accesorios, y/o componentes, de los SET DE INSTRUMENTAL, donde indique y asegure la continuidad de fabricación o comercialización de accesorios y/o componentes por el tiempo que dure la garantía. Dicho documento formará parte de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

Podemos visualizar que en el presente proceso de selección se hace mención de forma repetitiva la palabra EQUIPO, siendo este un proceso de adquisición de INSTRUMENTAL QUIRURGICO.

En ese sentido, se solicita al comité de selección suprimir el numeral 3.1.15 ¿SOPORTE TECNICO¿. Los instrumentales solicitados son piezas que no requieren de soporte técnico, como si lo requieren los EQUIPOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.15 **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para el numearal 3.1.15, quedara la siguiente frase:

3.1.15. Soporte técnico

Se requiere soporte técnico telefónico tipo 24x7x365, es decir durante las 24 horas del día, los 07 días de la semana y los 365 días del año, durante el periodo de garantía. El postor ganador de la buena pro debe presentar una declaración jurada la cual formará parte de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato donde se comprometa a realizar dicho soporte técnico, la cual debe especificar un número telefónico o celular y correo electrónico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.15 sera de la siguiente manera:

3.1.15. Soporte técnico

Se requiere soporte técnico telefónico tipo 24x7x365, es decir durante las 24 horas del día, los 07 días de la semana y los 365 días del año, durante el periodo de garantía El postor ganador de la buena pro debe presentar una declaración jurada la cual formará parte de los requisitos para el perfeccionamiento del contrato donde se comprometa a realizar dicho soporte técnico, la cual debe especificar un número telefónico o celular y correo electrónico.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Podemos visualizar que en el presente proceso de selección se hace mención de forma repetitiva la palabra EQUIPO, siendo este un proceso de adquisición de INSTRUMENTAL QUIRURGICO.
En ese sentido, se solicita al comité de selección suprimir el numeral 3.1.17 ¿RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR¿. En dicho numeral, se solicita manual de operación y manual de servicio técnico, lo que se requiere cuando se solicitan EQUIPOS

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.1.17 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para el numearal 3.1.17, se anulara la siguiente frase:
3.1.17. Recursos a ser Provistos por el Proveedor
Entregará un (01) manual (o manuales de corresponder) original y dos (2) copias (impreso) de Servicio Técnico de corresponder, completo, en idioma español, o traducido al español, se podrá aceptar la traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie (con el traductor acreditado debidamente identificado).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.17 se anulara la siguiente frase:

3.1.17. Recursos a ser Provistos por el Proveedor
Entregará un (01) manual (o manuales de corresponder) original y dos (2) copias (impreso) de Servicio Técnico de corresponder, completo, en idioma español, o traducido al español, se podrá aceptar la traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie (con el traductor acreditado debidamente identificado).

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el ultimo párrafo del numeral 3.1.17, se solicita: ¿EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO DEBERÁ CONTAR CON UNA DIRECCION EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL¿

Lo solicitado LIMITA LA PARTICIPACION DE POSTORES a solo proveedores residentes en Cajamarca, contraviniendo con la libre concurrencia de posibles postores. por lo se solicita al comité de selección suprimir lo solicitado

Acápite de las bases :Sección: EspecificoNumeral: CAP. IIILiteral: 3.1.17Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para el numeral 3.1.17, sera de la siguiente frase:

El postor ganador de la buena pro se apersonara al Distrito de Cajamarca para efectos de la suscripción del contrato y/o se notificara la Orden de Compra por medio físico o digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.17 uno de sus parrafos sera de la siguiente manera:

3.1.17. El postor ganador de la buena pro se apersonara al Distrito de Cajamarca para efectos de la suscripción del contrato y/o se notificara la Orden de Compra por medio físico o digital

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DE POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El objeto de la convocatoria es la ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO, por lo que se deben considerar como bienes iguales o similares a los mismos, es decir: INSTRUMENTAL MEDICO Y/O INSTRUMENTAL QUIRURGICO
En ese sentido, se solicita al comité de selección solicitar como bienes iguales o similares para la acreditación de la experiencia en el presente proceso de selección: INSTRUMENTAL MEDICO Y/O INSTRUMENTAL QUIRURGICO EN GENERAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** 3.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, sera de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: instrumental médico en general y/o instrumental medico y/o instrumental quirurgico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para una de las frases de la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, sera de la siguiente manera:

Se consideran bienes similares a los siguientes: instrumental médico en general y/o instrumental medico y/o instrumental quirurgico

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR
Podemos visualizar que los componentes del SET no tienen medidas, por lo que se solicitamos al comité de selección considerar las siguientes medidas que son las más comunes para el set solicitado:
C01 (01) PINZAS PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 14CM
C02 (01) PINZAS KELLY CURVAS 14CM
C03 (01) PINZAS KELLY RECTAS 14CM
C04 (01) PINZAS HEMOSTATICA CURVA HALSTED MOSQUITO 12.5CM
C05 (01) PINZAS HEMOSTATICA RECTA HALSTED MOSQUITO 12.5CM
C06 (01) TIJERAS HEMOSTATICA CURVA AGUDA/ROMA 14.5CM
C07 (01) TIJERAS HEMOSTATICA RECTA AGUDA/ROMA 14.5CM
C08 (01) TIJERA DE MAYO RECTA PUNTA ROMA 14.5CM
C09 (01) TIJERA DE MAYO RCURVA PUNTA ROMA 14.5CM
C10 (01) TIJERA METZEMBAUM CURVA 14CM
C11 (01) TIJERA METZEMBAUM RECTA 14CM
C12 (01) PINZA ALLIS RECTA 4X5 DIENTES, 15CM
C13 (01) PINZA DE DISECCION CON UÑA 14.5CM
C14 (01) PINZA DE DISECCION SIN UÑA 14.5CM

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** - **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, para EL SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR, la medidas seran las siguientes:

C01 (01) PINZAS PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 14CM
C02 (01) PINZAS KELLY CURVAS 14CM
C03 (01) PINZAS KELLY RECTAS 14CM
C04 (01) PINZAS HEMOSTATICA CURVA HALSTED MOSQUITO 12.5CM
C05 (01) PINZAS HEMOSTATICA RECTA HALSTED MOSQUITO 12.5CM
C06 (01) TIJERAS HEMOSTATICA CURVA AGUDA/ROMA 14.5CM
C07 (01) TIJERAS HEMOSTATICA RECTA AGUDA/ROMA 14.5CM
C08 (01) TIJERA DE MAYO RECTA PUNTA ROMA 14.5CM
C09 (01) TIJERA DE MAYO RCURVA PUNTA ROMA 14.5CM
C10 (01) TIJERA METZEMBAUM CURVA 14CM
C11 (01) TIJERA METZEMBAUM RECTA 14CM
C12 (01) PINZA ALLIS RECTA 4X5 DIENTES, 15CM
C13 (01) PINZA DE DISECCION CON UÑA 14.5CM
C14 (01) PINZA DE DISECCION SIN UÑA 14.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para los componentes del SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR, las medidas seran las siguientes:

C01 (01) PINZAS PORTA AGUJAS MAYO HEGAR 14CM
C02 (01) PINZAS KELLY CURVAS 14CM
C03 (01) PINZAS KELLY RECTAS 14CM
C04 (01) PINZAS HEMOSTATICA CURVA HALSTED MOSQUITO 12.5CM
C05 (01) PINZAS HEMOSTATICA RECTA HALSTED MOSQUITO 12.5CM
C06 (01) TIJERAS HEMOSTATICA CURVA AGUDA/ROMA 14.5CM
C07 (01) TIJERAS HEMOSTATICA RECTA AGUDA/ROMA 14.5CM
C08 (01) TIJERA DE MAYO RECTA PUNTA ROMA 14.5CM
C09 (01) TIJERA DE MAYO RCURVA PUNTA ROMA 14.5CM

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

- C10 (01) TIJERA METZEMBAUM CURVA 14CM
- C11 (01) TIJERA METZEMBAUM RECTA 14CM
- C12 (01) PINZA ALLIS RECTA 4X5 DIENTES, 15CM
- C13 (01) PINZA DE DISECCION CON UÑA 14.5CM
- C14 (01) PINZA DE DISECCION SIN UÑA 14.5CM

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR

Podemos visualizar que entre las características que debe contar los instrumentales, componentes del set, no se ha considerado el tipo de grabado que deben tener, por lo que le solicitamos al comité de selección se considere agregar: Grabado sobre la superficie del instrumental, mediante laser: marca, código, lote, procedencia, material con el que esta fabricado el instrumental, símbolo de la comunidad europea o similar, grabado adicional (siglas de la entidad)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** - **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para EL SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR, se precisara lo siguiente:

B05: el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR, se considerara lo siguiente:

B05: el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA

En el numeral A03 se indica que el instrumental deberá ser grabado con las siglas de la entidad. Podria el comité de selección, en coordinación con el área usuaria, indicar cual serian esas SIGLAS?? (siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** A03 **Página:** 33
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, para EL SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA, y otros, se considerara las siguientes siglas:
H NSR CAJ

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el SET INSTRUMENTAL DE DE LAPAROTOMIA CESAREA, y otros, se considerara lo siguiente las siguiente siglas:
H NSR CAJ

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 20

Consulta/Observación:
SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA
En los catalogos de las principales marcas de instrumentales que se cotizan actualmente, existe una diferencia en las medidas que cuales no interfieren ni dificultan su funcionabilidad. En ese sentido, se solicita al comité de selección aceptar una tolerancia en las medidas de +/- 10% para el instrumental solicitado

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA

En el numeral B28 se solicita:

SEPARADOR DOYEN DE 85MM ANCHO X 40 MM DE PROFUNDIDAD X 24CM DE LARGO (JUEGO X 2)

Consultamos al comité de selección aceptará tambien:

SEPARADOR DOYEN DE 85MM ANCHO X 40 MM DE PROFUNDIDAD X 24CM DE LARGO (JUEGO X 2) o

SEPARADOR DOYEN DE 85MM ANCHO X 50 MM DE PROFUNDIDAD X 25CM DE LARGO (JUEGO X 2)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: B28 Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, para EL SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA, se aceptara tambien lo siguiente:

B28: SEPARADOR DOYEN DE 85MM ANCHO X 50 MM DE PROFUNDIDAD X 25CM DE LARGO (JUEGO X 2)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para EL SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA, la característica B28, queda como sigue:

B28: SEPARADOR DOYEN DE 85MM ANCHO X 40 MM DE PROFUNDIDAD X 24CM DE LARGO (JUEGO X 2), se aceptara tambien SEPARADOR DOYEN DE 85MM ANCHO X 50 MM DE PROFUNDIDAD X 25CM DE LARGO (JUEGO X 2)

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA

En el numeral C01 se solicita:

CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, FILTROS REUSABLES PARA 500 CICLOS, FILTROS DESCARTABLES, CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET. CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA

Consultamos al comité de selección aceptará tambien:

CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, FILTROS REUSABLES PARA 500 CICLOS, FILTROS DESCARTABLES, CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET. CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA ó CONTENEDOR DE ALUMINIO, CON SISTEMA DE FILTRO PERMANENTE EN LA TAPA (MINIMO 5000 CICLOS DE ESTERILIZACION), CON PROTECCION CONTRA MICROBIOS Y PARTICULAS, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, FILTROS REUSABLES PARA 500 CICLOS, FILTROS DESCARTABLES, CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET. CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: C01 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los contenedores y las cantidades y tipos de filtros son los requeridos por el area usuaria, para esterilizar el instrumental, por lo tanto los contenedores y las cantidades y tipos de filtros se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO

En los catalogos de las principales marcas de instrumentales que se cotizan actualmente, existe una diferencia en las medidas que cuales no interfieren ni dificultan su funcionabilidad. En ese sentido, se solicita al comité de selección aceptar una tolerancia en las medidas de +/- 10% para el instrumental solicitado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** - **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO

En el numeral C01 se solicita:

CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, FILTROS REUSABLES PARA 500 CICLOS, FILTROS DESCARTABLES, CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET. CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA

Consultamos al comité de selección aceptará tambien:

CONTENEDOR DE ALUMINIO, PERFORADA EN LA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, FILTROS REUSABLES PARA 500 CICLOS, FILTROS DESCARTABLES, CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET. CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA ó CONTENEDOR DE ALUMINIO, CON SISTEMA DE FILTRO PERMANENTE EN LA TAPA (MINIMO 5000 CICLOS DE ESTERILIZACION), CON PROTECCION CONTRA MICROBIOS Y PARTICULAS, ESTERILIZABLE CON TAPA Y ASAS LATERALES CON TOPE 90 GRADOS, FILTROS REUSABLES PARA 500 CICLOS, FILTROS DESCARTABLES, CON MEDIDA APROPIADA PARA EL SET. CON CESTA EN LAMINA DE ACERO PERFORADA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: C01 **Página:** 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los contenedores y las cantidades y tipos de filtros son los requeridos por el area usuaria, para esterilizar el instrumental, por lo tanto los contenedores y las cantidades y tipos de filtros se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Podemos visualizar que entre las características que debe contar los instrumentales, componentes del set, no se ha considerado el tipo de grabado que deben tener, por lo que le solicitamos al comité de selección se considere agregar: Grabado sobre la superficie del instrumental, mediante laser: marca, código, lote, procedencia, material con el que esta fabricado el instrumental, símbolo de la comunidad europea o similar, grabado adicional (siglas de la entidad)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** - **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para EL SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, se precisara lo siguiente:

B03: el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

para EL SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, se precisara lo siguiente:

B03: el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:
SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS
En el numeral C01 se solicita:
(05) PINZA GINE CURVA 23CM
Podria el comité de selección confirmar si lo solicitado es (05) PINZA HEANEY CURVA 23CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP. III Literal: C01 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se acepta parcialmente lo solicitado, para EL SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, se precisara lo siguiente:

tambien se aceptara
(05) PINZA HEANEY CURVA 23CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
para EL SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS, la característica C01, queda como siguiente:

C01: (05) PINZA GINE CURVA 23CM, tambien se aceptara (05) PINZA HEANEY CURVA 23CM

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL PARA APENDICETOMIA

Podemos visualizar que entre las características que debe contar los instrumentales, componentes del set, no se ha considerado el tipo de grabado que deben tener, por lo que le solicitamos al comité de selección se considere agregar: Grabado sobre la superficie del instrumental, mediante laser: marca, código, lote, procedencia, material con el que esta fabricado el instrumental, símbolo de la comunidad europea o similar, grabado adicional (siglas de la entidad)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** - **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para EL SET INSTRUMENTAL PARA APENDICETOMIA, se precisara lo siguiente:

B04: el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

para EL SET INSTRUMENTAL PARA APENDICETOMIA, se precisara lo siguiente:

B04: el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA

Podemos visualizar que entre las características que debe contar los instrumentales, componentes del set, no se ha considerado el tipo de grabado que deben tener, por lo que le solicitamos al comité de selección se considere agregar: Grabado sobre la superficie del instrumental, mediante laser: marca, código, lote, procedencia, material con el que esta fabricado el instrumental, símbolo de la comunidad europea o similar, grabado adicional (siglas de la entidad)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** - **Página:** 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para EL SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA, se precisara lo siguiente:

B04: el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

para EL SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA, se precisara lo siguiente:

B04: el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20551282865	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	C & M TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	20:43:46

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

FORMATO A

En el ACTA DE CONFORMIDAD DE LA RECEPCION se hace mención a EQUIPOS a entregar.
Se solicita al comité de selección suprimir o modificar o el ¿Formato A¿, debido a que el presente proceso de selección se adjudicará INSTRUMENTAL MEDICO O QUIRURGICO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** - **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para EL FORMATO A, se precisara lo siguiente:

- (¿) los INSTRUMENTALES que a continuación se detallan:
- (¿) b) Un representante (Técnico y/o Comercial y/o Legal) de la Empresa proveedora de los INSTRUMENTALES
- (¿) 2. Integridad física y estado de conservación óptimo de los INSTRUMENTALES
- (...) 5. Entrega de un Certificado de Garantía comercial de [tiempo indicado de acuerdo con el Cuadro 1 Garantía y mantenimiento] (que rige a partir de hoy) de los INSTRUMENTALES
6. Entrega de la ficha técnica correspondiente donde se sustente cada uno de los requerimientos de las especificaciones técnicas de los INSTRUMENTALES Formato 1.
8. Entrega de los costos unitarios de los componentes, repuestos, accesorios e insumos de los INSTRUMENTALES Formato 10.

(...) SE ANULARA LO SIGUIENTE:

3. Perfecto estado de funcionamiento de los equipos, incluyendo todos los accesorios necesarios.
4. Entrega de un (1) original y 02 juegos de Manuales (Operación y Servicio Técnico) por cada equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

para EL FORMATO A, se precisara lo siguiente:

- (¿) los INSTRUMENTALES que a continuación se detallan:
- (¿) b) Un representante (Técnico y/o Comercial y/o Legal) de la Empresa proveedora de los INSTRUMENTALES
- (¿) 2. Integridad física y estado de conservación óptimo de los INSTRUMENTALES
- (...) 5. Entrega de un Certificado de Garantía comercial de [tiempo indicado de acuerdo con el Cuadro 1 Garantía y mantenimiento] (que rige a partir de hoy) de los INSTRUMENTALES
6. Entrega de la ficha técnica correspondiente donde se sustente cada uno de los requerimientos de las especificaciones técnicas de los INSTRUMENTALES Formato 1.
8. Entrega de los costos unitarios de los componentes, repuestos, accesorios e insumos de los INSTRUMENTALES Formato 10.

(...) SE ANULARA LO SIGUIENTE:

3. Perfecto estado de funcionamiento de los equipos, incluyendo todos los accesorios necesarios.
4. Entrega de un (1) original y 02 juegos de Manuales (Operación y Servicio Técnico) por cada equipo.

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20607824658	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:08:11

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, en "Recursos a ser provistos por el proveedor", se menciona manuales de operación y servicio técnico. Dichos documentos no corresponden a instrumentales quirúrgicos, puesto que los fabricantes de dichos productos no incluyen dicha información en sus brochure o fichas técnicas.

Solicitamos no incluir dicho requerimiento.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.17 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N° 30225 - Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para el numeral 3.1.17, se anulara la siguiente frase:

3.1.17. Recursos a ser Provistos por el Proveedor

Entregará un (01) manual (o manuales de corresponder) original y dos (2) copias (impreso) de Servicio Técnico de corresponder, completo, en idioma español, o traducido al español, se podrá aceptar la traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie (con el traductor acreditado debidamente identificado).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.17 se anulara la siguiente frase:

3.1.17. Recursos a ser Provistos por el Proveedor

Entregará un (01) manual (o manuales de corresponder) original y dos (2) copias (impreso) de Servicio Técnico de corresponder, completo, en idioma español, o traducido al español, se podrá aceptar la traducción simple con la indicación y suscripción de quien oficie (con el traductor acreditado debidamente identificado).

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20607824658	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:08:11

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Estimado comité de selección, en el apartado de "Recursos a ser provistos por el proveedor", se menciona que "el postor ganador de la buena pro, deberá contar con una dirección en el distrito de Cajamarca para efectos de notificación"

Este pedido estaría restringiendo la participación y pluralidad de postores, ya que estaría aceptando postores solo de la ciudad de Cajamarca, y teniendo en cuenta que son productos de fácil manipulación y transporte, se debería de aceptar postores de todo el país.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 3.1.17 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N° 30225 - Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para el numeral 3.1.17, sera de la siguiente frase:
El postor ganador de la buena pro se apersonara al Distrito de Cajamarca para efectos de la suscripción del contrato y/o se notificara la Orden de Compra por medio físico o digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.17 uno de sus parrafos sera de la siguiente manera:
3.1.17. El postor ganador de la buena pro se apersonara al Distrito de Cajamarca para efectos de la suscripción del contrato y/o se notificara la Orden de Compra por medio físico o digital

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20607824658	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION BIO KVERO E.I.R.L.	Hora de envío :	21:08:11

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Respecto a las medidas de los instrumentales solicitados y teniendo en cuenta las distintas marcas en el mercado con sus propias medidas y que estas en mínima diferencia no impiden sus funciones por las que fueron diseñadas.

Solicitamos que se acepte una tolerancia de +/- 10%, considerando que esta variación no afectaría la funcionalidad.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo 1 Literal: 1

Página: 31-3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N° 30225 - Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20600989287	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	R & M MEDICAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - R & M MEDICAL S.A.C.	Hora de envío :	23:09:21

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

ITEM N° 01: SET INSTRUMENTAL DE CIRUGIA MENOR
ITEM N° 02: SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESAREA
ITEM N° 03-SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRURGICAS
ITEM N° 05: SET INSTRUMENTAL PARA APENDICECTOMIA
ITEM N° 04-SET INSTRUMENTAL PARA HISTERECTOMIA
Las bases no contemplan GRABADO A LASER para la identificación del instrumental solicitado, lo cual es de mucha importancia para que la Institución adquiera productos de garantía y originales. Ya que los instrumentales quirúrgicos se fabrican en diferentes países; por ello; respecto a grabado de la PROCEDENCIA del instrumental solicitamos al comité precisar que el instrumento tenga un grabado de fabrica correspondiente al País de origen
Ejemplo: "Made in USA", "Made in Japan", "Made in Germany", "Hecho en España", etc. O similar según corresponda en su registro sanitario.
Adicionalmente a la procedencia, tambien es importante la identificación del CODIGO Y/O MODELO, SIMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA"CE" O SIMILAR SEGÚN PAÍS DE PROCEDENCIA, MARCA Y/O LOGO DE FABRICANTE.
POR LO ANTERIOR EXPUESTO: SOLICITAMOS RESPETUOSAMENTE AL COMITÉ DE SELECCIÓN, TENGA A BIEN INCLUIR LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SET. (MARCA, CÓDIGO Y/O MODELO, SÍMBOLO DE LA COMUNIDAD EUROPEA""CE" Y PROCEDENCIA)
Ejemplo: "Made in USA", "Made in Japan", "Made in Germany", "Hecho en España", etc. O similar según corresponda en su registro sanitario

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 32
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para LOS SET INSTRUMENTAL REQUERIDOS se precisara lo siguiente:

el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
para LOS SET INSTRUMENTAL REQUERIDOS, se precisara lo siguiente:

el intrumental debe tener un grabado en su superficie: el codigo del producto, numero de lote y el logotipo de la marca del fabricante, asimismo debera tener una grabacion electrolitica o laser con las siglas de la entidad, el postor se compromete a garantizar que el proceso de grabado no altera la microestructura del instrumental quirurgico y evita las microfisuras, siempre y cuando las dimensiones del instrumental las permitan

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B07 CUATRO (04) PINZAS CRILLE CURVA 15 CM (6"), solicito respetuosamente aceptar la medida de 14 cm las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B09 DOS (02) PINZAS DE DISECCION RUSSIAN 23 CM (9"), solicito respetuosamente aceptar la medida de 25 cm las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B10 DOS (02) PINZAS DE DISECCION SIN DIENTE 15 CM (6"), solicito respetuosamente aceptar la medida de 16 cm las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B11 CUATRO (04) PINZAS FOERSTER RECTA 24 CM (9 ½ "), solicito respetuosamente aceptar la medida de 25 cm las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B12 DOS (02) PINZAS FOERSTER CURVA 24 CM (9 ½ "), solicito respetuosamente aceptar la medida de 25 cm las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B14 CUATRO (04) PINZAS ROCHESTER-PEAN CURVA 15 CM (6¿), solicito respetuosamente aceptar la medida de 16 cm las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B20 UNA (01) TIJERA DE METZENBAUM CURVA 15 CM (6¿), solicito respetuosamente aceptar la medida de 14.5 cm las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B24 DOS (02) PINZAS HEISS SEMICURVA 23 CM (9¿) PUNTA GRUESA, solicito respetuosamente aceptar la medida de 20 cm las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B27 (01) SEPARADOR BALFOUR (INCLUYE DOS VALVAS DE 10 CM, 1 SEPARADOR SUPRAPUBIVO, solicito respetuosamente aceptar la medida de 9 cm, 1 SEPARADOR SUPRAPUBIVO las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LAPAROTOMIA CESÁREA) solicitan B28 (01) SEPARADOR DOYEN DE 85 MM ANCHO X 40 MM DE PROFUNDIDAD X 24 CM DE LARGO JUEGO X 2, solicito respetuosamente aceptar la medida de 85 MM ANCHO X 45 MM DE PROFUNDIDAD X 24 CM DE LARGO las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO) solicitan B03 (02) PINZA FOESTER CURVA 24 CM, solicito respetuosamente aceptar PINZA FOERSTER CURVA 25 CM las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO) solicitan B04 (01) PINZA FOERSTER 24 CM (9 ½), solicito respetuosamente aceptar la medida de 25 CM las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO) solicitan B05 (1) PINZA TIRABALA SCHROEDER 23 CM (9¿), solicito respetuosamente aceptar la medida 25 CM las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE LEGRADO UTERINO) solicitan B15 (01) ESPECULO PEDERSON 76X13 MM, solicito respetuosamente aceptar la medida de 75x13 mm las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS) solicitan C12 (03) VALVA MALEABLE DE 5 CM X 30 CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de 5 CM X 33 CM las cuales no dificultan ni impiden su funcionalidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION

Nomenclatura :AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:
Estimados comité de selección, dentro de las especificaciones técnicas (SET INSTRUMENTAL DE PEQUEÑAS INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS) solicitan C13 (03) VALVA MALEABLE DE 3 CM X 30 CM, solicito respetuosamente aceptar la medida de 3 CM X 33 CM las cuales no dificultan ni impiden su funcionabilidad para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que las medidas indicadas para el instrumental, son las requeridas por el area usuaria, por lo tanto se mantendran

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMAS REGIONALES - PROREGION		
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-GR.CAJ/PROREGIO-1		
Nro. de convocatoria :	1		
Objeto de contratación :	Bien		
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE ¿INSTRUMENTAL MEDICO¿ SUPLEMENTARIO PARA LA OBRA: ¿CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE HOSPITAL II-1 DE CAJABAMBA-CAJAMARCA¿		

Ruc/código :	20604470383	Fecha de envío :	10/09/2024
Nombre o Razón social :	DROGUERIA LUAMED S.A.C. - LUAMED S.A.C.	Hora de envío :	23:49:01

Observación: Nro. 50

Consulta/Observación:

3.1.17 RECURSOS A SER PROVISTOS POR EL PROVEEDOR.

El postor ganador de la buena pro deberá contar con una dirección en el distrito de Cajamarca para efectos de notificación durante la ejecución contractual.

No dando oportunidad, desfavorece a los proveedores de la LOCALIDAD DE LIMA, motivo por el cual, Solicitamos al comité de selección en tener igualdad de trato a todos los proveedores según su LOCALIDAD y tener la misma oportunidad y dar a todos los postores la libre participación con igualdad y no realizar exigencias que desfavorecen en en la participación en la adjudicación simplificada N° 10-2024-GR.CAJ/PROREGION-1.

Por lo cual solicitamos al comité de selección suprimir , ¿EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO DEBERÁ CONTAR CON UNA DIRECCIÓN EN EL DISTRITO DE CAJAMARCA PARA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.17 Literal: - Página: 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta parcialmente lo solicitado, para el numeral 3.1.17, sera de la siguiente frase:
El postor ganador de la buena pro se apersonara al Distrito de Cajamarca para efectos de la suscripción del contrato y/o se notificara la Orden de Compra por medio físico o digital

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para el numeral 3.1.17 uno de sus parrafos sera de la siguiente manera:
3.1.17. El postor ganador de la buena pro se apersonara al Distrito de Cajamarca para efectos de la suscripción del contrato y/o se notificara la Orden de Compra por medio físico o digital