

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO

Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Set de adaptadores para plaquetas con Buffy Coat con gancho cubierta y tapa de metal no plástico u otros.

Los fabricantes de centrifugas refrigeradas para banco de sangre diseñan sus modelos para ofrecer una buena performance para el usuario, en ese sentido indicamos que el modelo que representamos cuenta con adaptadores sin tapa de metal tampoco de plástico u otros, ya que la tapa que tiene es para el rotor, no para los buckets ni para los adaptadores, en ese sentido solicitamos al Comité de Selección se sirvan corregir esta especificación, ya que no corresponde, los fabricantes de centrifugas de bolsas de gran capacidad no diseñan tapas para buckets ni tampoco para los adaptadores.

El Comité de Selección suprimirá esta especificación o la considerará como opcional?

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que solicita que los cestillos cuenten con los adaptadores u accesorios necesarios para el fraccionamiento de hemocomponentes; ya sea concentrados plaquetarios por Buffy Coat. La tapa de metal y no de plástico u otros materiales es para el rotor. Está especificación no se suprimirá, por motivos de bioseguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Accesorios y Complementos: El Postor ganador deberá entregar a lo largo del contrato de provisión de todos los complementos indispensables para poder realizar los procesos de la presente adquisición.

Cabe señalar que la presente adquisición es por una centrífuga refrigerada para bolsas de sangre y como tal no presenta complementos, la entrega del equipo y sus accesorios: rotor, buckets y adaptadores se hace en una sola entrega, más no tiene complementos, por lo tanto no entendemos a que se refieren con la provisión de todos los complementos indispensables para poder realizar los procesos de la presente adquisición.

El Comité de Selección deberá suprimir este punto, por ser incongruente con la naturaleza de la adquisición del equipo.

El Comité de Selección suprimirá este punto por ser incongruente y por lo tanto no aplicable con la naturaleza de la adquisición?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que solicita el rotor, cestillos, adaptadores del rotor, accesorios del rotor, enchufes de alimentación y todos los complementos indispensables para realizar el fraccionamiento de sangre total a hemocomponentes. Todo se realiza en una entrega y se programa capacitación al personal del Departamento de Patología Clínica del manejo de la Centrífuga de bolsas y así no hay incongruencia con la naturaleza de la adquisición en este equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

El Comité de Selección NO solicita: Requerimiento eléctrico para el equipo objeto de la presente convocatoria. Este equipo es un bien crítico y por lo tanto muy importante para el servicio de banco de sangre del hospital. En ese sentido consideramos de suma importancia que se consideren los requerimientos eléctricos para el buen performance del equipo durante su funcionamiento.

El modelo que representamos tiene un requerimiento eléctrico de: 208 - 230 V +/-10%, 50/60 Hz monofásico.

Con lo cual la institución tendrá un ahorro energético importante a diferencia de los equipos trifásicos.

El Comité de Selección aceptará la propuesta de una centrífuga refrigerada para bolsas de sangre con el requerimiento eléctrico sugerido?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que no solicita requerimiento eléctrico ya que el equipo debe ser instalado por la empresa y dejarlo en funcionamiento sin pedir a la Institución la compra de estabilizadores y otros para su buen funcionamiento. No se acepta la propuesta del requerimiento eléctrico sugerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Prestaciones accesorias a la prestación principal.

5.12.1 Mantenimiento Preventivo: No corresponde

5.12.2 Soporte Técnico: No corresponde

5.12.3 Capacitación y/o Entrenamiento: No corresponde

En ese sentido señalamos que el objeto de la convocatoria es la adquisición de un bien crítico para el Banco de Sangre y por lo tanto deberá tener todas las consideraciones para salvaguardar el buen uso para la durabilidad del equipo por varios años.

El equipo debe contar con mantenimiento preventivo durante el periodo de garantía establecida en las bases (página 24) por dos años, a razón de un mantenimiento por cada año.

De otro lado es importante que se considere el soporte técnico a través de personal calificado y capacitado por el fabricante en la atención de soporte para el personal usuario y de mantenimiento de la institución, el personal Bachiller en Ingeniería Biomédica y/o Técnico Electrónico cumple un papel importante en la instalación de equipos.

La capacitación y/o entrenamiento al personal usuario y de mantenimiento, de parte del personal en Bachiller en Ingeniería Biomédica y/o Técnico Electrónico es de suma importancia ya que luego el personal estará en la capacidad de poder trabajar con el equipo de acuerdo a lo que indica el fabricante en sus manuales para tener un adecuado uso del equipo.

Por estas razones consideramos oportuno que el Comité de Selección conjuntamente con el área usuaria y de mantenimiento del HRHD considere oportuno e importante estos tres puntos y consideralos como: CORRESPONDE. El Comité de Selección corregirá este error involuntario y los considerará como: Si Corresponde?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.12 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que se solicita: Cronograma de Capacitación al personal indicado del Departamento de Patología Clínica. Garantía del equipo por 2 años, que se especifica debe presentar Cronograma de Mantenimiento Preventivo y realizarlo. La Empresa debe contar con personal calificado y capacitado para la reparación del equipo en un lapso menor de 24 horas. Todo lo solicitado debe estar considerado dentro de un solo costo y se deben considerar La Capacitación y Mantenimiento Preventivo con su cronograma detallado. No hay error involuntario y está considerado dentro del proceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: La recepción de bienes estará a cargo del Almacén General del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza y la conformidad será otorgada por el área usuaria, Departamento de Farmacia.

El bien objeto de la convocatoria es un equipo crítico y que será instalado y operado por el personal profesional del banco de sangre. por lo tanto consideramos que el personal que debiera recepcionar el equipo es el personal del Departamento de Patología Clínica - Banco de Sangre, toda vez que el equipo no está diseñado para trabajar en farmacia.

El Comité de Selección corregirá este error involuntario y señalará como área usuaria para dar la conformidad del bien al Departamento de Patología Clínica - Banco de Sangre?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 7.6.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara e informa que la recepción está a cargo del Almacén General del Hospital Regional Honorio Delgado, el lugar de la instalación del equipo no es en el almacén, es en el Departamento de Patología Clínica. La conformidad lo brinda El Departamento, La Oficina o Area que indique la Dirección del Hospital, no existe error involuntario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Modalidad de Ejecución: Llave en mano.

Entendemos que de acuerdo a la modalidad indicada el proveedor ganador deberá encargarse de todo para la instalación y posterior funcionamiento.

Deseamos saber si la instalación de la centrífuga refrigerada se hará en el mismo ambiente en donde se encuentra la centrífuga actual.

Deseamos saber si la institución se encargará de desmontar y retirar la centrífuga actual, para proceder con la instalación de la nueva centrífuga.

El Comité de Selección podrá absolver las preguntas formuladas?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.6 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que se solicita que el proveedor ganador, se encargue de la instalación y funcionamiento del equipo. El tiempo necesario para lo anterior será coordinado adecuadamente con La Oficina de Mantenimiento del Hospital , ya que el Servicio de Banco de Sangre trabaja todos los días y 24 horas al día, se coloca la nueva centrífuga en el mismo ambiente y al terminar la entrega recién se podrá desmontar la centrífuga sin uso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: h) Hoja de presentación del bien ofertado Anexo N° 12. Dicho formato se acreditará mediante folletos, catálogos o similares para sustentar el cumplimiento de las especificaciones técnicas del requerimiento. Las especificaciones técnicas que son solicitadas en los procesos de selección no necesariamente van a encontrarse en folletos, instructivos, catálogos, manuales, etc, si el fabricante cumple con las especificaciones técnicas solicitadas, pero no lo expresa en los documentos indicados, pueden a través de una Carta de Cumplimiento establecer que si cumple determinada característica, en ese sentido consideramos que el Comité debería permitir la presentación de cartas de cumplimiento emitidas por el funcionario responsable del fabricante, de tal forma de demostrar el cumplimiento de especificaciones técnicas.

El Comité de Selección aceptará Carta de Cumplimiento de Especificaciones técnicas, para demostrar que el equipo cumple con la totalidad de los solicitado?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: II Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aceptará Carta de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas emitidas por ingeniero responsable y/o personal calificado para demostrar que el equipo cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas, además de documentos como folletos, catálogos, instructivos y otros que detallen las Especificaciones Técnicas del Equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Anexo N°6 Precio de la Oferta

En este anexo el postor debe presentar la propuesta económica, indicando concepto, cantidad, precio unitario, precio total.

En ese sentido deseamos saber si en este anexo se debe considerar las prestaciones accesorias o no.

El Comité de Selección confirmará si en el Anexo n° 6 se debe incluirlas prestaciones accesorias o no?

Acápites de las bases : Sección: Anexos Numeral: V Literal: ANEXO 6 Página: 46

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que solicita el Precio de la Oferta, la propuesta económica en un solo monto. Y lo que el postor considere como prestación accesorias debe estar incluida, ya sea La Capacitación o Mantenimiento Preventivo solo debe enviar El Cronograma propuesto por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

El Comité de Selección solicita: Antigüedad, Entregar equipo nuevo y sin uso (no repotenciado), no mayor de dos años de fabricación a la fecha de presentación de la oferta, acreditado debidamente mediante la copia del certificado de manufactura a la entrega del equipo o declaración jurada y garantía de dos años..

Consideramos que también puede presentarse la imagen de la etiqueta de la centrífuga en la cual se indica claramente la fecha de fabricación del equipo, con lo cual solicitamos que se considere de la siguiente manera: Copia del certificado de manufactura otorgado por el fabricante o declaración jurada emitida por el postor indicando la fecha de fabricación del equipo o imagen de la etiqueta del equipo señalando la fecha de fabricación del equipo.

El Comité de Selección aceptará la imagen de la etiqueta señalando la fecha de fabricación del equipo?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que se aceptará para certificar la fecha de fabricación del Equipo: La Copia Simple del Certificado de Manufactura del Equipo al momento de la entrega del equipo y Carta de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas emitidas por ingeniero responsable y/o personal calificado para demostrar que el equipo cumple con la totalidad de las especificaciones técnicas, además de documentos como folletos, catálogos, instructivos y otros que detallen las Especificaciones Técnicas del Equipo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20100162238	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	AMERICAN HOSPITAL SCIENTIFIC EQUIPMENT COMPANY DEL PERU S.A.	Hora de envío :	09:45:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

El Comité de Selección NO solicita Experiencia del postor.

El objeto de la convocatoria es la adquisición de un bien crítico para el Servicio de Banco de Sangre, como lo es la centrífuga refrigerada para bolsas de sangre, en ese sentido es muy importante que el postor ganador demuestre la experiencia en el rubro, es decir en la venta, instalación, capacitación y mantenimientos preventivos y/o correctivos. Por lo tanto consideramos que se debe incluir la experiencia en equipos de banco de sangre, como: Centrífugas refrigeradas para bolsas de sangre, congeladoras para banco de sangre, conservadoras de bolsas de sangre, agitadores incubadoras de plaquetas, descongeladoras de plasma, etc, todos los equipos mencionados trabajan con temperatura y son muy necesarios para el desempeño del banco de sangre para la preparación y conservación de los hemocomponentes.

El Comité de Selección incluirá dentro de los criterios de calificación, la experiencia del postor sugerida con los equipos indicados?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.2 **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta y no solicitará como criterios de calificación la experiencia del postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20454094221	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:25:57

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

PLAZO DE ENTREGA:

El plazo solicitado es muy corto, considerando que la fabricación del equipo tarda un mínimo 30 días para cualquier fabricante, desde que el representante le envíala orden de compra, mas los trámites exportación a Perú son 05 días mas, mas y el transporte debe ser en barco dado el peso del equipo, ya que en avión el valor se incrementaría mucho, este transporte tarda al rededor de 30 días,mas los trámites de desaduanaje y traslado 05 días mas, el plazo que deberían de considerar es de 70 días, son el plazo solicitado, solo podría cumplir un proveedor que tenga el equipo en stock y considerando que las especificaciones son muy personalizadas, será difícil encontrar un proveedor que tenga el equipo en stock.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** I **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria amplía el plazo de entrega a 25 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y los postores de manera detallada deben especificar : el plazo de entrega, la instalación y puesta en funcionamiento al área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20454094221	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:25:57

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta:

e) Copia simple de Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario vigente.

El bien a adquirir no requiere registro sanitario según DIGEMID, podrán corroborarlo en la página oficial de DIGEMID <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/14737-digemid-del-minsa-publica-relacion-de-productos-que-no-requieren-registro-sanitario>

Lo podrán encontrar en la página N°09 el ítem 327, por lo tanto, solicitamos el retiro de este ítem.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1 **Literal:** I **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 61°: Requisitos técnicos mínimos de acuerdo a norma

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que si en caso el producto no requiera Registro Sanitario debe adjuntar el documento emitido por la ANM en el cual acredita que no requiere dicho documento y adjuntar el listado publicado por DIGEMID en su página de internet (indicando la fecha de publicación) en el que se indique el producto ofertado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20454094221	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:25:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

4. CARACTERISTICAS:

SET DE ADAPTADORES PARA PLAQUETAS CON BUFFY COAT CON GANCHO CUBIERTA Y TAPA DE METAL NO PLASTICO U OTROS.

En nuestro equipo, la tapa es metálica, pero no posee ningún gancho, no entendemos esta solicitud, los adaptadores con la bolsa se acomodan por gravedad y la fuerza centrífuga hace que se estabilicen en su posición ¿o tal vez se refieran al asa de la tapa? que en nuestro caso también es metálica.

Por favor, aclararnos este punto.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria no acoge la consulta, solicita que los cestillos cuenten con los adaptadores u accesorios necesarios para el fraccionamiento de hemocomponentes; ya sea concentrados plaquetarios por Buffy Coat. La tapa de metal y no de plástico u otros materiales es para el rotor. Esta especificación no se suprimirá, por motivos de bioseguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20454094221	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	BIOLOGIAS MEDICAS ANDINAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:25:57

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

4. CARACTERISTICAS:

PARÁMETROS DEL EQUIPO VELOCIDAD DE ROTOR OSCILANTE PARA BOLSA DE SANGRE 200 - 4500 O MAYOR INCREMENTO DE VELOCIDAD CADA 30 RPM O MENOR

Nuestra centrifuga cumple los requisitos para banco de sangre según OMS, cumple que sea programable en cambios de 10 RPM, posee una velocidad máxima de 6000 RPM, pero esta velocidad se da con rotor angular, para el oscilante es de 4200 RPM, considerando que para obtención de plaquetas la velocidad máxima requerida es de 2500 RPM aproximadamente, solicitar que llegue a 4500 RPM limita la participación a una marca específica, siendo además innecesario para el área usuaria, solicitamos se cambie a:

PARÁMETROS DEL EQUIPO VELOCIDAD DE ROTOR OSCILANTE PARA BOLSA DE SANGRE 200 - 4200 O MAYOR INCREMENTO DE VELOCIDAD CADA 10 RPM O MENOR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** III **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones: a) Libertad de concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que: solicita que la velocidad del rotor oscilante, donde se colocan las bolsas de sangre tenga una velocidad de 200 RPM a 4500 RPM y si la centrifuga tiene estos parametros o un rango mayor cumple con las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20523370201	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION MEDICAL BERTH'S S.A.C.	Hora de envío :	18:31:27

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

En el tiempo de entrega señala son de 05 días calendario contabilizado desde el día siguiente de notificada la orden de Compra y 20 días para la instalación del equipo, solicitamos amablemente al comité ampliar el plazo de entrega a 30 a 35 días por considerar estos equipos son importados y dada las fechas dificulta la importación de estos equipos

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.13.2 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con en área usuaria amplía el plazo de entrega a 25 días calendario contabilizados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra y los postores de manera detallada deben especificar: el plazo de entrega, la instalación y puesta en funcionamiento al área usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA-HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO
Nomenclatura : AS-SM-20-2023-HRHD-2
Nro. de convocatoria : 2
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE DE 12 Y/O 16 BOLSAS

Ruc/código :	20554146881	Fecha de envío :	11/12/2023
Nombre o Razón social :	ABASTECIMIENTO MEDICO TOTAL S.A.C.	Hora de envío :	18:33:45

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Estimados señores del comité, en el apartado de parámetros del equipo de las características técnicas se describe un rotor oscilante para bolsas de sangre 200-4500 o mayor incremento, solicitamos amablemente al comité considerar de 200 a 4200 o mayor para dar una mayor pluralidad a los postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección en coordinación con el área usuaria aclara que: solicita que la velocidad del rotor oscilante, donde se colocan las bolsas de sangre tenga una velocidad de 200 RPM a 4500 RPM y si la centrifuga tiene estos parametros o un rango mayor cumple con las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null