

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código : 20556510190

Nombre o Razón social : INSUMET S.A.C.

Fecha de envío : 15/11/2023

Hora de envío : 20:22:11

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

OBSERVAMOS. En las bases dentro de la sección de documentos de presentación obligatoria están solicitando d) METODOLOGÍA DE ANALITICA. Este documento es usado por las empresas que fabrican o distribuyen medicinas para la verificación de calidad. siendo el fin del presente proceso la compra de instrumental quirúrgico (dispositivo de clase I). Solicitamos al comité de selección tenga a bien retirar este documento o dejarlo como documento de presentación facultativa. O en su caso solicitar presentación del ISO 13485 dado que toda empresa que fabrica instrumental cuenta con este ISO por que sirven para la aplicación de gestión de calidad de los productos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: D Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Articulo 2 la ley N° 30225 Ley de contrataciones del estado a) Libertad de concurrence. Las Entidad

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la observación, se precisa que en muchos pronunciamientos del OSCE el certificado ISO 13485 corresponde a normas de gestion de calidad, mas no se tratan de una norma de control de calidad. Por lo que, no se ajustaria a lo requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	20:22:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la presente base dentro de las especificaciones técnicas están solicitando medidas determinadas para cada producto. Las medidas entre las principales marcas que fabrican INSTRUMENTAL QUIRURGICO varían entre sí. En aras de fomentar la mayor concurrencia y pluralidad de potenciales postores solicitamos al comité de selección otorgar una tolerancia de +/- 5cm en cuanto a las medidas solicitadas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, se precisa que no se puede otorgar una tolerancia +/- 5 cm ya que existe instrumentos de mucha precision, el cual no puede tener una variacion general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	20:22:11

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE N° 12 - SET DE SEPTOPLASTÍA

Solicitan en las bases: ELEVADOR DOBLE MASING 22CM

Los MODELOS entre las principales marcas que se encuentran en el mercado difieren entre sí, sin embargo, esta diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso a) Libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria tenga a bien aceptar lo siguiente:

HOHMANN ELEVADOR, 8MM, 21.5CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, asimismo, se aclara que se mantiene el ELEVADOR DOBLE MASING 22CM indicado en las bases, cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostro que existe pluralidad de marcas y postores, los mismos que manifestaron a traves de declaraciones juradas el cumplimiento de todas las condiciones generales de entrega por lo que no se contraviene la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	20:22:11

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE N° 12 - SET DE SEPTOPLASTÍA

Solicitan en las bases: ELEVADOR DOBLE MASING 22CM

Los MODELOS entre las principales marcas que se encuentran en el mercado difieren entre sí, sin embargo, esta diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso a) Libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria tenga a bien aceptar lo siguiente:

HOHMANN ELEVADOR, 8MM, 21.5CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, asimismo, se aclara que se mantiene el ELEVADOR DOBLE MASING 22CM indicado en las bases, cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostro que existe pluralidad de marcas y postores, los mismos que manifestaron a traves de declaraciones juradas el cumplimiento de todas las condiciones generales de entrega por lo que no se contraviene la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	20:22:11

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE N° 12 - SET DE SEPTOPLASTÍA

Solicitan en las bases: PINZA LOOK N° 1 CON FENESTRA DE 20CM

Los MODELOS entre las principales marcas que se encuentran en el mercado difieren entre sí, sin embargo, esta diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso a) Libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria tenga a bien aceptar lo siguiente:

CUSHING SEPARADOR, FENESTRADO, 20,5CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, asimismo, se aclara que se mantiene la PINZA LUC N° 1 CON FENESTRA DE 20CM indicado en las bases, cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostro que existe pluralidad de marcas y postores, los mismos que manifestaron a traves de declaraciones juradas el cumplimiento de todas las condiciones generales de entrega por lo que no se contraviene la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	20:22:11

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE N° 12 - SET DE SEPTOPLASTÍA

Solicitan en las bases: SEPARADOR NASAL AUFRICH DE 13.5CM / 38MM X 7MM / 13MM.

Los MODELOS entre las principales marcas que se encuentran en el mercado difieren entre sí, sin embargo, esta diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso a) Libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria tenga a bien aceptar lo siguiente:

MALTZ ESCOF. NAS., TRACCION, 34X7MM,17CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, asimismo, se aclara que se mantiene el SEPARADOR NASAL AUFRICH DE 13.5CM / 38MM X 7MM / 13MM indicado en las bases, cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostro que existe pluralidad de marcas y postores, los mismos que manifestaron a traves de declaraciones juradas el cumplimiento de todas las condiciones generales de entrega por lo que no se contraviene la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	20:22:11

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE N° 12 - SET DE SEPTOPLASTÍA

Solicitan en las bases: SEPARADOR NASAL AUFRICH DE 18CM / 45MM X 7MM X 10MM.

Los MODELOS entre las principales marcas que se encuentran en el mercado difieren entre sí, sin embargo, esta diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso a) Libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria tenga a bien aceptar lo siguiente:

FOMON ESCOFINA NASAL, DOBLE, 20.5CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, asimismo, se aclara que se mantiene el SEPARADOR NASAL AUFRICH DE 13.5CM / 38MM X 7MM / 13MM indicado en las bases, cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostro que existe pluralidad de marcas y postores, los mismos que manifestaron a traves de declaraciones juradas el cumplimiento de todas las condiciones generales de entrega por lo que no se contraviene la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	20:22:11

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM PAQUETE N° 12 - SET DE SEPTOPLASTÍA

Solicitan en las bases: TIJERA FOMON ANGULADA SUPERCUT PLUS DE 13MM

Los MODELOS entre las principales marcas que se encuentran en el mercado difieren entre sí, sin embargo, esta diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso a) Libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria tenga a bien aceptar lo siguiente:

TIJERA IRIS, AGUDA, CURVA, 12,5 CM

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, asimismo, se aclara que se mantiene el TIJERA FOMON ANGULADA SUPERCUT PLUS DE 13CM indicado en las bases, cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostro que existe pluralidad de marcas y postores, los mismos que manifestaron a traves de declaraciones juradas el cumplimiento de todas las condiciones generales de entrega por lo que no se contraviene la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20556510190	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	INSUMET S.A.C.	Hora de envío :	20:22:11

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Solicitan en las bases: TIJERA FOMON CURVA DE 12.5CM

Los MODELOS entre las principales marcas que se encuentran en el mercado difieren entre sí, sin embargo, esta diferencia no impide que el instrumental cumpla con la función para la que fue diseñada.

Por lo expuesto líneas arriba y en aras de no contravenir con la ley que rige las contrataciones con el estado, en su inciso a) Libertad de concurrencia, se solicita respetuosamente al Comité de Selección en coordinación con la parte usuaria tenga a bien aceptar lo siguiente:

Tijera, Graefe, 10 cm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, asimismo, se aclara que se mantiene el TIJERA FOMON CURVA DE 12.5CM indicado en las bases, cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostro que existe pluralidad de marcas y postores, los mismos que manifestaron a traves de declaraciones juradas el cumplimiento de todas las condiciones generales de entrega por lo que no se contraviene la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:
SE LE CONSULTA AL COMITÉ, SOBRE EL SEPARADOR SOLICITADO LA PUNTA DEBE DE SER PLANA O CURVA, SEGÚN EL MODELO DESCRITO, SOLICITAMOS AL COMITÉ ACEPTÉ EL SEPARADOR HOHMANN CON PUNTA PLANA, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado aclara que, el cuestionamiento realizado se refiere al "Elevador de hueso hohmann punta aguda de 24cm/18mm" correspondientes a los sub items 1.8, 2.6 y 10.7; es por ello que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aclara que, tambien se aceptara PUNTA SEMICURVA, CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM, por lo expuesto, se acoge parcialmente la consulta.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía:punta aguda con curvatura anterior y/o punta semicurva con una tolerancia de +/- 1 cm.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
SOBRE LA PINZA JUDD ALLIS SE LE SOLICITA AL COMITÉ LA AMPLIACION DE MEDIDA DE 19CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara EN UN RANGO DE 19CM A 20.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 19cm a 20.5cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:
SOBRE LA PINZA JUDD ALLIS SE LE SOLICITA AL COMITÉ LA AMPLIACION DE MEDIDA DE 19CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aclara que, se aceptara EN UN RANGO DE 19CM A 20.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 19cm a 20.5cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:
SOBRE LA PINZA JUDD ALLIS SE LE SOLICITA AL COMITÉ LA AMPLIACION DE MEDIDA DE 19CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara EN UN RANGO DE 19CM A 20.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 19cm a 20.5cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ, AMPLIAR LA MEDIDA DEL SEPARADOR MEYERDING A 20CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara SEPARADOR MEYERDING DE 50 A 52MM X 16MM 20CM A 23CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 50 A 52MM X 16MM 20CM a 23CM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ, CONSIDERAR EL MODELO MAYO, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge parcialmente la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara en un modelo mayo o mayo Stille con un rango de 21 a 23 cm

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: Tijer de mayo stille y/o modelo mayo curva de 21 a 23cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ, NOS ACEPTEN HOHMANN ALDINGER ELEVADOR 24MM X 27CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 43

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptará También el ELEVADOR PARA HUESO HOHMANN-ALDINGER 27CM / 24MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: se aceptará También el ELEVADOR PARA HUESO HOHMANN-ALDINGER 27CM / 24MM.

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ, AMPLIAR LA MEDIDA DEL SEPARADOR MEYERDING A 90X50MM 26CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge parcialmente la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptará en un rango de 23CM a 26CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ, CONSIDERAR GOLD-CUT MAYO-STILLE TIJERA RECTA DE 20CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 51

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara EN UN RANGO DE 20CM A 21.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 20cm a 21.5cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ QUE CONSIDERE UN MARGEN DE TOLERANCIA +/- 1CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA: se aceptará CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ QUE CONSIDERE UN MARGEN DE TOLERANCIA +/- 1CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 52

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA: se aceptará CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ QUE CONSIDERE UN MARGEN DE TOLERANCIA +- 1CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA: se aceptará CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ QUE CONSIDERE UN MARGEN DE TOLERANCIA +/- 1CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 53

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA: se aceptará CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ QUE CONSIDERE UN MARGEN DE TOLERANCIA +/- 1CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA: se aceptará CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ QUE CONSIDERE UN MARGEN DE TOLERANCIA +/- 1CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NOTA: se aceptará CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ QUE CONSIDERE UN MARGEN DE TOLERANCIA +/- 1CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 57

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NOTA: se aceptará CON UNA TOLERANCIA DE +/- 1CM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA COMITÉ CONSIDERAR ESPÉCULO VAGINAL BREISKY 130MMX40MM 32CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara VALVA VAGINAL BREISKY DE 32 CM A 35 CM / 130 MM X 40 MM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 32cm A 35cm / 130mm X 40mm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:
SOBRE LA PINZA JUDD ALLIS SE LE SOLICITA AL COMITÉ LA AMPLIACION DE MEDIDA DE 19CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 62

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara en un rango de 19CM a 20.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 19cm a 20.5cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR GOLD-CUT TIJERA MAYO-STILLE RECTA DE 20CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 63

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aclara que, se aceptara en un rango de 20CM a 21.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: Tijera Mayo Stille recta de 20cm a 21.5cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERA PINZA PARA PÓLIPOS NASAL HARTMANN 16CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge parcialmente la consulta, asimismo, de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aclara que, se aceptara en un rango de 16CM a 18CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: Pinza Hartman delgado de 16cm a 18cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR PINZA P EL SEPTO LUC 5MM 19CM, PARA PLURALIDAD DE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge parcialmente la consulta, asimismo, de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aclara que, se aceptara en un rango de 18CM a 19CM.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: Pinza luc-brunings (heyman) N°1 de 18cm a 19cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

SE LE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR EL MODELO PORTA-AGUJA GOLD GRIP PAR P02 11CM DELGADO, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara PORTA AGUJA DEL MODELO PAR DELGADO 11CM LA MISMA QUE CUMPLE LA MISMA FUNCIÓN DE PORTA AGUJA DE MAYO- HEGAR DE 10 CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: Porta aguja de mayo - hegar de 10cm o Porta aguja modelo Par delgado de 11cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERARTIJERA NASAL GEOMED SUPERCUT FOMON 12CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aclara que, se aceptara TIJERA FOMON CURVA de 12CM a 12.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: TIJERA FOMON CURVA de 12CM a 12.5CM

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:
SOBRE LA PINZA JUDD ALLIS CONSIDERAR LA MEDIDA DE 19CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aclara que, se aceptara EN UN RANGO DE 19CM A 20.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 19cm a 20.5cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR TIJERA MAYO-STILLE RECTA 20CM, PARA LA PLURALIDAD DE POSTORES

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara EN UN RANGO DE 20CM A 21.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 20cm a 21.5cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR EL ESPÉCULO VAGINAL AUVARD COMPL 80MMX38MM DE 1,14 KG

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara ESPECULO VAGINAL AUVARD DE 80 MM X 38 MM A 43 MM 1140 GR A 1500 GR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se amplía: DIMENSIÓN: De 80 mm X 38 mm a 43 mm / 1140 gr A 1500 gr

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:
SE LE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR LA PORTA-AGUJA HEANEY CV 27CM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara EN UN RANGO DE 24CM A 27CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: De 24cm a 27cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:
SE LE SOLITA AL COMITÉ CONSIDERAR TIJERA MAYO STILLE CV DE 20CM

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la consulta, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participacion de postores, se aceptara con una tolerancia de +/- 1.5CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía: DIMENSIÓN: 21.5cm con tolerancia de +/- 1.5cm

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

LAS BASES SOLICITAN COMO VIGENCIA DE LOS PRODUCTOS DEBERA SER IGUAL O MAYO A 18 MESES AL MOMENTO DE SU FECHA DE ENTREGA
EL INSTRUMENTAL SOLICITADO ES REUSABLE POR LO QUE NO APLICA LA VIGENCIA DEL PRODUCTO, POR EL MOTIVO SOLICITAMOS AL COMITE RETIRAR DICHO REQUERIMIENTO A FIN DE NO LIMITAR LAP PARTICIPACION DE POTENCIALES POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, asimismo, se aclara que en el numeral 9.1 En los casos de dispositivos médicos se solicita vigencia minima debe ser igual o mayor a 18 meses al momento de su entrega en los almacenes puesto que esto tambien puede aplicar al periodo de garantia del postor."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20535807851	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	IMED C & E SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IMED C & E S.A.C.	Hora de envío :	21:18:43

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

LAS BASES SOLICITAN EN EL CASO DE DISPOSITIVOS MEDICOS QUE NO CUENTEN CON FECHA DE EXPIRACION, QUE CUENTEN CON UNA FECHA DE FABRICACION NO MAYOR A TRES AÑOS CONSIDERANDO QUE EL TIEMPO DE CADUCIDAD NO APLICA PARA EL PRODUCTO INSTRUMENTAL REUSABLE SOLICITAMOS AL COMITE RETIRAR DICHO REQUERIMIENTO A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POTENCIALES POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la consulta, asimismo, se aclara que en el numeral 9.3 En los casos de dispositivos médicos que no presenten fecha de expiración, éstas deben tener una fecha de fabricación no mayor a tres (03) años contados retrospectivamente desde la fecha de recepción por parte de EsSalud.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:23:00

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

Paginas 40 al 64

Se puede visualizar que se solicitan instrumentales de diversos modelos y medidas, las cuales el ESSSALUD no actualiza su base de datos desde el petitorio del año 2014, por lo que a la fecha algunos instrumentales se encuentran descontinuados o con variación de medidas. Por lo que solicitamos al comité de selección ACEPTAR MODELOS EQUIVALENTES O SIMILARES RESPECTO

A LOS PRODUCTOS:

20204726 Tijera de mayo stille curva de 21.5 cm.(ACEPTAR TIJERA MODELO LEXER CURVA DE 21CM)

20204718 Tijera de mayo stille recta de 21.5 cm.(ACEPTAR TIJERA MODELO LEXER RECTA DE 21CM)

20204735 Tijera de mayo stille curva de 23 cm.(ACEPTAR TIJERA MODELO LEXER RECTA DE 21CM O TIJERA MAYO CURVA DE 23CM).

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** - **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2, incisos a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado no acoge la observación, asimismo, se precisa que se mantiene la Tijera de mayo stille curva de 21.5 cm, Tijera de mayo stille recta de 21.5 cm, Tijera de mayo stille curva de 23 cm; indicado en las bases, cabe señalar que en la etapa de indagación de mercado se demostró que existe pluralidad de marcas y postores, los mismos que manifestaron a través de declaraciones juradas la variación solo en medida de todas las condiciones generales de entrega por lo que no se contraviene la normativa vigente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SEGURO SOCIAL DE SALUD

Nomenclatura : AS-SM-105-2023-ESSALUD-RPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA EL HOSPITAL III EMERGENCIAS GRAU

Ruc/código :	20601586470	Fecha de envío :	15/11/2023
Nombre o Razón social :	J & G INVERSIONES PERU S.A.C.	Hora de envío :	23:23:00

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

Paginas 40 al 64

Se puede visualizar que se solicitan instrumentales de diversos modelos y medidas, las cuales el ESSSALUD no actualiza su base de datos desde el petitorio del año 2014, por lo que a la fecha algunos instrumentales se encuentran discontinuados o con variación de medidas. Por lo que solicitamos al comité de selección ACEPTAR MODELOS EQUIVALENTES O SIMILARES RESPECTO

A LOS PRODUCTOS:

20201240 Pinza heiss semicurva de 23 cm.(ACEPTAR Pinza heiss semicurva de 20 cm)

20202419 Pinza heiss curva punta fina de 23 cm.(ACEPTAR curva punta fina de 20 cm)

Acápíte de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** CAP. III **Literal:** - **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art. 2, incisos a) b) c) e)

Análisis respecto de la consulta u observación:

En atención a lo expuesto por el área usuaria, este colegiado acoge la observación, asimismo, se aclara que de conformidad a los principios establecidos en la normativa de contrataciones, y para generar mayor participación de postores, se aclara que, se aceptara EN UN RANGO DE 20CM A 23CM

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía para el SAP 20201240 y 20202419: DIMENSIÓN: De 20cm a 23cm