

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD CHUMBIVILCAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2023-CS/UESCH-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DE REGION DE CUSCO

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610754172  | Fecha de envío : | 12/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSORCIO S&C INTERNATIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 17:29:26   |

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

SOLICITAN:

MANCO PARA LARINGOSCOPIO CON PILAS TIPO C

SOLICITAMOS AL COMITE AMPLIAR EL MANGO DE LARINGOSCOPIO TIPO AA, ESTO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTE MANGO TIPO AA ES MAS MANIOBRABLE Y MAS FACIL DE TRANSPORTAR.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 26

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite de seleccion, en coordinacion con el area usuaría, luego de haber leído su consulta y con el fin de que exista mayor pluralidad de Postores, para el coche de paro equipado, se amplía el tamaño de pilas quedando de la siguiente manera: C43 TAMAÑO DE PILA TIPO "C" Y/O AA

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C43: TAMAÑO DE PILA TIPO "C" Y/O AA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD CHUMBIVILCAS  
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-CS/UESCH-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DE REGION DE CUSCO

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501645517     | Fecha de envío : | 12/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | VITALTEC S.A.C. | Hora de envío :  | 18:49:34   |

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

Coche de Paro

C14 ANCHO (PARTE FRONTAL) 650MM  $\pm$ 15%

Se solicita por pluralidad de postores, indicar un mayor rango para el ancho del coche de paro, teniendo en cuenta que estas medidas las realiza cada fabricante. Por ello indicar:

C14 ANCHO (PARTE FRONTAL) 650MM  $\pm$ 20%

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 7.2      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite de seleccion, en coordinacion con el area usuaría, Previa consulta con el Area usuaria para que exista mayor pluralidad de postores se acoge la consulta, quedando Así:C14: ANCHO (PARTE FRONTAL) 650MM  $\pm$ 20%

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

C14: ANCHO (PARTE FRONTAL) 650MM  $\pm$ 20%

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD CHUMBIVILCAS  
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-CS/UESCH-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DE REGION DE CUSCO

|                         |                 |                  |            |
|-------------------------|-----------------|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20501645517     | Fecha de envío : | 12/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | VITALTEC S.A.C. | Hora de envío :  | 18:49:34   |

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

C36 CAPACIDAD DE SUCCION: 34L/MIN O MAYOR.

Se solicita cordialmente indicar una capacidad de succión mínima de 30 l/min. Esta succión es suficiente para atender de manera ambulatoria a los pacientes que se requieran. Para facilitar pluralidad de postores, se solicita indicar:

C36 CAPACIDAD DE SUCCION: 30L/MIN O MAYOR.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 7.2      Página: 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite de seleccion, en coordinacion con el area ususaria, luego de haber leído su consulta, No se acoge la solicitud del postor, ya que en el expediente de contratación, existe pluralidad de postores y marcas que cumplen con la ficha técnica del equipo objeto a adquirir, el cual ha sido elaborado teniendo en cuenta la necesidad del área usuaria.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO UNIDAD EJECUTORA 411 SALUD CHUMBIVILCAS  
Nomenclatura : AS-SM-12-2023-CS/UESCH-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Bien  
Descripción del objeto : CONTRATACION DE BIENES: EQUIPOS BIOMEDICOS COMPLEMENTARIOS, PARA LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LLUSCO DISTRITO DE LLUSCO PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS DE REGION DE CUSCO

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20610754172  | Fecha de envío : | 12/12/2023 |
| Nombre o Razón social : | CONSORCIO S&C INTERNACIONAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío :  | 22:18:45   |

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

EN EL BIDEFILADOR DE AGUA DE 4 LITROS  
SOLICITAN:

B03: CONTROLADO POR MICROPORCESADOR O MICROCONTROLADOR

SOLICITAMOS AL COMITE PARA QUE HAYA MAYOR AMPLITUD DE MARCAS Y POSTORES, ADICIONAR SISTEMA DE CONTROL DEL FABRICANTE, LA CULA QUEDARIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

B03 CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR Y/O SISTEMA DEL FABRICANTE

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** CAPITULO 3      **Literal:** 3.1      **Página:** 24

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

El comite de seleccion, en coordinacion con el area usuaría, luego de haber leído su consulta, se acoge la Consulta, para el BIDEFILADOR DE AGUA, quedando de la siguiente manera B03 CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR Y/O SISTEMA DE CONTROL DEL FABRICANTE

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

B03: CONTROLADO POR MICROPROCESADOR O MICROCONTROLADOR Y/O SISTEMA DE CONTROL DEL FABRICANTE