

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 31/08/2023

Hora de envío : 21:41:08

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

LIPASA:

En las características técnicas se solicita que la Lipasa sea por método cinético, en la actualidad existen también métodos colorimétricos para la determinación de este analito, con la misma efectividad que los métodos cinéticos, los cuales se pueden también automatizar, permitiendo así una mayor competencia y un número mayor de postores, El comité especial permitiría se pueda presentar un método colorimétrico para la determinación de lipasa permitiendo así una mayor amplitud de postores y poder presentar una alternativa también efectiva

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE TAMBIÉN SE PUEDEN PRESENTAR MÉTODOS COLORIMÉTRICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONSIDERAR MÉTODO CINÉTICO Y CLORIMÉTRICA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 31/08/2023

Hora de envío : 21:41:08

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

FOSFORO

En las características técnicas se solicita que el fosforo sea por método cinético y sobre todo en presentaciones de 3 x 20 pruebas lo cual direcciona el proceso a una marca en especial, por lo cual en la actualidad existen también métodos colorimétricos para la determinación de este analito, con la misma efectividad que los métodos cinéticos, los cuales se pueden también automatizar, tomando en consideración que son los métodos ideales para el dosaje de analitos, permitiendo así una mayor competencia y un número mayor de postores, El comité especial permitiría se pueda presentar un método colorimétrico para la determinación de Fosforo en una presentación diferente permitiendo así una mayor amplitud de postores y poder presentar una alternativa también efectiva.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE TAMBIÉN SE PUEDEN PRESENTAR MÉTODOS COLORIMETRICOS Y ESTOS EN PRESENTACIONES DIFERENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TAMBIEN SE CONSIDERA MÉTODO COLORIMETRICO CON PRESENTACIÓN DIFERENTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 31/08/2023

Hora de envío : 21:41:08

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

MAGNESIO

En las características técnicas se solicita que el magnesio por método cinético, dirigiendo el proceso a solo marcas que cumplan con esta características , en la actualidad existen también métodos colorimétricos para la determinación de este analito, con la misma efectividad que los métodos cinéticos, los cuales se pueden también automatizar, tomando en consideración que son los métodos ideales para el dosaje de analitos llamados electrolitos , permitiendo así una mayor competencia y un número mayor de postores, El comité especial permitiría se pueda presentar un método colorimétrico para la determinación de Magnesio en una presentación diferente permitiendo así una mayor amplitud de postores y poder presentar una alternativa también efectiva.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARAMOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TAMBIÉN SE CONSIDERA MÉTODO COLORIMETRICO CON PRESENTACIÓN DIFERENTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 31/08/2023

Hora de envío : 21:41:08

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

MAGNESIO

En las características técnicas se solicita que el magnesio por método cinético, dirigiendo el proceso a solo marcas que cumplan con esta características , en la actualidad existen también métodos colorimétricos para la determinación de este analito, con la misma efectividad que los métodos cinéticos, los cuales se pueden también automatizar, tomando en consideración que son los métodos ideales para el dosaje de analitos llamados electrolitos , permitiendo así una mayor competencia y un número mayor de postores, El comité especial permitiría se pueda presentar un método colorimétrico para la determinación de Magnesio en una presentación diferente permitiendo así una mayor amplitud de postores y poder presentar una alternativa también efectiva

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE TAMBIÉN SE PUEDEN PRESENTAR MÉTODOS COLORIMETRICOS Y ESTOS EN PRESENTACIONES DIFERENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TAMBIÉN SE CONSIDERA MÉTODO COLORIMETRICO CON PRESENTACIÓN DIFERENTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 31/08/2023

Hora de envío : 21:41:08

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

CK TOTAL CINETICO

En las características técnicas se solicita que el reactivo venga por presentaciones de 2 x 50 o más pruebas, estas presentaciones son dirigidas a una marca específica lo cual dirige el proceso a una sola marca, permitiendo así una menor cantidad de postores, el comité especial debería aceptar que las presentaciones sean diversas, siempre que estas cumplan con la cantidad de determinaciones solicitadas. En las bases.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE TAMBIÉN SE PUEDEN PRESENTAR MÉTODOS COLORIMÉTRICOS Y ESTOS EN PRESENTACIONES DIFERENTES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

TAMBIÉN SE CONSIDERA MÉTODO CINÉTICO CON PRESENTACIÓN DIVERSA O DIFERENTE

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 31/08/2023

Hora de envío : 21:41:08

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

3.1 REQUISITOS DE CALIFICACION

B. EXPERIENCIA DE POSTOR

En las bases solicitan que los bienes similares a los PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ACCESORIOS EN GENERAL Y OTROS RELACIONES.

Al tratarse de reactivos de bioquímica los cuales son para una maquina en especial el comité debería cambiar en las bases que la experiencia de postor sea REACTIVOS DE LABORATORIO, así se tendría una mejor relación con la experiencia del postor que resulte ganador.

Acápito de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARAMOS QUE LA EXPERIENCIA DEL POSTOR DEBE SER EN REACTIVOS DE LABORATORIO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"EXPERIENCIA DE POSTOR

Se consideran productos similares a: Reactivos de laboratorio."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código : 20556662887

Nombre o Razón social : ALYTECH MEDIC S.A.C.

Fecha de envío : 31/08/2023

Hora de envío : 21:41:08

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

B. EXPERIENCIA DE POSTOR

En las bases solicitan que los bienes similiares a los PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ACCESORIOS EN GENERAL Y OTROS RELACIONES.

Al tratarse de reactivos de bioquímica los cuales son para una maquina en especial el comité debería cambiar en las bases que la experiencia de postor sea REACTIVOS DE LABORATORIO, así se tendría una mejor relación con la experiencia del postor que resulte ganador.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARAMOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"EXPERIENCIA DE POSTOR

Se consideran productos similares a: Reactivos de laboratorio."

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:41:08

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

En las bases para la evaluación el comité solicita:

1. Mejoras técnicas de partes del producto

2. Mejoras en calidad del producto

El comité especial podría explicar a que se refieren estas mejoras ya que cada marca cuenta con características propias.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** IV **Literal:** 4.1 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARAMOS QUE SE REFIERE A CARACTERÍSTICAS QUE AYUDARÍAN AL TRABAJO EN EL LABORATORIO Y SE COLOCARA EN LAS BASES CUALES SON LAS MEJORAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LA ACREDITACIÓN TIENE QUE SER SUSTENTADA CON DOCUMENTOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:41:08

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

IV FACTORES DE EVALUACION
C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Es sabido que en los kit convencionales es complicado poder colocar algunos analitos en los controles normales y anormales por la base en la cual se fabrican dichos controles y en algunos de estos analitos son el HDL, LDL, CK-MB y las Proteinas en Orina y LCR. El comité especial podría considerar como una mejora en la calidad del producto que estos kit cuenten con sus propias soluciones control dentro del mismo kit. Lo cual permite un control de calidad mas preciso y exacto.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: 4.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CREEMOS QUE LA APRECIACION ES LA CORRECTA YA QUE LOS CONTROLES COMERCIALES NO CUENTAN CON TODOS LOS ANÁLISIS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS : EVALUACIÓN: 1.
FRASCO DE CONTROLES DENTRO DEL MISMO KIT DEL REACTIVOS PARA ANÁLISIS TALES COMO LA PROTEINA EN ORINA Y LCR . HDL, LDL, CK-MB.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:41:08

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

IV FACTORES DE EVALUACION

C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Es sabido que en los kits a adquirir tienen que adaptarse a un equipo mindray, ya que dicha adaptación es siempre de la casa matriz, cada fabricante tiene sus propias metodologías lo cual conlleva a contar con un personal capacitado tanto en la parte aplicativa y técnicas. El comité especial podría solicitar como una mejora que el postor acredite personal especializado en el área de laboratorio clínico para la capacitación e implementación de las pruebas como una mejora.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: 4.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

CREEMOS QUE LA APRECIACIÓN ES CORRECTA Y SE COLOCARÁ EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS : EVALUACIÓN: 2.
PERSONAL ESPECIALIZADO EN EL LABORATORIO Y PERSONAL DE INGENIERÍA PARA LA CAPACITACIÓN EN EL MANEJO Y USO DE LOS REACTIVOS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20556662887	Fecha de envío :	31/08/2023
Nombre o Razón social :	ALYTECH MEDIC S.A.C.	Hora de envío :	21:41:08

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

IV FACTORES DE EVALUACION
C. MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Es sabido que en los kits a adquirir tienen que adaptarse a un equipo mindray, la entidad podría mencionar que modelo de equipo es y así se podría adicionar como una mejora que el postor presente con la propuesta las adaptación al equipo con el que cuenta la entidad como una mejora la cual tendría puntaje.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: IV Literal: 4.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARAMOS QUE EL EQUIPO CON EL QUE CONTAMOS ES EL MINDRAY MODELO POR CONSIGUIENTE EL PROVEEDOR DEBE DE PRESENTAR LAS ADAPTACIONES PROPIAS PARA ESA MAQUINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

MEJORAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: EVALUACIÓN: 3. .
PRESENTACIÓN DE LAS ADAPTACIONES PARA EL EQUIPO CORRESPONDIENTE CON EL REACTIVO OFERTADO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPITAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:56:58

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SOLICITAN PARA TODOS LOS REACTIVOS

TIEMPO DE EXPIRACIÓN: NO MENOR A 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

TENIENDO EN CUENTA QUE LO SOLICITADO POR LA ENTIDAD SE REALIZARA EN ENTREGAS BIMENSUALES, SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN EN COORDINACIÓN CON EL ÁREA USUARIA ACEPTAR TAMBIÉN TIEMPO DE EXPIRACIÓN NO MENOR A 06 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN EL ALMACÉN.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACEPTA LA CONSULTA Y SE ACLARA QUE SE PODRÁN PRESENTAR CON EXPIRACIONES NO MENOR A 9 MESES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptan entregas con expiración no menor a 09 meses desde la fecha de entrega a almacén

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPOTAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:56:58

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SOLICITAN PARA TODOS LOS REACTIVOS

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD: CERTIFICACIÓN FDA Ó CE ISO 9001

ENTENDEMOS QUE PARA PODER SUSTENTAR LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD SE PUEDE PRESENTAR CUALQUIERA DE LOS 3 DOCUMENTOS SOLICITADOS: FDA Y/O CE Y/O ISO 9001. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

ACLARAMOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Aclaramos que solo es necesario presentar uno de los tres documentos para acreditar certificado de calidad del bien (FDA O CE O ISO 9001)

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANUCO-HOSPITAL DE HUANUCO HERMILIO VALDIZAN

Nomenclatura : AS-SM-4-2023-HRHVM-HCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EQUIPO MINDRAY MODELO BS-380 DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA DEL HOSPOTAL REGIONAL HERMILIO VALDIZÁN

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	01/09/2023
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	20:56:58

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:
SOLCIITAN

REACTIVO ÁCIDO ÚRICO DE 100 ML

SOLICITAMOS ACEPTAR TAMBIÉN

REACTIVO DE ÁCIDO ÚRICO DE 100 O MAS ML

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAP III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
ACLARAMOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE CONSIDERA PRESENTACIÓN DE 100 ML O SUPERIOR