

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGÍA, QUE INCLUYA EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN

Ruc/código : 20563090805

Nombre o Razón social : BIOASSAY PERU S.A.C.

Fecha de envío : 13/02/2025

Hora de envío : 16:15:43

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En la página 20 de las bases administrativas, en el numeral 2.5. Perfeccionamiento del Contrato, indican que el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en la Unidad de Logística del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, sito en la Av. Brasil S/N Urbanización Santa Cristina - Nuevo Chimbote.

Teniendo en consideración que hay postores que se encuentran en distintos departamentos del país, se solicita poder incluir adicionalmente que el postor ganador de la buena pro pueda presentar los documentos para perfeccionar el contrato por medio de la mesa de partes virtual de la Entidad, ya que de esta manera se cumpliría con el principio de libertad de concurrencia e igualdad de trato y se cumpliría correctamente con el objeto de la contratación.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.5 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección no acoge la observacion. Por tal motivo debera ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGÍA, QUE INCLUYA EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:43:11

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la página 14 de las bases administrativas, en el numeral 1.2 Objeto de la convocatoria indican ¿..que incluya equipo en modalidad de comodato¿.¿; en atención al principio de vigencia tecnológica, se solicita indicar cuál será el tiempo que se utilizará el equipo mediante la modalidad de comodato.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1.2 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que el equipo comodato sera utilizado por el tiempo que se culmine los reactivos adquiridos, un estimado de 02 meses y/o según coordinacion con el area usuaria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGÍA, QUE INCLUYA EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:45:11

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Página 30. Capítulo III. 3.1. Especificaciones técnicas.

En el punto 5.2. Otras prestaciones, Numeral 5.2.1. Soporte técnico: Se solicita ACLARAR si el personal clave para el soporte técnico puede ser ingeniero electrónico y/o mecatrónico y/o mecánico y/o biomédico.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 5 **Literal:** 5.2 **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección acoge parcialmente la observacion.Se modificara en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

C. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL:

C.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

C.1.1. FORMACION ACADEMICA

- Ing. Electrónico, electromecánico,mecatronico y/o biomédico

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SALUD UTES ELEAZAR GUZMAN BARRON

Nomenclatura : AS-SM-1-2025-HREGB-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA INMUNOSEROLOGÍA, QUE INCLUYA EQUIPO EN LA MODALIDAD COMODATO PARA EL SERVICIO DE BANCO DE SANGRE DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGÍA CLÍNICA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN

Ruc/código :	20563090805	Fecha de envío :	13/02/2025
Nombre o Razón social :	BIOASSAY PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:46:15

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Página 26. Capítulo III. 3.1. Especificaciones técnicas.

En el punto 5.1.3. Características técnicas del equipo de inmunoserología en comodato, mencionan que el analizador cuenta con Pantalla Táctil en color.

Teniendo en cuenta el Principio de libertad de concurrencia de postores e igualdad de trato, se solicita al comité colocar esta característica como OPCIONAL, ya que no afecta en el procesamiento y desempeño del analizador descrito.

Acápito de las bases : Sección: General **Numeral:** 5 **Literal:** 5.1.3 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que se requiere pantalla táctil en color, sin embargo por concurrencia de postores se pondrá opcional esta característica. Se modificará en las bases .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

3.1. Especificaciones técnicas.

En el punto 5.1.3. Características técnicas

Pantalla táctil en color (opcional)

- Funcionamiento del Sistema