

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-RSSLC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Ruc/código : 20516604558

Nombre o Razón social : MEGA ODONTHO E.I.R.L.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 19:49:27

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

CONSULTA

Pag22 y 23

B27 Sistema de regulación de flujo de agua que permita una regulación fina del flujo de agua

B31 Sensor de proximidad que activa automáticamente el flujo de agua en la escupidera.

Al parecer el literal b27 y b31 son dos sistemas distintos sistema de regulación y sistema con sensor de proximidad solicitamos también aceptar para mayor pluralidad de participaciones postores el:

sistema de regulación de agua y activación del flujo de agua de la escupidera mediante el panel de control

SOLICITUD que no varía la esencia principal primogénita de la necesidad del Área Usuaria.

Sugerimos:

B31 Sensor de proximidad que activa automáticamente el flujo de agua en la escupidera y/o sistema de regulación de agua y activación del flujo de agua de la escupidera mediante el panel de control

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** B27 B31 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE; SE LE INDICA QUE EL ÁREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DE SU REQUERIMIENTO Y SUS CONDICIONES; POR TAL MOTIVO, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SE ACEPTARÁ: SISTEMA DE REGULACIÓN DE AGUA Y ACTIVACIÓN DEL FLUJO DE AGUA DE LA ESCUPIDERA MEDIANTE EL PANEL DE CONTROL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES LO SIGUIENTE: B31 SENSOR DE PROXIMIDAD QUE ACTIVA AUTOMÁTICAMENTE EL FLUJO DE AGUA EN LA ESCUPIDERA Y/O SISTEMA DE REGULACIÓN DE AGUA Y ACTIVACIÓN DEL FLUJO DE AGUA DE LA ESCUPIDERA MEDIANTE EL PANEL DE CONTROL.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-RSSLC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Ruc/código :	20516604558	Fecha de envío :	17/08/2023
Nombre o Razón social :	MEGA ODONTHO E.I.R.L.	Hora de envío :	19:49:27

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

B41 posición de trendelemburg, movimientos sincronizados entre el respaldo y el asiento

INFORMAMOS, DICHA POSICIÓN NO ES DE USO FRECUENTE EN LA PRÁCTICA ODONTOLÓGICA DIARIA, POR LO CUAL SOLICITAMOS AMPLIAR A POSICIÓN DE TRENDELEMBURG O POSICIÓN HORIZONTAL

Con la finalidad de ampliar la mayor participación de postores, solicitamos al comité se sirva modificar lo solicitado en este numeral. SOLICITUD que no varía la esencia principal primogénita de la necesidad del Área Usuaria.

Sugerimos:

B41: posición de trendelemburg o posición Horizontal , movimientos sincronizados entre el respaldo y el asiento

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: b41 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE; SE LE INDICA QUE EL ÁREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DE SU REQUERIMIENTO Y SUS CONDICIONES; POR TAL MOTIVO, EN ARAS DE FOMENTAR LA MAYOR PARTICIPACIÓN DE POSTORES SE MODIFICARÁ SEGÚN LO SOLICITADO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES LO SIGUIENTE: B41 POSICION DE TRENDELEMBURG O POSICIÓN HORIZONTAL, MOVIMIENTOS SINCRONIZADOS ENTRE EL RESPALDO Y EL ASIENTO.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-RSSLC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Ruc/código : 20516604558

Nombre o Razón social : MEGA ODONTHO E.I.R.L.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 19:49:27

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Pedal de control
tres posiciones de trabajo,
retorno automático a la posición cero
con la finalidad de ampliar la mayor participación de postores solicitamos aceptar, SOLICITUD que no varía la esencia principal primogénita de la necesidad del Área Usuaría.
Sugerimos:
pedal de control
funciones de la silla: subida y bajada el asiento de la silla, arriba y abajo del respaldo, parada de emergencia
ya que las tres posiciones de trabajo y el retorno automático a la posición cero, se puede realizar en la descripción del literal b11 panel de control

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** b39 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA CONSULTA DEL PARTICIPANTE ; SE LE INDICA QUE EL ÁREA USUARIA ES EL RESPONSABLE DE LA ADECUADA FORMULACIÓN DE SU REQUERIMIENTO Y SUS CONDICIONES; POR LO QUE SE SEÑALA QUE EL BIEN MATERIA DE LA CONVOCATORIA REQUIERE B39 PEDAL DE CONTROL

- ¿ Tres posiciones de trabajo.
- ¿ Retorno automático a la posición cero.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO - RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION

Nomenclatura : AS-SM-6-2023-RSSLC-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE UNIDAD DENTAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED DE SERVICIOS DE SALUD LA CONVENCION, SOLICITADO POR EL PROGRAMA PRESUPUESTAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Ruc/código : 20516604558

Nombre o Razón social : MEGA ODONTHO E.I.R.L.

Fecha de envío : 17/08/2023

Hora de envío : 19:49:27

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

OBSERVACION

PAGINA

24

D02 COMPRESORA DE AIRE

NUMERO DE PISTONES 2-V

AL PARECER HUBO ERROR DE LA ESCRITURA

LO CORRECTO SERIA:

NUMERO DE PISTONES : 2

POR LO QUE OBSERVAMOS AL COMITÉ SIRVA CORREGIR

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1

Literal: D02

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SEA COGE LA OBSERVACION DEL PARTICIPANTE: ES CORRECTO EL TÉRMINO PISTONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE MODIFICARÁ EN LAS BASES LO SIGUIENTE: D02 COMPRESORA DE AIRE

NUMERO DE PISTONES 2-V