

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código : 20553853355

Nombre o Razón social : SIMED PERU S.A.C.

Fecha de envío : 20/11/2024

Hora de envío : 17:18:14

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

De acuerdo con lo indicado en el numeral 1.9 "Plazo de Entrega", se establece lo siguiente:

"Los bienes objeto de la presente convocatoria se entregarán en un plazo de 5 días calendario, contados a partir del día siguiente a la suscripción y notificación de la orden de compra, según el cronograma establecido, en concordancia con lo dispuesto en el expediente de contratación."

Sin embargo, en el numeral 6.4 de las especificaciones técnicas se indica que la entrega de los bienes deberá realizarse dentro de los 5 días calendario siguientes a la suscripción del contrato o a la notificación de la orden de compra, considerando cualquiera de estos eventos como punto de partida.

En vista de lo anterior, solicitamos al Comité de Selección, en coordinación con el área usuaria, que corrija el error ortográfico presente, a fin de evitar posibles inconsistencias y prevenir inconvenientes durante la ejecución del contrato.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: - Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

¿ La primera entrega será en 20 (veinte) días calendarios (Reactivos y Equipo), contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la primera orden de compra.

¿ Las entregas posteriores, se realizarán de forma periódica dentro de primeros cinco días calendario de cada mes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:14

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Según el numeral 2.2 - Contenido de las ofertas.
"2.2.1 Documentación de presentación obligatoria
(...) h) El postor deberá presentar la ficha técnica, catalogo , manuales, folleto , brochure o documento similar(¿)".

Por lo cual, al no tener claro lo referido al termino ¿documentos similar" , ya que no queda claro si incluye cartas que describan detalladamente las características sustanciales del bien requerido.
En este sentido, solicitamos al Comité de Selección que, en coordinación con el área usuaria, aclare este punto para evitar posibles interpretaciones erróneas y garantizar la correcta presentación de las ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.2.1.1 **Literal:** h **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

RESPECTO A LOS DOCUMENTOS SIMILARES, ESTOS PUEDEN SER: CARTA DEL FABRICANTE, CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE) DICHAS MODIFICACIONES SE DETALLAN EN LA FICHA TÉCNICA EN NEGRITA Y SUBRAYADO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:14

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según el literal B - Experiencia del postor en la especialidad, en el numeral 3.2. - Requisitos de calificación, Cap. III, se indica que:

"(...) se consideran bienes similares a los siguientes : todos los insumos médicos, dispositivos médicos y reactivos de uso hospitalario de laboratorio".

De lo indicado, se observa que los bienes similares son equipos específicos que no todos los postores tenemos un historial de venta, pero si otros reactivos de laboratorio que podrían hacer las veces de bienes similares, con lo que se permitiría mayor concurrencia de postores

En concordancia con el principio de Libertad de Concurrencia, previsto en el literal a) del art. 2 del Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, debería considerarse la acreditación de experiencia en reactivos de laboratorio en general. Con la finalidad de aumentar el número de postores en la presente convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LOS BIENES SIMILARES SOLICITADOS NO SON EQUIPOS ESPECIFICOS, SINO QUE HACEN REFERENCIA A REACTIVOS DE USO HOSPITALARIO DE LABORATORIO EN GENERAL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:14

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para las especificaciones técnicas del analizador, solicitan como parámetros para el equipo de tiras reactivas: hemoglobina y eritrocito. Solicitamos amablemente al comité de selección puedan aceptar como parámetro equivalente, el parámetro sangre, considerando que ambos brindan la misma información clínica relevante para el laboratorio. Por tanto, solicitamos que los parámetros de tiras sean de la siguiente forma: hemoglobina, o eritrocitos o sangre, para poder fomentar mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA SANGRE ES UN TEJIDO DONDE SE ENCUENTRA MAS DE UN ELEMENTO FORME

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para las especificaciones técnicas de los reactivos para la tiras de orina: solicitan como parámetros para el reactivo de tiras: hemoglobina y eritrocito. Solicitamos amablemente al comité de selección puedan aceptar como parámetro equivalente, el parámetro sangre, considerando que ambos brindan la misma información clínica relevante para el laboratorio. Por tanto, solicitamos que los parámetros de tiras sean de la siguiente forma: hemoglobina, o eritrocitos o sangre, para poder fomentar mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA SANGRE ES UN TEJIDO DONDE SE ENCUENTRA MAS DE UN ELEMENTO FORME

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Para las especificaciones técnicas del analizador, solicitan como parámetros para el equipo de tiras reactivas: densidad; solicitamos amablemente al comité de selección puedan aceptar también el parámetro gravedad específica, considerando que ambas denominaciones con equivalentes y brindan la misma información clínica relevante para el laboratorio. Por lo tanto, solicitamos que los parámetros en mención sean de la siguiente forma: densidad o gravidez específica, para pdoer fomentar mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE Y SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA: DENSIDAD ESPECIFICA O GRAVEDAD ESPECIFICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20553853355	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SIMED PERU S.A.C.	Hora de envío :	17:18:14

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Para las especificaciones técnicas de los reactivos, solicitan como parámetros para el reactivo de tiras: densidad; solicitamos amablemente al comité de selección puedan aceptar también el parámetro gravedad específica, considerando que ambas denominaciones con equivalentes y brindan la misma información clínica relevante para el laboratorio. Por lo tanto, solicitamos que los parámetros en mención sean de la siguiente forma: densidad o gravidez específica, para pdoer fomentar mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: - Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE Y SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA: ¿DENSIDAD ESPECIFICA O GRAVEDAD ESPECIFICA...

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Confirmar que el plazo de la PRIMERA ENTREGA es en 5 días calendarios de notificada la orden de compra, siendo que como indica el numeral 7.1 del Requerimiento (página 23 de las bases) se requiere de Orden de Compra para el Ingreso de los Bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

- ¿ La primera entrega será en 20 (veinte) días calendarios (Reactivos y Equipo), contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la primera orden de compra.
- ¿ Las entregas posteriores, se realizarán de forma periódica dentro de primeros cinco días calendario de cada mes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

Confirmar que el plazo de la SEGUNDA ENTREGA a la DÉCIMO CUARTA Entrega es en 5 días calendarios de notificada la orden de compra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

¿ La primera entrega será en 20 (veinte) días calendarios (Reactivos y Equipo), contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la primera orden de compra.

¿ Las entregas posteriores, se realizarán de forma periódica dentro de primeros cinco días calendario de cada mes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

1.9 PLAZO DE ENTREGA

En las bases NO se ha precisado el Plazo para la Entrega e Instalación del Equipo Analizador Automatizado, Software y Conectividad, Accesorios, UPS, y Capacitaciones.

Siendo así consultamos a fin de que el plazo de entrega, instalaciones y capacitaciones de los Equipos en Cesión en uso será de 30 días calendarios contabilizados desde la emisión de la primera orden de compra. Tiempo razonable para la entrega de los Analizadores y de los demás equipos accesorios solicitado como UPS, Microscopio binocular led, centrifuga de tubos, cabina de flujo laminar, y las correspondientes conexiones e instalaciones.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA

¿ La primera entrega será en 20 (veinte) días calendarios (Reactivos y Equipo), contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la primera orden de compra.

¿ Las entregas posteriores, se realizarán de forma periódica dentro de primeros cinco días calendario de cada mes

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

1.9

Cronograma de entrega

=====

Consultamos a fin de que se precise que el cronograma puede adecuarse en función del múltiplo de la forma de presentación ofertada por cada postor como se indica en el registro sanitario que autoriza la comercialización. Y que el postor adjudicado puede presentar el Cronograma de Entregas modificado en la etapa de perfeccionamiento del contrato. Siempre que no se altere ni modifique el total de la cantidad entregada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL CRONOGRAMA DE ENTREGAS ESTA REALIZADO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN MENSUAL DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA CLÍNICA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

e) Registro Sanitario o Certificado de Registro Sanitario (Copia simple)

=====

Solicitamos que se confirme que el registro sanitario o certificado de registro sanitario solicitado para la presentación en la oferta es solo del REACTIVO DE ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE ORINA indicado en página 30 de las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL REGISTRO SANITARIO ES PARA EL REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

g) Copia simple de la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura

=====

Solicitamos que se confirme que la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura solicitado para la presentación en la oferta es solo del REACTIVO DE ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE ORINA indicado en página 30 de las bases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA LA BPM ES PARA EL REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

h) El postor deberá presentar la ficha técnica, catalogo, manuales, folleto, brochure o documento similar del fabricante
=====

Consultamos a fin de que confirme que también se aceptará carta del fabricante.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LOS Documentos similares hace referencia a Carta del fabricante, certificado emitido por el fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

h) El postor deberá presentar la ficha técnica, catalogo, manuales, folleto, brochure o documento similar del fabricante de los productos ofertado que acrediten las características técnicas adjuntas en el Anexo N° 4

=====

Las bases estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE (de cumplimiento obligatorio) indican que: La Entidad debe especificar con claridad QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS EN LA OFERTA con la documentación requerida. Agregado a ello en cumplimiento del Principio de Libertad de Concurrencia, por el cual deben evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Y en vista de que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Además lo que se debe acreditar en la oferta debe estar precisado en esta extremo de modo claro en cumplimiento de la Directiva 001-2019-OSCE. Y en cumplimiento además del Principio de Libertad de Concurrencia, por el cual deben evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Y en vista de que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Siendo así OBSERVAMOS para que se precise en este extremo que las ESPECIFICACIONES DE LOS REACTIVOS DE ANÁLISIS AUTOMATIZADO DE ORINA del Anexo 4 (página 30 de las bases) a acreditarse deben ser los siguientes:

- ¿ Metodología
- ¿ Presentación

Y que lo referido a FECHA DE EXPIRACIÓN, CALIBRADORES, CONTROLES Y COMPLEMENTOS; INTERFAZ AL SOFTWARE DE GESTIÓN DE LABORATORIO, al tratarse de condiciones de cumplimiento a futuro y solo exigibles a quien obtenga la buena pro y suscriba el contrato, se acreditan con la sola presentación de la Declaración Jurada del Anexo 03. Y son exigibles en la etapa de ejecución contractual

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 2 **Literal:** 2.2.1.1.h) **Página:** 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE Art 2° TUO Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DEL REACTIVO, CON FICHA TECNICA, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE O DOCUMENTOS SIMILARES DEL FABRICANTE (CARTA DEL FABRICANTE, CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

h) El postor deberá presentar la ficha técnica, catalogo, manuales, folleto, brochure o documento similar del fabricante de los productos ofertado que acrediten las características técnicas adjuntas en el Anexo N° 4

Las bases estándar aprobadas por Directiva 001-2019-OSCE (de cumplimiento obligatorio) indican que: La Entidad debe especificar con claridad QUÉ ASPECTOS DE LAS CARACTERÍSTICAS Y/O REQUISITOS FUNCIONALES SERÁN ACREDITADOS EN LA OFERTA con la documentación requerida. Agregado a ello en cumplimiento del Principio de Libertad de Concurrencia, por el cual deben evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Y en vista de que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Además, lo que se debe acreditar en la oferta debe estar precisado en esta extremo de modo claro en cumplimiento de la Directiva 001-2019-OSCE. Y en cumplimiento además del Principio de Libertad de Concurrencia, por el cual deben evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Y en vista de que se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores.

Siendo así OBSERVAMOS para que se precise en este extremo que las ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO ANALIZADOR EN CESIÓN EN USO DEL ANEXO 4 (página 29 y 30 de las bases) a acreditarse deben ser los siguientes:

- ¿ Analizador automatizado
- ¿ Metodología
- ¿ Rendimiento
- ¿ Parámetros para tiras
- ¿ Parámetros para microscopia o citometría de flujo fluorescente
- ¿ Capacidad de carga y descarga

Y que lo referido a SOPORTE TÉCNICO, LECTOR DE CÓDIGO DE BARRA, SOFTWARE Y CONECTIVIDAD, ACCESORIOS, UPS, MICROSCOPIO, CENTRIFUGA, CABINA DE FLUJO LAMINAR, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CAPACITACIÓN, MEJORA, INSTALACIÓN Y ANTIGÜEDAD, al tratarse de CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO A FUTURO Y SOLO EXIGIBLES A QUIEN OBTENGA LA BUENA PRO Y SUSCRIBA EL CONTRATO, se acreditan con la sola presentación de la Declaración Jurada del Anexo 03. Y son exigibles en la etapa de ejecución contractual.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2 Literal: 2.2.1.1.h) Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Directiva 001-2019-OSCE Art 2° TUO Ley 30225

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DEL EQUIPO ANALIZADOR EN CESIÓN DE USO, CON FICHA TECNICA, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE O DOCUMENTOS SIMILARES DEL FABRICANTE (CARTA DEL FABRICANTE, CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Requerimiento

Equipo en Cesión en Uso

Antigüedad: Equipo nuevo o que no supere los 2 años de fabricación según DUA

=====

Solicitamos que se confirme que la antigüedad solicitada (2 años) es solo para el Equipo Analizador, y que la antigüedad se contabiliza a la fecha de presentación de ofertas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO DEBE SER MENOR A 2 AÑOS CONTABILIZADO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Requerimiento
Equipo en Cesión en Uso
Antigüedad: Equipo nuevo o que no supere los 2 años de fabricación según DUA

Solicitamos que se confirme que la antigüedad también puede ser acreditada con el certificado de fabricación del fabricante del equipo analizador quedando la especificación del modo siguiente:

Equipo en Cesión en Uso
Antigüedad: Equipo analizador nuevo o que no supere los 2 años de fabricación según DUA o certificado emitido por el fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA Y SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA: ANTIGÜEDAD: Equipo nuevo o que no supere los 2 años de fabricación según DUA o CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO MINIMO DEL EQUIPO ASOCIADO

¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas).

¿ Refractometría (para la densidad), Turbidimetría, Microscopia automatizada.

=====

Los tipos de ensayos o metodologías de las pruebas en ciertas tecnologías involucran procedimientos de diferentes características por su naturaleza de reacción química o tecnología asociada, por tanto; Consultamos para que previa evaluación del área usuaria que la metodología Turbidimetría sea opcional de acuerdo a cada marca o proveedor de mercado.

Quedando el requerimiento como sigue:

REQUERIMIENTO MINIMO DEL EQUIPO ASOCIADO

¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas).

¿ Refractometría (para la densidad), Turbidimetría (opcional), Microscopia automatizada ó Citometría de flujo fluorescente para la medición de partículas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE CONSIDERARA LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: TURBIDIMETRÍA Y/O ABSORBANCIA. PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPOS EN SECCION

- ¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas).
- ¿ Refractometría (para la densidad), Turbidimetría, Microscopia automatizada.

Según la innovación y desarrollo de las tecnologías existen hoy en día formas de determinar de manera cuantitativa y precisa de todas las características de los elementos o parámetros de la muestra biológica (orina y fluidos corporales); por tanto, existen tecnologías de vanguardia de última generación como la citometría de flujo fluorescente que cumple con suficiencia en determinar estos elementos o parámetros de la orina y fluidos corporales, por tanto Consultamos para que previa evaluación y criterio del área usuaria ampliar o incorporar la metodología para la determinación de partículas como la metodología citometría de flujo fluorescente.

Quedando el requerimiento como sigue:
REQUERIMIENTO MINIMO DEL EQUIPO ASOCIADO
¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas).
¿ Refractometría (para la densidad), Turbidimetría (opcional), Microscopia automatizada ó Citometría de flujo fluorescente para la medición de partículas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE CONSIDERARA LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y/O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE. PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO MINIMO DEL EQUIPO ASOCIADO

¿ Parámetros para microscopia: Eritrocitos, Leucocitos, Células epiteliales no escamosas, Células epiteliales escamosas, Levaduras, Cristales, Bacterias, Cilindros hialinos, Esperma, Moco, Cilindros patológicos.

=====

Según la innovación y desarrollo de las tecnologías existen hoy en día formas de determinar de manera cuantitativa y precisa de todas las características de los elementos o parámetros de la muestra biológica (orina y fluidos corporales); por tanto, existen tecnologías de vanguardia de última generación como la CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE que cumple con suficiencia en determinar estos elementos o parámetros de la orina y fluidos corporales, por tanto Consultamos: para que previa evaluación y criterio del área usuaria se amplíe la especificación o incorporar la medición de parámetros por citometría de flujo fluorescente

Quedando el requerimiento como sigue:

REQUERIMIENTO MINIMO DEL EQUIPO ASOCIADO

¿ Parámetros para microscopia o citometría de flujo fluorescente: Eritrocitos, Leucocitos, Células epiteliales no escamosas, Células epiteliales escamosas, Levaduras, Cristales, Bacterias, Cilindros hialinos, Esperma, Moco, Cilindros patológicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE SE CONSIDERARA LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y/O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE. PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

REQUERIMIENTO MINIMO DEL EQUIPO ASOCIADO

- ¿ Rendimiento: 200 a más muestras / hora para análisis de tiras reactivas,
- ¿ 100 a más muestras / hora solo con análisis de microscopia.

Según la innovación y desarrollo de las tecnologías existen hoy en día formas de determinar de manera cuantitativa y precisa de todas las características de los elementos o parámetros de la muestra biológica (orina y fluidos corporales). Por tanto, existen tecnologías de vanguardia de última generación como la citometría de flujo fluorescente que cumple con suficiencia en determinar estos elementos o parámetros de la orina y fluidos corporales. Siendo así Consultamos previa evaluación y criterio del área usuaria ampliar o incorporar en el rendimiento para la medición de partículas la metodología de citometría de flujo fluorescente. Quedando el requerimiento como sigue:

REQUERIMIENTO MINIMO DEL EQUIPO ASOCIADO

- ¿ Rendimiento: 200 a más muestras / hora para análisis de tiras reactivas,
- ¿ 100 a más muestras / hora para el análisis de microscopia o citometría de flujo fluorescente.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE CONSIDERARA RENDIMIENTO: 200 A MÁS¿Y/O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE, PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

- ¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas).
- ¿ Refractometría (para la densidad), Turbidimetría, Microscopia automatizada.

Los tipos de ensayos o metodologías de las pruebas en ciertas tecnologías involucran procedimientos de diferentes características por su naturaleza de reacción química o tecnología asociada, por tanto Consultamos para que previa evaluación del área usuaria se precise que respecto al REACTIVO la METODOLOGÍA TURBIDIMETRÍA sea OPCIONAL de acuerdo con cada marca o proveedor de mercado.

Quedando el requerimiento como sigue:

REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas). Refractometria (para la densidad), Absorbancia (color y aspecto), Turbidimetría(opcional), Microscopia automatizada o Citometría de flujo fluorescente para la medición de partículas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE CONSIDERARA LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y/O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE. PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

- ¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas).
- ¿ Refractometria (para la densidad), Turbidimetría, Microscopia automatizada.

Los parámetros de color y turbidez como determinaciones de suma importancia y necesaria del examen de orina, estas se miden mediante la metodología analítica de absorbancia siendo esta una metodología de precisión para estos parámetros, por tanto; Consultamos: para que previa evaluación y criterio del área usuaria ampliar o incorporar la metodología de absorbancia para la detección del examen de COLOR Y TURBIDEZ siendo estos parámetros de importancia automatizable y uso estándar en un laboratorio clínico.

Quedando el requerimiento como sigue:

REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

- ¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas).
- ¿ Refractometria (para la densidad), ABSORBANCIA (color y aspecto), Turbidimetría(opcional), Microscopia automatizada o Citometría de flujo fluorescente para la medición de partículas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE CONSIDERARA LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: TURBIDIMETRÍA Y/O ABSORBANCIA. PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

- ¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas).
- ¿ Refractometría (para la densidad), Turbidimetría, Microscopia automatizada.

Según la innovación y desarrollo de las tecnologías existen hoy en día formas de determinar de manera cuantitativa y precisa de todas las características de los elementos o parámetros de la muestra biológica (orina y fluidos corporales); por tanto, existen tecnologías de vanguardia de última generación como la citometría de flujo fluorescente que cumple con suficiencia en determinar estos elementos o parámetros de la orina y fluidos corporales, por tanto Consultamos para que previa evaluación y criterio del área usuaria ampliar o incorporar la metodología para la determinación de partículas como la metodología citometría de flujo fluorescente.

REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

- ¿ Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas).
- ¿ Refractometria (para la densidad), Absorbancia (color y aspecto), Turbidimetría(opcional), Microscopia automatizada o Citometría de flujo fluorescente para la medición de partículas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE CONSIDERARA LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y/O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE. PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

¿ Parámetros para microscopia: Eritrocitos, Leucocitos, Células epiteliales no escamosas, Células epiteliales escamosas, Levaduras, Cristales, Bacterias, Cilindros hialinos, Esperma, Moco, Cilindros patológicos.

Según innovación y desarrollo de las tecnologías que existen hoy en día formas de determinar características de los elementos de una muestra biológica (orina y fluidos corporales) por tanto existe tecnologías de vanguardia como la citometría de flujo fluorescente cumple con suficiencia en caracterizar estos elementos o parámetros de la orina y fluidos corporales, por tanto Consultamos para que previa evaluación y criterio del área usuaria ampliar o incorporar la medición de parámetros por citometría de flujo fluorescente. Quedando el requerimiento como sigue:

REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

¿ Parámetros para microscopia O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE: Eritrocitos, Leucocitos, Células epiteliales no escamosas, Células epiteliales escamosas, Levaduras, Cristales, Bacterias, Cilindros hialinos, Esperma, Moco, Cilindros patológicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE CONSIDERARA LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y/O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE. PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

MEJORAS

Participación en un programa de Evaluación externa del desempeño

En el presente requerimiento se sugiere incluir mejoras que deben generar un beneficio relevante para la entidad, usuario y paciente con la finalidad de obtener la mejor oferta del mercado, como factor de evaluación, debiendo ser objetivo y proporcional con el objeto de la contratación.

Por lo expuesto, observamos: que la mejora propuesta de programa de evaluación externa de la calidad es inherente y tácita al desempeño analítico ya que hoy en día los protocolos de calidad básica ya están incluidos, por tanto, observamos tal mejora. Y que se precise que el Programa de evaluación externo es obligatorio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO SE CONSIDERA MEJORAS COMO FACTOR DE EVALUACIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

FACTOR DE EVALUACIÓN - MEJORAS

En el presente requerimiento se sugiere incluir mejoras que deben generar un beneficio relevante para la entidad, usuarios y pacientes en función de la correlación clínica, añadiendo parámetros reportables (albumina, creatinina) para la evaluación preventiva de la función renal y la determinación de fluidos biológicos para los citoquímicos, así como la diferenciación de gran positivo gran negativo con relación a la determinación operativa y eficiencia en la entrega de tiempo-oportunidad de resultados.

Todo ello con la finalidad de obtener la mejor oferta del mercado, como factor de evaluación, debiendo ser objetivo y proporcional con el objeto de la contratación.

Además, según las Bases estándar de cumplimiento obligatorio y aprobados mediante Directiva 001-2019-OSCE y en concordancia con la Opinión N° 144-2016-OSCE/DTN se precisa que constituye una mejora, todo aquello que agregue UN VALOR ADICIONAL AL PARÁMETRO MÍNIMO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA, según corresponda, mejorando su calidad o las condiciones de su entrega o prestación, sin generar un costo adicional a la Entidad.

Por lo expuesto y sustentado, consultamos a fin de que se evalúe la inclusión MEJORAS como Factor de evaluación en el procedimiento de selección que sean más eficientes y beneficiosas para la entidad, como por ejemplo las siguientes alternativas:

- ¿ MEJORA 1: Parámetros bioquímicos adicionales: creatinina y albumina
Puntaje 5 puntos
 - ¿ MEJORA 2: Dispositivo con tipo de muestra adicional: líquidos biológicos
Puntaje 5 puntos
- La acreditación debe realizarse con ficha técnica, catalogo, manuales, folleto, brochure o documento del fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: IV Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO SE CONSIDERA MEJORAS COMO FACTOR DE EVALUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20327514581	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PLATINUM CORP S.R.L.	Hora de envío :	17:28:59

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

CAPITULO IV. Factores de evaluación

Consultamos a fin de que en cumplimiento de la Directiva 001-20219-OSCE que aprueba las Bases Estándar de uso obligatorio, se incluya como factor de evaluación la implementación de Sistema De Gestión Antisoborno por parte del postor

Por ende, que se otorgue puntaje al postor que presente y acredite la certificación ISO 37001: 2016 Antisoborno

¿ Puntaje 2 puntos

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: IV Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO SE CONSIDERA MEJORAS COMO FACTOR DE EVALUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20609438844	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIES ENCODELVA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:26

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

Se solicita como especificación técnica del equipo en cesión en uso lo siguiente:
Parámetros de la tira: eritrocitos y hemoglobina.
Solicitamos al comité de selección ACLARE si la descripción sangre y eritrocitos se refieren al mismo parámetro

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE LA SANGRE ES UN TEJIDO DONDE SE ENCUENTRA MAS DE UN ELEMENTO FORME

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20609438844	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIES ENCODELVA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:26

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

Se solicita como especificación técnica del equipo en cesión en uso lo siguiente:
Metodología: Turbidimetria, microscopio automatizada
Estas característica corresponde al analizador de orina automatizada Cobas , mantener esta como unica característica no permitira a otros postores poder participar del proceso de seleccion y viola el principio de libertad de concurrencia que dice: Las Entidades Contratantes promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias.
Existen diversas metodologias de medicion que pueden emplearse obteniendo resultados igual de eficientes
Solicitamos al comite de seleccion AMPLIE el requerimiento al ACEPTAR la participacion de analizadores con Turbidimetria, microscopia automatizada y/o imagenologia digital, para permitir la participacion de postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

inciso a articulo 2 ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, DE ACUERDO A LO INDICADO POR EL USUARIO EXISTE MAS DE UN EQUIPO QUE OFRECE MICRSCOPIA AUTOMATIZADA, FAVORECIENDO LA PLURALIDAD DE POSTORES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20609438844	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	SUPPLIES ENCODELVA S.A.C.	Hora de envío :	18:02:26

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

Se solicita como especificación técnica del equipo en cesión en uso lo siguiente:
Capacidad de carga y descarga: 60 a mas muestras carga y descarga continua
La mayoría de los equipos automatizados poseen capacidad de muestras a bordo en simultaneo de hasta 50 a mas muestras, solo considerar analizadores de 60 a mas muestras limita la participacion de postores y viola el principio de libertad de concurrencia
Solicitamos al comité permita la participación de postores con analizadores que posean carga de 50 a mas muestras a bordo en simultaneo

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo Literal: 4 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

inciso a art 2 ley de contrataciones con el estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE YA QUE Se requiere un analizador que cuente con una capacidad de 60 a más muestras, esto con el fin de permitir una atención oportuna en horas pico, en las que pueda llegar una cantidad fuera del promedio diario. Una menor capacidad exigiría que el área usuaria este al pendiente para cargar más muestras no permitiendo que el personal realice otras actividades en horas laborales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	22:13:52

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En cuanto a los documentos de presentacion obligatoria dice:
El postor debera presentar la ficha tecnica, catalogo, manuales, folletos, brochure o documentos similares del fabricante de los productos...
Se entiende así que con documentos similares se aceptaran cartas aclaratorias emitidas por el fabricante para dar fe del cumplimiento de las especificaciones tecnicas solicitadas
Solicitamos amablemente al comite ACLARE si nuestra apreciacion es correcta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SU APRECIACIÓN ES CORRECTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	22:13:52

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

En cuanto a las características tecnicas del equipo en cesion en uso se solicita como accesorio lo siguiente:
01 microscopio binocular LED, objetivos plaacromatico, centrifuga de tubos digital para 24 tubos, 01 cabina de flujo laminar
Se entiende que la entrega de estos accesorios se acrediataran mediante declaracion jurada en la presentacion de ofertas
Solicitamos amablemente al comite indicar si nuestra apreciacion es correcta

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo Literal: 4 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SU APRECIACIÓN ES CORRECTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	22:13:52

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

Se indica dentro de las especificaciones técnicas lo siguiente:

Mejora:

Participación en Programa de evaluación externa del desempeño

Sin embargo en los factores de evaluación no se describe algún puntaje adicional por el hecho de que el postor presente en su propuesta y durante la ejecución un programa de control de calidad externo, lo cual implica costos adicionales para el proveedor.

Solicitamos amablemente al comité en coordinación con el usuario ACLARE si el programa de control de calidad externo se considerara una mejora con puntaje, y de ser así si podrá acreditarse con la presentación de una declaración jurada en la etapa de presentación de ofertas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo Literal: 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO SE INCLUYE MEJORAS COMO FACTOR DE EVALUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20601065691	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	RAPIDIAGNOSTICS S.A.C.	Hora de envío :	22:13:52

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

En cuanto a las características técnicas del equipo se solicita:
Antigüedad Equipo nuevo o que no supere los dos años de fabricación según DUA
Se entiende que este requisito será acreditado con la sola presentación del anexo 3
Solicitamos al comité ACLARE si nuestra apreciacion es correcta

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Anexo Literal: 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA QUE LA ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO DEBE SER MENOR A 2 AÑOS SEGÚN DUA O CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:16:01

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:
1.9 PLAZO DE ENTREGA

Al respecto, se debe tomar en cuenta que una adecuada implementación implica adecuación del ambiente, posibles obras civiles, cableado, instalación de analizador con accesorios, equipos de cómputo y además de considerar la puesta en funcionamiento, eso quiere decir que el personal esté completamente capacitado para poner en marcha y operar los equipos, para lo cual, el plazo de 5 días calendarios resultaría insuficiente. Por lo cual solicitamos amablemente considerar para la primera entrega un plazo de entrega de 25 días calendario a partir de la recepción de la orden de compra, de modo que pueda realizarse de manera óptima la instalación y puesta en marcha de analizadores y para las siguientes entregas de 5 días calendarios contados desde la notificación de la orden de compra. Adicionalmente, solicitamos se pueda aclarar cuál será el plazo establecido para realizar la conexión a interfaz, ya que este plazo debe ser considerado a partir de la instalación de los equipos y que el área informática entregue la información necesaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE

La primera entrega será en 20 (veinte) días calendarios (Reactivos y Equipo), contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la primera orden de compra.

Las entregas posteriores, se realizarán de forma periódica dentro de primeros cinco días calendario de cada mes.

SE ACLARA QUE LA CONEXIÓN A INTERFAZ ES INHERENTE A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y DEBE REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO DE LA PRIMERA ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:16:01

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS

6 CONDICIONES DE ENTREGA

6.4 Plazo de entrega

Al respecto, se debe tomar en cuenta que una adecuada implementación implica adecuación del ambiente, posibles obras civiles, cableado, instalación de analizador con accesorios, equipos de cómputo y además de considerar la puesta en funcionamiento, eso quiere decir que el personal esté completamente capacitado para poner en marcha y operar los equipos, para lo cual, el plazo de 5 días calendarios resultaría insuficiente. Por lo cual solicitamos amablemente considerar para la primera entrega un plazo de entrega de 25 días calendario a partir de la recepción de la orden de compra, de modo que pueda realizarse de manera óptima la instalación y puesta en marcha de analizadores y para las siguientes entregas de 5 días calendarios contados desde la notificación de la orden de compra. Adicionalmente, solicitamos se pueda aclarar cuál será el plazo establecido para realizar la conexión a interfaz, ya que este plazo debe ser considerado a partir de la instalación de los equipos y que el área informática entregue la información necesaria.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE

La primera entrega será en 20 (veinte) días calendarios (Reactivos y Equipo), contabilizados desde el día siguiente de la notificación de la primera orden de compra.

Las entregas posteriores, se realizarán de forma periódica dentro de primeros cinco días calendario de cada mes.

SE ACLARA QUE LA CONEXIÓN A INTERFAZ ES INHERENTE A LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO Y DEBE REALIZARSE DENTRO DEL PLAZO DE LA PRIMERA ENTREGA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:16:01

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

ANEXO 4
FICHA TECNICA

ANTIGUEDAD: Equipo nuevo o que no supere los 2 años de fabricación segun la DUA.

Al ser analizadores nuevos, y con antigüedad corta los proveedores deben realizar la importación al momento de ganar un determinado proceso, por lo que el certificado DUA recién se obtiene una vez se tenga el analizador en nuestro país. Solicitamos amablemente al área usuaria confirmar que el certificado de fabricación será entregado al momento de la instalación del equipo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Anexo 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL DUA O CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE RESPECTO A LA ANTIGÜEDAD DEL EQUIPO SERÁ ENTREGADO AL MOMENTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:16:01

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

Anexo 4
FICHA TECNICA

MEJORA: Participación en un Programa de Evaluación Externa del Desempeño.
Solicitamos amablemente al comité considerar puntaje como mejora tecnológica para el postor que brinde la característica en el reactivo de tiras de orina, que estas no tengan interferencia por ácido ascórbico y de esta manera brindar mayor seguridad y calidad a los resultados emitidos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Anexo 4 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE ACLARA QUE NO SE CONSIDERA MEJORAS COMO FACTOR DE EVALUACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:16:01

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

ANEXO 4

FICHA TECNICA

ITEM 1 REACTIVOS ASOCIADOS A EQUIPO EN CESIÓN EN USO

Los reactivos de este ítem, deberán tener fecha de expiración No menor de 6 meses y presentar Carta de Compromiso de Canje por corto vencimiento.

Al respecto, entendemos que las cartas de compromiso de canje serán únicamente entregas en aquellos casos en los que el producto ofertado que ingresa a los almacenes de la entidad tenga una vigencia menor a la solicitada en el requerimiento.

Solicitamos gentilmente al área usuaria, aclarar si nuestro entender es correcto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: Anexo 4 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SU APRECIACIÓN ES CORRECTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:16:01

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

e) Copia simple de Registro sanitario o Certificado de Registro sanitario vigente para aquellos productos aplicables.

A nuestro entender solicitan Registro sanitario o Certificado de Registro sanitario de las tiras reactivas.

Solicitamos amablemente al comité especial confirmar si nuestra apreciación es correcta.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: e Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE EL REGISTRO SANITARIO ES PARA EL REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:16:01

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

h) El postor deberá presentar la ficha técnica, catalogo, manuales, folleto, Brochure o documento similar del fabricante de los productos ofertados.

Al respecto queremos indicar que en diversos pronunciamientos del OSCE se señala que estos documentos no necesariamente contienen todas las especificaciones de los bienes fabricados, ya que muchas veces se limitan solo a las características que el fabricante busca resaltar. Por lo tanto, resulta razonable permitir que las especificaciones técnicas también puedan ser acreditadas mediante documentos elaborados por el fabricante, conforme lo establecido en el Pronunciamiento N°466-2012/DSU.

Por esta razón, respetuosamente solicitamos al comité de selección que, para la presentación de ofertas, se acepten cartas emitidas por el fabricante como acreditación de los bienes.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DEL REACTIVO, CON FICHA TECNICA, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE O DOCUMENTOS SIMILARES DEL FABRICANTE (CARTA DEL FABRICANTE, CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:39:32

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

h) El postor deberá presentar la ficha técnica, catalogo, manuales, folleto, Brochure o documento similar del fabricante de los productos ofertados que acrediten las características técnicas adjuntas en el anexo 4

Según la Resolución N° 899-2020-TCE, "La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida"; y, según la Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, el tribunal de contrataciones del Estado ha establecido lo siguiente: "no es posible acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas del bien ofertado.

En ese sentido sugerimos que en la presentación de ofertas con la documentación señalada en este literal se acredite para el analizador lo siguiente:

REQUERIMIENTO MINIMO DEL EQUIPO ASOCIADO:

- Analizador automatizado de acceso continuo, En configuración modular o integrado.
- Metodología: Fotometría de reflectancia (para tiras reactivas), Refractometria (para la densidad), Turbidimetria, Microscopia automatizada.
- Rendimiento: 200 a más muestras/hora para análisis de tiras reactivas, 100 a más muestras/hora solo para análisis de microscopia.
- Parámetros para tiras reactivas: Eritrocitos y hemoglobina, Leucocitos, Nitritos, Cuerpos cetónicos, Glucosa, proteínas, Urobilinogeno, Bilirrubina, pH, color, Turbidez, Densidad especifica.
- Parámetros para microscopia: Eritrocitos, Leucocitos, Células Epiteliales no escamosas, Células Epiteliales escamosas, levaduras, Cristales, Bacterias, Cilindros hialinos, Esperma, Moco, Cilindros patológicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO ANALIZADOR EN CESIÓN DE USO, ESTOS DEBEN ACREDITAR CON FICHA TECNICA, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE O DOCUMENTOS SIMILARES DEL FABRICANTE (CARTA DEL FABRICANTE, CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:47:00

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

Dentro del requerimiento del Reactivo de análisis automatizado de orina solicitan como Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas), Refractometría (para la densidad), Turbidimetría, Microscopía automatizada; teniendo en cuenta que en el mercado existen equipos que combinan diferentes metodologías con el fin de generar resultados más precisos, exactos y confiables para la lectura de las tiras reactivas y de elementos formes en la orina, consultamos amablemente al comité, acepte también otras metodologías como es el caso de la Colorimetría fotoeléctrica (para las tiras reactivas), Refractometría (para la densidad), Turbidimetría, Citometría de flujo y/o tecnología de imagen digital (para la lectura de elementos formes o sedimento urinario), con el fin de promover la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA CONSULTA Y SE CONSIDERARA LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y/O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE. PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:47:00

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

Dentro del requerimiento del equipo para uroanálisis solicitan una capacidad de carga y descarga: 60 a más muestras carga y descarga continua, consultamos amablemente al comité, acepte también una capacidad de carga y descarga de 50 a más muestras, en virtud al principio de libertad de concurrencia t con el fin de promover la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que Se requiere un analizador que cuente con una capacidad de 60 a más muestras, esto con el fin de permitir una atención oportuna en horas pico, en las que pueda llegar una cantidad fuera del promedio diario. Una menor capacidad exigiría que el área usuaria este al pendiente para cargar más muestras no permitiendo que el personal realice otras actividades en horas laborales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20505110651	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	W.P. BIOMED SOCIEDAD ANONIMA	Hora de envío :	23:47:00

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

Dentro del requerimiento del equipo para uroanálisis solicitan como Metodología: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas), Refractometría (para la densidad), Turbidimetría, Microscopía automatizada; teniendo en cuenta que en el mercado existen equipos que combinan diferentes metodologías con el fin de generar resultados más precisos, exactos y confiables para la lectura de las tiras reactivas y de elementos formes en la orina, consultamos amablemente al comité, acepte también otras metodologías como es el caso de la Colorimetría fotoeléctrica (para las tiras reactivas), Refractometría (para la densidad), Turbidimetría, Citometría de flujo y/o tecnología de imagen digital (para la lectura de elementos formes o sedimento urinario), con el fin de promover la pluralidad de postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE PARCIALMENTE Y SE CONSIDERARA LAS SIGUIENTES METODOLOGÍAS: MICROSCOPIA AUTOMATIZADA Y/O CITOMETRÍA DE FLUJO FLUORESCENTE. PARA AMPLIAR LA PLURALIDAD DE POSTORES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:47:55

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

h) El postor deberá presentar la ficha técnica, catalogo, manuales, folleto, Brochure o documento similar del fabricante de los productos ofertados que acrediten las características técnicas adjuntas en el anexo 4

Según la Resolución N° 899-2020-TCE, "La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida"; y, según la Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, el tribunal de contrataciones del Estado ha establecido lo siguiente: "no es posible acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas del bien ofertado.

En ese sentido sugerimos que en la presentación de ofertas con la documentación señalada se acredite para el analizador lo siguiente:

REQUERIMIENTO MINIMO DEL EQUIPO ASOCIADO:

- Analizador automatizado de acceso continuo, En configuración modular o integrado.
 - Metodología: Fotometría de reflectancia (para tiras reactivas), Refractometria (para la densidad), Turbidimetria, Microscopia automatizada.
 - Rendimiento: 200 a más muestras/hora para análisis de tiras reactivas, 100 a más muestras/hora solo para análisis de microscopia.
 - Parámetros para tiras reactivas: Eritrocitos y hemoglobina, Leucocitos, Nitritos, Cuerpos cetónicos, Glucosa, proteínas, Urobilinogeno, Bilirrubina, pH, color, Turbidez, Densidad especifica.
 - Parámetros para microscopia: Eritrocitos, Leucocitos, Células Epiteliales no escamosas, Células Epiteliales escamosas, levaduras, Cristales, Bacterias, Cilindros hialinos, Esperma, Moco, Cilindros patológicos.
- Entendiéndose que las demás especificaciones técnicas serán acreditadas en la presentación de ofertas con el anexo 3 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE MODIFICA LA FICHA TÉCNICA RESPECTO A LA ACREDITACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL EQUIPO ANALIZADOR EN CESIÓN DE USO, ESTOS DEBEN ACREDITAR CON FICHA TECNICA, MANUALES, CATALOGOS, BROCHURE O DOCUMENTOS SIMILARES DEL FABRICANTE (CARTA DEL FABRICANTE, CERTIFICADO EMITIDO POR EL FABRICANTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:47:55

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

h) El postor deberá presentar la ficha técnica, catalogo, manuales, folleto, Brochure o documento similar del fabricante de los productos ofertados que acrediten las características técnicas adjuntas en el anexo 4

Según la Resolución N° 899-2020-TCE, "La Entidad debe especificar con claridad qué aspecto de las características y/o requisitos funcionales serán acreditados con la documentación requerida"; y, según la Resolución N° 2034-2018-TCE-S1, el tribunal de contrataciones del Estado ha establecido lo siguiente: "no es posible acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas del bien ofertado.

En ese sentido sugerimos que en la presentación de ofertas con la documentación señalada se acredite para el analizador lo siguiente:

REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA):

METODOLOGIA: Fotometría de reflectancia (para las tiras reactivas). Refractometria (para la densidad), Turbidimetria, Microscopia automatizada

PRESENTACIÓN: Reactivos para examen completo de orina automatizada, Parámetros para Tiras reactivas:

Eritrocitos y hemoglobina, Leucocitos, Nitritos, Cuerpos cetónicos, Glucosa, proteínas, Urobilinogeno, Bilirrubina, pH, color, Turbidez, Densidad especifica.

-Parámetros para microscopia: Eritrocitos, Leucocitos, Células Epiteliales no escamosas, Células Epiteliales escamosas, levaduras, Cristales, Bacterias, Cilindros hialinos, Esperma, Moco, Cilindros patológicos.

Entendiéndose que las demás especificaciones técnicas serán acreditadas en la presentación de ofertas con el anexo 3 Declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: h Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA Y SE MODIFICA LA FICHA TECNICA RESPECTO A LA ACREDITACION DEL REACTIVO (Metodología, Presentación, Parámetros para tiras reactivas y Parámetros para microscopia y/o Citometría de Flujo Fluorescente) deben acreditar con ficha técnica, catálogo, manuales, folleto, brochure o documentos similares del fabricante (carta del fabricante, certificado emitido por el fabricante).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:51:46

Consulta: Nro. 50

Consulta/Observación:

g) Copia simple del Certificación de Buenas Practicas de Manufactura (BPM)

En este literal consideran como documento alternativo a la BPM a la ISO 13845

Solicitamos amablemente al comite especial corregir y señalar que es la ISO 13485

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1 Literal: g Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE ES UN ERROR TIPOGRÁFICO, SE TOMA EN CUENTA LA ISO 13485

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

SE INCORPORA A LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:53:28

Consulta: Nro. 51

Consulta/Observación:

En la bases señalan como nota de advertencia para las entidades lo siguiente:

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápite: Documentos para la admisión de la oferta, Requisitos de calificación y Factores de evaluación.

Al respecto debemos señalar que en algunas bases solicitan la acreditación de algunos requerimientos que se encuentran fuera de estos acápite, esto en muchas oportunidades ocasiona malas interpretaciones entre los postores, que tienen la incertidumbre de la acreditación del requerimiento, conllevando a la nulidad del procedimiento de selección.

Solicitamos amablemente al comité especial aclarar y confirmar que se cumplirá con lo estrictamente señalado en la base estándar y que únicamente los postores debemos acreditar con la respectiva documentación lo señalado en estos acápite: Documentos para la admisión de la oferta, Requisitos de calificación y Factores de evaluación con la finalidad de evitar interrupciones en el proceso de selección.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2 Literal: a Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SU APRECIACION ES CORRECTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : HOSPITAL SANTA ROSA

Nomenclatura : LP-SM-4-2024-HSR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE REACTIVO DE ANALISIS AUTOMATIZADO DE ORINA (BIOQUIMICA + CITOLOGICA)

Ruc/código :	20100177341	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PRODUCTOS ROCHE Q F S A	Hora de envío :	23:56:44

Consulta: Nro. 52

Consulta/Observación:

Solicitamos amablemente al comite especial confirmar, que toda vez que el fabricante genere una versión mejorada del producto, sin modificar especificaciones técnicas, éste será aceptado por la entidad de acuerdo al artículo 160.3 del Reglamento, que establece que los contratos pueden ser modificados cuando el contratista ofrezca bienes y/o servicios con iguales o mejores características técnicas, siempre que tales bienes y/o servicios satisfagan la necesidad de la Entidad. Esto va en línea con el principio de vigencia tecnológica consagrado en el artículo 2, literal g), de la Ley, según el cual los bienes deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad la finalidad pública para los que son requeridos, por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SU APRECIACION ES CORRECTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null